



GOVERNO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE/CIB - TO
- SECRETARIA GERAL -

RESOLUÇÃO – CIB/TO N°. 037/2016, de 23 de março de 2016.

Dispõe sobre a Proposta de Projeto N°. 13849.028000/1160-04 para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Hospital Regional de Araguaína – TO, referente à Emenda Parlamentar N°. 30860006.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DO TOCANTINS/CIB-TO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas através das disposições contidas no Art. 2º da Portaria N°. 931/1997, que constituiu a CIB-TO, de 26 de junho de 1997, publicada no Diário Oficial do Estado do Tocantins em 04 de julho de 1997, expedida pela Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins, e no Regimento Interno da Comissão Intergestores Bipartite – CIB/TO, e,

Considerando a Proposta de Projeto N°. 13849.028000/1160-04 para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Hospital Regional de Araguaína – TO, referente à Emenda Parlamentar N°. 30860006;


Considerando o cadastro da proposta feito pelo Fundo Estadual de Saúde do Tocantins/Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins;

Considerando a análise, discussão e pactuação da Plenária da Comissão Intergestores Bipartite em Reunião Ordinária realizada aos 23 dias do mês de março do ano de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar a Proposta de Projeto N°. 13849.028000/1160-04 para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Hospital Regional de Araguaína – TO, referente à Emenda Parlamentar N°. 30860006, no valor de R\$735.000,00 (setecentos e trinta e cinco mil reais).

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.


MARCOS ESNER MUSAFIR

Presidente da Comissão Intergestores Bipartite



MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 13849.028000/1160-04
--------------------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE			
CNPJ 13.849.028/0001-40	NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		
Endereço Completo AV NS 01, PRACA DOS GIRASSOIS PLANO DIRETOR SUL	EA ESTADUAL	Tipo FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	
CEP 77015007	UF TO	Município PALMAS	

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Emenda Parlamentar 30860006 - R\$ 735.000,00 - DULCE MIRANDA

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)			
Nome:	HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAINA		
Tipo Unidade:	HOSPITAL GERAL		
CNPJ:	25.053.117/0001-64	CNES:	2600536
Endereço:	RUA 13 DE MAIO - CENTRO, CEP:77803130		

OBJETO DA PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA
OBJETO DE AQUISIÇÃO DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAINA	CNES:	2600536
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.			
AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.			
PÓLO REGIONAL			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.			
O HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÍNA POSSUI 225 LEITOS CADASTRADOS NO CNES, SENDO 20 DE UTI, E, UM CENTRO CIRÚRGICO COM 6 SALAS EM FUNCIONAMENTO. TRATA-SE DE UMA UNIDADE DE SAÚDE HABILITADA A ATUAR EM CASOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. ATENDE A POPULAÇÃO DA REGIÃO CENTRO NORTE E MÉDIO NORTE DO ESTADO DO TOCANTINS, COMPREENDENDO OS MUNICÍPIOS DE 3 REGIÕES DE SAÚDE COM CERCA DE 783.496 HAB. (IBGE 2010), OU SEJA, É REFERÊNCIA PARA 56,63% DA POPULAÇÃO DO ESTADO, NAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA, ONCOLOGIA(QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA, BRAQUIITERAPIA E CIRURGIA ONCOLÓGICA), NEUROLOGIA, NEFROLOGIA, ALÉM DE ATENDER CIRURGIAS GERAL, TORÁCICA, VASCULAR, BUCO-MAXILO-FACIAL, BARIÁTRICA, E, AS CLÍNICAS MÉDICA, PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA, UROLOGIA E HEMATOLOGIA DENTRE OUTROS. REALIZA EM MÉDIA 6 MIL ATENDIMENTOS/MÊS: CONSULTAS, CIRURGIAS E EXAMES, SENDO NECESSÁRIO INVESTIMENTOS. DISTO DEPENDE A ORGANIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO OFERTADO. A APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTÁ FORTEMENTE COMPROMETIDA PELA PRESSÃO DOS GASTOS COM PESSOAL NA SAÚDE (82%), LIMITANDO A CAPACIDADE DO CUSTEIO, E, FRENTE A UMA DIFICULDADE DE ACRÉSCIMOS, PRESSIONADA PELA ARRECADAÇÃO DO ESTADO, CUJA REALIDADE ECONÔMICA AINDA É LIMITADA, E QUE JÁ DESTINA 22% DE SUA RECEITA PRÓPRIA PARA A SAÚDE. O ATENDIMENTO A ESTA DEMANDA VISA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAR O ATENDIMENTO NO HRA, PROPORCIONAR MELHOR INFRAESTRUTURA, PRINCIPALMENTE AO CENTRO CIRÚRGICO E UTI, E POSSIBILITAR UMA MELHOR ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO, CONTEMPLANDO, ASSIM, TODAS AS ESPECIALIDADES. DADO AO CARÁTER REGIONAL DA LOCALIZAÇÃO DO HOSPITAL, A MELHORIA DESSES EQUIPAMENTOS É DE VITAL IMPORTÂNCIA, SUBSIDIANDO TODAS AS CIRURGIAS, PÓS-OPERATÓRIOS E SUPORTES AS INTERNAÇÕES REALIZADAS NA UNIDADE. A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PRETENDIDOS OTIMIZARÁ OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NEUROLÓGICOS REALIZADOS NO HRA, CONFERINDO RAPIDEZ E MAIS SEGURANÇA À EQUIPE MÉDICA. A NEUROCIRURGIA DO HRA TERÁ CONDIÇÕES DE DAR SUPORTE PARA TODO O ESTADO DO TOCANTINS, DANDO RESOLUTIVIDADE AOS PROBLEMAS DE DEMANDAS REPRIMIDAS DE CIRURGIAS NEUROLÓGICAS DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO, E RESOLVENDO CASOS DE CIRURGIAS MAIS COMPLEXAS QUE ANTES ERAM ENCAMINHADAS PARA OUTROS CENTROS.			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.			
150.484, 783.496			

INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?
SIM
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL

EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE			
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAINA			
Ambiente: Área de Esterelização			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Seladora	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
APLICAÇÃO	GRAU CIRÚRGICO		
TIPO	MANUAL/ PEDAL		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Exames			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Pistola para Biópsia Mamária	1	6.300,00	6.300,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Pistola autoclavável com gatilho frente/trás, acionamento trava segurança, avanço mínimo agulha 25mm, uso para agulha centimetrada, ponta ecogênica; ação retira amostra sem retirar agulha.			
Ambiente: Consultório Diferenciado (Oftalmo, Otorrino, etc.)			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estimulador Neuro-Muscular	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Equipamento digital, microprocessado com no mínimo 2 canais. Deve oferecer no mínimo as correntes TENS, FES, Corrente Russa, Interferencial. Deve possuir sistema de segurança para emissão das correntes no paciente e memória de dados. Deve acompanhar o equipamento os seguintes acessórios: no mínimo 02 cabos para aplicação, cabo de força, no mínimo 04 eletrodos de borracha.			
Ambiente: Posto de Enfermagem e Serviços			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	650,00	650,00
Característica Física	Especificação		
DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECCÃO	DE 1800 X 700 MM ATÉ 2100 X 1100 MM AÇO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala Média de Cirurgia (geral)			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	2	2.900,00	5.800,00
Característica Física	Especificação		
VÁLVULA DE SEGURANÇA	POSSUI		
FRASCO	TERMOPLÁSTICO/VIDRO		
CAPACIDADE	DE 6 A 10 LITROS		
SUPORTE COM RODÍZIOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala Grande de Cirurgia (ortopedia, neurologia, cardiologia, etc.)			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Auxiliar	1	250,00	250,00

Característica Física		Especificação	
RODÍZIOS		NÃO POSSUI	
DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO		40X40X80 AÇO/ FERRO PINTADO	
MATERIAL DE CONFECÇÃO		AÇO / FERRO PINTADO	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Endoscópio Rígido	1	15.000,00	15.000,00
Característica Física		Especificação	
OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Endoscópio Rígido para Laparoscopia, em aço inox, autoclavável, visão foro oblíqua de 30 graus, com sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, com diâmetro de 10mm e comprimento de 31 +/-1 cm.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Sistema de Cirurgia Guiada por Imagem (Neuronavegador)	1	600.000,00	600.000,00
Característica Física		Especificação	
OUTROS (ESPECIFICAR)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Sistema de neuronavegação para cirurgia guiada por imagem. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Estação de transferência e planejamento: CPU de multiprocessadores, Memória RAM, Placa de vídeo, Disco rígido, capacidade e desempenho compatíveis com o sistema; Gravador de CD-RW; Teclado e mouse; Microsoft Windows; Monitor de alta resolução de no mínimo 17 polegadas ou notebook de no mínimo 17 polegadas que seja compatível com o sistema. Estação de navegação: Câmeras para rastreamento de marcadores sem cabos; Touchscreen para operação pelo cirurgião no campo estéril ou outra tecnologia que permita o acesso e o controle intra operatório por meio de interface livre de contaminação durante a cirurgia; Integração dos componentes em estrutura ergonômica; Flexibilidade no posicionamento em sala cirúrgica através de braços articulados nas câmeras e monitor; Nobreak; Braços dobráveis p/ transporte e armazenamento; Sistema de armazenamento para importar imagens de diagnósticos e a verificação da transferência de dados antes da cirurgia. CARACTERÍSTICAS GERAIS: deve possuir sistema de navegação com rastreamento em tempo real de estruturas alvo, estruturas anatômicas, lesões de crânio, coluna. Utilizar marcadores sem a necessidade de fios ou cabos ligados ao instrumento. Deve possuir software para planejamento cirúrgico. O sistema deve permitir o planejamento antes da cirurgia ou em tempo real. Deverá permitir a fusão de imagens de diferentes modalidades; Permitir que imagens de exames tomográficos ou de ressonância magnética sejam carregadas no sistema; Possuir sistema de fusão que permite a visualização de exames simultaneamente; Proporcionar a reconstrução de imagens dos cortes anatômicos; visualizar em 3D; Possuir ferramenta de mensuração linear, angular, trajetória, alerta de distância e outras que permitam uma abordagem cirúrgica precisa; Registrar o paciente por meio de pontos anatômicos ou por meio de capturas de pontos; Permitir a calibração do instrumento preexistente; Possuir amplo grau de movimento, estabilidade do instrumental. Deverá acompanhar o sistema: os softwares para realizar os procedimentos; o sistema navegador, cx. para neurocirurgia, cx. para calibração, cx. probes, módulo para treinamento, módulo e instrumental para coluna, módulo e instrumental para biópsia. NEUROCIRURGIA: software para neurocirurgia, adaptador para braço articulado, probe leve, calibrador de instrumentos, probes, clamp genérico para instrumentos. BIÓPSIA: software para biópsia navegada, braço articulado, guia para agulha, adaptador para anexar matriz referência e biópsia no fixador de crânio. COLUNA: software para coluna, clamp genérico para instrumentos, clamp tesoura, probe leve, sonda longa. CALIBRAÇÃO: adaptador para braço articulado, probe calibração, probe curta, probe longa. Cx. DE INSTRUMENTAL: probes reto e curvo, fixador para instrumentos, chave para fixação, haste intercambiável, marcador de referência, tecanyl. Cx. SUPORTE: fixador para Mayfield, fixadores tipo sargento, marcador de referência, probe calibrador, braço articulado, hastes intercambiáveis, tecanyl. Deverá conter o mínimo necessário para realizar uma cirurgia navegada.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Serra/ Perfuradora Ortopédica (Drill)	1	87.000,00	87.000,00
Característica Física		Especificação	
OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Perfurador: Com formato tipo pistola com dois gatilhos para as funções de avanço, retrocesso e oscilatório. Velocidade mínima de 1.200 rpm para perfuração e 270 rpm para escariação. Esterilizável em autoclave. Acompanha 01 madril de jacks de 1/4 polegadas com chave para as funções de perfuração e escariação. Passa fio 0.7MM 2.8MM. Duas baterias estéril com autonomia mínima de 200 cargas. Carregador de bateria: com capacidade para carregar 4 baterias ao mesmo tempo, indicador digital que informa se bateria está carregando e carregada. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60Hz. Acompanha Caixa de esterilização.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Avançado)	1	7.300,00	7.300,00
Característica Física		Especificação	
MEMÓRIA RAM		8GB, DDR3, 1600 MHZ	
DISCO RÍGIDO		1 TB, 7200 RPM, SATA 3	
TIPO DE MONITOR		23" (1920 X 1080)	
TECLADO		USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO)	
MOUSE		USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO)	
INTERFACES DE REDE		10/100/1000 e WIFI	
INTERFACES DE VÍDEO		INTEGRADA, HDMI/ DISPLAY PORT/ VGA	

FONTE	COMPATÍVEL COM O ITEM		
SISTEMA OPERACIONAL	WINDOWS 7 PRO (64 BITS)		
GARANTIA	MÍNIMA DE 12 MESES		
PROCESSADOR	NO MÍNIMO INTEL CORE I7 OU AMD FX 8120		
UNIDADE DE DISCO ÓTICO	CD/DVD ROM		
Especificação Técnica			
Processador:INTEL CORE I7 OU AMD FX 8120 Disco rígido: 1 TB, 7200 RPM, SATA 3 Memória RAM: no mínimo 8GB, DDR3, 1600 MHZ Unidade de disco ótico: CD/DVD ROM Teclado: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) Tipo de monitor: 23 polegadas (1920 X 1080) Mouse: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) Interfaces de rede: 10/100/1000 e WIFI Interfaces de vídeo: INTEGRADA, HDMI/ DISPLAY PORT/ VGA Sistema operacional: no mínimo WINDOWS 7 PRO (64 BITS) Fonte: COMPATÍVEL COM O ITEM Garantia: MÍNIMA DE 12 MESES			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	2	2.900,00	5.800,00
Característica Física	Especificação		
VÁLVULA DE SEGURANÇA	POSSUI		
FRASCO	TERMOPLÁSTICO/VIDRO		
CAPACIDADE	DE 6 A 10 LITROS		
SUPORTE COM RODÍZIOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Salas de Terapias(Bomba de Cobalto, Braquiterapia, Acelerador Linear, Ortovoltagem)			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	1	2.900,00	2.900,00
Característica Física	Especificação		
VÁLVULA DE SEGURANÇA	POSSUI		
FRASCO	TERMOPLÁSTICO/VIDRO		
CAPACIDADE	DE 6 A 10 LITROS		
SUPORTE COM RODÍZIOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	14	735.000,00	

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
	0,00

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
036153	S.PUBLICO PALMAS
ENDEREÇO	
103 NORTE,AV.LO 2 PLANO DIRETOR NORTE CEP:	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
Termo de Compromisso Atenção Básica ou Especializada - Termo de Compromisso - Atenção Especializada - Sesau-TO.pdf