



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

**PROPOSTA DE PROJETO PARA FORTALECIMENTO DA
ATENÇÃO BÁSICA NO ESTADO DO TOCANTINS**

**PALMAS
MARÇO/2011**



Governador do Estado do Tocantins

José Wilson Siqueira Campos

Secretário de Estado da Saúde

Arnaldo Alves Nunes(interino)

Superintendência de Atenção e Promoção à Saúde

Haidée Campitelli Vasques

Diretoria de Atenção Primária

Maria Nadir da Conceição Santos

Coordenação de Áreas Estratégicas

Marudiney Brasil César Rodrigues

Coordenação Ciclos de Vida

Anna Crystina Mota Brito Bezerra

INTRODUÇÃO

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território.

A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, visando à organização dos sistemas locais de saúde e o desenvolvimento de ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da população, ampliando o controle social na defesa da qualidade de vida;

Entretanto para garantir a aplicabilidade efetiva dos princípios e diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica e melhorar a resolutividade, se faz necessário também um investimento na infra-estrutura das Unidades Básicas de Saúde, dotando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes, para o desenvolvimento efetivo das competências e das responsabilidades das Equipes de Saúde da Família/ Bucal.

(Portaria Nº. 648/GM, de 28 de março de 2006).

**PLANILHAS DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS COM VISTAS AO
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NO ESTADO DO TOCANTINS.**

Ação: Aquisição de Microcomputadores + impressora + nobreak.

Especificação dos insumos:

Computador Quad Core 9600 2.3 GHz 4GB 500GB DVD-RW Linux-Space BR + Monitor LCD 20" Widescreen W2043;

Impressora *Laserjet Monocromática*, Memória RAM de 32MB expansível até 150 MB; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada; Interface paralela; Interface USB 2.0; Processador com no mínimo 400 MHz; Resolução mínima de 1200 x 1200 dpi, Bandeja de entrada para 500 folhas; Impressão em formato A4 e A5; Velocidade mínima de impressão de 35ppm, em preto; Capacidade mínima de trabalho de 50.000 folhas/mês; Impressão frente e verso automático; Nobreak net 4+1400va Bivolt.

Quantidade: 29 Microcomputadores + 29 impressoras + 29 nobreaks.

Municípios Contemplados: Ananás, Arapoema, Araguacema, Bandeirantes, Bernardo Sayão, Conceição do Tocantins, Colméia, Lavandeira, Mateiros, Santa Tereza, Sucupira, Oliveira de Fátima, Wanderlândia, Ponte Alta do Bom Jesus, Juarina, Ipueiras, Rio Sono, Lagoa da Confusão, Eperantina, Jaú, Palmeirantes, Paraná, Pindorama, Santa Rosa, Sampaio, Lizarda, Rio dos Bois, Abreulândia e Palmas (Unidade Básica de Saúde da Casa de Prisão Provisão de Palmas).

Valor do insumo (Estimado)

Microcomputador

Unitário	Total
R\$ 2.000,00	R\$ 58.000,00
Impressora Laserjet Monocromática	
R\$ 1.300,00	R\$ 37.700,00
Nobreak	
R\$ 600,00	R\$17.400,00
VALOR TOTAL:	R\$ 113.100,00

Justificativa: A Atenção Básica tem entre os seus fundamentos o de realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de planejamento e programação. Para execução do processo de trabalho das equipes de saúde da família se faz necessário alimentar as bases de dados nacionais com os dados produzidos pelo sistema de saúde municipal, verificar a qualidade e a consistência dos dados alimentados nos sistemas nacionais de informação a serem enviados às outras esferas de gestão. Deste modo, é de grande relevância prover insumos de informática para as equipes de saúde local, visando melhorar a operacionalização dos sistemas de saúde, entendendo-se que a informação em saúde pode ser utilizada por estas equipes como um instrumento de apoio decisório para o conhecimento da realidade sócio-econômica, demográfica e epidemiológica, para o planejamento, gestão, organização e avaliação nos vários níveis que constituem o Sistema Único de Saúde.

Ação: Aquisição de Balanças antropométricas pediátricas + Balanças antropométricas para adultos + Réguas antropométricas pediátricas .

Especificação dos insumos:

Balanças Pediátricas Mecânica capacidade 16 kg, frações de 10g, com acabamento em esmerada, pés em borracha sintética, com aprovação e certificado do INMETRO.

Balanças mecânica adulto com escala antropométrica, capacidade para 150 kg, com precisão de 100gramas.

Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Quantidade: 139 Balanças Pediátricas Mecânicas + 139 Balanças antropométricas mecânicas adulto + 3.800 Réguas antropométricas (pediátrica).

Municípios Contemplados: 139 municípios do Estado

Obs: Os 3.800 Agentes Comunitários de Saúde do estado receberão réguas antropométricas.

Valor do insumo (Estimado)

Balanças Pediátricas Mecânicas

Unitário	Total
R\$ 250,00	R\$ 34.750,00

Balanças antropométricas mecânicas adulto

R\$ 439,00	R\$ 61.021,00
------------	---------------

Réguas antropométricas (pediátrica).

R\$ 25,13	R\$ 95.500,00
-----------	---------------

VALOR TOTAL	R\$ 191.271,00
--------------------	-----------------------

Justificativa: Faz – se necessário à aquisição de balanças pediátricas e adulto com antropômetros para equipar unidades básicas de saúde dos municípios e antropômetros infantis para agentes comunitários de saúde com a finalidade de coletar dados do estado nutricional da população assistida pela Atenção Básica. As informações são necessárias para alimentar o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) que dará suporte para ações de controle da desnutrição e obesidade em todos os ciclos de vida. Esta aquisição viabilizará o melhor acompanhamento do estado nutricional de crianças e adultos.

Ação: Aquisição de Detectores de Batimento Cardíaco Fetal (digital)**Especificação dos insumos:**

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autôfalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), dimensões aproximadas: 80x130x30mm e peso máximo 200g. Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Quantidade: 278 (sendo 02 por município prioritário do Plano de Redução da Mortalidade Infantil e Materna)

Municípios Contemplados: 13 municípios prioritários do Plano de redução da Mortalidade Materna - Infantil: Palmas, Araguaina, Gurupi, Porto Nacional, Colinas, Paraíso, Miracema, Tocantinópolis, Augustinópolis, Araguaínas, Formoso do Araguaia, Dianópolis e Esperantina.

Valor do insumo (Estimado)**Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital)**

Unitário	Total
R\$ 1.200,00	R\$ 336.000,00
VALOR TOTAL:	R\$ 336.000,00

Justificativa: O Tocantins tem ampliado o acesso das mulheres ao pré-natal, de acordo com dados do Sistema de Informação de Nascidos Vivos, em 1997 o percentual de nascidos vivos de mães que não realizaram nenhuma consulta de pré-natal foi de 6,66% passando a 1% em 2007, o que representa uma redução de 85%. Em 2010 cumprimos a meta pactuada no SISPACTO, que era de 49% de Proporção de Nascidos vivos de mães que realizaram 07 ou mais consultas de pré-natal. Todavia, precisamos melhorar a qualidade da atenção pré-natal, o que se evidencia pelas altas taxas de mortalidade infantil e materna. Neste sentido, faz-se necessário subsidiar as Equipes de Saúde da Família na melhoria da qualidade da atenção ao pré-natal.

Ação: Aquisição de Consultórios Odontológicos + autoclave.

Especificação dos insumos:

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Estofamento amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Ambidestro.

Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Ambidestro.

Refletor - Refletor de lâmpada halógena, - Acionamento: no pedal de comando da cadeira, - Espelho multifacetado com tratamento multicoating, - Duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, possibilita isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada, - Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°, - Proteção frontal do espelho confeccionada em material resistente e transparente, - Braço construído em aço, com movimentação vertical e horizontal (cantos arredondados), - Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%) - Pintura na cor gelo, com tratamento anticorrosivo, - Ambidestro.

Unidade de água - Suctor de saliva a ar (sistema Venturi), Sistema pneumático para acionamento automático do suctor, Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos. Sistema de regulação da vazão da água para bacia. Condutor de água bacia pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados. Filtro de detritos de fácil acesso para limpeza. Ambidestro.

Autoclave para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.

Quantidade: 119 Consultórios.

Municípios Contemplados: (115) Aliança, Almas, Alvorada, Ananás, Angico, Aparecida do Rio Negro, Aragominas, Araguacema, Araguaçu, Araguanã, Araguatins (2), Arapoema, Arraías, Augustinópolis, Aurora, Arixá, Babaçulândia, Bandeirantes, Barrolândia, Bernardo Sayão, Bom Jesus, Brejinho de Nazaré, Buriti, Campos Lindos, Cachoeirinha, Cariri, Carmolândia, Carrasco Bonito, Caseara, Centenário, Chapada de Areia, Colinas, Colméia, Combinado, Cristalândia, Darcinópolis, Dianópolis, Divinópolis, Dois Irmãos, Dueré, Esperantina, Figueirópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia, Goianorte, Goiatins, Guaraí, Gurupi (2), Ipueiras, Itacajá, Itaguatins, Itaporã, Jaú do TO, Juarina, Lagoa do TO, Lagoa da Confusão, Lavandeira, Lizarda, Luzinópolis, Mateiros, Miracema, Miranorte, Monte Santo, Monte do Carmo, Muricilândia, Natividade, Nazaré, Nova Olinda, Nova Rosalândia, Novo Acordo, Novo Jardim, Novo Alegre, Palmeirante, Palmeirópolis, Paraíso (2), Paranã, Pau D'Arco, Pequizeiro, Pindorama, Piraquê, Pium, Ponte Alta do Bom Jesus, Ponte Alta do TO, Porto Alegre, Porto Nacional (2), Praia Norte, Presidente Kennedy, Recursolândia, Riachinho, Rio da Conceição, Rio Sono, Sampaio, Sandolândia, Santa Fé, Santa Maria, Santa Rita, Santa Rosa, Santa Tereza, Santa Terezinha, São Bento, São Félix, São Salvador, São Sebastião, São Valério, Silvanópolis, Sucupira, Taguatinga, Taipas, Talismã, Tocantina, Tocantinópolis, Tupirama, Tupiratins, Xambioá.

Valor do insumo (Estimado)

Consultórios Odontológicos com compressores.

Unitário	Total
R\$ 11.258,73	R\$ 1.339.789,00
VALOR TOTAL:	R\$ 1.339.789,00

Justificativa:

Na Política Nacional de Atenção Básica é prevista a implantação da estratégia de Saúde Bucal com o propósito de fomentar o trabalho das equipes de saúde da família. Para a incorporação de profissionais de saúde bucal nas Equipes de Saúde da Família se faz necessário minimamente a aquisição de consultório odontológico para a Equipe de Saúde Bucal, de acordo com as necessidades de desenvolvimento do conjunto de ações de sua competência e de equipamentos e materiais adequados ao elenco de ações programadas, de forma a garantir a resolutividade da Atenção Básica à saúde. No Tocantins existe uma quantidade considerável de consultórios odontológicos sucateados, o que dificulta o acesso do usuário ao serviço de Saúde Bucal, devido às manutenções freqüentes. Muitas vezes o atendimento é paralisado pela demora em encontrar técnico em manutenção de equipamentos odontológicos, causando com isso demora no atendimento ao usuário, dificuldade no agendamento e formação de filas.

Esta aquisição subsidiará o as equipes de Saúde Bucal no trabalho preventivo e curativo junto a população, melhorando a resolutividade da assistência odontológica.

Ação: Aquisição de Kit com Esfigmomanômetro + Estetoscópio infantil	
Especificação dos insumos: Kit mecânico e automático termômetro clínico oval com coluna de mercúrio; Esfigmomanômetro aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro ou metal; Estetoscópio com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado; estojo e ou bolsa para viagem.	
Quantidade: 128 unidades, sendo 01 para cada Unidade Básica de Saúde dos municípios prioritários do Plano de Redução da Mortalidade Infantil e Materna.	
Municípios Contemplados: Palmas, Araguaina, Gurupi, Porto Nacional, Colinas, Paraíso, Miracema, Tocantinópolis, Augustinópolis, Araguatins, Formoso do Araguaia, Dianópolis e Esperantina.	
Valor do insumo (Estimado)	
Kit com Esfigmomanômetro + Estetoscópio infantil	
Unitário	Total
R\$ 155,00	R\$ 19.840,00
VALOR TOTAL:	R\$ 19.840,00
Justificativa: A aquisição do Kit irá subsidiar uma melhor avaliação e acompanhamento do estado de saúde das crianças nas Unidades Básicas, assegurando dessa forma a atenção integral à saúde no processo de crescimento e desenvolvimento das mesmas.	

Valor Total do Projeto.	R\$2.000000,00
--------------------------------	-----------------------



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE
DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Emenda Parlamentar nº 23590006/2011	
EQUIPAMENTOS E INSUMOS	MUNICÍPIOS
Microcomputadores + impressora + nobreak	Ananás, Arapoema, Araguacema, Bandeirantes, Bernardo Sayão, Conceição do Tocantins, Colméia, Lavandeira, Mateiros, Santa Tereza, Sucupira, Oliveira de Fátima, Wanderlândia, Ponte Alta do Bom Jesus, Juarina, Ipueiras, Rio Sono, Lagoa da Confusão, Eperantina, Jaú, Palmeirantes, Paraná, Pindorama, Santa Rosa, Sampaio, Lizarda, Rio dos Bois, Abreulândia e Palmas (Casa de Prisão Provisória de Palmas).
Balanças antropométricas pediátricas	Todos
Balanças antropométricas para adultos	Todos
Réguas antropométricas (pediátrica).	Todos
Detectores de Batimento Cardíaco Fetal (digital)	Palmas, Araguaina, Gurupi, Porto Nacional, Colinas, Paraíso, Miracema, Tocantinópolis, Augustinópolis, Araguatins, Formoso do Araguaia, Dianópolis e Esperantina.
Consultórios Odontológicos + Autoclaves	Aliança, Almas, Alvorada, Ananás, Angico, Aparecida do Rio Negro, Aragominas, Araguacema, Araguaçu, Araguanã, Araguatins, Arapoema, Arraias, Augustinópolis, Aurora, Axixá, Babaçulândia, Bandeirantes, Barrolândia, Bernardo Sayão, Bom Jesus, Brejinho de Nazaré, Buriti, Campos Lindos, Cachoeirinha, Cariri, Carmolândia, Carrasco Bonito, Caseara, Centenário, Chapada de Areia, Colinas, Colméia, Combinado, Cristalândia, Darcinópolis, Dianópolis, Divinópolis, Dois Irmãos, Dueré, Esperantina, Figueirópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia, Goianorte, Goiatins, Guaraí, Gurupi, Ipueiras, Itacajá, Itaguatins, Itaporã, Jaú do TO, Juarina, Lagoa do TO, Lagoa da Confusão, Lavandeira, Lizarda, Luzinópolis, Mateiros, Miracema, Miranorte, Monte Santo, Monte do Carmo, Muricilândia, Natividade, Nazaré, Nova Olinda, Nova Rosalândia, Novo Acordo, Novo Jardim, Novo Alegre, Palmeirante, Palmeirópolis, Paraíso, Paraná, Pau D'Arco, Pequizeiro, Pindorama, Piraquê, Pium, Ponte Alta do Bom Jesus, Ponte Alta do TO, Porto Alegre, Porto Nacional, Praia Norte, Presidente Kennedy, Recursolândia, Riachinho, Rio da Conceição, Rio Sono, Sampaio, Sandolândia, Santa Fé, Santa Maria, Santa Rita, Santa Rosa, Santa Tereza, Santa Terezinha, São Bento, São Félix, São Salvador, São Sebastião, São Valério, Silvanópolis, Sucupira, Taguatinga, Taipas, Talismã, Tocantínia, Tocantinópolis, Tupirama, Tupiratins, Xambioá.
Kit com Esfigmomanômetro + Estetoscópio infantil	Palmas, Araguaina, Gurupi, Porto Nacional, Colinas, Paraíso, Miracema, Tocantinópolis, Augustinópolis, Araguatins, Formoso do Araguaia, Dianópolis e Esperantina.

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
Nº. DA PROPOSTA: 25053.117000/1110-01**

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR
23590006 - R\$ 2.000.000,00 - KÁTIA REGINA DE ABREU
Existe proposta no SICONV com o recurso?
Não
Número da Proposta no SICONV com o recurso

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)			
Nome:	CASA DE CUSTODIA DE PALMAS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	3581438
Endereço:	PLANO DIRETOR EXPANSAO SUL - ZONA RURAL, CEP:77001246		
Nome:	CENTRO DE SAUDE AGUIARNOPOLIS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2600439
Endereço:	RUA MARANHÃO - CENTRO, CEP:77908000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE ALQUINO GOMES DA SILVA DE RECURSOLANDIA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2467577
Endereço:	PRACA JOSE TAVARES - CENTRO, CEP:77733000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE ANA VINA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	3904083
Endereço:	RUA BOLIVIA - VILA MATILDE, CEP:77900000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE BENEDITO BOTELHO SANTA MARIA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468794
Endereço:	AVENIDA FRANCISCO DE ASSIS - CENTRO, CEP:77716000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE BERNARDO SAYAO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2487063
Endereço:	RUA ERNESTINO MARCELINO ALVES CASA - CENTRO, CEP:77755000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE CENTENARIO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2370727
Endereço:	RUA FERREIRA ARAUJO - CENTRO, CEP:77723000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE DE ARAGUACU		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468948
Endereço:	RUA 27 - CENTRO, CEP:77475000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE DE CARMOLANDIA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2469588
Endereço:	RUA A - CENTRO, CEP:77840000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE DE CASEARA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	6260896
Endereço:	AVN BRASIL - CENTRO, CEP:77680000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE DE ITAGUATINS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2600455
Endereço:	RUA ANTONIO MURICI - CENTRO, CEP:77920000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE DE MURICILANDIA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2515245
Endereço:	AVENIDA GOIAS - CENTRO, CEP:77850000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE DR FRANKLYN AMORIM MIRACEMA		

Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2469413
Endereço:	RUA BELA VISTA - CENTRO, CEP:77650000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE DR PEDRO ZANINA DE FORTALEZA DO TABOCAO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2680238
Endereço:	RUA DO SESP - CENTRO, CEP:77708000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE JOSE LUCIO ARAGOMINAS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2600404
Endereço:	RUA VALADAO - CENTRO, CEP:77845000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE LUISA PINHEIRO BARROS DUERE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2467550
Endereço:	AVN JADER PIRES - CENTRO, CEP:77485000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE MACAUBA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2469472
Endereço:	POVOADO MACAUBA - ZONA RURAL, CEP:77950000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE MARIA BETANIA SANTA FE DO ARAGUAIA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468689
Endereço:	RUA JOAO DE SOUZA LIMA - CENTRO, CEP:77848000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE MUCIO BARBOSA TOCANTINOPOLIS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2370360
Endereço:	RUA BELA VISTA - ALTO DA BOA VISTA, CEP:77900000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DE TOCANTINOPOLIS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	3904067
Endereço:	RUA MARANHÃO - CENTRO, CEP:77900000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL PEIXE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2486768
Endereço:	AVENIDA PEDRO LUDOVICO - CENTRO, CEP:77460000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE NATAL ARAGUATINS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2469480
Endereço:	POVOADO NATAL - ZONA RURAL, CEP:77950000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE NOVA ARAGUATINS ARAGUATINS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2469510
Endereço:	RUA FLORIANO PEIXOTO - NOVA ARAGUATINS, CEP:77950000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE OLAVO RODRIGUES DE MATOS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2486857
Endereço:	RUA BERNARDO SAYAO - CENTRO, CEP:77465000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE PIRAQUE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2469359
Endereço:	RUA PADRE ANTONIO - CENTRO, CEP:77888000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE RIO DOS BOIS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2469170
Endereço:	AV RAIMUNDO BRITANIA - CENTRO, CEP:77655000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE SAO SALVADOR		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468867
Endereço:	AV PRAIAO - CENTRO, CEP:77368000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE UNIDADE BASICA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	5317991
Endereço:	RUA CONEGO TRINDADE - CENTRO, CEP:77585000		

Nome:	CENTRO DE SAUDE UNIDADE BASICA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2658836
Endereço:	RUA 07 - SETOR ALTO DA GLORIA, CEP:77395000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE UNIDADE BASICA DE ALVORADA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	5315905
Endereço:	RUA 07 DE SETEMBRO - CENTRO, CEP:77480000		
Nome:	CENTRO DE SAUDE UNIDADE BASICA LUZIMANGUES PORTO NACIONAL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	5623979
Endereço:	AV PRINCIPAL - LUZIMANGUES, CEP:77500000		
Nome:	CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2554860
Endereço:	RUA MANOEL L MATOS - CENTRO, CEP:77980000		
Nome:	CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUATINS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2469502
Endereço:	RUA 13 DE OUTUBRO - CENTRO, CEP:77950000		
Nome:	CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE BURITI		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2680246
Endereço:	RUA LUIZ GONZAGA - CENTRO, CEP:77995000		
Nome:	CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CRISTALANDIA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2486776
Endereço:	AVENIDA MADRE VERONICA - CENTRO, CEP:77490000		
Nome:	CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CRISTO REI MATEIROS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2487039
Endereço:	RUA 14 - CENTRO, CEP:77593000		
Nome:	CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DARCINOPOLIS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2680297
Endereço:	RUA 7 DE SETEMBRO - CENTRO, CEP:77910000		
Nome:	CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATINS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2370301
Endereço:	PRACA DOUTOR JOSE DE ASSIS - CENTRO, CEP:77770000		
Nome:	CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2680270
Endereço:	PRACA DA IGREJA - CENTRO, CEP:77913000		
Nome:	CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE MAE INOCENCIA P ALTA DO BOM JESUS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2486695
Endereço:	PRACA VALDEMAR CARLOS FRANCA - CENTRO, CEP:77315000		
Nome:	CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE MAE PETA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2469529
Endereço:	AVENIDA ARAGUAIA - CENTRO, CEP:77885000		
Nome:	CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE NOVO ALEGRE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2468360
Endereço:	AVN CASTELO BRANCO - CENTRO, CEP:77353000		
Nome:	POSTO DE SAUDE 108 SUL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	6372082
Endereço:	108 SUL ALAMEDA 02 LOTE 05 - CENTRO, CEP:77270000		
Nome:	POSTO DE SAUDE 303 NORTE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	6358810

Endereço:	303 NORTE APM 01 - CENTRO, CEP:77270000		
Nome:	POSTO DE SAUDE BELA VISTA		
Tipo Unidade:	POSTO DE SAUDE		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	6646271
Endereço:	RUA 10 QD 17 LT 31 E 32 - PARQUE RESIDENCIAL N, CEP:77410010		
Nome:	POSTO DE SAUDE TREVO DO TOCANTINS		
Tipo Unidade:	POSTO DE SAUDE		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2546442
Endereço:	TREVO DO TOCANTINS - ZONA RURAL, CEP:77402970		
Nome:	PRONTO ATENDIMENTO ARAGUANA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2370395
Endereço:	AVENIDA AURELIANO RIBEIRO - CENTRO, CEP:77855000		
Nome:	PRONTO ATENDIMENTO COUTO MAGALHAES		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2667738
Endereço:	RUA 5 - CENTRO, CEP:77750000		
Nome:	PRONTO ATENDIMENTO DE PEQUIZEIRO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2359715
Endereço:	AVENIDA IMPERATRIZ - CENTRO, CEP:77730000		
Nome:	PRONTO ATENDIMENTO SANT ANA RIACHINHO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2680254
Endereço:	AVN JERUSALEM - CENTRO, CEP:77893000		
Nome:	PRONTO ATENDIMENTO SAO BENTO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2469545
Endereço:	RUA DO COMERCIO - CENTRO, CEP:77958000		
Nome:	PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	6463274
Endereço:	RUA GOIAS - CENTRO, CEP:77665000		
Nome:	SESPPSF PRESIDENTE KENNEDY		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2469251
Endereço:	RUA JOAO MENDES FRAZAO - CENTRO, CEP:77745000		
Nome:	U S F IRACEMA SIQUEIRA DE ABREU RIBEIRO IPUEIRAS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2597462
Endereço:	RUA SANTO ANTONIO - CENTRO, CEP:77553000		
Nome:	UBS ALBENY SOARES DE PAULA ARAGUAINA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2467739
Endereço:	AVENIDA C - ST COUTO MAGALHAES, CEP:77824780		
Nome:	UBS ARAGUAINA SUL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2467836
Endereço:	RUA DAS PALMEIRAS - ARAGUAINA SUL, CEP:77827230		
Nome:	UBS AVANY GALDINO DA SILVA ARAGUAINA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2467798
Endereço:	RUA GONCALVES LEDO - SAO JOAO, CEP:77807130		
Nome:	UBS BAIRRO DE FATIMA ARAGUAINA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2467755
Endereço:	RUA DA IGREJA - FATIMA, CEP:77814390		
Nome:	UBS CANTINHO DO VOVO ARAGUAINA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2680386
Endereço:	RUA CANTINHO DO VOVO - BRASIL, CEP:77824545		
Nome:	UBS DR FRANCISCO BARBOSA DE BRITO ARAGUAINA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		

CNPJ:	- . /-	CNES:	2467658
Endereço:	RUA DOM BOSCO ESQ COM RUA DAS MARCONS - ALASCA, CEP:77805150		
Nome:	UBS JK ARAGUAINA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . /-	CNES:	2467704
Endereço:	RUA BERNARDO SAYAO - JK, CEP:77804901		
Nome:	UBS JOSE DE SOUSA REZENDE ARAGUAINA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . /-	CNES:	2467828
Endereço:	RUA JOAO BATISTA LT02 QD 1D - SETOR ALTO BONITO, CEP:77804901		
Nome:	UBS JOSE RONALDO PEREIRA DA COSTA ARAGUAINA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . /-	CNES:	2467682
Endereço:	RUA TOCANTINOPOLIS - CENTRO, CEP:77823310		
Nome:	UBS MANOEL DOS REIS LIMA ARAGUAINA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . /-	CNES:	3905993
Endereço:	RUA DAS HORTENCIAS - CENTRO, CEP:77807030		
Nome:	UBS NOVA ARAGUAINA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . /-	CNES:	2560259
Endereço:	RUA 19 - NOVA ARAGUAINA, CEP:77803130		
Nome:	UBS NOVO HORIZONTE ARAGUAINA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . /-	CNES:	2467666
Endereço:	AVN ARAGUAIA - NOVO HORIZONTE, CEP:77804901		
Nome:	UBS PALMEIRA DO NORTE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . /-	CNES:	2467844
Endereço:	RUA DAS CAMELIAS - PALMEIRA DO NORTE, CEP:77804901		
Nome:	UBS PONTE ARAGUAINA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . /-	CNES:	2467674
Endereço:	RUA JOAQUIM CABOCLO - PONTE, CEP:77804901		
Nome:	UBS SENADOR BENEDITO V FERREIRA ARAGUAINA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . /-	CNES:	5382270
Endereço:	RUA VERDES MARES ESQ COM RUA CHUVA DE PRATA QD 20 LT 12 - PARQUE DOS SONHOS DO, CEP:77804970		
Nome:	UBS SETOR BARROS ARAGUAINA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . /-	CNES:	2467690
Endereço:	CHACARA EURILEA BARROS - BARROS, CEP:77826135		
Nome:	UBS VILA COUTO MAGALHAES ARAGUAINA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . /-	CNES:	2467763
Endereço:	AVENIDA PERIMETRAL - SETOR COUTO MAGALHAES, CEP:77804970		
Nome:	UNIDADE BASICA A DE SAUDE DE NOVA OLINDA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . /-	CNES:	2486997
Endereço:	RUA DEPUTADO JOSE DE ASSIS - CENTRO, CEP:77790000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE 1 LAGOA DA CONFUSAO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . /-	CNES:	3958094
Endereço:	RUA 24 DE NOVEMBRO - CENTRO, CEP:77493000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE 3 LAGOA DA CONFUSAO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . /-	CNES:	2468611
Endereço:	AV JOAO MAXIMINO ALENCAR - CENTRO, CEP:77493000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE 508 NORTE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . /-	CNES:	3258017
Endereço:	508 NORTE ALAMEDA 11 APM 50 - CENTRO, CEP:77006652		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE ADONTINO ALVES LIMEIRA		

Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2667673
Endereço:	RUA ABRAAO AGUIAR CASA - CENTRO, CEP:77704000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE ARRAIAS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2486962
Endereço:	RUA CORONEL DIOLINDO DOS SANTOS FREIRE - CENTRO, CEP:77330000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE BEATRIZ MEDEIROS PARAISO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2469049
Endereço:	RUA LAURA ESQ COM A RUA SAO BENEDITO - VILA CHAPADAO, CEP:77600000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE BURITIZINHO ARRAIAS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2765721
Endereço:	RUA 06 - BURITIZINHO, CEP:77330000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2467615
Endereço:	RUA 10 ESQ COM RUA JOSE A CARVALHO - CENTRO, CEP:77660000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE CORRENTINHO MIRACEMA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2469421
Endereço:	AVENIDA GETULIO VARGAS - CORRENTIHO, CEP:77650000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA CRIXAS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468603
Endereço:	AVN MARECHAL RONDON - CENTRO, CEP:77463000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ABREULANDIA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2554852
Endereço:	AVENIDA JOAO FRANCISCO DE ABREU - CENTRO, CEP:77693000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ALTO LINDO GOIATINS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2649322
Endereço:	AVENIDA SOUSA PORTO - POVOADO ALTO LINDO, CEP:77770000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARAPOEMA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468980
Endereço:	RUA PARANA - CENTRO, CEP:77780000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BARRA DO OURO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2370735
Endereço:	AVENIDA ANSELMO SOUSA - CENTRO, CEP:77765000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BOM JESUS DO TOCANTINS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2469243
Endereço:	AVENIDA PARANA CASA - CENTRO, CEP:77714000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CACHOEIRINHA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2469537
Endereço:	RUA 7 DE SETEMBRO - CENTRO, CEP:77915000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAMPOS LINDOS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2486938
Endereço:	RUA 1 DE JANEIRO - CENTRO, CEP:77777000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CARRASCO BONITO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2487004
Endereço:	AVENIDA PARATI - CENTRO, CEP:77985000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2487047
Endereço:	AVENIDA PRINCIPAL - CENTRO, CEP:77575000		

Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ITAPIRATINS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2486946
Endereço:	AVENIDA TOCANTINS - CENTRO, CEP:77718000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LIZARDA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2487055
Endereço:	RUA 02 - CENTRO, CEP:77630000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MONTE SANTO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2370700
Endereço:	AVENIDA ANTONIO MALAQUIAS - CARLOS GOMES, CEP:77673000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVO ACORDO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2468301
Endereço:	AVENIDA DO CAIS - CENTRO, CEP:77610000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PIUM		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2492466
Endereço:	RUA 14 - CENTRO, CEP:77570000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PRAIA NORTE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2487020
Endereço:	RUA DOM PEDRO II PREDIO - CENTRO, CEP:77970000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PUGMIL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2469219
Endereço:	PRACA DA MATRIZ - CENTRO, CEP:77603000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANDOLANDIA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2469162
Endereço:	RUA ACIOLI DA SILVA BARROS - CENTRO, CEP:77478000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SAO FELIX		
Tipo Unidade:	POSTO DE SAUDE		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2370662
Endereço:	AV FRANCISCO LEOBAS QD 07 LT 09 - CENTRO, CEP:77605000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO TO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2370484
Endereço:	RUA EMANUEL RODRIGUES - CENTRO, CEP:77990000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SITIO NOVO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2370506
Endereço:	AVENIDA TOCANTINS - CENTRO, CEP:77940000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SUCUPIRA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2468921
Endereço:	AVENIDA JACARANDA - CENTRO, CEP:77458000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE TALISMA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2486849
Endereço:	AVENIDA RIO FORMOSO - CENTRO, CEP:77483000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SETOR PESTANA GUARAI		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2469286
Endereço:	AVENIDA CEARA ESQUINA COM BAHIA - SETOR PESTANA, CEP:77700000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SETOR UNIVERSITARIO MIRACEMA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	3716368
Endereço:	AV SALOMAO TOMAS DE MATOS - SETOR UNIVERSITARIO, CEP:77650000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DR JOAQUIM		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2468344

Endereço:	AVENIDA MONSENHOR LINCOLN - CENTRO, CEP:77725000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE FNS NOVA OLINDA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2486989
Endereço:	AV 31 DE MARCO - CENTRO, CEP:77790000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE JAU DO TOCANTINS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2486806
Endereço:	AVENIDA D - CENTRO, CEP:77450000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE LAVANDEIRA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468352
Endereço:	RUA 33 - CENTRO, CEP:77328000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE LESTE PARAISO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	5031028
Endereço:	RUA L 13 - SETOR INTERLAGOS, CEP:77600000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE MADRE PAULINA MARIANOPOLIS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468913
Endereço:	RUA ANTONIO NETO - CENTRO, CEP:77675000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE NORTE PARAISO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2469065
Endereço:	RUA DOM PEDRO II QD 151 LT10 - JARDIM PAULISTA, CEP:77600000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVA ROSALANDIA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468220
Endereço:	AVN BERNARDO SAYAO - CENTRO, CEP:77495000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE OESTE PARAISO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2469057
Endereço:	RUA BERNADINO MACIEL - SETOR AEROPORTO, CEP:77600000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF 01 DIANOPOLIS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468743
Endereço:	RUA TANCREDO NEVES - CAVALCANTE, CEP:77300000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF 02 DIANOPOLIS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468735
Endereço:	RUA 06 - NOVA CIDADE, CEP:77300000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF 03 DIANOPOLIS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468751
Endereço:	RUA NILO RODRIGUES - CENTRO, CEP:77300000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF 04 DIANOPOLIS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468727
Endereço:	PRACA DA LIBERDADE - BELA VISTA, CEP:77300000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF 05 DIANOPOLIS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468700
Endereço:	AVENIDA SETE DE SETEMBRO - SETOR BRASIL, CEP:77300000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF 06 DIANOPOLIS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	3266788
Endereço:	AV BOA VISTA - SANTA LUIZA, CEP:77300000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA FILOMENA MIRACEMA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2469391
Endereço:	RUA JUSTINIANO BORBA - SANTA FILOMENA, CEP:77650000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTOS DUMONT MIRACEMA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		

CNPJ:	- . ./-	CNES:	2469405
Endereço:	RUA ELITE - SANTOS DUMONT, CEP:77650000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE SESPE PARAISO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2469073
Endereço:	RUA SANTOS DUMONT - CENTRO, CEP:77600000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE SETOR BELA VISTA PEDRO AFONSO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2658909
Endereço:	RUA SOUSA AGUIAR - SETOR BELA VISTA, CEP:77710000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE SUL PARAISO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2647052
Endereço:	AVENIDA 23 DE OUTUBRO - POUSO ALEGRE, CEP:77600000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZINHA DE JESUS STA RITA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2468654
Endereço:	AVN TOCANTINS - CENTRO, CEP:77565000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE VICENTE DE PAULA LUZINOPOLIS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2469561
Endereço:	AV GOIAS - CENTRO, CEP:77903000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA MILENA PARAISO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2658992
Endereço:	AV SANTOS DUMONT - VILA MILENA, CEP:77600000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA REGINA PARAISO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2469596
Endereço:	AV BRASIL QD 32 - VILA REGINA, CEP:77600000		
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE VINTE MIL CARRASCO BONITO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2487012
Endereço:	RUA PRINCIPAL - ZONA RURAL, CEP:77985000		
Nome:	UNIDADE BASICA SAUDE ROSIMAR RESPLANDES ST FE DO ARAGUAIA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2468662
Endereço:	AVENIDA TOCANTINS - POVOADO COCALIM, CEP:77848000		
Nome:	UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA DO AURENY I		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	3035077
Endereço:	RUA ALAGOS QDA NE 10 LT 17 - AURENY I, CEP:77270000		
Nome:	UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA II AUGUSTINOPOLIS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2469006
Endereço:	RUA PRESIDENTE KENNEDY - CENTRO, CEP:77960000		
Nome:	UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA III		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2658968
Endereço:	RUA 12 - BOM TEMPO, CEP:77365000		
Nome:	UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA MARIA MARTINS NUNES COLINAS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2370468
Endereço:	RUA AIRTON SENA - ALVORADA, CEP:77760000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE ALTO BONITO TOCANTINOPOLIS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2370352
Endereço:	RUA DARCI GOMES MARINHO - ALTO BONITO, CEP:77900000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE ALTO DA COLINA P NACIONAL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2468441
Endereço:	RUA L 04 - ALTO DA COLINA, CEP:77500000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA F DONA HELENA NOVAES SANTOS TAGUATINGA		

Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2649365
Endereço:	AVENIDA JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA - VILA SANTA MARIA, CEP:77320000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CAIC		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468069
Endereço:	QLN AV APAE CAIC - AURENY IV, CEP:77270000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468999
Endereço:	RUA VITORINO RIBEIRO - CENTRO, CEP:77993000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468646
Endereço:	RUA CASTRO ALVES - CENTRO, CEP:77895000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2658879
Endereço:	RUA MATO GROSSO - ALTO DA BOA VISTA, CEP:77365000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2469154
Endereço:	PRACA DA BANDEIRA - CENTRO, CEP:77360000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1004 SUL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2594056
Endereço:	QUADRA 1004 SUL AL14 LT 79 - CENTRO, CEP:77270000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1104 SUL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2594145
Endereço:	1104 SUL ALA 06 - CENTRO, CEP:77024032		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1105 SUL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2594153
Endereço:	1105 SUL QI03 LOTE 22 ALA 05 - 1105 SUL, CEP:77024048		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1106 SUL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2492490
Endereço:	1106 SUL AL 23 LT 11 09 - CENTRO, CEP:77024090		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1203 SUL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	5165210
Endereço:	1203 SUL AL 04 LT 06 QI 06 - CENTRO, CEP:77270000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1206 SUL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2594064
Endereço:	1206 SUL AL 04 LT 30 ALAMEDA 04 LOTE 31 - CENTRO, CEP:77019436		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 305 NORTE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2467941
Endereço:	305 NORTE QI 26 AL26 LT 11 - CENTRO, CEP:77001308		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 307 NORTE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2467976
Endereço:	307 NORTE AREA PUBLICA MUNICIPAL - CENTRO, CEP:77001440		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 403 SUL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468093
Endereço:	403 SUL AL 06 LT06 QI 17 - CENTRO, CEP:77015583		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 404 NORTE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2467895
Endereço:	404 NORTE ALAMEDA 02 QI 13 LOTE 02 - CENTRO, CEP:77006426		

Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 405 NORTE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	6276474
Endereço:	QUADRA 305 NORTE ALAMEDA 05 LOTE 94 - 405 NORTE, CEP:77270000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 407 NORTE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2467917
Endereço:	407 NORTE AL 12 CS 06 - CENTRO, CEP:77001566		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 409 NORTE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2594137
Endereço:	409 NORTE ALA 27 LT 4042 - CENTRO, CEP:77001578		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 603 NORTE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2492717
Endereço:	603 NORTE AREA PUBLICA MUNICIPAL - CENTRO, CEP:77001868		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 605 NORTE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2492709
Endereço:	605 NORTE QC 02 LOTE 08 - CENTRO, CEP:77001745		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 906 SUL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2594161
Endereço:	906 SUL AL 07 LT 56 - CENTRO, CEP:77023386		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALTO BONITO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2468042
Endereço:	RUA 20 APM 09 - AURENY IV, CEP:77060024		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANANAS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2468239
Endereço:	AVENIDA BRASIL - CENTRO, CEP:77890000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANGICO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2600412
Endereço:	RUA NOVA - CENTRO, CEP:77905000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA APARECIDA DO RIO NEGRO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2597497
Endereço:	AVENIDA DUQUE DE CAXIAS QD 79 LT 02 - CENTRO, CEP:77620000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ARAGUACEMA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2560232
Endereço:	RUA RUI BARBOSA - CENTRO, CEP:77690000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA AURENY II		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2467984
Endereço:	RUA OSWALDO CRUZ QD 33 LOTE 01 02 AURENY II - AURENY II, CEP:77270000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BELA VISTA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2467879
Endereço:	RUA NC 11 QDA 33 AREA PUBLICA MUNICIPAL - CENTRO, CEP:77064692		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BREJINHO DE NAZARE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2486911
Endereço:	RUA JONAS PEREIRA LIMA - CENTRO, CEP:77560000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BURITIRANA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2468123
Endereço:	PRACA NATAL CAMILO ZONA RURAL - BURITIRAMA, CEP:77090028		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CASEGO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2546396

Endereço:	AV RIO GRANDE DO NORTE - SETOR CASEGO, CEP:77410080		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CENTRO E SOL NASCENTE COLINAS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2649314
Endereço:	RUA RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS - CENTRO, CEP:77760000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA COMBINADO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2370808
Endereço:	AVENIDA GERCINA BORGES TEIXEIRA - CENTRO, CEP:77350000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DAVINO TEIXEIRA COLINAS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2370417
Endereço:	RUA ALTO DA PARNAIBA - SETOR SANTA ROSA, CEP:77760000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE AXIXA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2554879
Endereço:	RUA DO COMERCIO CASA - CENTRO, CEP:77930000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE BANDEIRANTES		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2486687
Endereço:	RUA DOMINGOS LEONEL - CENTRO, CEP:77783000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE BRASILANDIA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2469197
Endereço:	AV ANTONIO MATEUS - CENTRO, CEP:77735000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE NOVO JARDIM		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2486709
Endereço:	AV JOAO BATISTA CERQUEIRA - CENTRO, CEP:77318000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PALMEIRANTE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2494094
Endereço:	RUA SETE DE SETEMBRO - CENTRO, CEP:77798000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PINDORAMA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	5373859
Endereço:	RUA LINO CESARIO - CENTRO, CEP:77380000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE RIACHINHO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	3501256
Endereço:	AV JERUSALEM - CENTRO, CEP:77893000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE RIO DA CONCEICAO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2370654
Endereço:	RUA DAS PALMEIRAS - CENTRO, CEP:77303000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2486865
Endereço:	RUA SATURNINO DE SENA FERREIRA - CENTRO, CEP:77375000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE SAO JOAO ANANAS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2651319
Endereço:	POVOADO SAO JOAO - ZONA RURAL, CEP:77890000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DIVINO ESPIRITO SANTO NATIVIDADE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2486830
Endereço:	RUA F QUADRA 5 6 - SETOR GINASIAL, CEP:77370000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DONA ENITE DE AURORA DO TOCANTIN		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2649381
Endereço:	RUA BENICIO LUIZ TAVARES - VILA BAHIANA, CEP:77325000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR ANTONIO PEDRO RIBEIRO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		

CNPJ:	- . ./-	CNES:	5550777
Endereço:	AV JK - CENTRO, CEP:77555000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR JORGE BASTOS ABBUD		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2468808
Endereço:	RUA JULIETA ZEFERINO DE OLIVEIRA - CENTRO, CEP:77453000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EMILIO ANTONIO DE ARAUJO CH NATI		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2469235
Endereço:	RUA DOS CRUZEIROS - CENTRO, CEP:77378000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FILADELFIA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2469146
Endereço:	RUA JOAO DE ABREU - CENTRO, CEP:77795000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FRANCISCO HERNANDES TORRECILHA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2370778
Endereço:	AV ULISSES GUIMARAES - CENTRO, CEP:77918000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA GERSON DE OLIVEIRA COLINAS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2680319
Endereço:	RUA MARIA EDNAR - COLINAS CAMPO CLUBE, CEP:77760000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA GOIANORTE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2359650
Endereço:	AV 07 DE SETEMBRO - CENTRO, CEP:77695000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	3518736
Endereço:	RUA SAO RAIMUNDO - CENTRO, CEP:77925000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I ALIANCA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2600382
Endereço:	AVENIDA MARECHAL RONDON PREDIO - CENTRO, CEP:77455000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I AUGUSTINOPOLIS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2649292
Endereço:	RUA SERGIPE - BOA VISTA, CEP:77960000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	3557502
Endereço:	RUA PRINCIPAL POVOADO BELA VISTA - CENTRO, CEP:77925000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II ALIANCA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2600463
Endereço:	RUA 106 PREDIO - JARDIM ALIANCA, CEP:77455000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II BREJINHO DE NAZARE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2649306
Endereço:	RUA PEDRO ANDRADE - SETOR BELA VISTA, CEP:77560000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III AUGUSTINOPOLIS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2469014
Endereço:	RUA 15 DE NOVEMBRO - SANTA RITA, CEP:77960000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ITACAJA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2469332
Endereço:	RUA COSTA E SILVA - CENTRO, CEP:77720000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ITAPORA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2560186
Endereço:	AVENIDA 15 DE NOVEMBRO - CENTRO, CEP:77740000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV		

Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	3017796
Endereço:	AVENIDA PACIFICO SIQUEIRA CAMPOS - SAO PEDRO, CEP:77960000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JARMILAO SAMPAIO COLINAS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2370409
Endereço:	AV RUIDELMAR LIMEIRA BORGES - CAMPINAS, CEP:77760000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE DE SOUSA DOURADO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2359618
Endereço:	RUA SAO PAULO - CENTRO, CEP:77615000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JUARINA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2469189
Endereço:	AV TIRADENTES - CENTRO, CEP:77753000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LAURIDES LIMA MILHOMEM		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468077
Endereço:	APM 21 ENTRE RUA 30 E 32 - AURENY III, CEP:77062048		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LAURINDO FERREIRA COLINAS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2680289
Endereço:	RUA 15 - SETOR OESTE, CEP:77760000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LIBERDADE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2492695
Endereço:	RUA 32 APM 10 - AURENY III, CEP:77270000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MALVINAS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2546418
Endereço:	RUA 48 - VILA IRIS, CEP:77413470		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA CANABRAVA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	3939073
Endereço:	AVENIDA GOIAS - CENTRO, CEP:77390000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MORADA DO SOL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2467933
Endereço:	RUA CEREJEIRA QD 120 LT 24 MORADA DO SOL - TAQUARALTO, CEP:77064552		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NAIR FERREIRA COLINAS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2370425
Endereço:	RUA 03 - SUL, CEP:77760000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOSSA VIDA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2492474
Endereço:	RUA NC 07 QDA 09 LOTE 22 - VALE DO SOL, CEP:77064330		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOVO HORIZONTE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468085
Endereço:	APM 07 LT 01 - NOVO HORIZONTE, CEP:77060016		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOVO HORIZONTE JAU		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2486814
Endereço:	POVOADO NOVO HORIZONTE ZONA RURAL - CENTRO, CEP:77450000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARQUE DAS ACACIAS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2546507
Endereço:	RUA A07 QD 08 LT 06 - PARQUE DAS ACACIAS, CEP:77440760		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAU DARCO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468387
Endereço:	RUA MESSIAS COSTA - CENTRO, CEP:77785000		

Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PEDROSO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-.-/-	CNES:	2546434
Endereço:	RUA I QUADRA PMG R 04 - SETOR PEDROSO, CEP:77433010		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-.-/-	CNES:	2658941
Endereço:	RUA 06 - CENTRO, CEP:77365000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SABINAS SILVANOPOLIS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-.-/-	CNES:	2468883
Endereço:	RUA CANDIDA PEREIRA - CENTRO, CEP:77580000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTA BARBARA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-.-/-	CNES:	2492725
Endereço:	AV CONTORNO APM 16 A - SANTA BARBARA, CEP:77270000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTA FE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-.-/-	CNES:	2492512
Endereço:	RUA T11 QDA 25 LOTE 22 - SANTA FE, CEP:77270000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SAO CRISTOVAO COLINAS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-.-/-	CNES:	2370433
Endereço:	RUA SAO JUDAS TADEU - SETOR SANTO ANTONIO, CEP:77760000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SAO JOSE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-.-/-	CNES:	2546485
Endereço:	RUA CORSEGA LT 10 QD 18 - SETOR SAO JOSE, CEP:77410500		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SETOR RODOVIARIO COLINAS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-.-/-	CNES:	2667703
Endereço:	RUA FILADELFIA - SETOR RODOVIARIO, CEP:77760000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SETOR SUL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-.-/-	CNES:	2468034
Endereço:	RUA P 03 QDA 22 LOTE 27 - SETOR SUL, CEP:77064648		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEVILHA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-.-/-	CNES:	2546450
Endereço:	AV RIO BRANCO ENTRE RUAS 18 E 18A - SETALTO DOS BURITIS, CEP:77410350		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SOL NASCENTE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-.-/-	CNES:	2546426
Endereço:	AV SERGIPE QD 05 - SET JARDIM ELDORADO, CEP:77403130		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TAQUARI		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-.-/-	CNES:	5314240
Endereço:	QD T31 APM 22 - JARDIM TAQUARI, CEP:77270000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TAQUARUSSU		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-.-/-	CNES:	2492520
Endereço:	RUA 17B LOTE 01 QDA 26 - TAQUARUSSU, CEP:77260000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TUPIRATINS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-.-/-	CNES:	2468786
Endereço:	RUA 08 - NOVA TUPIRATINS, CEP:77743000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA UNIRG		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-.-/-	CNES:	3545520
Endereço:	AV BAHIA ENTRE RUA 3 E 4 QD 226 LTS 01 A 8 - CENTRO, CEP:77410100		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V AUGUSTINOPOLIS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-.-/-	CNES:	5503922

Endereço:	POVOADO KM 16 - ZONA RURAL, CEP:77960000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VALMIRA PEREIRA REGO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. /-	CNES:	2680262
Endereço:	AVENIDA DOS LAVRADORES - SETOR AEROPORTO, CEP:77590000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA NOVA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. /-	CNES:	2546469
Endereço:	RUA 03 QD 05 LT 05 - SET AEROPORTO II, CEP:77440470		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA QUIXABA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. /-	CNES:	2597500
Endereço:	AV TOCANTINS QD 18 LT 07 - CENTRO, CEP:77460000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA SAO MIGUEL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. /-	CNES:	2560305
Endereço:	VILA SAO MIGUEL - ZONA RURAL, CEP:77460000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA WALDIR LINS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. /-	CNES:	2546477
Endereço:	RUA 08 QD 53 LT 15 - SETOR WALDIR LINS, CEP:77440520		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA WANDERLANDIA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. /-	CNES:	2469111
Endereço:	RUA 24 DE OUTUBRO - CENTRO, CEP:77860000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DE ALMAS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. /-	CNES:	5183642
Endereço:	AV JOAO ALVES - SETOR CENTRO, CEP:77310000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DE FAMILIA 612 SUL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. /-	CNES:	2492504
Endereço:	612 SUL QI 04 ALAMEDA 03 LOTE 08 - CENTRO, CEP:77022100		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DE FAMILIA TAIPAS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. /-	CNES:	2469200
Endereço:	RUA AYRTON SENNA - CENTRO, CEP:77308000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DE MARIANOPOLIS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. /-	CNES:	2468255
Endereço:	AVENIDA ANTONIO NETO - CENTRO, CEP:77675000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DONA FELISBELA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. /-	CNES:	2467593
Endereço:	RUA GERMANO CALDEIRA - CENTRO, CEP:77645000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DR CARLOS A FERREIRA REIS P NACIONAL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. /-	CNES:	2468530
Endereço:	VIELA 01 - VILA NOVA, CEP:77500000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE ESCOLA BRASIL PORTO NACIONAL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. /-	CNES:	2468468
Endereço:	RUA 15 DE NOVEMBRO - POVOADO ESCOLA BRASIL, CEP:77500000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE ESPERIDIAO REZENDE DA GLORIA DE LAGOA DO TO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. /-	CNES:	2468263
Endereço:	AV MANOEL ALVES - CENTRO, CEP:77613000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE LUIZ FRANCISCO DE MIRANDA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. /-	CNES:	5193273
Endereço:	AVENIDA GOIAS - SETOR SUL, CEP:77305000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE MAE EUGENIA PORTO NACIONAL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		

CNPJ:	- . ./-	CNES:	2468565
Endereço:	AV ALICE AIRES DE SOUZA - JD BRASILIA, CEP:77500000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE PINHEIROPOLIS PORTO NACIONAL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2468492
Endereço:	POVOADO DE PINHEIROPOLIS - ZONA RURAL, CEP:77500000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE SETOR AEROPORTO PEIXE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2560291
Endereço:	AVENIDA AEROPORTO - SETOR SUL, CEP:77460000		
Nome:	UNIDADE DE SAUDE VALDEMIR PITOMBEIRA DA COSTA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2486903
Endereço:	RUA 02 - CENTRO, CEP:77558000		
Nome:	UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DA FAMILIA SETOR SUL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2560216
Endereço:	AVENIDA LONGUINHO VIEIRA JUNIOR - SETOR SUL, CEP:77725000		
Nome:	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CENTRO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2546698
Endereço:	AV JK - CENTRO, CEP:77470000		
Nome:	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CENTRO I		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	3472612
Endereço:	RUA 04 - CENTRO, CEP:77470000		
Nome:	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA D ALDELICE BABACULANDIA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2560178
Endereço:	RUA SANTOS DUMONT - CENTRO, CEP:77870000		
Nome:	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DE DIVINOPOLIS		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	5169968
Endereço:	AV DIVINO LUIZ COSTA QD 34 LT 5A - CENTRO, CEP:77670000		
Nome:	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DE DOIS IRMAOS DO TO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	5169917
Endereço:	AV TRES PODERES - CENTRO, CEP:77685000		
Nome:	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DE RIO SONO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	5160685
Endereço:	AV 7 DE SETEMBRO - CENTRO, CEP:77635000		
Nome:	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DE XAMBIOA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2486725
Endereço:	RUA ANTONIO MONTEIRO - CENTRO, CEP:77880000		
Nome:	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA PROF JOANA DARC BABACULANDIA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2680335
Endereço:	RUA SEBASTIAO DE SOUSA - SETOR DE AREIA, CEP:77870000		
Nome:	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SAO JOSE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2546701
Endereço:	RUA JORGE MONTEL QDB11 LT03 - SAO JOSE, CEP:77470000		
Nome:	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SETOR ALIANCA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2468247
Endereço:	RUA MARGINAL ESQUERDA - ALIANCA, CEP:77470000		
Nome:	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SETOR PLANALTO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2546728
Endereço:	RUA 09 ESQCJOSE RODRIGUES - JARDIM PLANALTO, CEP:77470000		
Nome:	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA TOCANTINIA		

Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2467607
Endereço:	RUA ERNESTO MIGUEL COSTA - VILA JACO, CEP:77640000		
Nome:	USF BLANDINA DE O NEGRE PORTO NACIONAL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468476
Endereço:	AV NOVA FATIMA - JD QUERIDO, CEP:77500000		
Nome:	USF BRIGADEIRO EDUARDO GOMES PORTO NACIONAL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468549
Endereço:	AV E - BRIG EDUARDO GOMES, CEP:77500000		
Nome:	USF EUDOXIA DE OLIVEIRA NEGRE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468433
Endereço:	AV GUANABARA - NOVO PLANALTO, CEP:77500000		
Nome:	USF MARIA DA CONCEICAO F MOURA AIRES DE PORTO NACIONAL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2658925
Endereço:	RUA MARIA ANGELICA DA SILVA PRADO QD 25 LT 03 - NOVA CAPITAL, CEP:77500000		
Nome:	USF MARIA LOPES PORTO NACIONAL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468506
Endereço:	RUA 05 QD 241 - PORTO IMPERIAL, CEP:77500000		
Nome:	USF NANA PRADO C SOUZA P NACIONAL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468417
Endereço:	RU PONTE ALTA - JD MUNICIPAL, CEP:77500000		
Nome:	USF VILA NOVAII PORTO NACIONAL		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468484
Endereço:	AV NACOES UNIDAS - VILA NOVA, CEP:77500000		

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	CASA DE CUSTODIA DE PALMAS	CNES:	3581438
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE AGUIARNOPOLIS	CNES:	2600439
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE ALQUINO GOMES DA SILVA DE RECURSOLANDIA	CNES:	2467577
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE ANA VINA	CNES:	3904083
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE BENEDITO BOTELHO SANTA MARIA	CNES:	2468794
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE BERNARDO SAYAO	CNES:	2487063
---------------------------	--------------------------------	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE CENTENARIO	CNES:	2370727
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE DE ARAGUACU	CNES:	2468948
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE DE CARMOLANDIA	CNES:	2469588
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE DE CASEARA	CNES:	6260896
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE DE ITAGUATINS	CNES:	2600455
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE DE MURICILANDIA	CNES:	2515245
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE DR FRANKLYN AMORIM MIRACEMA	CNES:	2469413
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE DR PEDRO ZANINA DE FORTALEZA DO TABOAO	CNES:	2680238
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE JOSE LUCIO ARAGOMINAS	CNES:	2600404
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE LUISA PINHEIRO BARROS DUERE	CNES:	2467550
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE MACAUBA	CNES:	2469472
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE MARIA BETANIA SANTA FE DO ARAGUAIA	CNES:	2468689
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE MUCIO BARBOSA TOCANTINOPOLIS	CNES:	2370360
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DE TOCANTINOPOLIS	CNES:	3904067
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL PEIXE	CNES:	2486768
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE NATAL ARAGUATINS	CNES:	2469480
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE NOVA ARAGUATINS ARAGUATINS	CNES:	2469510
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE OLAVO RODRIGUES DE MATOS	CNES:	2486857
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE PIRAQUE	CNES:	2469359
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE RIO DOS BOIS	CNES:	2469170
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE SAO SALVADOR	CNES:	2468867
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE UNIDADE BASICA	CNES:	5317991
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE UNIDADE BASICA	CNES:	2658836
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE UNIDADE BASICA DE ALVORADA	CNES:	5315905
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE UNIDADE BASICA LUZIMANGUES PORTO NACIONAL	CNES:	5623979
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE	CNES:	2554860
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUATINS	CNES:	2469502
---------------------------	--------------------------------------	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE BURITI	CNES:	2680246
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CRISTALANDIA	CNES:	2486776
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CRISTO REI MATEIROS	CNES:	2487039
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DARCINOPOLIS	CNES:	2680297
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATINS	CNES:	2370301
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAS	CNES:	2680270
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE MAE INOCENCIA P ALTA DO BOM JESUS	CNES:	2486695
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE MAE PETA	CNES:	2469529
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE NOVO ALEGRE	CNES:	2468360
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	POSTO DE SAUDE 108 SUL	CNES:	6372082
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	POSTO DE SAUDE 303 NORTE	CNES:	6358810
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	POSTO DE SAUDE BELA VISTA	CNES:	6646271
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	POSTO DE SAUDE TREVO DO TOCANTINS	CNES:	2546442
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	PRONTO ATENDIMENTO ARAGUANA	CNES:	2370395
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	PRONTO ATENDIMENTO COUTO MAGALHAES	CNES:	2667738
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	PRONTO ATENDIMENTO DE PEQUIZEIRO	CNES:	2359715
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	PRONTO ATENDIMENTO SANT ANA RIACHINHO	CNES:	2680254
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	PRONTO ATENDIMENTO SAO BENTO	CNES:	2469545
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	CNES:	6463274
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	SESPPSF PRESIDENTE KENNEDY	CNES:	2469251
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	U S F IRACEMA SIQUEIRA DE ABREU RIBEIRO IPUEIRAS	CNES:	2597462
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UBS ALBENY SOARES DE PAULA ARAGUAINA	CNES:	2467739
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UBS ARAGUAINA SUL	CNES:	2467836
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UBS AVANY GALDINO DA SILVA ARAGUAINA	CNES:	2467798
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UBS BAIRRO DE FATIMA ARAGUAINA	CNES:	2467755
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UBS CANTINHO DO VOVO ARAGUAINA	CNES:	2680386
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UBS DR FRANCISCO BARBOSA DE BRITO ARAGUAINA	CNES:	2467658

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UBS JK ARAGUAINA	CNES:	2467704
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UBS JOSE DE SOUSA REZENDE ARAGUAINA	CNES:	2467828
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UBS JOSE RONALDO PEREIRA DA COSTA ARAGUAINA	CNES:	2467682
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UBS MANOEL DOS REIS LIMA ARAGUAINA	CNES:	3905993
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UBS NOVA ARAGUAINA	CNES:	2560259
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UBS NOVO HORIZONTE ARAGUAINA	CNES:	2467666
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UBS PALMEIRA DO NORTE	CNES:	2467844
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UBS PONTE ARAGUAINA	CNES:	2467674
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UBS SENADOR BENEDITO V FERREIRA ARAGUAINA	CNES:	5382270
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UBS SETOR BARROS ARAGUAINA	CNES:	2467690
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UBS VILA COUTO MAGALHAES ARAGUAINA	CNES:	2467763
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA A DE SAUDE DE NOVA OLINDA	CNES:	2486997
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE 1 LAGOA DA CONFUSAO	CNES:	3958094
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE 3 LAGOA DA CONFUSAO	CNES:	2468611
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE 508 NORTE	CNES:	3258017
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE ADONTINO ALVES LIMEIRA	CNES:	2667673
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE ARRAIAS	CNES:	2486962
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE BEATRIZ MEDEIROS PARAISO	CNES:	2469049
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE BURITIZINHO ARRAIAS	CNES:	2765721
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO	CNES:	2467615
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE CORRENTINHO MIRACEMA	CNES:	2469421
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA CRIXAS	CNES:	2468603
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ABREULANDIA	CNES:	2554852
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ALTO LINDO GOIATINS	CNES:	2649322
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARAPOEMA	CNES:	2468980
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BARRA DO OURO	CNES:	2370735
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BOM JESUS DO TOCANTINS	CNES:	2469243
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CACHOEIRINHA	CNES:	2469537
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAMPOS LINDOS	CNES:	2486938
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CARRASCO BONITO	CNES:	2487004
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA	CNES:	2487047
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ITAPIRATINS	CNES:	2486946
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LIZARDA	CNES:	2487055
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MONTE SANTO	CNES:	2370700
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVO ACORDO	CNES:	2468301
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PIUM	CNES:	2492466
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PRAIA NORTE	CNES:	2487020
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PUGMIL	CNES:	2469219
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANDOLANDIA	CNES:	2469162
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SAO FELIX	CNES:	2370662
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO TO	CNES:	2370484

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SITIO NOVO	CNES:	2370506
---------------------------	---------------------------------------	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SUCUPIRA	CNES:	2468921
---------------------------	-------------------------------------	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DE TALISMA	CNES:	2486849
---------------------------	------------------------------------	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SETOR PESTANA GUARAI	CNES:	2469286
---------------------------	---	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SETOR UNIVERSITARIO MIRACEMA	CNES:	3716368
---------------------------	---	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DR JOAQUIM	CNES:	2468344
---------------------------	------------------------------------	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE FNS NOVA OLINDA	CNES:	2486989
---------------------------	---	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE JAU DO TOCANTINS	CNES:	2486806
---------------------------	--	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE LAVANDEIRA	CNES:	2468352
---------------------------	------------------------------------	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE LESTE PARAISO	CNES:	5031028
---------------------------	---------------------------------------	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE MADRE PAULINA MARIANOPOLIS	CNES:	2468913
---------------------------	--	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE NORTE PARAISO	CNES:	2469065
---------------------------	---------------------------------------	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVA ROSALANDIA	CNES:	2468220
---------------------------	---	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE OESTE PARAISO	CNES:	2469057
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF 01 DIANOPOLIS	CNES:	2468743
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF 02 DIANOPOLIS	CNES:	2468735
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF 03 DIANOPOLIS	CNES:	2468751
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF 04 DIANOPOLIS	CNES:	2468727
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF 05 DIANOPOLIS	CNES:	2468700
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF 06 DIANOPOLIS	CNES:	3266788
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA FILOMENA MIRACEMA	CNES:	2469391
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTOS DUMONT MIRACEMA	CNES:	2469405
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE SESPE PARAISO	CNES:	2469073
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE SETOR BELA VISTA PEDRO AFONSO	CNES:	2658909
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE SUL PARAISO	CNES:	2647052
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE TEREZINHA DE JESUS STA RITA	CNES:	2468654
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE VICENTE DE PAULA LUZINOPOLIS	CNES:	2469561
---------------------------	--	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA MILENA PARAISO	CNES:	2658992
---------------------------	---	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE VILA REGINA PARAISO	CNES:	2469596
---------------------------	---	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE VINTE MIL CARRASCO BONITO	CNES:	2487012
---------------------------	---	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA SAUDE ROSIMAR RESPLANDES ST FE DO ARAGUAIA	CNES:	2468662
---------------------------	---	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA DO AURENY I	CNES:	3035077
---------------------------	---	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA II AUGUSTINOPOLIS	CNES:	2469006
---------------------------	---	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA III	CNES:	2658968
---------------------------	---------------------------------	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA MARIA MARTINS NUNES COLINAS	CNES:	2370468
---------------------------	---	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE ALTO BONITO TOCANTINOPOLIS	CNES:	2370352
---------------------------	---	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE ALTO DA COLINA P NACIONAL	CNES:	2468441
---------------------------	--	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA F DONA HELENA NOVAES SANTOS TAGUATINGA	CNES:	2649365
---------------------------	--	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CAIC	CNES:	2468069
---------------------------	----------------------------------	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA	CNES:	2658879
---------------------------	-----------------------------	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA	CNES:	2468646
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA	CNES:	2468999
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA	CNES:	2469154
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1004 SUL	CNES:	2594056
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1104 SUL	CNES:	2594145
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1105 SUL	CNES:	2594153
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1106 SUL	CNES:	2492490
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1203 SUL	CNES:	5165210
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1206 SUL	CNES:	2594064
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 305 NORTE	CNES:	2467941
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 307 NORTE	CNES:	2467976
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 403 SUL	CNES:	2468093
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 404 NORTE	CNES:	2467895
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 405 NORTE	CNES:	6276474
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 407 NORTE	CNES:	2467917
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 409 NORTE	CNES:	2594137
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 603 NORTE	CNES:	2492717
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 605 NORTE	CNES:	2492709
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 906 SUL	CNES:	2594161
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALTO BONITO	CNES:	2468042
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANANAS	CNES:	2468239
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANGICO	CNES:	2600412
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA APARECIDA DO RIO NEGRO	CNES:	2597497
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ARAGUACEMA	CNES:	2560232
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA AURENY II	CNES:	2467984
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BELA VISTA	CNES:	2467879
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BREJINHO DE NAZARE	CNES:	2486911
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BURITIRANA	CNES:	2468123
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CASEGO	CNES:	2546396
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CENTRO E SOL NASCENTE COLINAS	CNES:	2649314
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA COMBINADO	CNES:	2370808
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DAVINO TEIXEIRA COLINAS	CNES:	2370417
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE AXIXA	CNES:	2554879
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE BANDEIRANTES	CNES:	2486687
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE BRASILANDIA	CNES:	2469197
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE NOVO JARDIM	CNES:	2486709
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PALMEIRANTE	CNES:	2494094
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PINDORAMA	CNES:	5373859
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE RIACHINHO	CNES:	3501256
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE RIO DA CONCEICAO	CNES:	2370654
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS	CNES:	2486865

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE SAO JOAO ANANAS	CNES:	2651319
---------------------------	--	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DIVINO ESPIRITO SANTO NATIVIDADE	CNES:	2486830
---------------------------	--	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DONA ENITE DE AURORA DO TOCANTIN	CNES:	2649381
---------------------------	--	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR ANTONIO PEDRO RIBEIRO	CNES:	5550777
---------------------------	--	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR JORGE BASTOS ABBUD	CNES:	2468808
---------------------------	---	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EMILIO ANTONIO DE ARAUJO CH NATI	CNES:	2469235
---------------------------	--	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FILADELFIA	CNES:	2469146
---------------------------	--	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FRANCISCO HERNANDES TORRECILHA	CNES:	2370778
---------------------------	--	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA GERSON DE OLIVEIRA COLINAS	CNES:	2680319
---------------------------	--	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA GOIANORTE	CNES:	2359650
---------------------------	---------------------------------------	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I	CNES:	3518736
---------------------------	-------------------------------	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I ALIANCA	CNES:	2600382
---------------------------	---------------------------------------	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I AUGUSTINOPOLIS	CNES:	2649292
---------------------------	--	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II	CNES:	3557502
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II ALIANCA	CNES:	2600463
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II BREJINHO DE NAZARE	CNES:	2649306
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III AUGUSTINOPOLIS	CNES:	2469014
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ITACAJA	CNES:	2469332
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ITAPORA	CNES:	2560186
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV	CNES:	3017796
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JARMILAO SAMPAIO COLINAS	CNES:	2370409
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE DE SOUSA DOURADO	CNES:	2359618
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JUARINA	CNES:	2469189
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LAURIDES LIMA MILHOMEM	CNES:	2468077
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LAURINDO FERREIRA COLINAS	CNES:	2680289
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LIBERDADE	CNES:	2492695
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MALVINAS	CNES:	2546418
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA CANABRAVA	CNES:	3939073
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MORADA DO SOL	CNES:	2467933
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NAIR FERREIRA COLINAS	CNES:	2370425
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOSSA VIDA	CNES:	2492474
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOVO HORIZONTE	CNES:	2468085
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOVO HORIZONTE JAU	CNES:	2486814
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARQUE DAS ACACIAS	CNES:	2546507
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PAU DARCO	CNES:	2468387
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PEDROSO	CNES:	2546434
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I	CNES:	2658941
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SABINAS SILVANOPOLIS	CNES:	2468883
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTA BARBARA	CNES:	2492725
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			
UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTA FE	CNES:	2492512
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SAO CRISTOVAO COLINAS	CNES:	2370433
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SAO JOSE	CNES:	2546485
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SETOR RODOVIARIO COLINAS	CNES:	2667703
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SETOR SUL	CNES:	2468034
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEVILHA	CNES:	2546450
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SOL NASCENTE	CNES:	2546426
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TAQUARI	CNES:	5314240
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TAQUARUSSU	CNES:	2492520
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TUPIRATINS	CNES:	2468786
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA UNIRG	CNES:	3545520
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V AUGUSTINOPOLIS	CNES:	5503922
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VALMIRA PEREIRA REGO	CNES:	2680262
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA NOVA	CNES:	2546469
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA QUIXABA	CNES:	2597500
---------------------------	--	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA SAO MIGUEL	CNES:	2560305
---------------------------	---	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA WALDIR LINS	CNES:	2546477
---------------------------	---	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA WANDERLANDIA	CNES:	2469111
---------------------------	--	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DE ALMAS	CNES:	5183642
---------------------------	---------------------------	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DE FAMILIA 612 SUL	CNES:	2492504
---------------------------	-------------------------------------	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DE FAMILIA TAIPAS	CNES:	2469200
---------------------------	------------------------------------	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DE MARIANOPOLIS	CNES:	2468255
---------------------------	----------------------------------	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DONA FELISBELA	CNES:	2467593
---------------------------	---------------------------------	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DR CARLOS A FERREIRA REIS P NACIONAL	CNES:	2468530
---------------------------	---	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE ESCOLA BRASIL PORTO NACIONAL	CNES:	2468468
---------------------------	---	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE ESPERIDIAO REZENDE DA GLORIA DE LAGOA DO TO	CNES:	2468263
---------------------------	--	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE LUIZ FRANCISCO DE MIRANDA	CNES:	5193273
---------------------------	--	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE MAE EUGENIA PORTO NACIONAL	CNES:	2468565
---------------------------	---	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE PINHEIROPOLIS PORTO NACIONAL	CNES:	2468492
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE SETOR AEROPORTO PEIXE	CNES:	2560291
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE VALDEMIR PITOMBEIRA DA COSTA	CNES:	2486903
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DA FAMILIA SETOR SUL	CNES:	2560216
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CENTRO	CNES:	2546698
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CENTRO I	CNES:	3472612
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA D ALDELICE BABACULANDIA	CNES:	2560178
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DE DIVINOPOLIS	CNES:	5169968
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DE DOIS IRMAOS DO TO	CNES:	5169917
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DE RIO SONO	CNES:	5160685
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DE XAMBIOA	CNES:	2486725
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA PROF JOANA DARC BABACULANDIA	CNES:	2680335
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SAO JOSE	CNES:	2546701
O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SETOR ALIANCA	CNES:	2468247
---------------------------	--	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SETOR PLANALTO	CNES:	2546728
---------------------------	---	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA TOCANTINIA	CNES:	2467607
---------------------------	-------------------------------------	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	USF BLANDINA DE O NEGRE PORTO NACIONAL	CNES:	2468476
---------------------------	--	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	USF BRIGADEIRO EDUARDO GOMES PORTO NACIONAL	CNES:	2468549
---------------------------	---	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	USF EUDOXIA DE OLIVEIRA NEGRE	CNES:	2468433
---------------------------	-------------------------------	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	USF MARIA DA CONCEICAO F MOURA AIRES DE PORTO NACIONAL	CNES:	2658925
---------------------------	--	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	USF MARIA LOPES PORTO NACIONAL	CNES:	2468506
---------------------------	--------------------------------	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	USF NANA PRADO C SOUZA P NACIONAL	CNES:	2468417
---------------------------	-----------------------------------	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

UNIDADE ASSISTIDA:	USF VILA NOVAII PORTO NACIONAL	CNES:	2468484
---------------------------	--------------------------------	--------------	---------

O projeto se faz necessário visando a estruturação das equipes de Atenção Básica através de infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, subsidiando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas.

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE AGUIARNOPOLIS

Ambiente: Recepção

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	2.300,00	2.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	MULTIFUNCIONAL (Copiadora e Scanner)		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		

Especificação Técnica

Acessórios: Cabo de alimentação; Cabo USB; Manuais em português/ Tecnologia: Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada/ Tipo de Impressora: Multifuncional Laser; Conexões: USB 2.0 de alta velocidade; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Resolução: Até 1200 x 1200 dpi/ Características: Copiadora; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Taxa de Zoom: 25-400% (mesa digitalizadora); Cópia múltipla: 1~99 páginas; Características: Digitalizadora; Compatibilidade: Padrão TWAIN; Resolução (Óptica): Até 1200 x 1200 dpi (mesa digitalizadora); Resolução (Aprimorada): Até 4,800 x 4,800 dpi; Função Digitalizar direto o PC; Ciclo mensal de trabalho de 12.000 páginas; Compatível com os sistemas operacionais: Windows 7/2000/XP/Vista/2003 Server/2008 Server; Mac OS X 10.3~10.6; Vários Linux OS/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
---------------------	------	----------------------	-------------------

Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baía(s) de 3,5; Baía(s) de 5,25; Baía(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características <i>tool less</i> , isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800Mhz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHZ; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
TOMADAS	04		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	TRIFÁSICO		
Especificação Técnica			
Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática, com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Circuito desmagnetizador; telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor). Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		

OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Pediátrico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro;			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	11	7.178,00	

7.178,00

UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE DE ARAGUACU			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento			
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa tríplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Nome do Equipamento			
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21 litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento			
	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)

Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Total		Qtd. Total	Valor Total (R\$)
		7	12.186,73

UNIDADE ASSISTIDA: UBS SETOR BARROS ARAGUAINA

Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	1	26,00	26,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	6	2.226,00	

UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE NATAL ARAGUATINS

Ambiente: Sala de Enfermagem

Nome do Equipamento

Detector Fetal

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

Característica Física

1

1.200,00

1.200,00

TIPO

Especificação

OUTROS (ESPECIFICAR)

DE MESA

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento

Esfigmomanômetro

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

Característica Física

1

100,00

100,00

OPCIONAIS (DESCREVER)

Especificação

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro

Nome do Equipamento

Estetoscópio

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

Característica Física

1

50,00

50,00

OPCIONAIS (DESCREVER)

Especificação

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado

Total

Qtd. Total

Valor Total (R\$)

3

1.350,00

UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE NOVA ARAGUATINS ARAGUATINS

Ambiente: Sala de Enfermagem

Nome do Equipamento

Detector Fetal

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

Característica Física

1

1.200,00

1.200,00

TIPO

Especificação

OUTROS (ESPECIFICAR)

DE MESA

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento

Esfigmomanômetro

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

Característica Física

1

100,00

100,00

OPCIONAIS (DESCREVER)

Especificação

NÃO POSSUI

Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	3	1.350,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA V AUGUSTINOPOLIS

Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	3	1.350,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CACHOEIRINHA

Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor),. Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.

Nome do Equipamento

Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

Característica Física

1

3.258,73

3.258,73

MODO DE OPERAÇÃO**Especificação**

CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM

ANALÓGICA

OUTROS (ESPECIFICAR)

AÇO INOXIDÁVEL

CAPACIDADE

NÃO POSSUI

MÍNIMO DE 20 LITROS

Especificação Técnica

Autoclave CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21 litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos**Nome do Equipamento**

Régua Antropométrica

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

Característica Física

3

26,00

78,00

OPCIONAIS (DESCREVER)

Especificação

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral**Nome do Equipamento**

Estetoscópio

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

Característica Física

1

50,00

50,00

OPCIONAIS (DESCREVER)

Especificação

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado

Nome do Equipamento

Esfigmomanômetro

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

Característica Física

1

100,00

100,00

OPCIONAIS (DESCREVER)

Especificação

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro

Nome do Equipamento

Balança Antropométrica

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

Característica Física

1

500,00

500,00

MODO DE OPERAÇÃO

Especificação

CAPACIDADE

MECÂNICA

ADULTO

Especificação Técnica**Nome do Equipamento**

Balança Antropométrica

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

Característica Física

1

350,00

350,00

MODO DE OPERAÇÃO

Especificação

CAPACIDADE

MECÂNICA

INFANTIL

Especificação Técnica**Total**

Qtd. Total

Valor Total (R\$)

10

13.536,73

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAMPOS LINDOS**Ambiente: Recepção****Nome do Equipamento**

No Break (Computador)

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

Característica Física

1

600,00

600,00

OUTROS (ESPECIFICAR)

Especificação

NÃO POSSUI

TOMADAS	04		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	TRIFÁSICO		
Especificação Técnica			
Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática , com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baía(s) de 3,5; Baía(s) de 5,25; Baía(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características 3tool less, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800Mhz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHZ; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	2.300,00	2.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	MULTIFUNCIONAL (Copiadora e Scanner)		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		
Especificação Técnica			
Acessórios: Cabo de alimentação; Cabo USB; Manuais em português/ Tecnologia: Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada/ Tipo de Impressora: Multifuncional Laser; Conexões: USB 2.0 de alta velocidade; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Resolução: Até 1200 x 1200 dpi/ Características: Copiadora; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Taxa de Zoom: 25-400% (mesa digitalizadora); Cópia múltipla: 1~99 páginas; Características: Digitalizadora; Compatibilidade: Padrão TWAIN; Resolução (Óptica): Até 1200 x 1200 dpi (mesa digitalizadora); Resolução (Aprimorada): Até 4,800 x 4,800 dpi; Função Digitalizar direto o PC; Ciclo mensal de trabalho de 12.000 páginas; Compatível com os sistemas operacionais: Windows 7/2000/XP/Vista/2003 Server/2008 Server; Mac OS X 10.3~10.6; Vários Linux OS/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		

Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21 litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipamento odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira maciça, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Total			
Qtd. Total		Valor Total (R\$)	
10		17.086,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR JORGE BASTOS ABBUD

Ambiente: Consultório Odontológico

Nome do Equipamento

Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipamento odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.

Nome do Equipamento

Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		

Especificação Técnica

Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Deseaeração automática.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Total		Qtd. Total	Valor Total (R\$)
		7	12.186,73

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA GERSON DE OLIVEIRA COLINAS			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica		
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado		
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	6	1.428,00

UNIDADE ASSISTIDA: UBS BAIRRO DE FATIMA ARAGUAINA
Ambiente: Sala de Enfermagem
Nome do Equipamento

Detector Fetal	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física	1	1.200,00	1.200,00
TIPO	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	DE MESA		
	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Nome do Equipamento

Régua Antropométrica	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física	1	26,00	26,00
OPCIONAIS (DESCREVER)	Especificação		
	POSSUI		

Especificação Técnica

Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos
Nome do Equipamento

Régua Antropométrica	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física	2	26,00	52,00
OPCIONAIS (DESCREVER)	Especificação		
	POSSUI		

Especificação Técnica

Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral
Nome do Equipamento

Estetoscópio	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física	1	50,00	50,00
OPCIONAIS (DESCREVER)	Especificação		
	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado

Nome do Equipamento

Esfigmomanômetro	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física	1	100,00	100,00
OPCIONAIS (DESCREVER)	Especificação		
	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pês em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro

Nome do Equipamento

Balança Antropométrica	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física	1	350,00	350,00
MODO DE OPERAÇÃO	Especificação		
CAPACIDADE	MECÂNICA		
	INFANTIL		

Especificação Técnica
Nome do Equipamento

Balança Antropométrica	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física	1	500,00	500,00
MODO DE OPERAÇÃO	Especificação		
CAPACIDADE	MECÂNICA		
	ADULTO		

Especificação Técnica

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
-------	------------	-------------------

8		2.278,00		
UNIDADE ASSISTIDA: UBS JOSE RONALDO PEREIRA DA COSTA ARAGUAINA				
Ambiente: Sala de Enfermagem		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento		2	26,00	52,00
Régua Antropométrica		Especificação		
Característica Física		POSSUI		
OPCIONAIS (DESCREVER)		Especificação Técnica		
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal		1	1.200,00	1.200,00
Característica Física		Especificação		
TIPO		DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)		NÃO POSSUI		
Especificação Técnica				
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.				
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento		1	26,00	26,00
Régua Antropométrica		Especificação		
Característica Física		POSSUI		
OPCIONAIS (DESCREVER)		Especificação Técnica		
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.				
Ambiente: Consultório Clínica Geral		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento		1	50,00	50,00
Estetoscópio		Especificação		
Característica Física		NÃO POSSUI		
OPCIONAIS (DESCREVER)		Especificação Técnica		
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro		1	100,00	100,00
Característica Física		Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI		
Especificação Técnica				
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica		1	500,00	500,00
Característica Física		Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO		MECÂNICA		
CAPACIDADE		ADULTO		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica		1	350,00	350,00
Característica Física		Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO		MECÂNICA		
CAPACIDADE		INFANTIL		
Especificação Técnica				
Total		Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
		8	2.278,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UBS PALMEIRA DO NORTE

Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento			
Detector Fetal	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física	1	1.200,00	1.200,00
TIPO	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	DE MESA		
NÃO POSSUI			
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento			
Régua Antropométrica	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física	1	26,00	26,00
OPCIONAIS (DESCREVER)	Especificação		
POSSUI			
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento			
Balança Antropométrica	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física	1	350,00	350,00
MODO DE OPERAÇÃO	Especificação		
CAPACIDADE	MECÂNICA		
INFANTIL			
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento			
Esfigmomanômetro	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física	1	100,00	100,00
OPCIONAIS (DESCREVER)	Especificação		
NÃO POSSUI			
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento			
Estetoscópio	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física	1	50,00	50,00
OPCIONAIS (DESCREVER)	Especificação		
NÃO POSSUI			
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento			
Balança Antropométrica	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física	1	500,00	500,00
MODO DE OPERAÇÃO	Especificação		
CAPACIDADE	MECÂNICA		
ADULTO			
Especificação Técnica			
Total			
		Qtd. Total	Valor Total (R\$)
		6	2.226,00

UNIDADE ASSISTIDA: UBS SENADOR BENEDITO V FERREIRA ARAGUAINA			
Ambiente: Recepção			
Nome do Equipamento			
Computador Desktop (Básico)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física	1	2.000,00	2.000,00
CPU	Especificação		
MOUSE	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
OUTROS (ESPECIFICAR)	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
TECLADO	POSSUI		
DISCO RÍGIDO	PADRÃO ABNT2		
ESTABILIZADOR	MÍNIMO DE 320 GB		
	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baía(s) de 3,5; Baía(s) de 5,25; Baía(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características íttool less, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800MHz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/deshabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHz; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	2.300,00	2.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	MULTIFUNCIONAL (Copiadora e Scanner)		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		

Especificação Técnica

Acessórios: Cabo de alimentação; Cabo USB; Manuais em português/ Tecnologia: Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada/ Tipo de Impressora: Multifuncional Laser; Conexões: USB 2.0 de alta velocidade; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Resolução: Até 1200 x 1200 dpi/ Características: Copiadora; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Taxa de Zoom: 25-400% (mesa digitalizadora); Cópia múltipla: 1~99 páginas; Características: Digitalizadora; Compatibilidade: Padrão TWAIN; Resolução (Óptica): Até 1200 x 1200 dpi (mesa digitalizadora); Resolução (Aprimorada): Até 4.800 x 4.800 dpi; Função Digitalizar direto o PC; Ciclo mensal de trabalho de 12.000 páginas; Compatível com os sistemas operacionais: Windows 7/2000/XP/Vista/2003 Server/2008 Server; Mac OS X 10.3~10.6; Vários Linux OS/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
TOMADAS	04		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	TRIFÁSICO		

Especificação Técnica

Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/ Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática, com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.

Ambiente: Sala de Enfermagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para

pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento

Régua Antropométrica

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

26,00

26,00

Característica Física

Especificação

OPCIONAIS (DESCREVER)

POSSUI

Especificação Técnica

Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento

Esfigmomanômetro

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

100,00

100,00

Característica Física

Especificação

OPCIONAIS (DESCREVER)

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro

Nome do Equipamento

Balança Antropométrica

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

500,00

500,00

Característica Física

Especificação

MODO DE OPERAÇÃO

MECÂNICA

CAPACIDADE

ADULTO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Estetoscópio

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

50,00

50,00

Característica Física

Especificação

OPCIONAIS (DESCREVER)

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado

Nome do Equipamento

Balança Antropométrica

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

350,00

350,00

Característica Física

Especificação

MODO DE OPERAÇÃO

MECÂNICA

CAPACIDADE

INFANTIL

Especificação Técnica

Total

Qtd. Total

Valor Total (R\$)

9

7.126,00

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DONA ENITE DE AURORA DO TOCANTIN

Ambiente: Consultório Odontológico

Nome do Equipamento

Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

8.000,00

8.000,00

Característica Física

Especificação

OPCIONAIS (DESCREVER)

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.

Nome do Equipamento

Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

3.258,73

3.258,73

Característica Física

Especificação

MODO DE OPERAÇÃO

ANALÓGICA

CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM

AÇO INOXIDÁVEL

OUTROS (ESPECIFICAR)

NÃO POSSUI

CAPACIDADE

MÍNIMO DE 20 LITROS

Especificação Técnica

Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21 litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	7	12.186,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA D ALDELICE BABACULANDIA			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	1	350,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA PROF JOANA DARC BABACULANDIA			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			

Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21 litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

UNIDADE DE CUIDADOS BÁSICOS				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica		3	26,00	78,00
Característica Física		Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)		POSSUI		
Especificação Técnica				
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.				
Ambiente: Consultório Clínica Geral				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica		1	500,00	500,00
Característica Física		Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO		MECÂNICA		
CAPACIDADE		ADULTO		
Especificação Técnica				
Total		Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
		6	11.836,73	
UNIDADE 1005				

UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE BURITI**Ambiente: Consultório Odontológico**

Nome do Equipamento			
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física	1	8.000,00	8.000,00
OPCIONAIS (DESCREVER)	Especificação		
	POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com este tipo			

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro

Nome do Equipamento			
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física	1	3.258,73	3.258,73
MODO DE OPERAÇÃO	Especificação		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	ANALÓGICA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	NÃO POSSUI		
	MÍNIMO DE 20 LITROS		

Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21 litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento			
Régua Antropométrica	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física	3	26,00	78,00
OPCIONAIS (DESCREVER)	Especificação		
	POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento			
Balança Antropométrica	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física	1	350,00	350,00
MODO DE OPERAÇÃO	Especificação		
CAPACIDADE	MECÂNICA		
	INFANTIL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	7	12.186,73	

UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE DE CARMOLANDIA**Ambiente: Consultório Odontológico**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipamento odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		

Especificação Técnica

Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		

Especificação Técnica

		Qtd. Total	Valor Total (R\$)
Total		7	12.186,73

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EMILIO ANTONIO DE ARAUJO CH NATI**Ambiente: Recepção**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	2.300,00	2.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	MULTIFUNCIONAL (Copiadora e Scanner)		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		

Especificação Técnica

Acessórios: Cabo de alimentação; Cabo USB; Manuais em português/ Tecnologia: Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada/ Tipo de Impressora: Multifuncional Laser; Conexões: USB 2.0 de alta velocidade; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Resolução: Até 1200 x 1200 dpi/ Características: Copiadora; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Taxa de Zoom: 25-400% (mesa digitalizadora); Cópia múltipla: 1~99 páginas; Características: Digitalizadora; Compatibilidade: Padrão TWAIN; Resolução (Óptica): Até 1200 x 1200 dpi (mesa digitalizadora); Resolução (Apimorada): Até 4.800 x 4.800 dpi; Função Digitalizar direto o PC; Ciclo mensal de trabalho de 12.000 páginas; Compatível com os sistemas operacionais: Windows 7/2000/XP/Vista/2003 Server/2008 Server; Mac OS X 10.3~10.6; Vários Linux OS/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baía(s) de 3,5; Baía(s) de 5,25; Baía(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características íttool less, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800MHz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças./ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada:

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
TOMADAS	04		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	TRIFÁSICO		

Especificação Técnica

Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática, com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do

Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.

Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	11	7.178,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA MARIA MARTINS NUNES COLINAS

Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	2	1.200,00	2.400,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), dimensões aproximadas: 80x130x30mm e peso máximo 200g. Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e			

interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pês em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	7	2.628,00

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CENTRO E SOL NASCENTE COLINAS**Ambiente: Sala de Enfermagem**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pês em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro

	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
Total	6	1.428,00

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA APARECIDA DO RIO NEGRO

Ambiente: Sala de Enfermagem	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento	3	26,00	78,00
Régua Antropométrica	Especificação		
Característica Física	NÃO POSSUI		
OPCIONAIS (DESCREVER)			

Especificação Técnica

Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Odontológico	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento	1	3.258,73	3.258,73
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	Especificação		
Característica Física	ANALÓGICA		
MODO DE OPERAÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	NÃO POSSUI		
OUTROS (ESPECIFICAR)	MÍNIMO DE 20 LITROS		
CAPACIDADE			

Especificação Técnica

Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21 litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa tríplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicóating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento	1	500,00	500,00
Balança Antropométrica	Especificação		
Característica Física	MECÂNICA		
MODO DE OPERAÇÃO	ADULTO		
CAPACIDADE			

Especificação Técnica

Ambiente: Consultório Clínica Geral	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento	1	350,00	350,00
Balança Antropométrica	Especificação		
Característica Física	MECÂNICA		
MODO DE OPERAÇÃO	INFANTIL		
CAPACIDADE			

Especificação Técnica

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	7	12.186,73

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ARAGUACEMA

Ambiente: Recepção	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento	1	600,00	600,00
No Break (Computador)	Especificação		
Característica Física	NÃO POSSUI		
OUTROS (ESPECIFICAR)	04		
TOMADAS	400 VA a 1400 VA		
POTÊNCIA			

TIPO	TRIFÁSICO		
Especificação Técnica			
Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática , com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controlado Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baía(s) de 3,5; Baía(s) de 5,25; Baía(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características 1tool less, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800Mhz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/deshabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHZ; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças.ra padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada:

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	1.300,00	1.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	COMUM		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		

Especificação Técnica

Impressora Laser Monocromática, Memória RAM de 32MB expansível até 150 MB; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada; Interface paralela; Interface USB 2.0; Processador com no mínimo 400 MHz; Resolução mínima de 1200 x 1200 dpi, Bandeja de entrada para 500 folhas; Impressão em formato A4 e A5; Velocidade mínima de impressão de 35ppm, em preto; Capacidade mínima de trabalho de 50.000 folhas/mês; Impressão frente e verso automático; Cabo USB. Garantia de 12 meses.

Ambiente: Consultório Odontológico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		

Especificação Técnica

Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (Indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento	3	26,00	78,00
Régua Antropométrica	Especificação		
Característica Física	NÃO POSSUI		
OPCIONAIS (DESCREVER)	Especificação Técnica		
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento	1	350,00	350,00
Balança Antropométrica	Especificação		
Característica Física	MECÂNICA		
MODO DE OPERAÇÃO	INFANTIL		
CAPACIDADE	Especificação Técnica		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Especificação Técnica			
Total		Qtd. Total	Valor Total (R\$)
		10	16.086,73

UNIDADE ASSISTIDA: UBS ALBENY SOARES DE PAULA ARAGUAINA			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			

Ambiente: Consultório Pediátrico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	8	2.278,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UBS ARAGUAINA SUL**Ambiente: Sala de Enfermagem****Nome do Equipamento**

Detector Fetal

Característica Física

TIPO

OUTROS (ESPECIFICAR)

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

1.200,00

1.200,00

Especificação

DE MESA

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Nome do Equipamento

Régua Antropométrica

Característica Física

OPCIONAIS (DESCREVER)

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

2

26,00

52,00

Especificação

POSSUI

Especificação Técnica

Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos**Nome do Equipamento**

Régua Antropométrica

Característica Física

OPCIONAIS (DESCREVER)

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

26,00

26,00

Especificação

POSSUI

Especificação Técnica

Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Pediátrico**Nome do Equipamento**

Esfigmomanômetro

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

100,00

100,00

Característica Física		Especificação	
OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física		Especificação	
MODO DE OPERAÇÃO		MECÂNICA	
CAPACIDADE		INFANTIL	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física		Especificação	
OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física		Especificação	
MODO DE OPERAÇÃO		MECÂNICA	
CAPACIDADE		ADULTO	
Especificação Técnica			
Total		Qtd. Total	Valor Total (R\$)
		8	2.278,00

UNIDADE ASSISTIDA: UBS MANOEL DOS REIS LIMA ARAGUAINA

Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	1	26,00	26,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		

Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	6	2.226,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UBS NOVA ARAGUAINA**Ambiente: Sala de Enfermagem****Nome do Equipamento**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Nome do Equipamento

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	1	26,00	26,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral**Nome do Equipamento**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		

Especificação Técnica**Nome do Equipamento**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro

Nome do Equipamento

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		

Especificação Técnica**Nome do Equipamento**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00

Característica Física	Especificação	
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI	
Especificação Técnica		
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado		
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	6	2.226,00

UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE MACAUBA

Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autotransmissor embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), dimensões aproximadas: 80x130x30mm e peso máximo 200g. Display de LCD com indicação de batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	3	1.350,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE BANDEIRANTES

Ambiente: Recepção			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TOMADAS	04		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	TRIFÁSICO		
Especificação Técnica			
Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática , com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	1.300,00	1.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	COMUM		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		

Especificação Técnica			
Impressora Laser Monocromática, Memória RAM de 32MB expansível até 150 MB; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada; Interface USB 2.0; Processador com no mínimo 400 MHz; Resolução mínima de 1200 x 1200 dpi, Bandeja de entrada para 500 folhas; Impressão em formato A4 e A5; Velocidade mínima de impressão de 35ppm, em preto; Capacidade mínima de trabalho de 50.000 folhas/mês; Impressão frente e verso automático; Cabo USB. Garantia de 12 meses.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integradaAcessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baía(s) de 3,5; Baía(s) de 5,25; Baía(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características íttool less, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800MHz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHz; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças.da à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada:

Ambiente: Consultório Odontológico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		

Especificação Técnica

Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa tríplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabecote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, manguerias lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE BRASILANDIA			
Ambiente: Recepção			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	1.300,00	1.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	COMUM		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		
Especificação Técnica			
Impressora Laser Monocromática, Memória RAM de 32MB expansível até 150 MB; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada; Interface paralela; Interface USB 2.0; Processador com no mínimo 400 MHz; Resolução mínima de 1200 x 1200 dpi, Bandeja de entrada para 500 folhas; Impressão em formato A4 e A5; Velocidade mínima de impressão de 35ppm, em preto; Capacidade mínima de trabalho de 50.000 folhas/mês; Impressão frente e verso automático; Cabo USB. Garantia de 12 meses.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
TOMADAS	04		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	TRIFÁSICO		
Especificação Técnica			
Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática , com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQÜÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baía(s) de 3,5; Baía(s) de 5,25; Baía(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características 3tool less, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800MHz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHZ; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças.dora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada:

Ambiente: Sala de Enfermagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00

Característica Física	Especificação
TIPO	DE MESA
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00

Característica Física	Especificação
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA
CAPACIDADE	INFANTIL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI

Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
		Qtd. Total	Valor Total (R\$)
Total		11	6.178,00

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II BREJINHO DE NAZARE			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	2	850,00	

UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE DE CASEARA			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa tríplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			

Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21 litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento			
Balança Antropométrica	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física	1	500,00	500,00
MODO DE OPERAÇÃO	Especificação		
CAPACIDADE	MECÂNICA		
	ADULTO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento			
Balança Antropométrica	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física	1	350,00	350,00
MODO DE OPERAÇÃO	Especificação		
CAPACIDADE	MECÂNICA		
	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Total			
	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	7	12.186,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DAVINO TEIXEIRA COLINAS**Ambiente: Sala de Enfermagem**

Nome do Equipamento			
Detector Fetal	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física	1	1.200,00	1.200,00
TIPO	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	DE MESA		
	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco			

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento			
Esfigmomanômetro	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física	1	100,00	100,00
OPCIONAIS (DESCREVER)	Especificação		
NÃO POSSUI			
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento			
Estetoscópio	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física	1	50,00	50,00
OPCIONAIS (DESCREVER)	Especificação		
NÃO POSSUI			
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Total			
	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	3	1.350,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LAURINDO FERREIRA COLINAS**Ambiente: Sala de Enfermagem**

Nome do Equipamento			
Detector Fetal	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física	1	1.200,00	1.200,00
TIPO	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	DE MESA		
	POSSUI		
Especificação Técnica			

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Total			
	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	8	2.278,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SETOR RODOVIARIO COLINAS			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		

OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI		
Especificação Técnica				
Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.				
Ambiente: Consultório Clínica Geral				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro		1	100,00	100,00
Característica Física		Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI		
Especificação Técnica				
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio		1	50,00	50,00
Característica Física		Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI		
Especificação Técnica				
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado				
Total		Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
		6	1.428,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DE ALMAS**Ambiente: Sala de Enfermagem****Nome do Equipamento**

Detector Fetal

Característica Física

TIPO

OUTROS (ESPECIFICAR)

Ambiente: Consultório Odontológico

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), - Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Consultório Odontológico**Nome do Equipamento**

Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)

Característica Física

OPCIONAIS (DESCREVER)

Especificação Técnica

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa tríplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.

Nome do Equipamento

Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)

Característica Física

MODO DE OPERAÇÃO

CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM

OUTROS (ESPECIFICAR)

CAPACIDADE

Especificação Técnica

Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21 litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Painele de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos**Nome do Equipamento**

Régua Antropométrica

Característica Física**Especificação****Qtd.****Valor unitário (R\$)****Valor total (R\$)**

3

26,00

78,00

OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Total		Qtd. Total	Valor Total (R\$)
		10	13.536,73

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II ALIANCA

Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	8	2.278,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANANAS

Ambiente: Recepção

Nome do Equipamento			
Computador Desktop (Básico)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física	1	2.000,00	2.000,00
CPU	Especificação		
MOUSE	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
OUTROS (ESPECIFICAR)	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
TECLADO	POSSUI		
DISCO RÍGIDO	PADRÃO ABNT2		
ESTABILIZADOR	MÍNIMO DE 320 GB		
	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SAAcessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baía(s) de 3,5; Baía(s) de 5,25; Baía(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características 3tool less, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800Mhz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHZ; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças.TA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada:

Nome do Equipamento			
No Break (Computador)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física	1	600,00	600,00
Especificação			

OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
TOMADAS	04		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	TRIFÁSICO		
Especificação Técnica			
Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática, com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	1.300,00	1.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	COMUM		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		
Especificação Técnica			
Impressora Laser Monocromática, Memória RAM de 32MB expansível até 150 MB; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada; Interface paralela; Interface USB 2.0; Processador com no mínimo 400 MHz; Resolução mínima de 1200 x 1200 dpi, Bandeja de entrada para 500 folhas; Impressão em formato A4 e A5; Velocidade mínima de impressão de 35ppm, em preto; Capacidade mínima de trabalho de 50.000 folhas/mês; Impressão frente e verso automático; Cabo USB. Garantia de 12 meses.			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Painele de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoting, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	9	15.586,73

UNIDADE ASSISTIDA: UBS NOVO HORIZONTE ARAGUAINA

Ambiente: Sala de Enfermagem

Nome do Equipamento

Detector Fetal

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

Característica Física

1

1.200,00

1.200,00

TIPO

Especificação

OUTROS (ESPECIFICAR)

DE MESA

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Nome do Equipamento

Régua Antropométrica

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

Característica Física

1

26,00

26,00

OPCIONAIS (DESCREVER)

Especificação

POSSUI

Especificação Técnica

Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento

Balança Antropométrica

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

Característica Física

1

500,00

500,00

MODO DE OPERAÇÃO

Especificação

CAPACIDADE

MECÂNICA

ADULTO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Estetoscópio

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

Característica Física

1

50,00

50,00

OPCIONAIS (DESCREVER)

Especificação

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado

Nome do Equipamento

Esfigmomanômetro

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

Característica Física

1

100,00

100,00

OPCIONAIS (DESCREVER)

Especificação

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pãra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro

Nome do Equipamento

Balança Antropométrica

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

Característica Física

1

350,00

350,00

MODO DE OPERAÇÃO

Especificação

CAPACIDADE

MECÂNICA

INFANTIL

Especificação Técnica

Total

Qtd. Total

Valor Total (R\$)

6

2.226,00

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE AXIXA

Ambiente: Consultório Odontológico

Nome do Equipamento

Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

8.000,00

8.000,00

Característica Física

Especificação

OPCIONAIS (DESCREVER)

POSSUI

Especificação Técnica

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipamento odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	7	12.186,73	

UNIDADE ASSISTIDA: PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipamento odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

CAPACIDADE		MÍNIMO DE 20 LITROS	
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21 litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Total			
Qtd. Total		Valor Total (R\$)	
7		12.186,73	

UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE BERNARDO SAYAO			
Ambiente: Recepção			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TOMADAS	04		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	TRIFÁSICO		
Especificação Técnica			
Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática , com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baía(s) de 3,5; Baía(s) de 5,25; Baía(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características 3tool less, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800Mhz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHZ; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	2.300,00	2.300,00

Característica Física	Especificação
TIPO	MULTIFUNCIONAL (Copiadora e Scanner)
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO

Especificação Técnica
 Acessórios: Cabo de alimentação; Cabo USB; Manuais em português/ Tecnologia: Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada/ Tipo de Impressora: Multifuncional Laser; Conexões: USB 2.0 de alta velocidade; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Resolução: Até 1200 x 1200 dpi/ Características: Copiadora; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Taxa de Zoom: 25-400% (mesa digitalizadora); Cópia múltipla: 1~99 páginas; Características: Digitalizadora; Compatibilidade: Padrão TWAIN; Resolução (Óptica): Até 1200 x 1200 dpi (mesa digitalizadora); Resolução (Aprimorada): Até 4.800 x 4.800 dpi; Função Digitalizar direto o PC; Ciclo mensal de trabalho de 12.000 páginas; Compatível com os sistemas operacionais: Windows 7/2000/XP/Vista/2003 Server/2008 Server; Mac OS X 10.3~10.6; Vários Linux OS/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento

Ambiente: Consultório Odontológico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73

Característica Física	Especificação
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS

Especificação Técnica
 Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI

Especificação Técnica
 Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipamento odontológico Composição: - Seringa tríplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI

Especificação Técnica

Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	10	17.086,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BOM JESUS DO TOCANTINS			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			

Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual. R\$ 26,00

Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro

mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			

Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Paineis de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)

Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	7	12.186,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CHAPADA DE AREIA			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipamento odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Deseaeração automática.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	10	13.536,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JARMILAO SAMPAIO COLINAS**Ambiente: Sala de Enfermagem**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor). Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Consultório Odontológico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		

Especificação Técnica

Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21 litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoting, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
---------------------	------	----------------------	-------------------

Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	5	12.608,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ABREULANDIA			
Ambiente: Recepção			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baia(s) de 3,5; Baia(s) de 5,25; Baia(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características íttool less, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recatilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800Mhz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHZ; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	2.300,00	2.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	MULTIFUNCIONAL (Copiadora e Scanner)		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		
Especificação Técnica			
Acessórios: Cabo de alimentação; Cabo USB; Manuais em português/ Tecnologia: Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada/ Tipo de Impressora: Multifuncional Laser; Conexões: USB 2.0 de alta velocidade; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Resolução: Até 1200 x 1200 dpi/ Características: Copiadora; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Taxa de Zoom: 25-400% (mesa digitalizadora); Cópia múltipla: 1~99 páginas; Características: Digitalizadora; Compatibilidade: Padrão TWAIN; Resolução (Óptica): Até 1200 x 1200 dpi (mesa digitalizadora); Resolução (Aprimorada): Até 4,800 x 4,800 dpi; Função Digitalizar direto o PC; Ciclo mensal de trabalho de 12.000 páginas; Compatível com os sistemas operacionais: Windows 7/2000/XP/Vista/2003 Server/2008 Server; Mac OS X 10.3~10.6; Vários Linux OS/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

TOMADAS		04	
POTÊNCIA		400 VA a 1400 VA	
TIPO		MONOFÁSICO	
Especificação Técnica			
Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática , com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$) Valor total (R\$)
Detector Fetal		1	1.200,00 1.200,00
Característica Física		Especificação	
TIPO		DE MESA	
OUTROS (ESPECIFICAR)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$) Valor total (R\$)
Régua Antropométrica		3	26,00 78,00
Característica Física		Especificação	
OPCIONAIS (DESCREVER)		POSSUI	
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$) Valor total (R\$)
Estetoscópio		1	50,00 50,00
Característica Física		Especificação	
OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$) Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro		1	100,00 100,00
Característica Física		Especificação	
OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$) Valor total (R\$)
Balança Antropométrica		1	500,00 500,00
Característica Física		Especificação	
MODO DE OPERAÇÃO		MECÂNICA	
CAPACIDADE		ADULTO	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$) Valor total (R\$)
Balança Antropométrica		1	350,00 350,00
Característica Física		Especificação	
MODO DE OPERAÇÃO		MECÂNICA	
CAPACIDADE		INFANTIL	
Especificação Técnica			
Total		Qtd. Total	Valor Total (R\$)
		11	7.178,00

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ANGICO			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa tríplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Pediátrico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00

Característica Física		Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI		
Especificação Técnica				
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado				
Ambiente: Consultório Clínica Geral				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica		1	500,00	500,00
Característica Física		Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO		MECÂNICA		
CAPACIDADE		ADULTO		
Especificação Técnica				
Total		Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
		10	13.536,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UBS DR FRANCISCO BARBOSA DE BRITO ARAGUAINA			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)
Detector Fetal		1	1.200,00
Característica Física		Valor total (R\$)	
TIPO		1.200,00	
OUTROS (ESPECIFICAR)		DE MESA	
		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)
Régua Antropométrica		2	26,00
Característica Física		Valor total (R\$)	
OPCIONAIS (DESCREVER)		52,00	
		POSSUI	
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)
Régua Antropométrica		1	26,00
Característica Física		Valor total (R\$)	
OPCIONAIS (DESCREVER)		26,00	
		POSSUI	
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)
Estetoscópio		1	50,00
Característica Física		Valor total (R\$)	
OPCIONAIS (DESCREVER)		50,00	
		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)
Esfigmomanômetro		1	100,00
Característica Física		Valor total (R\$)	
OPCIONAIS (DESCREVER)		100,00	
		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)
Balança Antropométrica		1	350,00
Característica Física		Valor total (R\$)	
MODO DE OPERAÇÃO		350,00	
CAPACIDADE		MECÂNICA	
		INFANTIL	

Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	8	2.278,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UBS JK ARAGUAINA			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	2	26,00	52,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	1	26,00	26,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00

Característica Física	Especificação	
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA	
CAPACIDADE	ADULTO	
Especificação Técnica		
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	8	2.278,00

UNIDADE ASSISTIDA: UBS JOSE DE SOUSA REZENDE ARAGUAINA**Ambiente: Sala de Enfermagem****Nome do Equipamento**

Detector Fetal

Qtd.**Valor unitário (R\$)****Valor total (R\$)**

1

1.200,00

1.200,00

Característica Física**Especificação**

TIPO

DE MESA

OUTROS (ESPECIFICAR)

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Nome do Equipamento

Régua Antropométrica

Qtd.**Valor unitário (R\$)****Valor total (R\$)**

2

26,00

52,00

Característica Física**Especificação**

OPCIONAIS (DESCREVER)

POSSUI

Especificação Técnica

Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos**Nome do Equipamento**

Régua Antropométrica

Qtd.**Valor unitário (R\$)****Valor total (R\$)**

1

26,00

26,00

Característica Física**Especificação**

OPCIONAIS (DESCREVER)

POSSUI

Especificação Técnica

Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral**Nome do Equipamento**

Balança Antropométrica

Qtd.**Valor unitário (R\$)****Valor total (R\$)**

1

500,00

500,00

Característica Física**Especificação**

MODO DE OPERAÇÃO

MECÂNICA

CAPACIDADE

ADULTO

Especificação Técnica**Nome do Equipamento**

Estetoscópio

Qtd.**Valor unitário (R\$)****Valor total (R\$)**

1

50,00

50,00

Característica Física**Especificação**

OPCIONAIS (DESCREVER)

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado

Nome do Equipamento

Esfigmomanômetro

Qtd.**Valor unitário (R\$)****Valor total (R\$)**

1

100,00

100,00

Característica Física**Especificação**

OPCIONAIS (DESCREVER)

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro

Nome do Equipamento

Balança Antropométrica

Qtd.**Valor unitário (R\$)****Valor total (R\$)**

1

350,00

350,00

Característica Física**Especificação**

MODO DE OPERAÇÃO

MECÂNICA

CAPACIDADE

INFANTIL

Especificação Técnica

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	8	2.278,00

UNIDADE ASSISTIDA: UBS PONTE ARAGUAINA**Ambiente: Sala de Enfermagem**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	1	26,00	26,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		

Especificação Técnica

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	6	2.226,00

UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUATINS**Ambiente: Sala de Enfermagem**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	2	1.200,00	2.400,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa tríplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Deseaeração automática.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Pediátrico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	2	50,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	2	100,00	200,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		

MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA	
CAPACIDADE	ADULTO	
Especificação Técnica		
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	13	14.886,73

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III AUGUSTINOPOLIS			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	3	1.350,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		