

MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA	
CAPACIDADE	ADULTO	
Especificação Técnica		
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	13	14.886,73

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III AUGUSTINOPOLIS**Ambiente: Sala de Enfermagem**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	3	1.350,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA IV**Ambiente: Sala de Enfermagem**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		

OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI				
Especificação Técnica					
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro					
Total	<table> <tr> <th>Qtd. Total</th><th>Valor Total (R\$)</th></tr> <tr> <td>3</td><td>1.350,00</td></tr> </table>	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	3	1.350,00
Qtd. Total	Valor Total (R\$)				
3	1.350,00				

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ARAPOEMA

Ambiente: Recepção

Nome do Equipamento

Computador Desktop (Básico)

Característica Física

CPU

MOUSE

OUTROS (ESPECIFICAR)

TECLADO

DISCO RÍGIDO

ESTABILIZADOR

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00

Característica Física	Especificação
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI
TECLADO	PADRÃO ABNT2
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baia(s) de 3,5; Baia(s) de 5,25; Baia(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características étol less, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800MHz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHz; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	2.300,00	2.300,00

Característica Física	Especificação
TIPO	MULTIFUNCIONAL (Copiadora e Scanner)
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO

Especificação Técnica

Acessórios: Cabo de alimentação; Cabo USB; Manuais em português/ Tecnologia: Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada/ Tipo de Impressora: Multifuncional Laser; Conexões: USB 2.0 de alta velocidade; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Resolução: Até 1200 x 1200 dpi/ Características: Copiadora; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Taxa de Zoom: 25-400% (mesa digitalizadora); Cópia múltipla: 1~99 páginas; Características: Digitalizadora; Compatibilidade: Padrão TWAIN; Resolução (Óptica): Até 1200 x 1200 dpi (mesa digitalizadora); Resolução (Aprimorada): Até 4.800 x 4.800 dpi; Função Digitalizar direto o PC; Ciclo mensal de trabalho de 12.000 páginas; Compatível com os sistemas operacionais: Windows 7/2000/XP/Vista/2003 Server/2008 Server; Mac OS X 10.3~10.6; Vários Linux OS/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento

Ambiente: Sala de Espera

Nome do Equipamento

No Break (Computador)

Característica Física

OUTROS (ESPECIFICAR)

TOMADAS

POTÊNCIA

TIPO

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00

Característica Física	Especificação
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI
TOMADAS	04
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA
TIPO	TRIFÁSICO

Especificação Técnica

Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática, com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com

regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RJSC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.

Ambiente: Consultório Odontológico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		

Especificação Técnica

Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21 litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa tríplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		

Especificação Técnica

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	10	17.086,73

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CARRASCO BONITO

Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		

OUTROS (ESPECIFICAR)		NÃO POSSUI		
CAPACIDADE		MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica				
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)		1	8.000,00	8.000,00
Característica Física		Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI		
Especificação Técnica				
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.				
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica		3	26,00	78,00
Característica Física		Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI		
Especificação Técnica				
Régua antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.				
Ambiente: Consultório Clínica Geral				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica		1	500,00	500,00
Característica Física		Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO		MECÂNICA		
CAPACIDADE		ADULTO		
Especificação Técnica				
Total		Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
		6	11.836,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE VINTE MIL CARRASCO BONITO			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	4	428,00	

UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE CENTENARIO			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Deseaeração automática.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	7	12.186,73	

UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE UNIDADE BASICA DE ALVORADA			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		

OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	7	12.186,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE SAO JOAO ANANAS			
Ambiente: Recepção			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
TOMADAS	04		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	TRIFÁSICO		
Especificação Técnica			
Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática , com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baía(s) de 3,5; Baía(s) de 5,25; Baía(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características tool less, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recatilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800MHz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHZ; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças. eo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada:

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	1.300,00	1.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	COMUM		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		
Especificação Técnica			
Impressora Laser Monocromática, Memória RAM de 32MB expansível até 150 MB; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada; Interface paralela; Interface USB 2.0; Processador com no mínimo 400 MHz; Resolução mínima de 1200 x 1200 dpi, Bandeja de entrada para 500 folhas; Impressão em formato A4 e A5; Velocidade mínima de impressão de 35ppm, em preto; Capacidade mínima de trabalho de 50.000 folhas/mês; Impressão frente e verso automático; Cabo USB. Garantia de 12 meses.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	4	4.400,00	

UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE JOSE LUCIO ARAGOMINAS

Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

CAPACIDADE		MÍNIMO DE 20 LITROS	
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Total			
Qtd. Total		Valor Total (R\$)	
7		12.186,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UBS AVANY GALDINO DA SILVA ARAGUAINA			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	1	26,00	26,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00

Característica Física		Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO		MECÂNICA		
CAPACIDADE		INFANTIL		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica		1	500,00	500,00
Característica Física		Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO		MECÂNICA		
CAPACIDADE		ADULTO		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro		1	100,00	100,00
Característica Física		Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI		
Especificação Técnica				
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro				
Total		Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
		6	2.226,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UBS CANTINHO DO VOVO ARAGUAINA			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	1	26,00	26,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	2	26,00	52,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	8	2.278,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UBS VILA COUTO MAGALHAES ARAGUAINA**Ambiente: Sala de Enfermagem**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	1	26,00	26,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		

MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA	
CAPACIDADE	ADULTO	
Especificação Técnica		
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	6	2.226,00

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE ARRAIAS			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa tríplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	6	11.686,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE BURITIZINHO ARRAIAS			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00

Característica Física	Especificação	
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA	
CAPACIDADE	ADULTO	
Especificação Técnica		
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	4	578,00

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA II AUGUSTINOPOLIS			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com përa em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	3	1.350,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I AUGUSTINOPOLIS			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor),. Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			

Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipamento odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Pediátrico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	10	13.536,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BARRA DO OURO				
Ambiente: Recepção				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)		1	2.300,00	2.300,00
Característica Física	Especificação			
TIPO	MULTIFUNCIONAL (Copiadora e Scanner)			
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO			
Especificação Técnica				

Acessórios: Cabo de alimentação; Cabo USB; Manuais em português/ Tecnologia: Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T Integrada/ Tipo de Impressora: Multifuncional Laser; Conexões: USB 2.0 de alta velocidade; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Resolução: Até 1200 x 1200 dpi/ Características: Copiadora; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Taxa de Zoom: 25-400% (mesa digitalizadora); Cópia múltipla: 1~99 páginas; Características: Digitalizadora; Compatibilidade: Padrão TWAIN; Resolução (Óptica): Até 1200 x 1200 dpi (mesa digitalizadora); Resolução (Aprimorada): Até 4,800 x 4,800 dpi; Função Digitalizar direto o PC; Ciclo mensal de trabalho de 12.000 páginas; Compatível com os sistemas operacionais: Windows 7/2000/XP/Vista/2003 Server/2008 Server; Mac OS X 10.3~10.6; Vários Linux OS/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baía(s) de 3,5; Baía(s) de 5,25; Baía(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características *tool less*, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800Mhz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHz; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
TOMADAS	04		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	TRIFÁSICO		

Especificação Técnica

Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática, com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.

Ambiente: Sala de Enfermagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI

Especificação Técnica

Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	2	100,00	200,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro ;

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00

Característica Física	Especificação
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA
CAPACIDADE	INFANTIL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	2	50,00	100,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00

Característica Física	Especificação
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA
CAPACIDADE	ADULTO

Especificação Técnica

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	13	7.328,00

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BREJINHO DE NAZARE**Ambiente: Consultório Odontológico**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipamento odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73

Característica Física	Especificação
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL

OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Deseaeração automática.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	5	11.336,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NAIR FERREIRA COLINAS			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA -		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Deseaeração automática.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa tríplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Régua antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Pediátrico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	8	12.686,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SAO CRISTOVAO COLINAS			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	6	1.428,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DR JOAQUIM			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipamento odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	2	11.258,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA COMBINADO			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipamento odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	7	12.186,73	

UNIDADE ASSISTIDA: PRONTO ATENDIMENTO COUTO MAGALHAES**Ambiente: Recepção**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQÜÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baía(s) de 3,5; Baía(s) de 5,25; Baía(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características íttool less, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800Mhz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHZ; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
TOMADAS	04		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	TRIFÁSICO		

Especificação Técnica

Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática, com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	2.300,00	2.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	MULTIFUNCIONAL (Copiadora e Scanner)		

PADRÃO DE COR		MONOCROMÁTICO	
Especificação Técnica			
Acessórios: Cabo de alimentação; Cabo USB; Manuais em português/ Tecnologia: Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada/ Tipo de Impressora: Multifuncional Laser; Conexões: USB 2.0 de alta velocidade; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Resolução: Até 1200 x 1200 dpi/ Características: Copiadora; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Taxa de Zoom: 25-400% (mesa digitalizadora); Cópia múltipla: 1~99 páginas; Características: Digitalizadora; Compatibilidade: Padrão TWAIN; Resolução (Óptica): Até 1200 x 1200 dpi (mesa digitalizadora); Resolução (Aprimorada): Até 4,800 x 4,800 dpi; Função Digitalizar direto o PC; Ciclo mensal de trabalho de 12.000 páginas; Compatível com os sistemas operacionais: Windows 7/2000/XP/Vista/2003 Server/2008 Server; Mac OS X 10.3~10.6; Vários Linux OS/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	11	7.178,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DA FAMILIA SETOR SUL

Ambiente: Sala de Enfermagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
----------------------------	-------------	-----------------------------	--------------------------

Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	5	928,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE LUIZ FRANCISCO DE MIRANDA			
Ambiente: Recepção			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
AAcessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baía(s) de 3,5; Baía(s) de 5,25; Baía(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características itool less2, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800Mhz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHz; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças.ecessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada:			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		

OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
TOMADAS	04		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	TRIFÁSICO		
Especificação Técnica			
Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática, com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	2.300,00	2.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	MULTIFUNCIONAL (Copiadora e Scanner)		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		
Especificação Técnica			
Acessórios: Cabo de alimentação; Cabo USB; Manuais em português/ Tecnologia: Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada/ Tipo de Impressora: Multifuncional Laser; Conexões: USB 2.0 de alta velocidade; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Resolução: Até 1200 x 1200 dpi/ Características: Copiadora; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Taxa de Zoom: 25-400% (mesa digitalizadora); Cópia múltipla: 1~99 páginas; Características: Digitalizadora; Compatibilidade: Padrão TWAIN; Resolução (Óptica): Até 1200 x 1200 dpi (mesa digitalizadora); Resolução (Aprimorada): Até 4,800 x 4,800 dpi; Função Digitalizar direto o PC; Ciclo mensal de trabalho de 12.000 páginas; Compatível com os sistemas operacionais: Windows 7/2000/XP/Vista/2003 Server/2008 Server; Mac OS X 10.3~10.6; Vários Linux OS/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	11	7.178,00	

UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DARCINOPOLIS**Ambiente: Consultório Odontológico**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		

Especificação Técnica

Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21 litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		

Especificação Técnica

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	7	12.186,73

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF 02 DIANOPOLIS**Ambiente: Sala de Enfermagem**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pãra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	6	1.428,00

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF 05 DIANOPOLIS**Ambiente: Recepção**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

1Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baía(s) de 3,5; Baía(s) de 5,25; Baía(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características íttool less, isso é,

não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800MHz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/deshabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHZ; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
TOMADAS	04		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	TRIFÁSICO		

Especificação Técnica

Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática, com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	1.300,00	1.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	COMUM		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		

Especificação Técnica

Impressora Laser Monocromática, Memória RAM de 32MB expansível até 150 MB; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada; Interface paralela; Interface USB 2.0; Processador com no mínimo 400 MHz; Resolução mínima de 1200 x 1200 dpi, Bandeja de entrada para 500 folhas; Impressão em formato A4 e A5; Velocidade mínima de impressão de 35ppm, em preto; Capacidade mínima de trabalho de 50.000 folhas/mês; Impressão frente e verso automático; Cabo USB. Garantia 12 meses.

Ambiente: Sala de Enfermagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor),. Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		

OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	9	5.328,00	

UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CRISTALANDIA			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Total		Qtd. Total	Valor Total (R\$)
		7	12.186,73

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DE DIVINOPOLIS			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	7	12.186,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FILADELFIA			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			

Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21 litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Deseaeração automática.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa tríplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00

Característica Física	Especificação
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA

CAPACIDADE	INFANTIL
------------	----------

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00

Característica Física	Especificação
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA

CAPACIDADE	ADULTO
------------	--------

Especificação Técnica

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	7	12.186,73

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SAO JOSE

Ambiente: Sala de Enfermagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00

Característica Física	Especificação
TIPO	DE MESA

OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI
----------------------	------------

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Pediátrico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	6	1.428,00	

UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE DR PEDRO ZANINA DE FORTALEZA DO TABOCAO			
Ambiente: Recepção			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baía(s) de 3,5; Baía(s) de 5,25; Baía(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características 3tool less, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800Mhz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHZ; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	2.300,00	2.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	MULTIFUNCIONAL (Copiadora e Scanner)		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		
Especificação Técnica			
Acessórios: Cabo de alimentação; Cabo USB; Manuais em português/ Tecnologia: Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada/ Tipo de Impressora: Multifuncional Laser; Conexões: USB 2.0 de alta velocidade; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Resolução: Até 1200 x 1200 dpi/ Características: Copiadora; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Taxa de Zoom: 25-400% (mesa digitalizadora); Cópia múltipla: 1~99 páginas; Características: Digitalizadora; Compatibilidade: Padrão TWAIN; Resolução (Óptica): Até 1200 x 1200 dpi (mesa digitalizadora); Resolução (Aprimorada): Até 4,800 x 4,800 dpi; Função Digitalizar direto o PC; Ciclo mensal de trabalho de 12.000 páginas; Compatível com os sistemas operacionais: Windows 7/2000/XP/Vista/2003 Server/2008 Server; Mac OS X 10.3~10.6; Vários Linux OS/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00

Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TOMADAS	03		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	TRIFÁSICO		
Especificação Técnica			
Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática, com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Ginecológico/Obstetrícia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado			

OUTROS (ESPECIFICAR)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	6	1.428,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA WALDIR LINS			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), dimensões . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Pediátrico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	3	1.350,00	

CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa tríplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Pediátrico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	14	18.936,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA NOVA			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		

TIPO	TRIFÁSICO		
Especificação Técnica			
Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática , com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no compAcessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baia(s) de 3,5; Baia(s) de 5,25; Baia(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características íttool less, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800Mhz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHZ; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças.utador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada:			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	2	1.200,00	2.400,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	11	7.178,00

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARQUE DAS ACACIAS			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	6	1.428,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEVILHA			
Ambiente: Recepção			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	2.300,00	2.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	MULTIFUNCIONAL (Copiadora e Scanner)		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		
Especificação Técnica			
Acessórios: Cabo de alimentação; Cabo USB; Manuais em português/ Tecnologia: Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada/ Tipo de Impressora: Multifuncional Laser; Conexões: USB 2.0 de alta velocidade; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Resolução: Até 1200 x 1200 dpi/ Características: Copiadora; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Taxa de Zoom: 25-400% (mesa digitalizadora); Cópia múltipla: 1~99 páginas; Características: Digitalizadora; Compatibilidade: Padrão TWAIN; Resolução (Óptica): Até 1200 x 1200 dpi (mesa digitalizadora); Resolução (Aprimorada): Até 4,800 x 4,800 dpi; Função Digitalizar direto o PC; Ciclo mensal de trabalho de 12.000 páginas; Compatível com os sistemas operacionais: Windows 7/2000/XP/Vista/2003 Server/2008 Server; Mac OS X 10.3~10.6; Vários Linux OS/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
TOMADAS	04		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		

UNIDADE ASSISTIDA: U S F IRACEMA SIQUEIRA DE ABREU RIBEIRO IPUEIRAS			
Ambiente: Recepção			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baia(s) de 3,5; Baia(s) de 5,25; Baia(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características íttool less, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800Mhz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHZ; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TOMADAS	04		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	TRIFÁSICO		
Especificação Técnica			
Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática , com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	2.300,00	2.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	MULTIFUNCIONAL (Copiadora e Scanner)		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		
Especificação Técnica			
Acessórios: Cabo de alimentação; Cabo USB; Manuais em português/ Tecnologia: Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada/ Tipo de Impressora: Multifuncional Laser; Conexões: USB 2.0 de alta velocidade; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Resolução: Até 1200 x 1200 dpi/ Características: Copiadora; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Taxa de Zoom: 25-400% (mesa digitalizadora); Cópia múltipla: 1~99 páginas; Características: Digitalizadora; Compatibilidade: Padrão TWAIN; Resolução (Óptica): Até 1200 x 1200 dpi (mesa digitalizadora); Resolução (Aprimorada): Até 4,800 x 4,800 dpi; Função Digitalizar direto o PC; Ciclo mensal de trabalho de 12.000 páginas; Compatível com os sistemas operacionais: Windows 7/2000/XP/Vista/2003 Server/2008 Server; Mac OS X 10.3~10.6; Vários Linux OS/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento			

Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	10	17.086,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA			
Ambiente: Recepção			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA inteAcessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baía(s) de 3,5; Baía(s) de 5,25; Baía(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características 3tool less, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800Mhz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHZ; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças.grada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada:

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TOMADAS	04		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	TRIFÁSICO		

Especificação Técnica

Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática, com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	1.300,00	1.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	COMUM		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		

Especificação Técnica

Impressora Laser Monocromática, Memória RAM de 32MB expansível até 150 MB; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada; Interface paralela; Interface USB 2.0; Processador com no mínimo 400 MHz; Resolução mínima de 1200 x 1200 dpi, Bandeja de entrada para 500 folhas; Impressão em formato A4 e A5; Velocidade mínima de impressão de 35ppm, em preto; Capacidade mínima de trabalho de 50.000 folhas/mês; Impressão frente e verso automático; Cabo USB. Garantia de 12 meses.

Ambiente: Sala de Enfermagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	2	1.200,00	2.400,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Deseaeração automática.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	14	18.636,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA GOIANORTE			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	7	12.186,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SETOR PESTANA GUARAI			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor,			

mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Deseaeração automática.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Total			
Qtd. Total		Valor Total (R\$)	
7		12.186,73	

UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE DE ITAGUATINS**Ambiente: Consultório Odontológico**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipamento odontológico Composição: - Seringa tríplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		

Especificação Técnica

Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na

parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	7	12.186,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ITAPORA			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa tríplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			

Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21 litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		

Especificação Técnica

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	8	13.386,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE MADRE PAULINA MARIANOPOLIS

Ambiente: Recepção			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TOMADAS	03		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	TRIFÁSICO		

Especificação Técnica

Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática, com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

1Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2

ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baía(s) de 3,5; Baía(s) de 5,25; Baía(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características *útool less*, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800MHz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHz; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	2.300,00	2.300,00

Característica Física	Especificação
TIPO	MULTIFUNCIONAL (Copiadora e Scanner)
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO

Especificação Técnica

Acessórios: Cabo de alimentação; Cabo USB; Manuais em português/ Tecnologia: Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada/ Tipo de Impressora: Multifuncional Laser; Conexões: USB 2.0 de alta velocidade; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Resolução: Até 1200 x 1200 dpi/ Características: Copiadora; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Taxa de Zoom: 25-400% (mesa digitalizadora); Cópia múltipla: 1~99 páginas; Características: Digitalizadora; Compatibilidade: Padrão TWAIN; Resolução (Óptica): Até 1200 x 1200 dpi (mesa digitalizadora); Resolução (Aprimorada): Até 4.800 x 4.800 dpi; Função Digitalizar direto o PC; Ciclo mensal de trabalho de 12.000 páginas; Compatível com os sistemas operacionais: Windows 7/2000/XP/Vista/2003 Server/2008 Server; Mac OS X 10.3~10.6; Vários Linux OS/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00

Característica Física	Especificação
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA
CAPACIDADE	INFANTIL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00

Característica Física	Especificação
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA
CAPACIDADE	ADULTO

Especificação Técnica

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	10	5.978,00

UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE CRISTO REI MATEIROS**Ambiente: Consultório Odontológico**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa tríplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73

Característica Física	Especificação
-----------------------	---------------

MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA
------------------	-----------

CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL
---------------------------------------	----------------

OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI
----------------------	------------

CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS
------------	---------------------

Especificação Técnica

Autoclave CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21 litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Deseaeração automática.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Pediátrico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00

Característica Física	Especificação
-----------------------	---------------

MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA
------------------	----------

CAPACIDADE	INFANTIL
------------	----------

Especificação Técnica**Ambiente: Consultório Clínica Geral**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00

Característica Física	Especificação
-----------------------	---------------

MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA
------------------	----------

CAPACIDADE	ADULTO
------------	--------

Especificação Técnica

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	7	12.186,73

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA CRIXAS**Ambiente: Recepção**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00

Característica Física	Especificação
-----------------------	---------------

CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz
-----	---------------------------------

MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)
-------	-----------------------

OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI
TECLADO	PADRÃO ABNT2
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baía(s) de 3,5; Baía(s) de 5,25; Baía(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características *útool less*, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800Mhz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHz; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	2.300,00	2.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	MULTIFUNCIONAL (Copiadora e Scanner)		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		

Especificação Técnica

Acessórios: Cabo de alimentação; Cabo USB; Manuais em português/ Tecnologia: Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada/ Tipo de Impressora: Multifuncional Laser; Conexões: USB 2.0 de alta velocidade; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Resolução: Até 1200 x 1200 dpi/ Características: Copiadora; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Taxa de Zoom: 25-400% (mesa digitalizadora); Cópia múltipla: 1~99 páginas; Características: Digitalizadora; Compatibilidade: Padrão TWAIN; Resolução (Óptica): Até 1200 x 1200 dpi (mesa digitalizadora); Resolução (Aprimorada): Até 4,800 x 4,800 dpi; Função Digitalizar direto o PC; Ciclo mensal de trabalho de 12.000 páginas; Compatível com os sistemas operacionais: Windows 7/2000/XP/Vista/2003 Server/2008 Server; Mac OS X 10.3~10.6; Vários Linux OS/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
TOMADAS	04		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	TRIFÁSICO		

Especificação Técnica

Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática, com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.

Ambiente: Sala de Enfermagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com peca em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	11	7.178,00

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF 01 DIANOPOLIS**Ambiente: Sala de Enfermagem**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Consultório Odontológico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		

MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipamento odontológico Composição: - Seringa tríplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	8	12.686,73	

UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATINS			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	2	850,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ALTO LINDO GOIATINS			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa tríplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	5	11.336,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CASEGO			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Pediátrico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	8	2.278,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE VICENTE DE PAULA LUZINOPOLIS			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Painele de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipoo odontológico Composição: - Seringa tríplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multiccoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00

Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	7	12.186,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FRANCISCO HERNANDES TORRECILHA			
Ambiente: Recepção			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 1.6 GHz a 2.2 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baía(s) de 3,5; Baía(s) de 5,25; Baía(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características 3tool less, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800Mhz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHZ; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças.mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada:			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	2.300,00	2.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	MULTIFUNCIONAL (Copiadora e Scanner)		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		
Especificação Técnica			
Acessórios: Cabo de alimentação; Cabo USB; Manuais em português/ Tecnologia: Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada/ Tipo de Impressora: Multifuncional Laser; Conexões: USB 2.0 de alta velocidade; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Resolução: Até 1200 x 1200 dpi/ Características: Copiadora; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Taxa de Zoom: 25-400% (mesa digitalizadora); Cópia múltipla: 1~99 páginas; Características: Digitalizadora; Compatibilidade: Padrão TWAIN; Resolução (Óptica): Até 1200 x 1200 dpi (mesa digitalizadora); Resolução (Apimorada): Até 4,800 x 4,800 dpi; Função Digitalizar direto o PC; Ciclo mensal de trabalho de 12.000 páginas; Compatível com os sistemas operacionais: Windows 7/2000/XP/Vista/2003 Server/2008 Server; Mac OS X 10.3~10.6; Vários Linux OS/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do			

equipamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TOMADAS	03		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	TRIFÁSICO		

Especificação Técnica

Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática, com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Régua antropométrica (pediátrica) em madeira maciça, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Ginecológico/Obstetrícia

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		

OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Total	Qtd. Total		Valor Total (R\$)
	11		7.178,00

UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE DR FRANKLYN AMORIM MIRACEMA			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Pediátrico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	8	2.278,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE CORRENTINHO MIRACEMA**Ambiente: Sala de Enfermagem**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipamento odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multiccoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Paineis de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Pediátrico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	8	12.686,73	

UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE OLAVO RODRIGUES DE MATOS

Ambiente: Consultório Odontológico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	7	12.186,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CENTRO I

Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	6	1.428,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SETOR ALIANCA

UNIDADE ASSISTENCIAL			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00

Característica Física		Especificação	
OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	8	2.278,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA SETOR PLANALTO**Ambiente: Sala de Enfermagem****Nome do Equipamento**

Detector Fetal	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Consultório Odontológico**Nome do Equipamento**

Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicóating, duplo puxador lateral, ergonômico, acionamento no pedal de comando giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueliras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.

Nome do Equipamento

Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		

Especificação Técnica

Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Deseaeração automática.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos**Nome do Equipamento**

Régua Antropométrica	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral**Nome do Equipamento**

Estetoscópio	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	1	50,00	50,00

Característica Física		Especificação	
OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física		Especificação	
OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	8	12.686,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MALVINAS			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	6	1.428,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PEDROSO			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para consumo, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Consultório Odontológico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoreto, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		

Especificação Técnica

Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Deseaeração automática.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	8	12.686,73

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE 1 LAGOA DA CONFUSAO

Ambiente: Recepção			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
TOMADAS	04		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		

TIPO	TRIFÁSICO		
Especificação Técnica			
Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática , com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baía(s) de 3,5; Baía(s) de 5,25; Baía(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características 3tool less, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800Mhz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHz; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	2.300,00	2.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	MULTIFUNCIONAL (Copiadora e Scanner)		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		
Especificação Técnica			
Acessórios: Cabo de alimentação; Cabo USB; Manuais em português/ Tecnologia: Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada/ Tipo de Impressora: Multifuncional Laser; Conexões: USB 2.0 de alta velocidade; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Resolução: Até 1200 x 1200 dpi/ Características: Copiadora; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Taxa de Zoom: 25-400% (mesa digitalizadora); Cópia múltipla: 1~99 páginas; Características: Digitalizadora; Compatibilidade: Padrão TWAIN; Resolução (Óptica): Até 1200 x 1200 dpi (mesa digitalizadora); Resolução (Aprimorada): Até 4.800 x 4.800 dpi; Função Digitalizar direto o PC; Ciclo mensal de trabalho de 12.000 páginas; Compatível com os sistemas operacionais: Windows 7/2000/XP/Vista/2003 Server/2008 Server; Mac OS X 10.3~10.6; Vários Linux OS/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipamento odontológico Composição: - Seringa tríplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com			

giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21 litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	1	26,00	26,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	6	16.184,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTOS DUMONT MIRACEMA

Ambiente: Sala de Enfermagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor),Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Pediátrico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pês em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	6	1.428,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF 03 DIANOPOLIS			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	6	1.428,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF 06 DIANOPOLIS			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediatríco com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediatríco aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	8	2.278,00	

UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE LUISA PINHEIRO BARROS DUERE			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipamento odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		

Especificação Técnica

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	10	13.536,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CENTRO**Ambiente: Sala de Enfermagem**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		

OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	6	1.428,00	

UNIDADE ASSISTIDA: POSTO DE SAUDE BELA VISTA			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	6	1.428,00	

UNIDADE ASSISTIDA: POSTO DE SAUDE TREVO DO TOCANTINS			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00

Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	3	1.350,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SAO JOSE

Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	2	1.200,00	2.400,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	

7		2.628,00	
UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SOL NASCENTE			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	6	1.428,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA UNIRG			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	3	1.350,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE 3 LAGOA DA CONFUSAO**Ambiente: Consultório Odontológico**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa tríplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		

Especificação Técnica

Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Paine de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Deseaeração automática.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		

Especificação Técnica

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	7	12.186,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE ESPERIDIAO REZENDE DA GLORIA DE LAGOA DO TO**Ambiente: Sala de Enfermagem**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
---------------------	------	----------------------	-------------------

Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Total		Qtd. Total	Valor Total (R\$)
		8	13.386,73

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DONA FELISBELA

Ambiente: Recepção

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TOMADAS	03		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	TRIFÁSICO		

Especificação Técnica

Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática, com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	2.300,00	2.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	MULTIFUNCIONAL (Copiadora e Scanner)		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		

Especificação Técnica

Acessórios: Cabo de alimentação; Cabo USB; Manuais em português/ Tecnologia: Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada/ Tipo de Impressora: Multifuncional Laser; Conexões: USB 2.0 de alta velocidade; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Resolução: Até 1200 x 1200 dpi/ Características: Copiadora; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Taxa de Zoom: 25-400% (mesa digitalizadora); Cópia múltipla: 1~99 páginas; Características: Digitalizadora; Compatibilidade: Padrão TWAIN; Resolução (Óptica): Até 1200 x 1200 dpi (mesa digitalizadora); Resolução (Aprimorada): Até 4,800 x 4,800 dpi; Função Digitalizar direto o PC; Ciclo mensal de trabalho de 12.000 páginas; Compatível com os sistemas operacionais: Windows 7/2000/XP/Vista/2003 Server/2008 Server; Mac OS X 10.3~10.6; Vários Linux OS/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

AAcessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baía(s) de 3,5; Baía(s) de 5,25; Baía(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões Iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características 4tool less, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recatilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800MHz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHz; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças. Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e

CD-R/ Dispositivos de entrada:			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Ginecológico/Obstetrícia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	11	7.178,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE LAVANDEIRA

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE ESCRITÓRIO			
Ambiente: Recepção			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	2.300,00	2.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	MULTIFUNCIONAL (Copiadora e Scanner)		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		
Especificação Técnica			

Acessórios: Cabo de alimentação; Cabo USB; Manuais em português/ Tecnologia: Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada/ Tipo de Impressora: Multifuncional Laser; Conexões: USB 2.0 de alta velocidade; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Resolução: Até 1200 x 1200 dpi/ Características: Copiadora; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Taxa de Zoom: 25-400% (mesa digitalizadora); Cópia múltipla: 1~99 páginas; Características: Digitalizadora; Compatibilidade: Padrão TWAIN; Resolução (Óptica): Até 1200 x 1200 dpi (mesa digitalizadora); Resolução (Apimorada): Até 4,800 x 4,800 dpi; Função Digitalizar direto o PC; Ciclo mensal de trabalho de 12.000 páginas; Compatível com os sistemas operacionais: Windows 7/2000/XP/Vista/2008 Server; Mac OS X 10.3~10.6; Vários Linux OS/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

1Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baía(s) de 3,5; Baía(s) de 5,25; Baía(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características itool less, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800MHz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHZ; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças.

Ambiente: Sala de Espera

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
TOMADAS	04		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	TRIFÁSICO		

Especificação Técnica

Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática, com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.

Ambiente: Consultório Odontológico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		

Especificação Técnica

Autoclave CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21 litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00

Característica Física	Especificação
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA
CAPACIDADE	INFANTIL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00

Característica Física	Especificação
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA
CAPACIDADE	ADULTO

Especificação Técnica

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	10	17.086,73

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ITACAIA

Ambiente: Consultório Odontológico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73

Característica Física	Especificação
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS

Especificação Técnica

Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	7	12.186,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOVO HORIZONTE JAU			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	5	928,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JUARINA			
Ambiente: Recepção			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQÜÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		

MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI
TECLADO	PADRÃO ABNT2
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou UAccessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baía(s) de 3,5; Baía(s) de 5,25; Baía(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características íttool less, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800MHz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHz; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	2.300,00	2.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	MULTIFUNCIONAL (Copiadora e Scanner)		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		

Especificação Técnica

Acessórios: Cabo de alimentação; Cabo USB; Manuais em português/ Tecnologia: Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada/ Tipo de Impressora: Multifuncional Laser; Conexões: USB 2.0 de alta velocidade; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Resolução: Até 1200 x 1200 dpi/ Características: Copiadora; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Taxa de Zoom: 25-400% (mesa digitalizadora); Cópia múltipla: 1~99 páginas; Características: Digitalizadora; Compatibilidade: Padrão TWAIN; Resolução (Óptica): Até 1200 x 1200 dpi (mesa digitalizadora); Resolução (Aprimorada): Até 4.800 x 4.800 dpi; Função Digitalizar direto o PC; Ciclo mensal de trabalho de 12.000 páginas; Compatível com os sistemas operacionais: Windows 7/2000/XP/Vista/2003 Server/2008 Server; Mac OS X 10.3~10.6; Vários Linux OS/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
TOMADAS	04		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	TRIFÁSICO		

Especificação Técnica

Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática, com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.

Ambiente: Sala de Enfermagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00

Característica Física		Especificação	
TIPO		DE MESA	
OUTROS (ESPECIFICAR)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física		Especificação	
OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa tríplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física		Especificação	
MODO DE OPERAÇÃO		ANALÓGICA	
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM		AÇO INOXIDÁVEL	
OUTROS (ESPECIFICAR)		NÃO POSSUI	
CAPACIDADE		MÍNIMO DE 20 LITROS	
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física		Especificação	
OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física		Especificação	
MODO DE OPERAÇÃO		MECÂNICA	
CAPACIDADE		INFANTIL	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física		Especificação	
MODO DE OPERAÇÃO		MECÂNICA	
CAPACIDADE		ADULTO	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física		Especificação	
OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	13	18.436,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LIZARDA

Ambiente: Recepção			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
1Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baía(s) de 3,5; Baía(s) de 5,25; Baía(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características útool less, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800Mhz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHZ; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	2.300,00	2.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	MULTIFUNCIONAL (Copiadora e Scanner)		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		
Especificação Técnica			
Acessórios: Cabo de alimentação; Cabo USB; Manuais em português/ Tecnologia: Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada/ Tipo de Impressora: Multifuncional Laser; Conexões: USB 2.0 de alta velocidade; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Resolução: Até 1200 x 1200 dpi/ Características: Copiadora; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Taxa de Zoom: 25-400% (mesa digitalizadora); Cópia múltipla: 1~99 páginas; Características: Digitalizadora; Compatibilidade: Padrão TWAIN; Resolução (Óptica): Até 1200 x 1200 dpi (mesa digitalizadora); Resolução (Aprimorada): Até 4,800 x 4,800 dpi; Função Digitalizar direto o PC; Ciclo mensal de trabalho de 12.000 páginas; Compatível com os sistemas operacionais: Windows 7/2000/XP/Vista/2003 Server/2008 Server; Mac OS X 10.3~10.6; Vários Linux OS/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
TOMADAS	04		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	TRIFÁSICO		
Especificação Técnica			

Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática, com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.

Ambiente: Sala de Enfermagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Odontológico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipamento odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		

Especificação Técnica

Autoclave CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21 litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		

Especificação Técnica**Ambiente: Consultório Clínica Geral**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
---------------------	------	----------------------	-------------------

Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	13	18.436,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO**Ambiente: Consultório Odontológico**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		

Especificação Técnica

Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21 litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	7	12.186,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ITAPIRATINS**Ambiente: Recepção**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	2.300,00	2.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	MULTIFUNCIONAL (Copiadora e Scanner)		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		
Especificação Técnica			

Acessórios: Cabo de alimentação; Cabo USB; Manuais em português/ Tecnologia: Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada/ Tipo de Impressora: Multifuncional Laser; Conexões: USB 2.0 de alta velocidade; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Resolução: Até 1200 x 1200 dpi/ Características: Copiadora; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Taxa de Zoom: 25-400% (mesa digitalizadora); Cópia múltipla: 1~99 páginas; Características: Digitalizadora; Compatibilidade: Padrão TWAIN; Resolução (Óptica): Até 1200 x 1200 dpi (mesa digitalizadora); Resolução (Aprimorada): Até 4.800 x 4.800 dpi; Função Digitalizar direto o PC; Ciclo mensal de trabalho de 12.000 páginas; Compatível com os sistemas operacionais: Windows 7/2000/XP/Vista/2003 Server/2008 Server; Mac OS X 10.3~10.6; Vários Linux OS/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI		

1Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baía(s) de 3,5; Baía(s) de 5,25; Baía(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características 2tool less, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800MHz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHz; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças.

*Valor unitário de R\$ (única e só), meses, do fabricante, para todos componentes e peças.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TOMADAS	03		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	TRIFÁSICO		

Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática, com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Ginecológico/Obstetrícia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro;			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	11	7.178,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE JAU DO TOCANTINS

Ambiente: Recepção

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

1Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baía(s) de 3,5; Baía(s) de 5,25; Baía(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características 3tool less, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800MHz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou DVI; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHZ; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	2.300,00	2.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	MULTIFUNCIONAL (Copiadora e Scanner)		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		

Especificação Técnica

Acessórios: Cabo de alimentação; Cabo USB; Manuais em português/ Tecnologia: Bandeja de entrada com capacidade mínima de 250 folhas; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada/ Tipo de Impressora: Multifuncional Laser; Conexões: USB 2.0 de alta velocidade; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Resolução: Até 1200 x 1200 dpi/ Características: Copiadora; Velocidade (Mono): Até 22 ppm; Taxa de Zoom: 25-400% (mesa digitalizadora); Cópia múltipla: 1~99 páginas; Características: Digitalizadora; Compatibilidade: Padrão TWAIN; Resolução (Óptica): Até 1200 x 1200 dpi (mesa digitalizadora); Resolução (Apimorada): Até 4.800 x 4.800 dpi; Função Digitalizar direto o PC; Ciclo mensal de trabalho de 12.000 páginas; Compatível com os sistemas operacionais: Windows 7/2000/XP/Vista/2003 Server/2008 Server; Mac OS X 10.3~10.6; Vários Linux OS/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
TOMADAS	04		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	TRIFÁSICO		

Especificação Técnica

Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática, com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.

Ambiente: Sala de Enfermagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		

TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Deseaeração automática.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	8	17.508,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SETOR UNIVERSITARIO MIRACEMA

Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para			

pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Pediátrico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro ;			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	6	1.428,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA FILOMENA MIRACEMA			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Pediátrico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	3	1.350,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MONTE SANTO			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		

OUTROS (ESPECIFICAR)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equip. odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		

MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA	
CAPACIDADE	ADULTO	
Especificação Técnica		
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	10	13.536,73

UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE UNIDADE BASICA**Ambiente: Consultório Odontológico**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73

Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		

Especificação Técnica

Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21 litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Deseaeração automática.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		

Especificação Técnica

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	7	12.186,73

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DIVINO ESPIRITO SANTO NATIVIDADE**Ambiente: Sala de Enfermagem**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		

OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Consultório Pediátrico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Total		Qtd. Total	Valor Total (R\$)
		7	12.186,73

UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE DE MURICILANDIA

UNIDADE: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (Indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00

Característica Física		Especificação	
OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipamento odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física		Especificação	
OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Régua antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física		Especificação	
MODO DE OPERAÇÃO		MECÂNICA	
CAPACIDADE		INFANTIL	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física		Especificação	
MODO DE OPERAÇÃO		MECÂNICA	
CAPACIDADE		ADULTO	
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	7	12.186,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipamento odontológico Composição: - Seringa tríplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73

Característica Física		Especificação	
MODO DE OPERAÇÃO		ANALÓGICA	
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM		AÇO INOXIDÁVEL	
OUTROS (ESPECIFICAR)		NÃO POSSUI	
CAPACIDADE		MÍNIMO DE 20 LITROS	
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
		Qtd. Total	Valor Total (R\$)
Total		10	13.536,73

UNIDADE ASSISTIDA: POSTO DE SAUDE 108 SUL

Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			

Ambiente: Consultório Pediátrico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	3	1.350,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALTO BONITO			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	3	1.350,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA AURENY II			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	3	1.350,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MORADA DO SOL

Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	3	1.350,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1104 SUL

Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)

Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	3	1.350,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVO ACORDO			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicatting, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	7	12.186,73

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA DO AURENY I**Ambiente: Sala de Enfermagem**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	3	1.350,00

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LAURIDES LIMA MILHOMEM**Ambiente: Sala de Enfermagem**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), dimensões aproximadas: 80x130x30mm e peso máximo 200g. Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
--------------	-------------------	--------------------------

3		1.350,00	
UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 405 NORTE			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), d Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	3	1.350,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DE FAMILIA 612 SUL			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), . Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	3	1.350,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.			
Ambiente: Consultório Pediátrico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	4	428,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVA ROSALANDIA			
Ambiente: Recepção			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break (Computador)	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
TOMADAS	04		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	TRIFÁSICO		
Especificação Técnica			
Nobreak 1.4 Kva Acessórios: Manuais dos equipamentos em português/Especificações elétricas: Autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos na bateria interna; Bateria(s) interna(s) 2 x 12 vdc x 7 ah; Inversor sincronizado com a rede; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Potência nominal de 1400 VA / 980 Watts; Tempo de resposta menor que 0,8 ms; Tensão de entrada de 115V/220V automática , com variação de 84/141 para 115V e 163/263 para 220V; Tomadas de saída com tensão de 115 V, com regulação de +/- 5% Bateria e +6% + 10% para rede/ Recursos adicionais: Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; Conector para expansão de autonomia; Filtro de linha interno; Inibidor de alarme sonoro; Protetor telefônico padrão RJ-11 acompanhado de cabo telefônico/ Tecnologia: Chave Liga/Desliga temporizada; Circuito desmagnetizador; Estabilizador interno com 4 (quatro) estágios de regulação; Forma de onda senoidal por aproximação; Microprocessador RISC; Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobre aquecimento no inversor, com alarme e desligamento automático; Proteção contra sub/sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão de 276 J; Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; Recarga automática das baterias/ Garantia e Suporte: A garantia de funcionamento será do Fabricante, pelo período de 12 (doze) meses contada a partir do recebimento definitivo do equipamento.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	1.300,00	1.300,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	COMUM		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		
Especificação Técnica			
Impressora Laser Monocromática, Memória RAM de 32MB expansível até 150 MB; Interface de rede padrão Ethernet 10/100 Base T integrada; Interface paralela; Interface USB 2.0; Processador com no mínimo 400 MHz; Resolução mínima de 1200 x 1200 dpi, Bandeja de entrada para 500 folhas; Impressão em formato A4 e A5; Velocidade mínima de impressão de 35ppm, em preto; Capacidade mínima de trabalho de 50.000 folhas/mês; Impressão frente e verso automático; Cabo USB. Garantia de 12 meses pelo fabricante.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
1Acessórios: Cabos; Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador em mídia ou disponíveis para download no site do fabricante; Manuais dos equipamentos e periféricos/ Controladora de vídeo: Controladora de vídeo com até 256MB compartilhada com a memória RAM/ Controladoras de Discos: Controladora padrão SATA integrada à placa mãe, com capacidade mínima para gerenciar até 2 (dois) dispositivos de armazenamento/ Disco Rígido: Padrão SATA II; Com			

capacidade mínima de 320 GB; Velocidade de rotação de 7.200 RPM/ Dispositivos de Armazenamento: DVD-RW, com capacidade de ler e gravar DVD, CD-RW e CD-R/ Dispositivos de entrada: Mouse do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Mouse ótico dois botões com botão de rolagem; Teclado do mesmo fabricante do equipamento cotado com conector PS2 ou USB; Teclado padrão ABNT2/ Gabinete: Baía(s) de 3,5; Baía(s) de 5,25; Baía(s) para disco(s) rígido(s); Auto falante embutido no corpo do gabinete; Dimensões iguais ou menores que: 36cm de Profundidade, 32cm de Largura, 11cm de Altura; Fonte de alimentação, do mesmo fabricante ou homologada pelo fabricante, (devidamente comprovada) com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo ou passivo; O gabinete deverá características étool less, isso é, não há necessidade de uso de ferramentas para: abertura do gabinete e remoção de disco rígido, unidade óptica, e unidade de disquete. Não serão aceitas adaptações, tais como o uso de parafusos recartilhados; Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa mãe; Tipo Mini Desktop; Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos ao gabinete/ Memória: Barramento de memória de 800MHz; Memória DDR3 1333 de no mínimo 04(quatro) GB de memória instalada/ Monitor de vídeo: Detector automático de voltagem para as tensões de 100 a 240 volts / 60 Hz; Led indicativo de equipamento ligado; Monitor de 18,5"; Monitor do mesmo fabricante do equipamento cotado; Resolução de 1366 x 768 dpi; Tipo LCD/ Placa de rede: Operação em modo full-duplex; Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP gerenciável Wake on Lan/ Placa de som: Placa de som on board/ Placa mãe: Deve ser de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não serão aceitas soluções em regime OEM ou personalizações; Bios Plug & Play; 2 Porta(s) USB frontal(is); 4 Porta(s) USB traseira(s); Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB, serial e paralela e com senhas de setup para usuário, supervisor e disco rígido; Relógio não volátil; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI de 32 bits; 1 Slot(s) de expansão padrão PCI Express x16; Suporte para redução de consumo de energia tipo EPA Energy Star 5.0; Suporte para senha de BIOS em dois níveis, de usuário e de administrador/ Processador: Frequência mínima de barramento 1.333 MHz; Frequência mínima do clock de 3,0GHz; Memória cache 6MB integrada; No mínimo 2 (dois) núcleo; Software: Sistema Operacional Windows 7 profissional ou superior, em português, pré instalado, acompanhado de licença de uso/ Garantia e Suporte: Garantia de 36 (trinta e seis) meses, do fabricante, para todos componentes e peças.

Ambiente: Sala de Enfermagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

Régua antropométrica (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Odontológico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipamento odontológico Composição: - Seringa tríplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		

Especificação Técnica

Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21 litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Painel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		

Especificação Técnica**Ambiente: Consultório Clínica Geral**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		

Especificação Técnica		
	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
Total	10	16.086,73

UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE NOVO ALEGRE

Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10ª semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		

Especificação Técnica

Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21 litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Pannel de comando: posicionado na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa triplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabeçote com giro de 620°, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		

CAPACIDADE		INFANTIL	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	10	13.536,73	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE NOVO JARDIM			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira Odontológica com estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal, Articulação central em aço maciço. Tensão de alimentação 220V ~ 50/60Hz, Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo odontológico Composição: - Seringa tríplice, - 1 terminal com spray para alta rotação, - 1 terminal para micromotor pneumático. Refletor - Refletor de lâmpada halógena, acionamento no pedal de comando da cadeira, espelho multifacetado com tratamento multicoating, duplo puxador lateral, ergonômico, em forma de alça, cabecote com giro de 620º, proteção frontal do espelho, braço em aço, com movimentação vertical e horizontal, intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Unidade de água - Suctor de saliva a ar, sistema pneumático para acionamento automático do suctor, mangueiras lisas, arredondadas, com filtro de detritos. Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos. Ambidestro.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 50 litros)	1	3.258,73	3.258,73
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave CONSULTORIO ODONTOLOGICO para esterilização a vapor, com design moderno, de fácil manuseio, adequada para clínicas odontológicas de todas as especialidades. Capacidade do tanque: 21litros. Tanque de pressão em aço inox. Bandejas e suporte em aço inox. Porta em alumínio injetado, recoberta com inox. Anel de vedação da porta: silicone. Isolamento térmico interno: em lã de vidro. Indicação para monitoramento: manômetro (pressão / temperatura). Painel de comando: posicionado na			

parte frontal (indicações das operações / teclas de comando). Desaeração automática.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	3	26,00	78,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

Réguas antropométricas (pediátrica) em madeira marfim, escala de 100 cm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	10	13.536,73

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CAIC

Ambiente: Sala de Enfermagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	3	1.350,00

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BELA VISTA			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Pediátrico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	3	1.350,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LIBERDADE			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom , Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		

OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso,tubo duplo e acabamento em aço cromado			
Total		Qtd. Total	Valor Total (R\$)
		4	1.850,00

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1105 SUL

Ambiente: Sala de Enfermagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Estetoscópio Pediátrico com olivas e diagramas para conversão em diferentes formas de uso, tubo duplo e acabamento em aço cromado

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	3	1.350,00

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 1203 SUL

Ambiente: Sala de Enfermagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Detector de Batimento Cardíaco Fetal (digital) a ser utilizado a partir da 10a semana de gestação por método ultrassom através de um transdutor (frequência aproximada de 2MHz) e autofalante embutido (potência 1,2W). Gabinete plástico/ABS de alta resistência com encaixe para fixação da sonda doppler (transdutor), Display de LCD com indicação de bateria fraca, ritmo e batimento cardíaco (FCF) na faixa de 50 a 240 BPM; Saída para fone de ouvido e interface PC (placa de som) para cópia do som em CD (através de download pela internet); Botão liga/desliga com ajuste de volume; Desligamento automático após 5 minutos sem uso para economia da bateria. Alimentação através de 02 pilhas tipo AA 1,5V alcalinas; com vida útil de funcionamento de até 6 horas e baixo consumo de energia. Acessórios: Unidade Principal Detector Fetal, Transdutor (sonda Doppler) e Gel de ultrassom, Alça para pescoço, Bolsa para transporte, Manual de Operação em Português.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Pediátrico aneróide sendo manguito com pêra em PVC, braçadeira em nylon, fecho de velcro

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	50,00	50,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		