GOVERNO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE/CIB-TO
- SECRETARIA EXECUTIVA –

RESOLUÇÃO – CIB Nº. 086/2011, de 05 de setembro de 2011.

Dispõe sobre a Proposta de Projeto para Aquisição de equipamentos e/ou material permanente para os serviços de diagnóstico em câncer do colo do útero e mama do Hospital Regional de Augustinópolis.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO TOCANTINS/CIB-TO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas através das disposições da Portaria N° 931/1997, que constitui a CIB-TO, em especial o Art. 2°, expedida em 26 de junho de 2007 pela Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins, c/c os Arts. 5° e 14°, do Regimento Interno da Comissão Intergestores Bipartite – CIB/TO, e,

Considerando a Proposta de Projeto para Aquisição de equipamentos e/ou material permanente para os serviços de diagnóstico em câncer do colo do útero e mama do Hospital Regional de Augustinópolis, cadastrada com o Nº 25053.1170001/11-021 no Fundo Nacional de Saúde, anexa;

Considerando a apresentação da Superintendência de Atenção e Promoção à Saúde/Diretoria de Atenção Especializada, anexa;

Considerando a análise, discussão e pactuação da Plenária da Comissão Intergestores Bipartite em Reunião Ordinária realizada aos 05 dias do mês de setembro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar a Proposta de Projeto Nº 25053.1170001/11-021, cadastrada no Fundo Nacional de Saúde, para Aquisição de equipamentos e/ou material permanente para os serviços de diagnóstico em câncer do colo do útero e mama do Hospital Regional de Augustinópolis.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor nesta data.

Arnaldo Alves Nunes
Presidente da Comissão Intergestores Bipartite

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 25053.117000/1110-21		
DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)			
Nome:	**HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINOPOLIS**		
Tipo Unidade:	**HOSPITAL GERAL**		
CNPJ:	25.053.117/0051-23	**CNES:**	**2468972**
Endereço:	RUA AMAZONAS - CENTRO, CEP:77960000		

OBJETO DA PROPOSTA			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE			
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA:	HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINOPOLIS	**CNES:**	2468972

INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.
DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.
ADSCRITO
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNÍCIPIOS ADSCRITOS.
NO TOCANTINS, O CÂNCER QUE MAIS MATA AS MULHERES É O CÂNCER DO COLO DO ÚTERO SEGUIDO DO CÂNCER DE MAMA(SIM-2010). COM INTUITO DE AMPLIAR O ACESSO E A GARANTIA AO TRATAMENTO DAS LESÕES PRECURSORAS DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO E AO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA, SE FAZ NECESSÁRIO À REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE REFERÊNCIA DO AMBULATÓRIO DO HOSP. REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS, QUE ATENDE A REGIÃO DE SAÚDE BICO DO PAPAGAIO, EXTREMO NORTE DO ESTADO, COMPOSTA POR 14 MUNICÍPIOS CONFORME ESTABELECIDO PELO PDR. O ESTADO APRESENTOU PROPOSTAS DE PROJETOS NO SICONV(044108/2011 E 044103/2011)PARA AMPLIAÇÃO DESTA UNIDADE E NECESSITA AGORA DA SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES QUE SE ENCONTRAM DESGASTADOS PELO TEMPO DE USO, ASSEGURANDO ATENDIMENTO DE QUALIDADE À POPULAÇÃO REFERENCIADA CONFORME PACTUAÇÃO INTEGRADA. OS EQUIPAMENTOS VEM PASSANDO POR CONSTANTES REPARAÇÕES E MANUTENÇÕES CORRETIVAS, RESULTANDO EM INTERRUPÇÕES FREQUENTES NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO REFERENCIADA. A POPULAÇÃO FEMININA DE 25 A 69 ANOS DA REGIÃO SUPRA CITADA(IBGE-2010) É DE 27.556 MULHERES,AS QUAIS, MUITAS VEZES SÃO ENCAMINHADAS PARA A UNID. DE REFERÊNCIA DE ARAGUAÍNA, DISTÂNCIA EM MÉDIA 300KM, PARA REALIZAREM A CONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA E O TRATAMENTO DAS LESÕES PRECURSORAS DO CÂNCER. BASEADO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO/SISCOLO, 32% DAS MULHERES COM ALTERAÇÃO CELULAR DO COLO DO ÚTERO DA REGIÃO, ESTÃO SEM INFORMAÇÕES DE SEGUIMENTO.GRANDE PARTE DA AUSÊNCIA DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA, SE DEVE AO FATO DAS MULHERES RESIDIREM DISTANTES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA E BUSCAREM ESPONTANEAMENTE O TRATAMENTO NOS ESTADOS VIZINHOS OU NÃO REALIZAREM O TRATAMENTO,EM FUNÇÃO DA LONGA DISTÂNCIA A SER PERCORRIDA PARA O SERVIÇO DE ARAGUAÍNA.COM A REESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE AUGUSTINÓPOLIS, PRETENDE-SE FORTALECER O ATENDIMENTO NO EXTREMO NORTE E CORRIGIR ESTE DÉFICIT NO PRIMEIRO ANO DE IMPLANTAÇÃO.O HOSP. DE AUGUSTINÓPOLIS É REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO DE DIAGNÓSTICO EM MAMA (MAMOGRAFIA).NUM SERVIÇO DE MAMOGRAFIA O EXAME DE ULTRA-SOM(US) DESEMPENHA PAPEL IMPORTANTE NA DETECÇÃO DO CÂNCER DE MAMA, POR SER CONSIDERADO O PRINCIPAL MÉTODO COMPLEMENTAR DA MAMOGRAFIA QUE PODE ACRESCENTAR INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS PARA O DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE MAMA. SEGUNDO DADOS DO SIA NO PERÍODO DE JULHO/2009 A MARÇO/2011 FORAM REGISTRADOS 79 EXAMES DE US NA REGIÃO DE SAÚDE BICO DO PAPAGAIO. DE ACORDO COM PARÂMETROS DO INCA/MS PARA O RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA, O Nº DE EXAMES DE US ESTIMADO PARA A REGIÃO EM 2010, É DE 656 EXAMES, O QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE DEMANDA REPRIMIDA. A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRA-SOM DEDICADO AO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DE MAMA, SERÁ DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA NA ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA NO ESTADO, POIS ENTRE OUTROS FATORES A REDUÇÃO DA MORTALIDADE POR ESTE CÂNCER DEPENDE DO DIAGNÓSTICO PRECOCE E DO TRATAMENTO DA DOENÇA EM TEMPO OPORTUNO.ASSIM A REDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE PROPORCIONARÁ AÇÕES DE CONTROLE NOS DOIS TIPOS DE CÂNCER DE MAIOR INCIDÊNCIA.
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.
7945, 63180
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.
EM REFORMA. PREVISÃO DE TÉRMINO EM 12 MESES
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?
SIM
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL
EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINOPOLIS
Ambiente: Sala de Exames e Admissão de Parturientes

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Mesa Auxiliar	1	1.000,00	1.000,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
GAVETA	NÃO		
Especificação Técnica			
Mesa auxiliar de aço, pés com rodízios, com tampo e prateleira, para suporte de material.			
Ambiente: Consultório Clínica Médica Gineco-Obstetrícia			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Mesa Ginecológica	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	FIXO		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Mesa ginecológica estofada, estrutura em tubos redondos com acabamento em pintura epóxi, recurvados na cor branca, leito em madeira aglomerada 18mm com espuma de alta densidade, revestido em corvim ou material similar, assento fixo, encosto e apoio para pernas reclináveis com porta coxas e anexos cromados, pés com ponteiras, dimensões aproximadas: 1,80 x 0,50 x 0,85cm.			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Colposcópio	1	4.000,00	4.000,00
Característica Física	**Especificação**		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
SISTEMA DE VIDEO	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Colposcópio binocular com troca de aumentos, estativa de chão com rodízios e braço articulável indicado para prevenção de câncer ginecológico. Micro regulagem de distância. Braço articulável com sistema de molas que permite movimentos milimetricamente precisos. Sistema de travas em todas as articulações. Aumento variável de 8 a 22 vezes. Objetiva com distância focal de 300 mm ou 400 mm. Diâmetros do campo de visão: 50mm, 25mm, 15mm. Filtro verde removível. Distância interpupilar regulável. Oculares uma fixa e outra ajustável. Objetivas de alta resolução. Prismas e lentes de cristal. Alimentação 110/220 volts. Iluminação através de fibra ótica, lâmpada halógena 15v x 150w. Com uma lâmpada sobressalente. Altura mínima 85 cm e altura máxima 130 cm. Pintura epóxi a 2.500 Celsius de alta resistência. Fusível de segurança. Cabo elétrico de no mínimo 4 m.. Capa plástica para proteção do equipamento. Registro no Ministério da Saúde.			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Banqueta	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	**Especificação**		
RODÍZIOS	SIM		
ENCOSTO	NÃO		
ARMAÇÃO	AÇO		
ASSENTO/ENCOSTO	AÇO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Aspirador de Vapores	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	**Especificação**		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Aspirador de vapores produzidos a partir da utilização de bisturi elétrico em cirurgias ginecológicas. Características Técnicas: Filtro de vapores orgânicos e filtro de carvão ativado contra odores; Tubo de silicone autoclavável para aspiração com conexão em especulo vaginal; Tubo ultraflex de 1,5 cm c/ redutor; Alimentação elétrica: 220 Volts; Cabo de alimentação elétrica. Função de aspiração continuada mesmo após o bisturi ser desligado; Baixo nível de ruído.			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Escada com 2 degraus	1	250,00	250,00
Característica Física	**Especificação**		

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Balde a Pedal	3	450,00	1.350,00
Característica Física	**Especificação**		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Construído em tubo de aço inox, com balde em aço inox com capacidade de 5 litros. Tampa com acionamento através de pedal.			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Bisturi Elétrico	1	40.000,00	40.000,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	DIGITAL		
MODO DE OPERAÇÃO	MONOPOLAR E BIBOLAR		
POTÊNCIA	MÍNIMO DE 100W		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Bisturi de volatilização celular por alta frequência, com atividade eletromagnética de 4,0 Mhz e potência de saída de 100 a 150 watts, para cirurgia de alta frequência do Trato Genital Inferior, composto de: - Display digital; - Conectores isolados com sistema contra falha de instalação; - Teclado seletor de funções protegido contra umidade; - Função Mono e Bipolar; - Funções de Corte, Coagulação mista e Coagulação pura; - Sistema Bipolar para macro e micro cauterização; - Caneta porta eletrodos autoclavável, com isolamento do conector de segurança, acompanhada de cabo e jogos de eletrodos para o Trato Genital Inferior com revestimento especial isolante e ducto para captação de vapores; - Placa reutilizável, com revestimento de segurança contra choques e queimaduras, acompanhada de cabo e conector; - Função de alarme visual e sonoro para a placa, indicando mal contato ou desconexão; - Função de alarme para o caso de inversão de função ativa; - Função de informação visual e sonoro para indicar aparelho ativado; - Pedal ativador com revestimento de segurança contra choques ou curtos circuitos, sendo resistente à submersão em água; - Aparelho bivolt (110 v/220 v).			
Ambiente: Sala de Serviços			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Foco Refletor Ambulatorial	1	600,00	600,00
Característica Física	**Especificação**		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Foco refletor móvel de vidro com filtro de caloria e anti-reflexos. Lâmpada Halógena de 12 v x 55 watts, base de três ou quatro rodízios, alimentação elétrica 220 v. Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR.			
Ambiente: Consultório Indiferenciado			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Cadeira	2	300,00	600,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Armário	1	1.000,00	1.000,00
Característica Física	**Especificação**		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Armário em aço, com 2 portas, com no mínimo 3 divisórias.			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Armário Vitrine	1	1.000,00	1.000,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO
NÚMERO DE PORTAS	01 PORTA
Especificação Técnica	
Ambiente: Consultório Diferenciado (Oftalmo, Otorrino, etc.)	

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Ultra-Som Diagnóstico	1	100.000,00	100.000,00

Característica Física	Especificação
NÚMERO DE CANAIS	MÍNIMO DE 512
APLICAÇÃO ABDOMINAL	NÃO POSSUI
APLICAÇÃO CARDÍACA	NÃO POSSUI
APLICAÇÃO OBSTÉTRICA	NÃO POSSUI
APLICAÇÃO PARA PEQUENAS PARTES	POSSUI
APLICAÇÃO VASCULAR	NÃO POSSUI
MODO DE IMAGEM B	POSSUI
MODO DE IMAGEM DUAL	POSSUI
TRANSDUTOR CONVEXO	POSSUI
TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO	POSSUI
TRANSDUTOR LINEAR	POSSUI
TRANSDUTOR SETORIAL	NÃO POSSUI
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI
TAMANHO DO MONITOR	MÍNIMO DE 15"

Especificação Técnica

Aparelho de ultra-sonografia portátil para uso geral e ginecologia/obstetrícia com as seguintes características técnicas mínimas: O equipamento deverá apresentar as seguintes características: - Pronto para operar em menos de 15 segundos após ser ligado; - Interface de usuário (teclado) e software totalmente em português; - Peso máximo 5 Kg, incluindo bateria e um transdutor acoplado; - O equipamento deverá ser resistentes à queda de até 1 (um) metro; - Monitor em LCD de no mínimo 15 polegadas integrado ao equipamento. - Alimentado por rede elétrica 100~240 volts automático; - O uso, quando por meio de bateria, deverá perdurar por no mínimo 2 horas de operação interruptas; - Teclado selado facilitando a limpeza e desinfecção. Com relação à imagem o equipamento deverá apresentar as seguintes características: - Ganho automático; - Cine Loop de no mínimo 220 quadros; - Aquisição, armazenamento, revisão e transferência digital de imagens; - Aquisição dinâmica de imagens (clipes); - Transferência Digital para PC via Rede Ethernet ou direto para pendrive; - Capacidade de armazenamento mínima de 64.000 imagens ou 1000 Clips de 2 seg. - Memória interna de 8 Gbytes ou superior; - Conexão de rede para transferência de Imagem ¿ DICOM 3.0; - Capacidade de apresentar Doppler Spectral, Doppler Pulsado e Doppler Contínuo. - Capacidade de apresentar Doppler Transcraniano e orbital. - Capacidade de apresentar Color Flow Mapping, Power Doppler e Velocimetria colorida. - Capacidade de apresentar M-Mode. - Capacidade de calcular e apresentar em forma de páginas, resultados completos para exames, abdominais, cardiológicos e vasculares; - Possibilidade de receber up-grade para cálculo de espessura automático da parede da Íntima Média (IMT) quando necessário; - Possibilidade de receber up-grade para software de visualização de agulha. Com relação os transdutores o equipamento deverá apresentar as seguintes características: - (01) ¿ Transdutor linear de 6 a 13 MHz. - (01) ¿ Transdutor convexo de 2 a 5 MHz - (01) ¿ Transdutor intracavitário de 8 a 5 MHz - Suporte para guia de punção venosa - Caso seja necessária a troca do transdutor, quando conectado diretamente ao equipamento, o mesmo não deverá ser desligado. - Tais transdutores deverão resistir à queda de até 1 (um) metro de altura do piso. - O equipamento deverá estar habilitado para o uso de transdutor transesofágico, no futuro, sem a necessidade de qualquer adaptação ou atualização de software. Com relação à garantia o equipamento deverá apresentar as seguintes características: - 5 anos de garantia total para o equipamento. - 5 anos de garantia total, inclusive quanto a queda de 1 (um) metro de altura do piso. Com relação ao treinamento deverá apresentar as seguintes características: - Treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. Acompanham o equipamento os seguintes itens: - (01) - Carro suporte para acomodar todo sistema - (01) - Conector que permita ao equipamento instalar simultaneamente os três transdutores. -(01) - Cabo de alimentação de tipo (2P+T), segundo normas das ABNT. -(01) - Manuais de operação em língua portuguesa. -(01) - Manual de serviço

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Cadeira	1	300,00	300,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO
REGULAGEM DE ALTURA	MECÂNICA
RODÍZIOS	POSSUI
BRAÇOS	POSSUI
Especificação Técnica	
Ambiente: Sala de Atendimento em Saúde(Central)	

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Mesa de Escritório	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	**Especificação**		
BASE	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Mesa para escritório, em MDF ou sililar, cor bege ou branca, com 2 gavetas.			

Total	Qtd. Total	Valor Total (R$)
	18	158.600,00

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R$)
18	158.600,00

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
036153	S.PUBLICO PALMAS
ENDEREÇO	
103 NORTE,AV.LO 2 PLANO DIRETOR NORTE CEP:	
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA	
Resolução da CIB Estadual - Resolução 086.jpg	

GOVERNO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA SAÚDE

Propostas de Projetos de Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Rede Oncológica no Tocantins

Ano 2011

GOVERNO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO / EQUIPAMENTOS / ONCOLOGIA:

Instituição/ Município	Número da Proposta	Nome da Proposta	Valor
Hospital Regional de Augustinópolis Hospital Regional de Dianópolis	25053.1170001/11-021 25053.1170001/11-020	Aquisição de equipamento e/ou material permanente para os serviços de referência em diagnóstico e tratamento de lesões precursoras do câncer do colo do útero e diagnóstico em câncer de mama.	
Hospital Geral de Palmas	250531170001/11-019	Aquisição de equipamentos para estruturação do Centro Qualificador em Ginecologia.	
Hospital Geral de Palmas	250531170001/11-024	Aquisição de equipamentos para estruturação de hospital da rede de serviço de atenção especializada em Oncologia / Radioterapia.	

GOVERNO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA SAÚDE

Diretoria de Atenção Especializada
Coordenação de Controle Oncológico e Fatores de Risco
E mail: cancer@saude .to.gov.br
Fones: 3218.6238 / 3218.1754

Ministério da Saúde
Portal dos Convênios-SICONV
www.convenios.gov.br

Ministério da Saúde
Fundo Nacional de Saúde / Propostas Funda a Fundo
www.fns.saude.gov.br