GOVERNO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE/CIB-TO
- SECRETARIA EXECUTIVA –

RESOLUÇÃO – CIB Nº. 094/2011, de 05 de setembro de 2011.

Dispõe sobre a Proposta de Projeto para Aquisição de equipamentos – Porta de Entrada Hospitalar de Urgência, no Hospital Regional de Porto Nacional.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO TOCANTINS/CIB-TO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas através das disposições da Portaria N° 931/1997, que constitui a CIB-TO, em especial o Art. 2°, expedida em 26 de junho de 2007 pela Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins, c/c os Arts. 5° e 14°, do Regimento Interno da Comissão Intergestores Bipartite – CIB/TO, e,

Considerando a Portaria GM/MS n°1.600, de 07 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências;

Considerando a Proposta de Projeto para Aquisição de equipamentos – Porta de Entrada Hospitalar de Urgência, no Hospital Regional de Porto Nacional, cadastrada com o Nº 25053.1170001/11-036 no Fundo Nacional de Saúde, anexa;

Considerando a apresentação da Superintendência de Atenção e Promoção à Saúde/Diretoria de Atenção Especializada, anexa;

Considerando a análise, discussão e pactuação da Plenária da Comissão Intergestores Bipartite em Reunião Ordinária realizada aos 05 dias do mês de setembro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar a Proposta de Projeto Nº 25053.1170001/11-036, cadastrada no Fundo Nacional de Saúde, para Aquisição de equipamentos – Porta de Entrada Hospitalar de Urgência, no Hospital Regional de Porto Nacional.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor nesta data.

Arnaldo Alves Nunes
Presidente da Comissão Intergestores Bipartite

MINISTÉRIO DA SAÚDE

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
Nº. DA PROPOSTA: 25053.117000/1110-36

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)			
Nome:	**HOSPITAL REGIONAL DE PORTO NACIONAL**		
Tipo Unidade:	**HOSPITAL GERAL**		
CNPJ:	25.053.117/0014-89	**CNES:**	**2786125**
Endereço:	AV MURILO BRAGA - CENTRO, CEP:77500000		

OBJETO DA PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	HOSPITAL REGIONAL DE PORTO NACIONAL	CNES:	2786125
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.			
ATENDIMENTO A PT ESPECIFICA DE MS			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.			
ADSCRITO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNÍCIPIOS ADSCRITOS.			
O COMPONENTE HOSPITALAR ESTÁ CONTEMPLADO NA PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A CONSTRUÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS. TAL COMPONENTE É CONSTITUÍDO PELAS PORTAS HOSPITALARES DE URGÊNCIA, PELAS ENFERMARIAS DE RETAGUARDA, PELOS LEITOS DE CUIDADOS INTENSIVOS, PELOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E DE LABORATÓRIO E PELAS LINHAS DE CUIDADOS PRIORITÁRIAS. EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS, É NECESSÁRIO INVESTIR NA REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS OFERTADOS NOS HOSPITAIS E ENTRE ELES ESTÃO AS PORTAS DE ENTRADA DE URGÊNCIAS. UMA DAS DIRETRIZES PREVISTAS NAS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE É A AMPLIAÇÃO DO ACESSO E ACOLHIMENTO AOS CASOS AGUDOS DEMANDADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM TODOS OS PONTOS DE ATENÇÃO, CONTEMPLANDO A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E INTERVENÇÃO ADEQUADA E NECESSÁRIA AOS DIFERENTES AGRAVOS. O HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE PARAÍSO É O ÚNICO DE REFERÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA A REGIÃO DE SAÚDE DE PORTO NACIONAL, A QUAL SOMA UM TOTAL DE 12 MUNICÍPIOS. AS PORTAS DE ENTRADA DO REFERIDO HOSPITAL FUNCIONAM DE FORMA ABERTA, ATENDENDO DEMANDA ESPONTÂNEA E REFERENCIADA PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA REGIÃO. SENDO ASSIM, FAZ-SE NECESSÁRIO EQUIPAR AS PORTAS DE ENTRADA DO HOSPITAL, COM O OBJETIVO DE OFERTAR UM APORTE TECNOLÓGICO ADEQUADO AOS USUÁRIOS COM NECESSIDADES DE CUIDADOS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.			
49143, 102316			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?			
SIM			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.			
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL			

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE PORTO NACIONAL			
Ambiente: Sala de Emergência			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Suporte de Soro	10	450,00	4.500,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	PEDESTAL COM RODÍZIOS		
AJUSTE DE ALTURA	FIXO		
HASTE	AÇO INOXIDÁVEL		
BASE	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário**	**Valor**

		(R$)	total (R$)
Biombo	3	350,00	1.050,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
RODÍZIOS	POSSUI		
TAMANHO	TRIPLO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Cardioversor/ Desfibrilador	1	18.500,00	18.500,00
Característica Física	**Especificação**		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
MARCAPASSO TRASCUTÂNEO	POSSUI		
IMPRESSORA	POSSUI		
TIPO	EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)		
MONITOR	MULTICANAL		

Especificação Técnica

Carro de Emergência com Desfibrilador /Cardioversor: Bandeja superior para suporte do cardioversor; Compartimento para ambu; Painel de monitoramento do imersor com chave da luz incorporada; Braço articulado para circuito respiratório; Suporte fixo para haste de soro; Compartimento para acessórios do cardioversor; Mesa de trabalho em aço inox, com bordas altas; Tábua de massagem cardíaca; Gaveta superior com porta ampola tipo Favo, em planos inclinados; Três gavetas com divisórias para uso diverso;Trava-guia de dois rodízios para deslocamento; Haste de soro; Filtro de linha com quatro tomadas; Cinta de velcro para fixação do cardioversor; Suporte das pás do cardioversor;Mesa auxiliar com abertura bilateral; Trava das quatro gavetas com lacre; Suporte para cilindro com cintas de velcro para fixação; Para-choque envolvente; Rodízios de 5 polegadas com rolamento, sendo 02 com freios.Aparelho de desfibrilação com monitor e registrador, apresentando as seguintes especificações técnicas mínimas: Forma de onda: bifásica com análise de impedância torácica do paciente para choque de desfibrilação através de pás externas; Saída eletricamente isolada; Memória eletrônica dos últimos eventos com capacidade de impressão de data, hora, derivação, alarmes, freqüência cardíaca e indicação de energia de desfibrilação, drogas utilizadas e alarmes; Alimentação elétrica com seleção automática na faixa de 100 a 230 V/60 Hz; Bateria recarregável, removível externamente, com autonomia mínima de 3 horas de monitoração ou no mínimo 30 choques em carga máxima, e 1 para fácil substituição e recarregamento total em até 4 horas; Monitorização cardíaca com apresentação em tela de matriz ativa de dimensão mínima de 5 polegadas (diagonal); Eletrocardiograma com no mínimo 3 derivações: (DI, DII e DIII), permitindo capacitação através de eletrodos ou das pás de desfibrilação; Indicação digital da freqüência cardíaca; Alarme para Bradicardia e Taquicardia com indicação digital, Carga de Bateria Baixa, Eletrodo Desconectado de eletrodo de ECG, Energia não entregue; Indicação de ¿Energia Disponível para Desfibrilação¿; Energia ajustável de no mínimo 200 Joules; Sincronismo para cardioversão com indicação do ponto de sincronismo no ECG apresentado na tela; Limitador de energia até 50 para desfibrilação interna; Pás rígidas com botão de carga de energia e botão duplo de descarga (um em cada pá), tamanho adulto/ pediátrico integradas; Registro de ECG com qualidade para diagnóstico com banda mínima: 0,05 Hz a 150 Hz; Acompanha: 05 pares de eletrodos multifunção; Pás rígidas externas adulto/pediátrico integrado; Cabos de rede elétrica; Cabo paciente para ECG; 01 tubo de gel para desfibrilação; 10 jogos de eletrodos descartáveis para ECG ; Manual de operação em português. Possibilidade de instalação de software para revisão de eventos, que permita transferir para um PC os eventos armazenados, visualiza-los e imprimir relatórios; Registro no Ministério da Saúde; Deverá ser apresentado Certificado de conformidade com normas IEC 60601-1 e 60601-2-4, emitido por organismo credenciado para tal finalidade.

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Escada com 2 degraus	10	250,00	2.500,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Ventilador Pulmonar	1	65.000,00	65.000,00
Característica Física	**Especificação**		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

VENTILADOR PULMONAR NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO Ventilador eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, indicado para o uso em terapia intensiva, com os seguintes modos de ventilação: ¿ Ventilação por Volume Controlado VCV (Assistido / Controlado, SIMV);Ventilação por Pressão Controlada PCV (Assistido / Controlado, SIMV);Ventilação com Duplo Controle do tipo pressão controlada com volume garantido, no qual o ventilador ajusta automaticamente a pressão controlada para garantir o volume corrente. (A/ C e SIMV);Ventilação Não Invasiva - NIV; Ventilação com Pressão de Suporte ¿ PSV e CPAP; Parâmetros:FiO2 de 21 a 100%; Volume corrente de 10 a 2000mL; Freqüência respiratória de 5 a 120 rpm pelo menos e Tempo inspiratório de 0,2 a 5 segundos pelo menos; Pressão controlada de 5 a 80cmH2O , Pressão de suporte de 5 a 80cmH2O pelo menos; PEEP de 0 a 50cmH2O pelo menos; ¿ Sensibilidade inspiratória por fluxo 0,5 a 15L/min;Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12¿ com acionamento por toque na tela (¿touchscreen) para facilidade de operação; ¿ Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume (apresentação de pelo menos três curvas simultaneamente); Monitoração de volume e fluxo por sensor proximal (no ¿y¿) para pacientes neonatais; Monitoração de FiO2 (por sensor de oxigênio interno ao equipamento, sem montagem no circuito paciente); Volume minuto, volume corrente exalado (na faixa de 0 a 2000mL no mínimo); ¿ Freqüência respiratória Pressão de pico, pressão platô, PEEP e pressão média de vias aéreas ¿ Resistência, complacência, constante de tempo, índice de desmame (RSBI), P01 e AutoPEEP Alarmes: Alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto (nos modos PCV e VCV pelo menos), alto e baixo

volume corrente, Alta freqüência, Apnéia Falha de alimentação de gás e Falha de energia Recursos incorporados: ¿ Nebulização sincronizada com a fase insp ¿ Pausa (retenção) inspiratória manual, pausa expiratória manual Módulo de Compensação Automática do tubo endotraqueal nos modos de pressão (ATC, TRC ou similar) Função Suspiro ¿ Ferramenta especifica para levantamento da Curva PV de maneira lenta e automática para avaliação da complacência do sistema (Slow PV, PV Tool ou similar); Memória dos parâmetros ventilatórios aos desligar o equipamento; Alimentação Elétrica/Pneumática: 100 a 240 volts - 60 hz ¿ Bateria recarregável com autonomia de 120 minutos e entrada para bateria externa; Rede canalizada de oxigênio e ar comprimido de 300 a 500 kPa; Acessórios:Umidificador com alarme de alta temperatura, braço articulado, pedestal, circuito paciente adulto, circuito paciente pediátrico neonatal, duas válvulas de exalação, 6 sensores de fluxo proximal esterilizáveis.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Laringoscópio	3	300,00	900,00
Característica Física	**Especificação**		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

Laringoscópio Adulto: Cabo de metal recartilhado com tapa de rosca e mola em aço inoxidável para pilhas médias; 04 lâminas inoxidável em peça única, com extremidade distal de forma redonda, acabamento fosco para impedir reflexão da luz, sendo: 3 lâminas curvas n 2, 3 e 4 e uma lâmina reta n 3; encaixe para lâmina padrão internacional; contatos com material anti-oxidante; pino e aço substituível; lâmpada especial de alta luminosidade sobressalente; ar condicionado em bolsa de courvin fechada com ziper.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Carro de Emergência	1	4.000,00	4.000,00
Característica Física	**Especificação**		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
TIPO	INOX		

Especificação Técnica

Bandeja superior para suporte do cardioversor; Compartimento para ambu; Painel de monitoramento do imersor com chave da luz incorporada; Braço articulado para circuito respiratório; Suporte fixo para haste de soro; Compartimento para acessórios do cardioversor; Mesa de trabalho em aço inox, com bordas altas; Tábua de massagem cardíaca; Gaveta superior com porta ampola tipo Favo, em planos inclinados; Três gavetas com divisórias para uso diverso;Trava-guia de dois rodízios para deslocamento; Haste de soro; Filtro de linha com quatro tomadas; Cinta de velcro para fixação do cardioversor; Suporte das pás do cardioversor;Mesa auxiliar com abertura bilateral; Trava das quatro gavetas com lacre; Suporte para cilindro com cintas de velcro para fixação; Para-choque envolvente; Rodízios de 5 polegadas com rolamento, sendo 02 com freios.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Oxímetro de Pulso	3	2.000,00	6.000,00
Característica Física	**Especificação**		
BATERIA INTERNA	POSSUI		
TIPO	PORTÁTIL (DE MÃO)		

Especificação Técnica

Oxímetro de pulso tipo console portátil com bateria interna recarregável ; - Alarmes sonoro e visual que se tornam ativos quando o nível de oxigenação (SpO2) ultrapassa os limites inferiores e superiores definidos pelo operador; - O display do equipamento devera indicação da freqüência cardíaca, apresentando os resultados em gráficos de barras e curvas pletismográficas (variação instantânea da SpO2 ao longo do tempo), além de mensagens de erro e das condições de funcionamento do oxímetro, tais como bateria fraca, sinal fraco, condições do sensor e do cabo; - Precisão do equipamento: Erro máximo de 2% do BPM. - Ajustes de velocidade do traçado gráficos de curvas pletismográficas. - O equipamento devera possuir fonte interna bi volte automática de 110v a 220v, 50/60Hz. - Acessórios: 1 cabo de alimentação 2P+T universal com no mínimo 2,5 metros de comprimento; 1 Sensor de dedo adulto reutilizável acoplado no equipamento através de cabo com no mínimo 1,5 metros de comprimento; Manual do usuário.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Suporte de Hamper	2	350,00	700,00
Característica Física	**Especificação**		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
RODÍZIOS	POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Esfigmomanômetro	5	250,00	1.250,00
Característica Física	**Especificação**		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

ESFIGMOMANÔMETRO,Aplicação: aferição pressão arterial, Tamanho: Adulto, Escala: manômetro com graduação de 20 a 300 mm/hg, Tipo: sistema aneróide, Forma De Apresentação: numeração de 20 em 20 com ponteiros que deslizem sem interrupção com encaixe posterior metálico, Apresentação: móvel, manguito em látex para adulto com insuflação através de pêra em látex, resistente a temperatura ambiente, válvula de retenção em metal rígido, anticorrosivo, com braçadeira em nylon impermeável com circunferência aproximada de 22 cm de comprimento a 28 cm de altura, com ajuste em pressilhas metálicas sem velcro, Características Adicionais: tipo de braçadeira, segundo circunferência do braço 24 à 30 cm, Conformidade: certificado de aferição pelo INMETRO,

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Reanimador Manual (Ambu)	4	320,00	1.280,00
Característica Física	**Especificação**		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

Ressuscitador Manual Adulto: Ressuscitador manual de silicone com reservatório de oxigênio, tamanho adulto: reanimador manual em silicone, totalmente desmontável e esterilizável, com capacidade de 160 mL possui válvula unidirecional, com diagramas em silicone, reservatório externo de oxigênio tipo bolsa. Uma máscara com bojo adulto transparente e com coxim em silicone.

Ambiente: Sala de Triagem Médica e ou Enfermagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Régua de Gases (Assistência Respiratória de Parede)	8	1.200,00	9.600,00
Característica Física	**Especificação**		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

RÉGUA DE GASES - Inalador Ultrassonico Central, Aparelho de Nebulização; Tipo: Equipamento Médico-Assistencial; Descrição Técnica: Aparelho destinado a tratamentos por Inaloterapia; Características Técnicas/Acessórios: Equipamento tipo central para ser fixado diretamente na parede; Deve possuir 4 pontos independentes de inalação; Possuir sistema eletrônico para produção de névoas com através de freqüência Ultra-sônica de aproximadamente 2,4MHz; Possuir variação de intensidade de nevoa e timer para desligamento automático; Possui um microcontrolador que gerencia todo o funcionamento; Tensão de operação: 100 ~ 240 VCA 60Hz ¿ Full Range Taxa de nebulização: 0,4 ml/min a 1,1 ml/min; Apresentar registro do equipamento no Ministério da Saúde

Ambiente: Sala Coletiva de Observação de Pediatria

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica	5	2.000,00	10.000,00
Característica Física	**Especificação**		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

Especificação Técnica

CAMA FOWLER COM TRENDELEMBURG COM RODIZIOS - - Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado - Base em tubo 50 x 30 x 1,5mm com pés recuados, totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência - Estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm perfilados em U - Estrado articulado em chapa de aço 1,5mm - Movimentos acionados através de duas manivelas escamoteáveis cromadas com cabo de baquelite - Painel lateral decorativo - Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35 x 1,5mm - Dois pares de grades laterais em poliuretano injetado, móveis pelo sistema de semi-giro com trava de segurança - Pára-choque de borracha redondo nos 4 cantos da cama para proteção de parede - Rodízios de 75mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal

Ambiente: Sala Coletiva de Observação de Adulto

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica	10	2.000,00	20.000,00
Característica Física	**Especificação**		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

Especificação Técnica

CAMA FOWLER COM TRENDELEMBURG COM RODIZIOS - - Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado - Base em tubo 50 x 30 x 1,5mm com pés recuados, totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência - Estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm perfilados em U - Estrado articulado em chapa de aço 1,5mm - Movimentos acionados através de duas manivelas escamoteáveis cromadas com cabo de baquelite - Painel lateral decorativo - Sistema de acionamento dos movimentos em tubo redondo de 35 x 1,5mm - Dois pares de grades laterais em poliuretano injetado, móveis pelo sistema de semi-giro com trava de segurança - Pára-choque de borracha redondo nos 4 cantos da cama para proteção de parede - Rodízios de 75mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal - Capacidade de 180 kg.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Mesa para Refeição	10	400,00	4.000,00
Característica Física	**Especificação**		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		

Especificação Técnica

Estrutura em tubo quadrado 40 x 40 x 1,2mm e 50 x 30 x 1,2 - Tampo em chapa de aço 0,75mm - Ajuste de altura manual através de dispositivo, sendo a altura máxima de 1,32m e a mínima de 0,92m - Rodízios de 42 mm de diâmetro

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Mesa de Cabeceira	10	400,00	4.000,00
Característica Física	**Especificação**		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

Construída em chapa de aço 0,75mm, com uma gaveta e uma porta com divisão interna - Tampo superior em madeira compensada de 15mm, revestida em fórmica - Puxadores cromados - Pés com ponteiras.

Total	Qtd. Total	Valor Total (R$)
	86	153.280,00

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R$)
86	153.280,00

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
036153	S.PUBLICO PALMAS
ENDEREÇO	
103 NORTE,AV.LO 2 PLANO DIRETOR NORTE CEP:	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
Resolução da CIB Estadual - Porto Nacional 25053.1170001-11-036.jpg Termo de Compromisso Atenção Básica ou Especializada - HRPN.jpg

GOVERNO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA SAÚDE

Propostas de Projetos para Ampliação e Reestruturação da Rede de Atenção às Urgências no Tocantins

Ano 2011

GOVERNO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA SAÚDE

Objetivo

Ampliação e reestruturação da Rede de Atenção às Urgências.

Justificativa

- Portaria GM/MS 1.600 de 07/07/2011 que reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências;
- Previsão de diversos componentes para composição da rede, fortalecendo as Regiões de Saúde;

- Finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência e emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna.

Componente Hospitalar

- Portas hospitalares de urgência, enfermarias de retaguarda, leitos de UTI e cuidados prioritários;
- Identificado unidades estratégicas por região de saúde

GOVERNO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA SAÚDE

Reforma Porta de entrada Hospitalar de urgência de Dianópolis	Reforma Porta de entrada Hospitalar de urgência de Pedro Afonso	Reforma Porta de entrada Hospitalar de urgência de Miracema	Reforma Porta de entrada Hospitalar de urgência de Paraíso
■Importância estratégica para referência no Plano de Ação Regional da Rede de Atenção às Urgências ■Ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco			
Único de referência em média complexidade na região sudeste	Único de referência em média complexidade na região Cultura do Cerrado	Único de referência em média complexidade na região de Miracema	Único de referência em média complexidade na região do Cantão

Aquisição de equipamentos - Porta de entrada Hospitalar de urgência de Dianópolis	Aquisição de equipamentos - Porta de entrada Hospitalar de urgência de Pedro Afonso	Aquisição de equipamentos - Porta de entrada Hospitalar de urgência de Paraíso
■Importância estratégica para referência no Plano de Ação Regional da Rede de Atenção às Urgências ■Ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco		
Único de referência em média complexidade na região sudeste	Único de referência em média complexidade na região Cultura do Cerrado	Único de referência em média complexidade na região do Cantão

Aquisição de equipamentos - Porta de entrada Hospitalar de urgência de Guaraí	Aquisição de equipamentos - Porta de entrada Hospitalar de urgência de Arraias	Aquisição de equipamentos - Porta de entrada Hospitalar de urgência Miracema
■Importância estratégica para referência no Plano de Ação Regional da Rede de Atenção às Urgências ■Ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco		
Único de referência em média complexidade na região Lobo Guará	Único de referência em média complexidade na região Extremo Sudeste	Único de referência em média complexidade na região de Miracema

Aquisição de equipamentos - Porta de entrada Hospitalar de urgência de Araguaína	Aquisição de equipamentos - Porta de entrada Hospitalar de urgência de Gurupi	Aquisição de equipamentos - Porta de entrada Hospitalar de urgência Palmas - HGP
■Importância estratégica para referência no Plano de Ação Regional da Rede de Atenção às Urgências ■Ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco		
Único de referência em média e alta complexidade na região norte	Único de referência em média e alta complexidade na região sul	Referência em média e alta complexidade para região macro sul

GOVERNO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA SAÚDE

Aquisição de equipamentos UTI - HGP	Aquisição de equipamentos - Porta de entrada Hospitalar de Porto Nacional	Ampliação - Porta de entrada Hospitalar de urgência de Miracema
■Importância estratégica para referência no Plano de Ação Regional da Rede de Atenção às Urgências ■Ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco		
Referência em UTI para região central, com maior nº de leitos de UTI do estado	Único de referência em média complexidade na região de Porto Nacional	Único de referência em média complexidade na região de Miracema

REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS			
Código FNS	Instituição/ Município	Valor R$	Nome da Proposta
25053.1170001/11-034	Paraíso	149.280,00	Aquisição de equipamentos - Porta de entrada Hospitalar de urgência
25053.1170001/11-032	Guaraí	149.280,00	
25053.1170001/11-031	Dianópolis	149.280,00	
25053.1170001/11-029	Arraias	149.280,00	
25053.1170001/11-033	Miracema	149.280,00	
25053.1170001/11-036	Porto Nacional	149.280,00	
25053.1170001/11-035	Pedro Afonso	149.280,00	
25053.117000/1110-30	Augustinópolis	149.280,00	
25053.117000/1110-27	Araguaína	371.400,00	
25053.117000/1110-29	Gurupi	541.400,00	
25053.117000/1110-23	Palmas - HGP	535.800,00	
25053.117000/1110-22		926.160,00	Aquisição equipamento UTI HGP

REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS				
Código Siconv	Proposta	Instituição Município	Valor	Nome da Proposta
3600020110313	043891/2011	Dianópolis	371.310,00	*Reforma Porta de entrada Hospitalar de urgência*
3600020110313	043823/2011	Pedro Afonso	514.539,00	
3600020110313	043791/2011	Paraiso	1.346.430,00	
3600020110313	0044379/2011	Miracema	476.175,00	
3600020110312	0044401/2011		447.380,00	*Ampliação Porta de entrada Hospitalar de urgência de*

- Solicitamos a homologação para pleitear recursos junto ao SICONV E FNS para estruturar os serviços da Rede de Atenção às Urgências.

■ **Diretoria de Atenção Especializada**
Coordenação do Sistema Estadual de Urgência e Emergência
E-mail: urgencia.emergencia@saude.to.gov.br
Fone:3218-1770