



GOVERNO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE/CIB - TO
- SECRETARIA GERAL -

RESOLUÇÃO – CIB/TO Nº. 233/2017, de 22 de junho de 2017.

Dispõe sobre a Reprogramação da Proposta do Fundo Nacional de Saúde (FNS) Nº. 11429.603000/1160-08 para Aquisição de Equipamentos para a Unidade de Saúde da Família no município de Formoso do Araguaia – TO, referente à Emenda Parlamentar Nº. 36950007.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DO TOCANTINS/CIB-TO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas através das disposições contidas no Art. 2º da Portaria Nº. 931/1997, que constituiu a CIB-TO, de 26 de junho de 1997, publicada no Diário Oficial do Estado do Tocantins em 04 de julho de 1997, expedida pela Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins, e no Regimento Interno da Comissão Intergestores Bipartite – CIB/TO, e,

Considerando o OFÍCIO/FMS/Nº0091/2017, do município de Formoso do Araguaia – TO, que trata da Reprogramação dos equipamentos da Proposta/FNS nº 11429.603000/1160-08;


Considerando a necessidade de reprogramação dos itens da proposta cadastrada pelo Fundo Municipal de Saúde e a aquisição de um veículo para o atendimento de pacientes da zona urbana e rural do município de Formoso do Araguaia – TO;

Considerando a análise, discussão e pactuação da Plenária da Comissão Intergestores Bipartite em Reunião Ordinária realizada aos 22 dias do mês de junho do ano de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar a Reprogramação da Proposta do Fundo Nacional de Saúde (FNS) Nº. 11429.603000/1160-08 para Aquisição de Equipamentos para a Unidade Básica de Saúde da Família Centro I no município de Formoso do Araguaia – TO, no valor de R\$266.550,00 (duzentos e sessenta e seis mil e quinhentos e cinquenta reais), referentes à Emenda Parlamentar Nº. 36950007.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.


MARCOS E. MUSAFIR

Presidente da Comissão Intergestores Bipartite





ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
"Formoso em boas mãos"
ADM. 2017/2020

OFÍCIO/FMS/Nº0091/2017

Formoso do Araguaia-TO, 08 de junho de 2017.

A sua Excelência o Senhor,

MARCOS ESNER MUSAFIR

Presidente da CIB – TO.

Comissão Intergestora Bipartite do Estado do Tocantins

Palmas – TO.

Assunto: Reprogramação dos equipamentos da Proposta/FNS nº 11429.603000/1160-08

Senhor Presidente,

Considerando a Proposta/FNS nº 11429.603000/1160-08, firmada entre o Fundo Nacional de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde de Formoso do Araguaia -TO, com objeto de aquisição equipamentos para a UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CENTRO I no valor de R\$ 266,550,00 (duzentos e sessenta e seis mil quinhentos e cinquenta reais);

Considerando as divisões geográficas do Estado do Tocantins, Formoso do Araguaia com uma população 18.369 (2012) é o município com maior extensão territorial com Área de 13.423 km². Temos 06 (seis) Unidades de Saúde na zona urbana e 01 Anexo da Unidade de Saúde na Zona Rural. Um hospital Geral onde atendemos aproximadamente 120 pacientes diariamente e necessitamos de encaminhar para regional Gurupi/Palmas/Araguaína ou fora do estado, todavia, temos um déficit de transporte para esses atendimentos, pois, percorremos um total dentro do Estado de aproximadamente 1.864 km rodados diariamente, dentro dos serviços a serem executados temos chagas, Vigilância Sanitária, Zoonoses, Endemia; devido este fato necessitamos da compra de um veículo para o atendimento de pacientes da zona urbana e rural



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
"Formoso em boas mãos"
ADM. 2017/2020

Considerando para atender toda a demanda reprimida de realizar diagnósticos e a área de obstetra, Diagnostico de Câncer nas regiões das vísceras internas, não tendo estes aparelhos os pacientes tem que se deslocar para as áreas de referencias Gurupi/Palmas/Araguaína. Temos uma população de 18.369 segundo o IBGE e a mais 13 Aldeias Indígenas e doze assentamentos rurais, sendo necessário para se garantir o atendimento de qualidade a população de Formoso do Araguaia-TO.

Solicitamos de Vossa Excelência a avaliação e aprovação da reprogramação apresentada inicialmente na PROPOSTA/FNS, conforme nova relação de equipamento anexa, não fugindo do objeto proposto e não alterando o beneficiário final que será a população Formosense, referenciada na UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CENTRO I.

Respeitosamente,


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pedrina Araújo coelho de Oliveira
Secretario municipal de Saude
Pedrina Araújo Coelho de Oliveira
Sec. Mun. de Saúde e Saneamento
Decreto 004/2017

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE**
Nº. DA PROPOSTA: 11429.603000/1160-08**IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE**

CNPJ 11.429.603/0001-20	NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA		
Endereço Completo HERMINIO AZEVEDO SOARES CENTRO	EA MUNICIPAL	Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
CEP 77470000	UF TO	Município FORMOSO DO ARAGUAIA	

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTARecurso de Emenda Parlamentar
36950007 - R\$ 266.550,00 - JOSI NUNES**DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)**

Nome:	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CENTRO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	02.075.216/0001-41	CNES:	2546698
Endereço:	AV JK - CENTRO, CEP:77470000		

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CENTRO	CNES:	2546698
Atender toda a demanda reprimida de realizar diagnósticos e a área de obstetra. Temos uma população de 18.369 segundo o IBG e a mais 13 Aldeias Indígenas e doze assentamentos rurais. sendo necessario para se garantir o atendimento de qualidade a população de Formoso do Araguaia-TO			

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE**UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA CENTRO****Ambiente:** Consultório Odontológico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km)	1	46.550,00	46.550,00
Característica Física	Especificação Técnica	Especificação	

MOTORIZAÇÃO= 1.0 A 1.3**TIPO DE COMBUSTÍVEL= BICOMBUSTIVEL****TIPO DE DIREÇÃO= HIDRÁULICA / ELÉTRICA****AR CONDICIONADO= POSSUI****TRIO ELÉTRICO = POSSUI****PORTAS= 04 PORTAS****CÂMBIO = MANUAL****CAPACIDADE = 5 LUGARES****FREIOS ABS/AIRBAG DUPLO= POSSUI****DISTÂNCIA ENTRE EIXOS = MINÍMA DE 2.370 MM**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ultrassom Diagnóstico - Gineco/Obstetrícia e exames básicos	1	100.000,00	100.000,00
Característica Física	Especificação Técnica	Especificação	

Sistema digital de alta resolução para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e tecidual, possibilidade de Software 4D em tempo real. Modo 2D. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído speckle, zoom Read/Write de no mínimo 8X. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M. Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculo específico. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral. Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Permitir acesso as imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pósprocessamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame - rate extremamente elevado. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. DVD-RW integrado. DICOM 3.0 completo (Print, Storage, MWM, MPPS). HD interno de no mínimo 160GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo com frequências de 2.0 a 6.0 MHz, permitido variação de +/- 1 Mhz; Transdutor Linear com frequências de 5 a 13 MHz, permitido variação de +/- 1 Mhz; Transdutor Endocavitário com frequência de 4.0 a 9.0 MHz permitido variação de +/- 1 Mhz e guia de biópsia. Acessórios: Impressora a laser, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante.

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de Raio X - Fixo (até 800 mA)	1	120.000,00	120.000,00
Característica Física	Especificação		

CORRENTE DO COMANDO GERADOR: DE 500 A 800 mAs
PAINEL DE COMANDO: POSSUI
ESTATIVA PORTA TUBO: POSSUI
BUCKY MURAL: POSSUI
COLIMADOR: POSSUI
MESA COM TAMPO FLUTUANTE: POSSUI

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS

QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
3	266.550,00

DADOS BANCÁRIOS

DADOS BANCÁRIOS

CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
031232	FORMOSO DO ARAGUAIA
ENDEREÇO	
AV.RIO FORMOSO,255 CENTRO CEP:77470000	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Termo de Compromisso Atenção Básica ou Especializada - Termo de Compromisso.pdf