



GOVERNO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE/CIB - TO
- SECRETARIA GERAL -

RESOLUÇÃO – CIB/TO N°. 072/2018, de 19 de abril de 2018.

Dispõe sobre a Proposta de Projeto N°. 12780.909000/1180-01 para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Hospital Municipal Antonio Pires do município de Peixe – TO, referente à Emenda Parlamentar N°. 23590007, conforme RESOLUÇÃO – CIB/TO N°. 058/2018.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DO TOCANTINS/CIB-TO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas através das disposições contidas no Art. 2º da Portaria N°. 931/1997, que constituiu a CIB-TO, de 26 de junho de 1997, publicada no Diário Oficial do Estado do Tocantins em 04 de julho de 1997, expedida pela Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins, e no Regimento Interno da Comissão Intergestores Bipartite – CIB/TO, e,

Considerando a Proposta do Fundo Nacional de Saúde (FNS) N°. 12780.909000/1180-01 para Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes para o Hospital Municipal Antonio Pires no município de Peixe – TO, referente à Emenda Parlamentar N°. 23590007;

Considerando o OFÍCIO N°. 08/2018/SMS/GS, do município de Peixe – TO de 22 de março de 2018, que solicita *Ad Referendum* aprovando a Proposta de Projeto N°. 12780.909000/1180-01 para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Hospital Municipal Antonio Pires no município de Peixe – TO.

Considerando a análise, discussão e pactuação da Plenária da Comissão Intergestores Bipartite em Reunião Ordinária realizada aos 19 dias do mês de abril do ano de 2018, com início as 09h37m, presidida pelo Secretário de Saúde MARCOS ESNER MUSAFIR;

Considerando que a referida reunião foi realizada no intervalo entre exoneração e nomeação dos Secretários de Saúde, devido a alteração de Governo com a cassação do governador Marcelo Miranda no TSE em 26 de março de 2018, com retorno ao Governo em 06 de abril de 2018 e mantida a decisão de cassação em 18 de abril de 2018;

Considerando que MARCOS ESNER MUSAFIR foi exonerado a partir de 19/04/2018 com a publicação no DOE N° 5.095 às 10h42m;

Considerando que RENATO JAYME DA SILVA, foi nomeado a partir de 19/04/2018 com a publicação no Suplemento do DOE N° 5.095 as 21h04m;

Considerando a urgência do assunto em função da necessidade de cumprimento de prazos junto ao Ministério da Saúde.

RESOLVE:

Art. 1º - Ad Referendum





GOVERNO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE/CIB - TO
- SECRETARIA GERAL -

Art. 2º Aprovar a Proposta de Projeto N°. 12780.909000/1180-01 para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Hospital Municipal Antonio Pires do município de Peixe – TO, referente à Emenda Parlamentar N°. 23590007, conforme RESOLUÇÃO – CIB/TO N°. TO N°. 058/2018.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

RENATO JAYME DA SILVA
Presidente da Comissão Intergestores Bipartite



**MINISTÉRIO
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
Nº. DA PROPOSTA: 12780.909000/1180-01****IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE**

CNPJ 12.780.909/0001-99	NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEIXE	
Endereço Completo JOAO VISCONDE DE QUEIROZ, QUADRA UNICA LT UNICO CENTRO	EA MUNICIPAL	Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CEP 77460000	UF TO	Município PEIXE

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA

Recurso de Emenda Parlamentar
23590007 - R\$ 999.995,00 - KÁTIA ABREU

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

Nome:	HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO PIRES		
Tipo Unidade:	HOSPITAL GERAL		
CNPJ:	02.396.166/0001-02	CNES:	2515229
Endereço:	AVENIDA OSCAR JOSE DA SILVA - CENTRO, CEP:77460000		

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO PIRES	CNES:	2515229
---------------------------	----------------------------------	--------------	---------

INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.

DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.

ADSCRITO

INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.

NO MUNICÍPIO, BEM COMO EM QUASE TODOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS, TIVEMOS UM AUMENTO EM NOSSOS SERVIÇOS DE SAÚDE. A ATENÇÃO ESPECIALIZADA COMPREENDE UM CONJUNTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE REALIZADOS EM AMBIENTE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, QUE QUE INCORPORAM A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A PRODUÇÃO DO CUIDADO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DESTA FORMA, A INCLUSÃO DESSA AÇÃO, FAZ SE EXTREMAMENTE NECESSÁRIA PARA QUE A PARCELA MAIS CARENTE QUE AUMENTOU CONSIDERAVELMENTE QUE NECESSITE MAIS DESSER SERVIÇOS SEJA CONTEMPLADA, MELHORANDO SUBSTANCIALMENTE O ATENDIMENTO DA SAÚDE NO MUNICIPIO. CONSIDERANDO QUE A PARTIR DE 2017. FOI IMPLANTADO NOVAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL ANTONIO PIRES, TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, ANESTESISTA ENTRE OUTROS ESPECIALIZADOS, CARDIOLOGISTA, GINECOBSTRETA E ETC.

INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.
11591, 3000
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?
SIM
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO PIRES			
Ambiente: Sala de Observação			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica	1	5.000,00	5.000,00
Característica Física	Especificação		
APLICAÇÃO	ADULTO		
RODÍZIOS	POSSUI		
COLCHÃO HOSPITALAR	MÍNIMO D 28		
MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA	AÇO / FERRO PINTADO		
ACIONAMENTO POR MANIVELAS	03		
CABECEIRA / PESEIRA	POLIURETANO / SIMILAR		
GRADES LATERAIS	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde a Pedal	6	120,00	720,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE	POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Cabeceira com Refeição Acoplada	6	1.200,00	7.200,00
Característica Física	Especificação		
RODÍZIOS	POSSUI		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
GAVETA	POSSUI		
PORTAS	POSSUI		
ACESSÓRIO(S)	MESA DE REFEIÇÃO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oxímetro de Pulso		1	2.500,00	2.500,00
Característica Física		Especificação		
TIPO		PORTÁTIL (DE MÃO)		
SENSOR DE SpO2		01		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro		6	350,00	2.100,00
Característica Física		Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO		AÇO INOXIDÁVEL		
TIPO		PEDESTAL		
Especificação Técnica				
Ambiente: Sala de Atendimento, Demonstração e Educação em Saúde				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira		2	90,00	180,00
Característica Física		Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO		AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS		NÃO POSSUI		
BRAÇOS		NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA		NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO		POLIPROPILENO		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Televisor		5	1.600,00	8.000,00
Característica Física		Especificação		
TIPO		LED		
PORTA		USB		
FULL HD		SIM		
ENTRADA		HDMI		
CONVERSOR DIGITAL		POSSUI		
TAMANHO DA TELA		DE 32" ATÉ 41"		
SUPORTE		NÃO POSSUI		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Tela de Projeção		1	800,00	800,00
Característica Física		Especificação		
ESPECIFICAR		NÃO		

Especificação Técnica			
Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	2	2.500,00	5.000,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Reunião	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	REDONDA DE 1,20 D		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
Especificação Técnica			
Ambiente: Área de Esterelização			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Seladora	2	1.500,00	3.000,00
Característica Física	Especificação		
TIPO/ APLICAÇÃO	MANUAL-PEDAL/ GRAU CIRÚRGICO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	1	3.800,00	3.800,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE	DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala Administrativa			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	1	3.500,00	3.500,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		
Especificação Técnica			
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois)			

módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Ambiente: Sala de Exames e Admissão de Parturientes

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	900,00	900,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PORTÁTIL		
TECNOLOGIA	DIGITAL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	1.550,00	1.550,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
LATERAIS DE VIDRO	POSSUI		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Ginecológica	1	2.200,00	2.200,00
Característica Física	Especificação		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	MADEIRA COM GABINETE		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	POSSUI		

Especificação Técnica**Ambiente: Sala de Estar para Parturientes em Trabalho de Parto e Familiares**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Sofá-cama Hospitalar	2	2.000,00	4.000,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	COURVIN		
DIMENSÕES POSIÇÃO CAMA	COMPRIMENTO: 188 ATÉ 220 CM		

Especificação Técnica

Ambiente: Área de Prescrição			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		
Especificação Técnica			
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	1	3.500,00	3.500,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	NÃO		
Especificação Técnica			
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
DIMENSÕES/ PRATELEIRAS	ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM / 04		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO		
CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA	40 Kg		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	90,00	270,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
ADM. 2017 – 2020



12
13
14
15
16

Ofício n.º 08 /2018/SMS/GS

Peixe- TO, 22 de Março de 2018.

A CIB
Comissão Intergestores Bipartite

Assunto: **Solicitação de resolução AD Referendum**

Prezados,

O município de Peixe/TO foi contemplado com um Recurso de Emenda Parlamentar (23590007) no valor de R\$ 999.995,00 (novecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e cinco reais), destinados à aquisição de equipamentos/ material permanente, proposta n.º 12780.909000/1180-01, ao cadastrar a referida proposta junto ao Ministério da Saúde (MS) recebemos o parecer que nos solicita pactuação na Comissão Intergestores Bipartite – CIB, e após homologação, o encaminhamento da proposta ao MS.

Diante da urgência solicito resolução AD Referendum.

Atenciosamente,


Juliana Dias Pinheiro

Secretária Municipal de Saúde/ Gestora do Fundo Municipal de Saúde
Decretos n.º 005/2017/ n.º 082/2017

RECEBEMOS
23/03/18
Hs 8:47
Dewza
Sec. Executiva da Comissão
Intergestores Bipartite-TO

Avenida João Visconde de Queiroz, s/nº, Centro, CEP: 77.460-000, Peixe - TO.
Telefone/Fax: (063) 3356-2130 / 3356-2156.
E-mail: saude.peixe@outlook.com; Site: <http://www.peixe.to.gov.br>
CNPJ/FMS: 12.780.909/0001-99 CNPJ/SMS: 02.396.166/0001-02

JUSTIFICATIVA PARA RECEBIMENTO DE EMENDA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

O sistema de saúde público municipal de Peixe – TO passou, no ano de 2017, por profundas transformações em seu modelo de gestão. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi esta sendo e continuará a ser, valorizado e respeitado. A aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a unidade de atenção especializada em saúde – Hospital Municipal Antônio Pires – será de enorme valia para que as mudanças positivas no sistema de saúde continuem a prosperar. Antes sem atendimento mínimo razoável, hodiernamente o nosocômio atende demanda expressiva, na busca de satisfazer as necessidades da população peixense. Atendimentos estes que vão desde urgência e emergência, ambulatório clínica geral e especialidades (Anestesiologia, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia), fisioterapia, nutrição, serviço social, psicologia, serviço de classificação de risco, observação-dia, internações, cirurgias eletivas e de urgência e emergência, partos normais e cesarianos, serviço laboratorial, dentre outros. Referente ao programa estruturação da rede de atenção especializada, a unidade hospitalar conta com 22 (vinte e dois) leitos – clínica médica, cirúrgica, ginecologia e obstetrícia e pediatria. Com as mudanças implantadas inúmeras pessoas de Municípios circunvizinhos veem buscando atendimento na unidade. O propósito é adequar a unidade para oferecer atendimento de melhor qualidade para seus usuários. Conforme o tipo de estabelecimento assistencial de saúde, seus respectivos setores e ambientes, e as configurações essenciais para a realização das ações e serviços em saúde justificamos o pedido ora pleiteado.