



**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583**

**COMPOSIÇÃO DO EDITAL**

**PREÂMBULO**

- 1. DO OBJETO**
- 2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO**
- 3. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO**
- 4. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS**
- 5. DO ENVIO DAS PROPOSTAS**
- 6. DA SESSÃO PÚBLICA**
- 7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS**
- 8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES**
- 9. DOS ITENS EXCLUSIVOS ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**
- 10. DA COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARAMICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**
- 11. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**
- 12. DA NEGOCIAÇÃO**
- 13. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**
- 14. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA**
- 15. DA HABILITAÇÃO**
- 16. DOS RECURSOS**
- 17. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO**
- 18. DO CONTRATO E CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO**
- 19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**
- 20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**
- 21. DO FORO**

**DAS PARTES INTEGRANTES DO EDITAL:**

**ANEXOS**

ANEXO I – Critério de Julgamento e Relação/Descrição dos Produtos

ANEXO II – Termo de Referência

ANEXO III – Minuta de Contrato

**MODELOS**

MODELO 1 – Carta de Correção de Proposta de Preços

MODELO 2 – Comprovação do Atendimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

MODELO 3 – Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da Habilitação

MODELO 4 – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

MODELO 5 – Declaração de atendimento ao disposto no artigo 9º, inciso III da Lei 8.666/93





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

## PRÉAMBULO

A SUPERINTENDÊNCIA DA CENTRAL DE LICITAÇÃO da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação em tela na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, nos termos deste Edital e seus anexos. Este pregão será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a) e respectiva equipe de apoio designados pela Portaria 331/2019/SES/GASEC, DE 24 DE JUNHO DE 2019 expedida pelo Secretário de Estado da Saúde. O presente edital foi submetido a análise jurídica da Superintendência de Assuntos Jurídicos da Secretaria de Estado da Saúde e da Procuradoria Geral do Estado.

Processo: 2017/30550/009583

Tipo de licitação: Menor Preço

Data da abertura: 09/12/2019

Hora da abertura: 08h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

Retirada do Edital (portal/SISTEMA): [www.saude.to.gov.br](http://www.saude.to.gov.br) / [www.publinexo.com.br](http://www.publinexo.com.br)Local da sessão: [www.publinexo.com.br](http://www.publinexo.com.br)Registro de Preços:  SIM  NÃO

## SETORES RESPONSÁVEIS PELA SOLICITAÇÃO

## GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA

Valor Total Estimado: Em conformidade com o disposto nos Acórdãos nº 1888/2010 e 2080/2012 do TCU – Plenário, não será divulgado o valor unitário de referência para contratação, disponibilizando quando solicitado pelas Licitantes somente após a fase de lances.

## LEGISLAÇÃO APLICADA

**Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37:** Regula a atuação da Administração Pública;

**Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993:** Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alterações;

**Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002:** Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;

**Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006:** Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar nº. 147 de 07 de agosto de 2014;

**Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013:** Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências;

**Decreto Federal nº 5.450, de 31/05/2005:** Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;

**Decreto Federal nº 5.504, de 05/08/2005:** Estabelece a exigência de utilização do pregão, preferencialmente na forma eletrônica, para entes públicos ou privados, nas contratações de bens e serviços comuns, realizadas em decorrência de transferências voluntárias de recursos públicos da União, decorrentes de convênios ou instrumentos congêneres, ou consórcios públicos;

**Decreto Federal nº 6.204, de 05/11/2007:** Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as Microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública Federal;

**Decreto Federal nº 8.538, de 06/10/2015:** Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal;

**Decreto Estadual nº 2.434, de 06/06/2005:** Dispõe sobre o regulamento da modalidade de licitação denominada Pregão, e adota outras providências;

**Decreto Estadual nº 4.769, de 02/04/2013:** Regulamenta o tratamento diferenciado, favorecido e simplificado para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e o Microempreendedor Individual, e adota outras providências;

**Decreto Estadual nº. 4.954, de 13/12/2013:** Define regras específicas para os órgãos e entidades do Poder Executivo, quanto à responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos ilícitos contra a administração pública, e adota outras providências;

**Decreto Estadual nº. 4.959, de 23/12/2013:** Institui, no âmbito da Secretaria da Saúde, os sistemas de compra via internet Bionexo e Publinexo, e adota outras providências;

**Portaria/SESAU nº 11, de 16/01/2015 (DOE nº 4.300, de 20/01/2015):** Estabelece parâmetros, responsabilidades e rotinas sobre os Termos de Referência elaborados pelas áreas técnicas da Secretaria de Estado da Saúde, e dá outras providências;

**Portaria/SESAU nº. 108, de 05 /03/2015, (DOE nº. 4.331, de 06/03/2015):** Institui no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Tocantins, regras específicas para apuração de eventuais descumprimentos de regras editalícias dos certames promovidos pela Superintendência de Compras e Central de Licitação, e adota outras providências.

## SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS

Pregoeiro(a): Rubisléia Ramos Pereira Mesquita

Telefone: (063) 3218-1715/1722

E-mail: [superintendencia.licitacao@saude.to.gov.br](mailto:superintendencia.licitacao@saude.to.gov.br) / [cpl.saudeto@gmail.com](mailto:cpl.saudeto@gmail.com)

Endereço: Av. NS 01, AANO, Praça dos Girassóis, s/nº, Palmas/TO, CEP: 77.015-007

Horário de Atendimento: 08h00min as 12h00min – 14h00min as 18h00min





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

**1. DO OBJETO**

1.1. O presente pregão tem por objeto a aquisição de **EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E MOBILIÁRIO** destinados para atender as necessidades do Hospital Regional de Augustinópolis, Hospital Regional de Gurupi e Hospital Regional de Porto Nacional, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência, Anexo II.

1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no SISTEMA e as especificações constantes do Anexo I deste Edital, prevalecerão as últimas.

1.3. Para fins deste Edital, **produto(s)**, leia-se: **equipamentos médico hospitalares e mobiliário**.

**2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO**

2.1. Poderão participar deste Pregão as interessadas previamente credenciadas no **Sistema Publinexo**, onde para cadastrarem-se, as empresas deverão acessar o site: **www.publinexo.com.br** ou entrar em contato por meio do telefone: (011) 3133-8100 e solicitar seu cadastro e senha para participar de pregão eletrônico por meio deste servidor.

2.2. O uso da senha de acesso pela Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do SISTEMA ou a SES/TO responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

**2.3. Não poderão participar deste Pregão:**

2.3.1. Empresa **suspensa** de participar de licitação ou de contratar com a Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, durante o prazo da sanção aplicada;

2.3.2. Empresa **impedida** de participar de licitação ou de contratar com a Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, durante o prazo da sanção aplicada;

2.3.3. Empresa **declarada** inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

2.3.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

2.3.5. Empresa que seu ato de constituição e as respectivas alterações (estatuto, contrato social ou outro) não incluam o objeto deste Pregão;

2.3.6. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;

2.3.7. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

2.3.8. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

2.3.9. Ainda não poderão participar do Pregão, aqueles de que trata o artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993, ou que seu ramo de atividade (código e descrição da atividade econômica principal e/ou código e descrição das atividades econômicas secundárias) não contemple o objeto deste Pregão.

**3. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO**

3.1. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início da sessão pública, via internet.

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao SISTEMA Eletrônico, no portal eletrônico **www.publinexo.com.br**.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do SISTEMA e as devidas atualizações implicam na responsabilidade legal única e exclusiva da Licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do SISTEMA para imediato bloqueio de acesso.

**4. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS****4.1. Da impugnação:**

4.1.1. Até **2 (dois) dias úteis** antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição, que deverá ser protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria, ou enviada para o e-mail:



**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583**

[superintendencia.licitacao.to.gov.br](http://superintendencia.licitacao.to.gov.br) obrigatoriamente com cópia para [cpl.saudeto@gmail.com](mailto:cpl.saudeto@gmail.com). A licitante deverá confirmar recebimento do e-mail através do telefone (63) 3218-3247.

**4.1.2.O(a)** Pregoeiro(a), auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Caso contrário, poderá abrir ou suspender a sessão, na forma da lei, antes do julgamento do mérito, se for o caso.

**4.1.3.** Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

**4.2. Do pedido de esclarecimentos:**

**4.2.1.** Até **3 (três) dias úteis** antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá pedir esclarecimento quanto ao ato convocatório deste Pregão mediante petição, que deverá ser protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria, ou enviada para o e-mail: [superintendencia.licitacao.to.gov.br](http://superintendencia.licitacao.to.gov.br) obrigatoriamente com cópia para [cpl.saudeto@gmail.com](mailto:cpl.saudeto@gmail.com). A licitante deverá confirmar recebimento do e-mail através do telefone (63) 3218-3247.

**4.3.** As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no e-mail indicado pela Licitante, podendo ainda, ser disponibilizado no portal eletrônico [www.publinexo.com.br](http://www.publinexo.com.br) ficando acessível a todas as demais Licitantes para obtenção das informações prestadas pelo(a) Pregoeiro(a).

**5. DO ENVIO DAS PROPOSTAS**

**5.1.** A Licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do SISTEMA eletrônico, **até 1 (uma) hora antes do horário marcado para abertura da sessão**, quando então encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

**5.2.** A Licitante deverá consignar, na forma expressa no SISTEMA eletrônico, o valor unitário para cada item da proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

**5.3.** A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a Licitante às sanções previstas neste Edital.

**5.4.** As propostas ficarão disponíveis no SISTEMA eletrônico, entretanto, até a abertura da sessão, a Licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

**6. DA SESSÃO PÚBLICA**

**6.1.** A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no portal eletrônico [www.publinexo.com.br](http://www.publinexo.com.br).

**6.2.** Durante a sessão pública, a comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e as Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do SISTEMA eletrônico.

**6.3.** Cabe a Licitante acompanhar as operações no SISTEMA eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo SISTEMA, pelo(a) Pregoeiro(a) ou de sua desconexão.

**6.4.** A sessão poderá ser reagendada a critério do(a) Pregoeiro(a) sempre que se fizer necessário, devendo a Licitante fazer os acompanhamentos devidos.

**7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS**

**7.1.O(a)** Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, sendo que somente as consideradas classificadas participarão da fase de lances.

**7.2.** Serão desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a), motivadamente, as propostas:

a) Que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital;

b) Que não contenham a descrição do produto ofertado;

c) Que se identificar no SISTEMA, sendo que somente será considerada como identificação, a descrição do CNPJ ou da Razão Social completa da Licitante.

**8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES**

**8.1.** Aberta a etapa competitiva, as Licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do SISTEMA eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e valor consignados no registro de cada lance.

**8.2.** A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no SISTEMA.

**8.3.** Durante o transcurso da sessão, as Licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor



**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583**

lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.

**8.4.** Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

**8.5.** Os lances apresentados e levados em consideração para a efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da Licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

**8.6.** Durante a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

**8.7.** Se ocorrer a desconexão do(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de lances e o SISTEMA eletrônico permanecer acessível as Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

**8.8.** No caso de a desconexão do(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa as participantes no portal eletrônico [www.publinexo.com.br](http://www.publinexo.com.br).

**8.9.** O encerramento da etapa de lances será decidido pelo(a) Pregoeiro(a), que informará, com antecedência de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos, o prazo para início do **tempo de iminência**.

**8.10.** A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente de lances, a critério do(a) Pregoeiro(a), emitido pelo SISTEMA eletrônico às Licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo SISTEMA eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

**9. DOS ITENS EXCLUSIVOS ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

**9.1.** Será observado o disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, notadamente os seus arts 42 a 49.

**9.2.** Para cumprimento ao que dispõe o artigo 47 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, as Licitações cujos itens sejam de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) são destinadas exclusivamente as microempresas ou empresas de pequeno porte.

**9.2.1.** O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, observando-se a inoccorrência de quaisquer dos impedimentos do § 4º do mesmo artigo.

**9.2.2.** Para efeitos da Lei Complementar nº 123/2006, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

a) No caso da microempresa, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

b) No caso da empresa de pequeno porte, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

**9.2.3.** A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00, em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/2007 e do art. 3º, §4º, VI da Lei Complementar nº 123/2006, receberá o mesmo tratamento concedido por esta Lei, às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

**9.2.4.** A pessoa física ou o empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 receberá o mesmo tratamento concedido por esta Lei, às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

**9.3.** A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/2006 independe da habilitação da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado.

**9.4.** As Licitantes deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparado, e que não possuem quaisquer dos impedimentos do §4º do art. 3º da Lei nº 123/2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007).

**9.5.** A declaração acima exigida deverá ser manifestada em campo próprio do sistema como condição de participação no pregão. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser enviada ao pregoeiro juntamente com a documentação constante do item 15.3.

SCL /GPREG



**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583****10. DA COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARAMICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

**10.1.** Conforme previsto no artigo 48, inciso III da Lei Complementar nº 123/2006, fica reservada uma cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo de cada item, preferencialmente para contratação de microempresas ou empresas de pequeno porte.

**10.2.** Para a cota reservada para microempresas ou empresas de pequeno porte, a proposta de preços deverá ser apresentada separadamente da cota principal, se for o caso.

**10.3.** Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada a Licitante vencedora da cota principal, ou diante de sua recusa, as Licitantes remanescentes, desde que pratiquem preço da primeira colocada.

**10.4.** Se a mesma Licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menos.

**10.5.** Para efeitos da Lei Complementar nº 123/2006, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

a) No caso da microempresa, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

b) No caso da empresa de pequeno porte, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

**10.6.** A sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00, em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/2007 e do art. 3º, §4º, VI da Lei Complementar nº 123/2006, receberá o mesmo tratamento concedido por esta Lei, às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

**10.7.** A pessoa física ou o empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 receberá o mesmo tratamento concedido por esta Lei, às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

**10.8.** A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/2006 independe da habilitação da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado.

**10.9.** As Licitantes deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparado, e que não possuem quaisquer dos impedimentos do §4º do art. 3º da Lei nº 123/2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007).

**10.10.** A declaração acima exigida deverá ser manifestada em campo próprio do sistema como condição de participação no pregão. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, à declaração deverá ser enviada ao pregoeiro juntamente com a documentação constante do item 15.3.

**11. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

**11.1.** Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

**11.1.1.** A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo SISTEMA, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;

**11.1.2.** Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, o SISTEMA, de forma automática, convocará os Licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

**11.1.3.** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o SISTEMA fará sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do

**SCI /GPREG**

**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583**

desempate.

**11.1.4.** O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo SISTEMA, decairá do direito previsto nos art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

**11.1.5.** Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta condição, o procedimento licitatório prossegue com os demais Licitantes.

**12. DA NEGOCIAÇÃO**

**12.1.O(a)** Pregoeiro(a) poderá encaminhar contraproposta diretamente a Licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação constante dos autos

**12.2.** A negociação será realizada por meio do SISTEMA, podendo ser acompanhada pelas demais Licitantes.

**12.3.** Será vencedora a empresa que atender ao Edital e ofertar o **menor preço**.

**13. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

**13.1. O preço estimado para contratação somente será divulgado após o término da fase de lances.**

**13.2.** O(a) Pregoeiro(a) anunciará a Licitante vencedora, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão da mesma, acerca da aceitação do lance de menor valor.

**13.3.** Encerrada a etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta de preços classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação constante dos autos.

**13.4.** O item cujo preço total seja superior ao estimado para a contratação, constante dos autos, não será(ão) aceito(s), e portanto, não será(ão) adjudicado(s).

**13.5.** A classificação das propostas será pelo critério de **MENOR VALOR UNITÁRIO POR ITEM**, observado o **PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA**, obtidos por meio de pesquisa de mercado.

**13.6.** Os **PREÇOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA** serão utilizados na análise dos valores ofertados pela Licitante, para fins de aceitação ou não da proposta comercial.

**13.7.** Confirmada a aceitabilidade da proposta, o(a) Pregoeiro(a) divulgará o resultado do julgamento do preço, **disponibilizando quando solicitado pelas Licitantes após o encerramento da etapa de lances, o preço estimado para contratação**, procedendo **posteriormente** à verificação da habilitação da Licitante, conforme as disposições deste Edital e seus Anexos.

**13.8.** Se a proposta de preços não for classificada ou se a Licitante não atender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta de preços subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao Edital, sendo a respectiva Licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.

**13.9.** Atendidas as especificações do Edital, estando habilitada a Licitante e tendo sido aceito o menor preço apurado, o(a) Pregoeiro(a) declarará a(s) empresa(s) vencedora(s) do(s) respectivo(s) item(ns).

**13.10.** A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no SISTEMA Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.

**14. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA**

**14.1. A licitante vencedora deverá adequar sua proposta de preço ao último lance, CONTENDO APENAS DUAS CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA, conforme regras matemáticas, e conter ainda:**

**a)** As quantidades; discriminação dos produtos; **espécie/tipo e procedência (se for o caso); marca; valor unitário e total da proposta;**

**b)** A indicação e descrição detalhada das características técnicas do(s) produto(s) proposto(s) para o(s) respectivo(s) item(s) que compõe(m) o objeto desta licitação, em conformidade com os requisitos, especificações e condições estipuladas neste Edital, inclusive prazo de entrega, prazo de validade dos produtos e demais especificações que permitam aferir com precisão ao solicitado no Edital;

**c)** A razão social da proponente; endereço completo; telefone; fax e endereço eletrônico (e-mail), mencionando opcionalmente o banco, número da conta corrente e da agência no qual serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame;

**d)** Prazo de entrega e garantia dos produtos; prazo de validade da proposta, e prazo de pagamento, na forma descrita no item 14.10, donde caso a proposta não conste estas informações, serão considerados os prazos do Edital;

**e)** Caso a Licitante envie a sua proposta de preços, contendo mais de duas casas depois da vírgula, a

**SCI /GPREG**



**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583**

Comissão Permanente de Licitação fará o arredondamento “para menos” (ex: R\$ 12,578; será arredondado para R\$ 12,57).

**14.1.1. Quanto à elaboração da proposta de preços, deve ser observado ainda que:**

- a) Solicitação de trocas de produto(s) requerido pela vencedora, somente será(ão) aceito(s) por motivo(s) devidamente justificado(s), mediante manifestação da área técnica;
- b) O Registro da ANVISA, para os itens 2 a 18, fornecido na proposta de preços será consultado “online” pela SES/TO, porém estando o Registro vencido, a licitante será convocada em prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar cópia do Registro vencido, desde que a revalidação do Registro tenha sido requerida no primeiro semestre do último ano do quinquênio de sua validade, nos termos e condições previstas no §6º do artigo 12 da Lei nº 6.360/76, de 23 de setembro de 1976;
- b.1) A não apresentação do protocolo do pedido de revalidação implicará na desclassificação do item cotado;
- b.2) Caso o produto seja isento de Registro, deve ser informado na proposta de preços no campo nº do Registro na ANVISA a norma que o isenta de Registro
- c) Folder e/ou catálogo ou desenho técnico, em original ou emitido através do sítio do fabricante, com informações que permitam identificar as especificações do edital, sujeitos à apreciação de parecer técnico;

**14.1.2. As propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos, caso existam erros, serão corrigidos pelo(a) Pregoeiro(a) na forma seguinte:**

- a) Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso;
- b) Erro de transcrição das quantidades previstas no Edital: será mantido o preço unitário e corrigida a quantidade e o preço total;
- c) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o preço total;
- d) Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se a soma;
- e) Item que não constar da proposta enviada quando solicitada pelo(a) Pregoeiro(a): será incluído o item, preservando as informações da proposta digital da empresa cadastrada no SISTEMA, adequando ao último lance ofertado e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).

**14.2.** O valor total da proposta será ajustado pelo(a) Pregoeiro(a) em conformidade com os procedimentos acima;

**14.3.** A correção poderá ser realizada pelo Pregoeiro(a) por meio de carta de correção - Modelo 1, obedecendo aos critérios acima citados, a qual será encaminhada para a Licitante, que poderá contestar no prazo de até vinte e quatro horas contadas do respectivo envio, donde, caso não o faça, considerar-se-á aceita a correção realizada pelo(a) Pregoeiro(a).

**14.4.** A licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentação indicada nesta condição será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Lei, bem como neste Edital.

**14.5.** O(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

**14.6.** O(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da SES/TO ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.

**14.7.** Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

**14.8.** Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a produtos e instalações de propriedade da Licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

**14.9.** No preço ofertado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação.

**14.10. Independente de transcrição por parte da Licitante, obrigatoriamente as propostas terão:**

- a) O prazo de **validade da proposta**: no mínimo 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da abertura da sessão inaugural;
- b) O prazo de **entrega dos produtos**: conforme Termo de Referência, Anexo II;
- c) O prazo de **pagamento**: conforme Termo de Referência, Anexo II;
- d) O prazo de **validade dos produtos**: conforme Termo de Referência, Anexo II;

**15. DA HABILITAÇÃO**

**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583**

**15.1.** A habilitação parcial das Licitantes será verificada por meio do SICAF e da **documentação complementar** exigida no **item 15.3**.

**15.2.** As **Licitantes** que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão apresentar documentos que supram tais exigências, **constantes dos artigos 28 a 31 da Lei Federal nº 8.666/1993**, no que couber.

**15.3.** Após solicitação do(a) Pregoeiro(a), as Licitantes que tiverem seus preços aceitos **deverão apresentar a seguinte documentação complementar:**

**a)** Atestado(s) de capacidade técnica ou certidão, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a licitante fornecido produtos, de maneira satisfatória, compatíveis em características com o objeto desta licitação;

**b)** Licença de Funcionamento da licitante, emitida pela ANVISA/MS ou pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual da sede da licitante;

**c)** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (caso conste no SICAF o envio é dispensado);

**d)** Declaração de atendimento do inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme Modelo 2;

**e)** Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação, conforme Modelo 3;

**f)** A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar a respectiva declaração, conforme Modelo 4;

**g)** Declaração de atendimento ao disposto no artigo 9º, inciso III da Lei 8.666/93, conforme Modelo 5;

**h)** Apresentar comprovação da boa situação financeira da Licitante, aferida com base nos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) E Liquidez Corrente (LC) igual ou maiores que 01 (um);

**h.1)** As empresas que apresentarem resultado inferior a 01 (um) em qualquer dos índices referidos na alínea anterior deverão comprovar o capital mínimo ou valor do patrimônio líquido de 5% do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta de preços, na forma da lei, de acordo com os §§ 2º e 3º do artigo 31 da Lei nº. 8.666/93.

**15.4. Do envio dos documentos de habilitação e proposta atualizada com o último lance:**

**15.4.1.** As empresas vencedoras serão convocadas para enviar a proposta atualizada com o último lance, **no prazo de 02 (duas) horas, em arquivo único** via sistema que deverá conter: razão social; número do CNPJ; endereço completo; telefone; fax; e-mail; banco; agência; conta-corrente, descrição detalhada do produto; marca; fabricante; procedência; espécie, se for o caso; tipo/modelo, se for o caso; unidade; quantidade; valor unitário; valor total; valor global da proposta; prazo de garantia; prazo de entrega dos produtos; prazo de validade da proposta; prazo de pagamento, além da documentação constante do **item 15**;

**15.4.2.** Excepcionalmente, com prévia autorização do Pregoeiro(a), a Licitante poderá encaminhar a proposta e os documentos de habilitação, ambos assinados e digitalizados, para o e-mail **superintendencia.licitacao@saude.to.gov.br**, quando comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo Sistema Eletrônico, sendo que neste caso em momento posterior será providenciado o uso da funcionalidade “Convocar Anexo”, de forma que a documentação seja inserida no Sistema, e assim fique à disposição das demais Licitantes;

**15.4.3.** Os documentos remetidos nas formas dos subitens acima descritos poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a);

**15.4.4.** Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao **protocolo geral** da Secretaria de Estado da Saúde, aos cuidados da Superintendência de Compra e Central de Licitação, no endereço descrito no preâmbulo deste Edital;

**15.4.5.** As empresas que desejarem poderão protocolar diretamente os seus documentos de habilitação e proposta atualizada com o último lance, em original, no **protocolo geral** da Secretaria de Saúde, desde que sejam no **prazo máximo de 02 (duas) horas**, contada da notificação do(a) Pregoeiro(a), ficando neste caso, dispensada a apresentação destes, na forma prevista no item **15.4.1**.

**15.5.** Será aberto processo administrativo para os fins de aplicação de sanção a empresa que não enviar a documentação exigida no Edital, ou que ficar inabilitada por não cumprir com os termos do Edital, bem como por prestar declaração falsa, já que quando do cadastramento da proposta, **DECLARA** que cumpre com os requisitos de habilitação do Edital.

**15.6.** O(a) Pregoeiro(a) não se responsabilizará por documentos extraviados, nem os que chegarem fora do prazo estabelecido, ocasião em que a Licitante será inabilitada, sendo convocadas as Licitantes subsequentes em ordem de classificação, se for o caso.

**15.7. Disposições gerais acerca dos documentos de habilitação**



**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583**

- a) O(a) Pregoeiro(a) poderá consultar portais eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões para verificar as condições de habilitação das Licitantes.
- b) Caso a data de validade de alguma certidão constante do SICAF esteja vencida, a Licitante deverá apresentar a certidão regularizada juntamente com o SICAF.
- c) Caso algum dos documentos de habilitação venha a perder a validade no curso da licitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá, conforme lhe faculto o § 3º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, efetuar consulta ao órgão responsável pela emissão do documento, para verificação de sua regularidade.
- d) Ainda que apresente o SICAF, a Licitante deverá apresentar os demais documentos relacionados no item 15.3 deste Edital.
- e) Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por servidor da Administração, ou ainda em publicação feita em veículo de imprensa oficial.
- f) Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos portais eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, caso a Comissão de Licitação julgue conveniente.
- g) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a Licitante será inabilitada.
- h) O não atendimento a qualquer das condições previstas no item 15 e seus subitens provocará a inabilitação da Licitante vencedora.
- i) Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da Licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.
- j) Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.
- k) Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.
- l) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar toda a documentação relativa à comprovação da regularidade fiscal, donde havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
- m) A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao(a) Pregoeiro(a) convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
- n) A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativa de débito, ou positiva com efeito de negativa, vigentes.
- o) A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao(a) Pregoeiro(a) convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
- p) Se a Licitante não atender as exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará as documentações subsequentes, na ordem classificatória, que atenda tais exigências.
- q) Não serão aceitos documentos com a vigência vencida, ou qualquer tipo de protocolo, exceto se o Edital permitir.
- r) Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a Licitante será declarada vencedora.
- s) O atestado de capacidade técnica deverá estar emitido em nome e com CNPJ/MF da matriz e/ou da(s) filial(is) da Licitante.

**16. DOS RECURSOS**

**16.1.** Declarado a vencedora, o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer Licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do SISTEMA, manifestar sua intenção de recurso.

**16.2.** A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o(a) Pregoeiro(a) a adjudicar o objeto a Licitante vencedora.



**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583**

**16.3.** O(a) Pregoeiro(a) examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do SISTEMA.

**16.4.** A Licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do SISTEMA, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais Licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via SISTEMA, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente.

**16.5.** Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, a Licitante interessada poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances.

**16.6.** As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo(a) Pregoeiro(a) serão apreciados pela autoridade competente.

**16.7.** O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

**17. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO**

**17.1.** O objeto deste Pregão será adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a), salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.

**17.2.** O objeto deste Pregão será adjudicado a Licitante vencedora.

**17.3.** A homologação deste Pregão compete ao Secretário de Estado da Saúde/TO.

**18. DO CONTRATO E CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO**

**18.1.** Conforme consta no Termo de Referência.

**19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**19.1.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

19.1.1. Apresentar documentação falsa;

19.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.4. Não mantiver a proposta;

19.1.5. Cometer fraude fiscal;

19.1.6. Comportar-se de modo inidôneo;

19.1.7. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

**19.2.** O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

19.2.1. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

19.2.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

**19.3.** A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

**19.4.** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

**19.5.** A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade,

**19.6.** As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

**19.7.** As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

**20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**20.1.** Ao Secretário da Saúde compete anular este Pregão de ofício, por ilegalidade, ou por provocação de qualquer pessoa, e cancelá-lo ou revogá-lo todo ou em parte, por considerá-lo inoportuno, inconsistente ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

**20.2.** As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência de revogação ou anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito a ampla defesa e o contraditório.

**20.3.** É facultado ao(a) Pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover





**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583**

diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

**20.4.** No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

**20.5.** Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.

**20.6.** Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

**20.7.** Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

**20.8.** Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão às últimas, exceto em caso de normas editadas pelo Governo do Estado e Federal.

**20.9.** Não serão aceitos documentos com a vigência vencida, exceto se, e nos casos que o Edital permitir;

**20.10.** A participação neste Pregão implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos deste Edital, seus Anexos, leis e normas aplicáveis;

**20.11.** Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da SES/TO, sem prejuízo do disposto no §4º do art. 17 do Decreto Federal nº 5.450/2005.

**20.12.** Este Edital é instrumento de adesão, donde todos que participem estão automaticamente de acordo com suas condições.

**20.13.** A Contratada não poderá subcontratar o objeto em parte, sem a expressa anuência da Contratante.

**20.14.** Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos, salvo nos casos expressamente permitidos.

**20.15.** Na contagem dos prazos, exclui-se o dia de início inclui-se o último.

**21. DO FORO**

**21.1.** Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o da comarca de Palmas - TO, com exclusão de qualquer outro.

Palmas, 26 de novembro de 2019

*(Assinatura digital)*  
**THIAGO BORGES SILVA**  
Gerente de Pregões





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

## ANEXO I

## Critério de Julgamento e Relação/Descrição dos Produtos

## 01. Do critério de julgamento (lembretes importantes):

- a) Será vencedora a Licitante que atender as exigências do Edital e apresentar o **menor valor unitário por item**;
- b) A proposta deverá conter apenas duas casas decimais após a vírgula;
- c) **Para cumprimento ao que dispõe o artigo 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, as licitações cujos itens sejam de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) são destinadas exclusivamente as microempresas ou empresas de pequeno porte;**
- d) **Será reservada uma cota no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo de cada item, preferencialmente para contratação de microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme disposto no artigo 48, inciso III da Lei Complementar nº 123/2006;**
- e) **O preço estimado para contratação somente será divulgado após o término da fase de lances.**

## 02. Da Relação/Descrição dos produtos:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	COTA PRINCIPAL	COTA EXCLUSIVA ME/EPP	COTA RESERVADA ME/EPP
1.	<b>CARRO MACA AVANÇADO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Estrutura/Leito: Em Aço Inox; Elevação: Hidráulica; Possui Suporte De Soro; Capacidade Até 180 kg. Acessórios: Colchonete.	UND	-	5	-
2.	<b>DETECTOR FETAL</b> <b>Especificação Técnica:</b> Equipamento para detecção e ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 10ª semana de gestação por método de ultrassom através de transdutor e alto-falante embutido. Deverá possuir gabinete em material de alta resistência; saída para fone de ouvido e interface para computador; display para indicação de bateria fraca; botão liga/desliga com ajuste de volume; alimentado por bateria ou pilhas tipo AA; vida útil de funcionamento de no mínimo 6 horas e baixo consumo de energia, com desligamento automático após 5 minutos sem uso. <b>Acessórios:</b> Transdutor, Gel e bolsa para transporte, manual em português.	UND	-	1	-
3.	<b>FOCO REFLETOR AMBULATORIAL</b> <b>Especificação Técnica:</b> Foco de luz auxiliar para exames clínicos, ginecológicos e etc. Deverá ter haste superior flexível Pedestal com haste inferior pintada em epóxi de alta resistência, com altura variável entre 90 a 160 cm. Base do pedestal com no mínimo 04 rodízios para proporcionar mais segurança e uma melhor sustentação do equipamento.	UND	-	6	-





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

	Iluminação através de lâmpada de LED, com alimentação elétrica 220Vac.				
4.	<p><b>ELETROCARDIOGRAFO</b>  <b>Especificação Técnica:</b> Eletrocardiógrafo Portátil. Deve possuir registro em 3 canais com aquisição simultânea de 12 derivações;            Detecção automática de pulso marcapasso;            Com peso de até 3,0 Kg (com a bateria conectada);            Fonte de alimentação interna;            Energia Principal 220 Vac com Frequencia em 60 Hz            Portátil de fácil operação;            Seleção das derivações/funções através de teclado;            Tela em LCD, com no mínimo 5 polegadas;            Deve exibir o ID do paciente, idade, sexo, relógio, frequência cardíaca, formas de onda, indicador de bateria, classificação do condutor, velocidade, configuração de ganho e filtro, mensagens avisos e informações, status da rede, USB.            Memória interna para no mínimo 200 exames, bateria com duração superior a 2 horas.</p>	UND	-	1	-
5.	<p><b>LARINGOSCOPIO INFANTIL</b>  <b>Especificação Técnica:</b> Conjunto de Laringoscópio com cabo em aço inoxidável, com lâminas retas e curvas; com as características mínimas: Possui lâmpada de xênon que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra ótica. Deverá acompanhar Lâminas sendo MAC 1, MAC 2 e MAC 3. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. Permite a utilização de pilha alcalina ou bateria recarregável; As Lâminas e os Cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra ótica padrão internacional. <b>Acessórios:</b> Lâminas Curvas Autoclaváveis a 134° com fibra optica embutida selada com encaixe para lâminas no padrão internacional, transmissão por fibra optica, uma (01) Lâmina Curva nº 0 Neonatal, uma (01) Lâmina Curva nº 1 Infantil, uma (01) Lâmina Curva nº 2 Criança, duas (02) Lâminas Retas Autoclaváveis, uma (01) Lâmina Reta nº 00 Neonatal, uma (01) Lâmina Reta nº 0</p>	UND	-	4	-

SCI /GPREG





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

	Infantil, uma (01) Lâmina Reta nº 1 Criança, duas (02) Baterias recarregáveis, um (01) carregador de bateria, um (01) estojo para acondicionamento.				
6.	<p><b>REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU)</b>  <b>Especificação Técnica:</b> Reanimador manual de silicone. Bolsa de parede única em silicone translúcido, auto inflável. Válvula de admissão para oxigênio. Válvula unidirecional, que impeça o refluxo de ar. Válvula inspiratória. Válvula limitante de pressão com opção de acionamento ou não da válvula; Reservatório fechado de O2; reutilizável, em SILICONE (Autoclavável). Capacidade do reservatório 1600 ml podendo variar entre 1500 a 2000 ml. Máscaras anatômicas transparentes: Tamanho P.</p>	UND	-	7	-
7.	<p><b>CARDIOVERSOR</b>  <b>Especificação Técnica:</b>  Cardioversor/Desfibrilador com forma de onda bifásica, faixa de energia mínima de 2 a 200 joules;  Possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado;  Desfibrilação manual com escala, selecionável no painel frontal e nas pás de desfibrilação, com botões dedicados para seleção de energia, carga e choque. Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida;  Deve permitir a carga de energia máxima em até 9 segundos com bateria totalmente carregada;  Monitor de ECG com traçado contínuo através de tela LCD colorida de alta resolução com no mínimo 7 polegadas;  Deve possuir detecção automática de marca-passo;  Captação do ECG através de cabo de paciente, eletrodo de multifunção ou através das pás externas;  Eletrodos de desfibrilação e Pá de desfibrilação devem utilizar o mesmo conector.  Deve possuir modos manual e semi-automático de desfibrilação (DEA);  Deve possuir Marca passo;  Registro de ECG através de papel com largura mínima de 30mm, manual ou automático, após desfibrilação ou qualquer evento acionador de alarme;  Deve realizar autoteste para verificar a</p>	UND	6	-	-

SCI /GPREG





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

	<p>funcionalidade do equipamento, carga e descarga do choque e carga da bateria; Fonte interna para alimentação em rede alternada 110/220v automático e recarga da bateria; Bateria recarregável com autonomia mínima para 2 (duas) horas de monitorização contínua de ECG sem a necessidade de troca ou recarga durante este período; Bateria com fácil remoção para troca podendo ser feita pelo próprio usuário, sem a necessidade de desmontar o equipamento, a mesma deve possuir leds de indicação do nível da carga. Deve possuir proteção contra entrada de líquidos (ligado com bateria); Deve pesar até 8kg (+/-10%) com a bateria instalada.</p> <p><b><u>Acessórios mínimos que devem acompanhar o equipamento:</u></b> 01 Par de pás rígidas adulto/pediátricas, intercambiáveis; 01 Cabo de ECG 3 ou 5 vias com pré-cabo; 01 Cabo para eletrodo adesivo multifunção; 60 Pares de eletrodo adesivo multifunção descartáveis; 01 Bateria interna; 01 Papel para impressora; 01 Tubo de gel; 01 Cabo de força; 01 Bolsa para transporte do equipamento e seus acessórios; 01 Manual do operador. O equipamento deve ter registro na ANVISA – Ministério da Saúde; Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.</p>				
8.	<p><b>CARDIOVERSOR</b> <b><u>Especificação Técnica:</u></b> Cardioversor/Desfibrilador com forma de onda bifásica, faixa de energia mínima de 2 a 200 joules; Possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado; Desfibrilação manual com escala, selecionável no painel frontal e nas pás de desfibrilação, com botões dedicados para seleção de energia, carga e choque. Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida; Deve permitir a carga de energia máxima em até 9 segundos com bateria</p>	UND	-	-	1

SCI /GPREG





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

<p>totalmente carregada; Monitor de ECG com traçado contínuo através de tela LCD colorida de alta resolução com no mínimo 7 polegadas; Deve possuir detecção automática de marca-passo; Captação do ECG através de cabo de paciente, eletrodo de multifunção ou através das pás externas; Eletrodos de desfibrilação e Pá de desfibrilação devem utilizar o mesmo conector. Deve possuir modos manual e semi-automático de desfibrilação (DEA); Deve possuir Marca passo; Registro de ECG através de papel com largura mínima de 30mm, manual ou automático, após desfibrilação ou qualquer evento acionador de alarme; Deve realizar autoteste para verificar a funcionalidade do equipamento, carga e descarga do choque e carga da bateria; Fonte interna para alimentação em rede alternada 110/220v automático e recarga da bateria; Bateria recarregável com autonomia mínima para 2 (duas) horas de monitorização contínua de ECG sem a necessidade de troca ou recarga durante este período; Bateria com fácil remoção para troca podendo ser feita pelo próprio usuário, sem a necessidade de desmontar o equipamento, a mesma deve possuir leds de indicação do nível da carga. Deve possuir proteção contra entrada de líquidos (ligado com bateria); Deve pesar até 8kg (+/-10%) com a bateria instalada.</p> <p><b><u>Acessórios mínimos que devem acompanhar o equipamento:</u></b> 01 Par de pás rígidas adulto/pediátricas, intercambiáveis; 01 Cabo de ECG 3 ou 5 vias com pré-cabo; 01 Cabo para eletrodo adesivo multifunção; 60 Pares de eletrodo adesivo multifunção descartáveis; 01 Bateria interna; 01 Papel para impressora; 01 Tubo de gel; 01 Cabo de força; 01 Bolsa para transporte do equipamento e seus acessórios;</p>				
--	--	--	--	--





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

	01 Manual do operador. O equipamento deve ter registro na ANVISA – Ministério da Saúde; Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.				
9.	<p><b>LARINGOSCOPIO ADULTO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Conjunto de Laringoscópio com cabo em aço inoxidável, com lâminas retas e curvas; com as características mínimas: Possui lâmpada de xênon que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra ótica. Deverá acompanhar Lâminas sendo MAC 1, MAC 2 e MAC 3. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. Permite a utilização de pilha alcalina ou bateria recarregável; As Lâminas e os Cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. <b>Acessórios:</b> Lâminas Curvas Autoclaváveis a 134° com fibra optica embutida selada com encaixe para lâminas no padrão internacional, transmissão por fibra optica, uma (01) Lâmina Curva nº 3 Adulto Médio, uma (01) Lâmina Curva nº 4 Adulto Grande, uma (01) Lâmina Curva nº 5 Adulto Grande, duas (02) Lâminas Retas Autoclaváveis, uma (01) Lâmina Reta nº 2 Adulto Médio, uma (01) Lâmina Reta nº 3 Adulto Grande, uma (01) Lâmina nº 4 Adulto Grande, duas (02) Baterias recarregáveis, um (01) carregador de bateria, um (01) estojo para acondicionamento.</p>	UND	-	4	-
10.	<p><b>ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL</b> <b>Especificação técnica:</b> Aparelho cirúrgico portátil utilizado na sucção de secreções; Montado em móvel, dentro de uma carenagem plástica; Possuir rodízios de 3 polegadas; Estrutura do conjunto construída em aço maciço, revestida com material resistente, com cantos arredondados. Pintura à base de epóxi, polimerizada, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza; Potência mínima do motor: 1/4HP; Funcionamento através de diafragma; Possuir microfiltro hidrofóbico instalado na linha de sucção capaz de reter 99,9% de partículas entre 0,1-0,5 micron; Permitir ajuste de sucção entre 0 a 22 pol.Hg, no mínimo; Apresentar pressão de sucção mínima de 21 pol.Hg com fluxo de</p>	UND	-	7	-

SCL /GPREG



## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

	Ar zero; Possuir modo de aspiração intermitente; <b>Alimentação Elétrica:</b> 220Vac, com frequência em 60Hz; cabo de alimentação com diâmetro definido pelo fabricante, mínimo de 3m de comprimento, com plug 2P+T, padrão normas NBR IEC 60601-1, NBR 5410 e NBR 13534. <b>Acessórios:</b> Dois (02) frascos coletores de plástico autoclavável com capacidade de até 3L cada, com tampa de silicone autoclavável; Possuir suporte de fixação do frasco ao móvel; Um (01) pedal de acionamento basculante; Duas (02) cânulas curva reutilizável tipo Yankhauer, com extensão.				
11.	<b>BOMBA DE INFUSÃO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Bomba de infusão para medicamentos e nutrição do tipo volumétrica, contendo um display indicador de gotejamento, taxa de conversão de gotejamento, alarmes e alertas, uso de bateria, volume infundido e à infundir e velocidade de infusão. O fluxo de infusão 1 a (mínimo) 450 ml/h, volume de infusão 0,5 a 9,999 ml, KVO 1ml/h (ajustável de 0 a 20 ml/h). Detector de ar na linha, biblioteca de drogas, para segurança do paciente os alarmes audiovisuais: fluxo livre, final de infusão, oclusão, ar na linha, bateria com carga baixa e bomba em "stand by". <b>Alimentação Elétrica:</b> 220Vac, com frequência em 60 Hertz e bateria interna recarregável com autonomia de aproximadamente 2 horas.	UND	-	3	-
12.	<b>MESA DE EXAMES</b> <b>Especificação Técnica:</b> Mesa para exame clínico, com balcão. Mesa fabricada em aço ou ferro pintado, com posição do leito móvel, regulável através de cremalheiras, leito estofado em corino com espuma de 5 cm D28 e suporte para papel. Dimensões mínimas: 1,80 x 0,60 x 0,80 m (C x L x A). Balcão construído em madeira com revestimento laminado, com 03 gavetas, 02 portas com puxadores em metal e 01 prateleira interna. Dimensões mínimas: 1,60 x 0,60 x 0,80 m (C x L x A).	UND	-	8	-
13.	<b>VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Ventilador eletrônico portátil microprocessado, com tela gráfica, volumétrico e pressométrico para emergência e transporte; aplicação: transporte intra /extra hospitalar e atendimento de emergência, com sistema	UND	-	3	-

SGI /GPREG





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

	<p>de fixação específico para uso em ambulâncias e unidades móveis de resgate, inclusive aéreo. Para uso em pacientes adultos e pediátricos. Modalidades mínimas CMV, SIMV e A/C.</p> <p>Parâmetros ventilatórios no mínimo, volume corrente, frequência respiratória, sensibilidade assistida, concentração de oxigênio.</p> <p>Possuir misturador de ar ambiente que permita ajuste de 50 a 100% de oxigênio.</p> <p>Válvula de PEEP.</p> <p>Bargraph que indica a pressão inspiratória e PEEP;</p> <p><b>Alimentação</b> 220 Vac, bateria interna recarregável, com capacidade mínima de duração de 360 min.</p> <p>Entrada de bateria externa de 12V DC.</p> <p><b>Acessórios:</b> Um (01) Circuito paciente PVC (não esterilizado); Um (01) Suporte de Fixação; Uma (01) Mangueira O2;</p>				
14.	<p><b>CARRO MACA SIMPLES</b></p> <p><b>Especificação Técnica:</b> Mesa auxiliar em inox 304 com uma prateleira inferior, tampo superior e prateleira em aço inoxidável de 0,75mm. Rodízios de 3". Medidas aproximadas 0,80m x 0,40m x 0,80m (Comprimento x Largura x Largura).</p>	UND	-	2	-
15.	<p><b>DESFIBRILADOR</b></p> <p><b>Especificação técnica:</b> Forma de onda bifásica; Sistema automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade de choque; Adaptável a qualquer paciente, adulto ou criança; Análise automática da impedância torácica do paciente sendo o choque requerido para adulto, no mínimo, de 100 joules e para crianças, no mínimo, de 50 joules (Protocolo American Heart Association); Mensagens e comandos por texto e voz em língua portuguesa; Possuir tempo de carga para energia máxima de até 10 segundos, e descarga interna automática em até 30 (trinta) segundos se não houver disparo; Deve possuir sinal sonoro que auxilie o socorrista no ritmo das compressões cardíacas; Realizar auto-teste periódico de disponibilidade de bateria, dos circuitos internos, do software e da presença de eletrodos; Durante a RCP (terapia com Classe I de recomendação em atendimento de PCR) o equipamento deve fornecer <i>feedback</i> em tempo real quanto a qualidade das compressões cardíacas (recomendação Classe IIa), para prover terapia de alta qualidade conforme</p>	UND	-	6	-

SCI /GPREG





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

	<p>Consenso 2013 da AHA sobre Qualidade da RCP e Diretrizes 2010 da AHA para RCP e ACE; Proteção contra a entrada de líquidos; Monitor: Permitir registro em memória de: ECG contínuo e eventos; Permitir a transferência dos dados do atendimento gravados na memória interna do equipamento; Visor de cristal líquido ou compatível para visualizar mensagens de texto, contador de choques, tempo de atendimento e traçado de ECG; Bateria descartável ou pilhas descartáveis de longa duração. <b>Acessórios:</b> Bolsa para transporte do desfibrilador, resistente e lavável; Dois jogos de eletrodos pré-conectados descartáveis para paciente adulto com desenho do correto posicionamento no paciente; Um jogo de eletrodos para paciente infantil abaixo de 8 anos com superfície de contato menor que do adulto e desenho do correto posicionamento no paciente; Caixa de proteção para montagem em parede, com alarme audiovisual quando acionado a abertura da porta; Bateria ou conjunto de pilhas sobressalente, além das que já devem acompanhar o equipamento; Software com licença livre de instalação em microcomputadores, que permita a transferência, armazenamento, visualização, impressão dos eventos, registrados durante o atendimento.</p>				
16.	<p><b>BIOMBO</b> <b>Especificação Técnica:</b> 03 faces, tubos redondos de 3/4 polegadas de diâmetro, em aço inoxidável. Bandeiras laterais com movimento de até 360 graus por meio de anéis giratórios, com cortinado em tecido 100% algodão, facilmente removível. Pés providos de seis rodízios giratórios de, no mínimo, 02 polegadas. Medidas mínimas quando aberto: 1,82 x 1,75m.</p>	UND	-	11	-
17.	<p><b>MONITOR MULTIPARÂMETROS</b> <b>Especificação Técnica:</b> Monitor Multiparamétrico, com bateria interna de lítio, com duração mínima de 120 minutos, para a monitoração dos seguintes parâmetros de sinais vitais: ECG, RESP (Respiração), SpO2 (Saturação de Oxigênio), PNI (Pressão Não Invasiva), Temperatura, PI (Pressão Invasiva), EtCO2 (Capnografia);</p>	UND	6	-	-

SCI /GPREG





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

<p>Deve possuir tela de cristal líquido colorida (LCD) de, pelo menos, 10 (dez) polegadas;</p> <p>Deve permitir a execução de cálculos de parâmetros hemodinâmicos;</p> <p>Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros;</p> <p>Deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares;</p> <p>Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo), com níveis de prioridade estabelecidos (baixo, médio e alto), e alarmes funcionais relacionados ao monitor multiparamétrico e seus acessórios (sensor, eletrodo solto, etc.);</p> <p>Deve possuir detecção automática de marcapasso.</p> <p><b><u>Especificações dos parâmetros de monitoração:</u></b></p> <p><b><u>ECG</u></b></p> <p>Monitoração em 7 (sete) Derivações (I, II III, aVF, aVR, aVL, V) através de um Cabo de ECG 5 (cinco) Vias;</p> <p>Faixa de medida da Frequência Cardíaca (FC): 30 a 280 BPM;</p> <p>Resolução da medida de FC: 1 BPM;</p> <p>Deve possuir Análise de Segmento ST em todas as derivações;</p> <p>Deve possuir pelo menos 20 Análises de Arritmias (Assistolia, Fibrilação Ventricular / Taquicardia Ventricular, Fib Atrial, etc.), detecção automática de pulso Marca Passo;</p> <p>Acessórios: 2 (dois) cabos de ECG 5 vias.</p> <p><b><u>RESPIRAÇÃO</u></b></p> <p>Aquisição da Frequência Respiratória através da tecnologia de Impedância Transtorácica, feita pelo Cabo de ECG;</p> <p>Faixa de medida da Frequência Respiratória (FR): 6 a 100 RPM;</p> <p>Resolução da medida da FR: 1 RPM;</p> <p>Deve permitir ajuste de alarme de apneia.</p> <p><b><u>OXIMETRIA (SpO2)</u></b></p> <p>Deve apresentar a curva plestimográfica, índice de perfusão com indicação gráfica e numerica;</p> <p>Faixa de Saturação de O2 (SpO2): Precisão entre 70% e 100% de saturação, não superior a <math>\pm 2\%</math>;</p> <p>Resolução da medida de SpO2: 1 %;</p> <p>Faixa da Frequência de Pulso (FP): 35 a 240BPM;</p>				
--	--	--	--	--





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

	<p>Resolução da medida de FP: 1 BPM; Acessórios: 1 (uma) extensão para sensor de SpO2, 1 (um) sensor de SpO2 reutilizável adulto, 1 (um) sensor de SpO2 reutilizável pediátrico / neonatal; <b>PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI)</b> Deve apresentar os valores de Pressão Arterial Sistólica (PAS), Pressão Arterial Diastólica (PAD) e Pressão Arterial Média (PAM); Modos de medida: Manual, Automático; Faixa da medida da Pressão: 30 a 240 mmHg; Acessórios: 2 (duas) extensões de ar; 1 (uma) braçadeira infantil; 1 (uma) braçadeira pediátrico / adulto pequeno; 2 (duas) braçadeiras adulto; 1 (uma) braçadeira adulto grande. <b>TEMPERATURA</b> Deve possuir, pelo menos, 1 (um) canal de monitoração da Temperatura; Deve permitir a medida da Temperatura por sensor aderido na pele do paciente, ou através de cavidades, como o esôfago ou reto; Faixa de medida da Temperatura: 20°C a 45°C; Acessórios: 1 (um) sensor de temperatura reutilizável tipo pele. <b>PRESSÃO INVASIVA (PI)</b> Deve monitorar pelo menos 2 (dois) canais de pressão invasiva, Faixa de Medida: -10 a 270 mmHg; Resolução: 1 mmHg; <b>CAPNOGRAFIA (EtCO2)</b> Deve possuir tecnologia Sidestream, baixo fluxo, que atenda pacientes Adultos, Pediátricos e Neonatais; Faixa de Medida: 0 a 90mmHg; Resolução de medida de CO2 expirado: 1 mmHg; Faixa de medida de Frequência Respiratória: 0 a 100RPM;</p>				
18.	<p><b>MONITOR MULTIPARÂMETROS</b> <b>Especificação Técnica:</b> Monitor Multiparamétrico, com bateria interna de lítio, com duração mínima de 120 minutos, para a monitoração dos seguintes parâmetros de sinais vitais: ECG, RESP (Respiração), SpO2 (Saturação de Oxigênio),</p>	UND	-	-	1





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

<p>PNI (Pressão Não Invasiva), Temperatura, PI (Pressão Invasiva), EtCO2 (Capnografia); Deve possuir tela de cristal líquido colorida (LCD) de, pelo menos, 10 (dez) polegadas; Deve permitir a execução de cálculos de parâmetros hemodinâmicos; Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros; Deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares; Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo), com níveis de prioridade estabelecidos (baixo, médio e alto), e alarmes funcionais relacionados ao monitor multiparamétrico e seus acessórios (sensor, eletrodo solto, etc.); Deve possuir detecção automática de marcapasso.</p> <p><b><u>Especificações dos parâmetros de monitoração:</u></b></p> <p><b><u>ECG</u></b> Monitoração em 7 (sete) Derivações (I, II III, aVF, aVR, aVL, V) através de um Cabo de ECG 5 (cinco) Vias; Faixa de medida da Frequência Cardíaca (FC): 30 a 280 BPM; Resolução da medida de FC: 1 BPM; Deve possuir Análise de Segmento ST em todas as derivações; Deve possuir pelo menos 20 Análises de Arritmias (Assistolia, Fibrilação Ventricular / Taquicardia Ventricular, Fib Atrial, etc.), detecção automática de pulso Marca Passo; Acessórios: 2 (dois) cabos de ECG 5 vias.</p> <p><b><u>RESPIRAÇÃO</u></b> Aquisição da Frequência Respiratória através da tecnologia de Impedância Transtorácica, feita pelo Cabo de ECG; Faixa de medida da Frequência Respiratória (FR): 6 a 100 RPM; Resolução da medida da FR: 1 RPM; Deve permitir ajuste de alarme de apneia.</p> <p><b><u>OXIMETRIA (SpO2)</u></b> Deve apresentar a curva plestimográfica, índice de perfusão com indicação gráfica e numerica; Faixa de Saturação de O2 (SpO2): Precisão entre 70% e 100% de</p>				
--	--	--	--	--

SCI /GPREG





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

	<p> saturação, não superior a <math>\pm 2\%</math>;  Resolução da medida de SpO<sub>2</sub>: 1 %;  Faixa da Frequência de Pulso (FP): 35 a 240BPM;  Resolução da medida de FP: 1 BPM;  Acessórios: 1 (uma) extensão para sensor de SpO<sub>2</sub>, 1 (um) sensor de SpO<sub>2</sub> reutilizável adulto, 1 (um) sensor de SpO<sub>2</sub> reutilizável pediátrico / neonatal;  <u>PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI)</u>  Deve apresentar os valores de Pressão Arterial Sistólica (PAS), Pressão Arterial Diastólica (PAD) e Pressão Arterial Média (PAM);  Modos de medida: Manual, Automático;  Faixa da medida da Pressão: 30 a 240 mmHg;  Acessórios:  2 (duas) extensões de ar;  1 (uma) braçadeira infantil;  1 (uma) braçadeira pediátrico / adulto pequeno;  2 (duas) braçadeiras adulto;  1 (uma) braçadeira adulto grande.  <u>TEMPERATURA</u>  Deve possuir, pelo menos, 1 (um) canal de monitoração da Temperatura;  Deve permitir a medida da Temperatura por sensor aderido na pele do paciente, ou através de cavidades, como o esôfago ou reto;  Faixa de medida da Temperatura: 20°C a 45°C;  Acessórios:  1 (um) sensor de temperatura reutilizável tipo pele.  <u>PRESSÃO INVASIVA (PI)</u>  Deve monitorar pelo menos 2 (dois) canais de pressão invasiva,  Faixa de Medida: -10 a 270 mmHg;  Resolução: 1 mmHg;  <u>CAPNOGRAFIA (EtCO<sub>2</sub>)</u>  Deve possuir tecnologia Sidestream, baixo fluxo, que atenda pacientes Adultos, Pediátricos e Neonatais;  Faixa de Medida: 0 a 90mmHg;  Resolução de medida de CO<sub>2</sub> expirado: 1 mmHg;  Faixa de medida de Frequência Respiratória: 0 a 100RPM; </p>				
19.	<p> <b>CADEIRA</b>  <b>Especificação Técnica:</b> Cadeira fixa 04 pés, cadeira modelo secretária com estrutura 7/8, com zefir, costura em couro, confeccionada em aço chapa 20, pintura </p>	UND	-	38	-





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

	eletro estática, ponteiras articuladas, encosto e assento confeccionado com espuma injetada densidade 60, madeira 12 mm, acompanha porcas, garra para fixação de estrutura, altura do assento: 41 cm, altura total: 80 cm, largura total: 42 cm, profundidade total: 45 cm, cor azul.				
20.	<p><b>FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL</b>  <b>Especificação Técnica:</b> Foco cirúrgico móvel com um bulbo. Equipamento médico destinado a auxiliar a iluminação de campo em procedimentos cirúrgicos. Lâmpadas Halógenas e/ou dicróicas e/ou led; Controle de foco ajustável em manopla esterilizável; Montado em coluna sobre base metálica e rodízios, com freio, cúpula revestida em material refletor e controle de intensidade na cúpula; Braço e cúpula com movimentos variados; Acabamento em pintura eletrostática, com comprovação do processo de pintura</p> <p>Filtros de proteção contra infravermelho e ultravioleta. Indicação de carga da bateria, Intensidade luminosa mínima de 80.000 lux com consumo máximo de 300W. Luz fria com temperatura de cor de até 4.300°K.</p> <p><b>Alimentação Elétrica:</b> 220Vac; Chave liga/desliga e fusível de proteção; Bateria interna com carregador automático para pelo menos duas horas. Painel que indique que a condição de funcionamento está em rede elétrica ou bateria; 01 (um) cabo de alimentação de 03 pinos (fase, neutro e terra). <b>Acessórios:</b> 02 (duas) manoplas reservas 02 (duas) lâmpadas reservas, manual de operação em português.</p>	UND	-	1	-
21.	<p><b>OXÍMETRO DE PULSO</b>  <b>Especificação Técnica:</b> Oxímetro de pulso com peso máximo de 3.5kg (incluída a bateria) <b>Alimentação Elétrica:</b> 220Vac com frequência em 60 Hz; para pacientes adultos, pediátricos e neonatos; Possuir indicadores de alarme ligado/desligado e bateria; Base de dados com lista de tendências; Bateria recarregável para no mínimo 4 horas de funcionamento contínuo; SPO2: Display LCD para frequência e pulso e forma de onda pletismográfica com controle ajustável de brilho/contraste; faixa de medidas entre 0 e 100%, resolução de 1%; Precisão para medidas em pacientes adultos/Pediátrico dentro de 2% (70-100%) , e em pacientes neonatos dentro de 3% (70-100%).</p>	UND	-	6	-





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

22.	<p><b>SUORTE DE HAMPER</b> <b>Especificação Técnica:</b> Suporte Hamper, estrutura em tubo redondo em aço inox de 1 x 1,25mm; antiferrugem; pés com 3 rodízios de 4"; Acompanha saco em tecido de algodão cru. Apresentar dimensões aproximadas: 0,50 x 0,80 mm.</p>	UND	-	6	-
23.	<p><b>CARRO DE EMERGÊNCIA</b> <b>Especificação Técnica:</b> Bandeja superior para suporte do Cardioversor; Compartimento para Ambu; Painel de monitoramento do imersor com chave de luz incorporada; Braço articulado para circuito respiratório; Suporte fixo para haste de soro; Compartimento para acessórios do Cardioversor; Mesa de trabalho em aço inox, com bordas altas; Tábua de massagem cardíaca; Gaveta superior com porta ampola tipo Favo, em planos inclinados; Três gavetas com divisórias para uso diverso; Trava-guia de dois rodízios para deslocamento; Haste de soro; Filtro de linha com quatro tomadas; Cinta de velcro para fixação do Cardioversor; Suporte das pás do Cardioversor; Mesa auxiliar com abertura bilateral; Trava das quatro gavetas com lacre; Suporte para cilindro com cintas de velcro para fixação; Para-choque envolvente; Rodízios de 5 polegadas com rolamento, sendo 02 com freios.</p>	UND	-	9	-
24.	<p><b>REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)</b> <b>Especificação Técnica:</b> Reanimador manual de silicone. Bolsa de parede única em silicone translúcido, auto inflável. Válvula de admissão para oxigênio. Válvula unidirecional, que impeça o refluxo de ar. Válvula inspiratória. Válvula limitante de pressão com opção de acionamento ou não da válvula; Reservatório fechado de O2; reutilizável, em SILICONE (Autoclavável). Capacidade do reservatório 1600 ml podendo variar entre 1500 a 2000 ml. Máscaras anatômicas transparentes: Tamanho M e G.</p>	UND	-	6	-
25.	<p><b>MESA DE MAYO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Mesa de Mayo, utilizado no auxílio de procedimentos cirúrgicos, Estrutura em aço inoxidável, pés com rodízios, Medidas aproximadas: 50 cm comprimento x 35 cm largura x 1,35cm de altura, altura regulável através de roldana, Bandeja com bordas arredondadas e</p>	UND	-	8	-

SCL /GPREG





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

	abauladas. Estofado revestido.				
26.	<b>SUORTE DE SORO</b> <b>Especificação Técnica:</b> Suporte para soro em construído em tubos de aço inox com diâmetro de no mínimo 7/8" e espessura de no mínimo 1,2 mm, com base inox ou quadripé de alumínio fundido com 4 rodízios de 2", haste com sistema de regulagem borboleta, com 4 ganchos em "X" na parte superior, Suporte com no mínimo 200cm de altura.	UND	-	11	-





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

**ANEXO II****TERMO DE REFERÊNCIA****1. DO OBJETO**

1.1.O presente Termo de Referência tem por objeto selecionar, para contratação, empresa(s) especializada(s) no fornecimento de **equipamentos médico hospitalares e mobiliário** destinados para atender as necessidades do Hospital Regional de Augustinópolis, Hospital Regional de Gurupi e Hospital Regional de Porto Nacional conforme condições descritas a seguir.

**2. DA JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO**

Os Hospitais Regionais de Augustinópolis, de Gurupi e de Porto Nacional são instituições assistenciais de natureza pública de Assistência de Baixa, Média e Alta complexidade aos pacientes do SUS, os Hospitais apresentam a necessidade de fortalecimento da estruturação de acesso dos pacientes ao atendimento especializado de todos os níveis complexidade. A ampliação ao atendimento direcionado a esse público, dessa forma, justifica a aquisição dos materiais/equipamentos hospitalares descritos no item 03 deste Termo de Referência com vistas a propiciar um tratamento de qualidade à crescente demanda de usuários e evitar filas e acomodações inadequadas aos pacientes e acompanhantes.

Os recursos para custeio do objeto em comento são originários de emenda parlamentar, portanto sem previsão no Plano Plurianual.

A aquisição da despesa não é para Ata de Registro de Preços.

O quantitativo estimado foi obtido conforme levantamento para suprir a necessidade e equipar o HRAug, HRG e HRPN.

O Objetivo a ser alcançado no PPA é organizar os serviços do SUS por meio de Rede de Atenção à Saúde de forma regulada, controlada e avaliada. A aquisição destes itens irá contribuir no alcance da meta física de equipamento adquirido da Ação 3006 - Aparelhamento dos Pontos da Rede de Atenção à Saúde.

**3. DOS PRODUTOS****3.1. DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS:**

3.1.1. Os produtos a serem adquiridos possuem especificações técnicas conforme Anexo I.





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

**DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADES HOSPITALARES:**  
A distribuição será realizada conforme definição da SES

<u>CARRO MACA AVANÇADO</u>	HRAug	HRG	HRPN
<b>Especificação Técnica:</b> Estrutura/Leito: Em Aço Inox; Elevação: Hidráulica; Possui Suporte De Soro; Capacidade Até 180 kg. Acessórios: Colchonete.	1	2	2
<u>DETECTOR FETAL</u>	HRAug	HRG	HRPN
<b>Especificação Técnica:</b> Equipamento para detecção e ausculta de batimentos cardíaco fetal a partir da 10ª semana de gestação por método de ultrassom através de transdutor e alto-falante embutido. Deverá possuir gabinete em material de alta resistência; saída para fone de ouvido e interface para computador; display para indicação de bateria fraca; botão liga/desliga com ajuste de volume; alimentado por bateria ou pilhas tipo AA; vida útil de funcionamento de no mínimo 6 horas e baixo consumo de energia, com desligamento automático após 5 minutos sem uso. <b>Acessórios:</b> Transdutor, Gel e bolsa para transporte, manual em português.	1	-	-
<u>FOCO REFLETOR AMBULATORIAL</u>	HRAug	HRG	HRPN
<b>Especificação Técnica:</b> Foco de luz auxiliar para exames clínicos, ginecológicos e etc. Deverá ter haste superior flexível Pedestal com haste inferior pintada em epóxi de alta resistência, com altura variável entre 90 a 160 cm. Base do pedestal com no mínimo 04 rodízios para proporcionar mais segurança e uma melhor sustentação do equipamento. Iluminação através de lâmpada de LED, com alimentação elétrica 220Vac.	3	1	2
<u>ELETROCARDÍOGRAFO</u>	HRAug	HRG	HRPN
<b>Especificação Técnica:</b> Eletrocardiógrafo Portátil. Deve possuir registro em 3 canais com aquisição simultânea de 12 derivações; Detecção automática de pulso marcapasso; Com peso de até 3,0 Kg (com a bateria conectada); Fonte de alimentação interna; Energia Principal 220 Vac com Frequencia em 60 Hz Portátil de fácil operação; Seleção das derivações/funções através de teclado; Tela em LCD, com no mínimo 5 polegadas; Deve exibir o ID do paciente, idade, sexo, relógio, frequência cardíaca, formas de onda, indicador de bateria, classificação do condutor, velocidade, configuração de ganho e filtro, mensagens avisos e informações, status da rede, USB. Memória interna para no mínimo 200 exames, bateria com duração superior a 2 horas.	1	-	-
<u>LARINGOSCÓPIO INFANTIL</u>	HRAug	HRG	HRPN





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

<p><b>Especificação Técnica:</b> Conjunto de Laringoscópio com cabo em aço inoxidável, com lâminas retas e curvas; com as características mínimas: Possui lâmpada de xênon que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra ótica. Deverá acompanhar Lâminas sendo MAC 1, MAC 2 e MAC 3. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. Permite a utilização de pilha alcalina ou bateria recarregável; As Lâminas e os Cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. <b>Acessórios:</b> Lâminas Curvas Autoclaváveis a 134° com fibra optica embutida selada com encaixe para lâminas no padrão internacional, transmissão por fibra optica, uma (01) Lâmina Curva nº 0 Neonatal, uma (01) Lâmina Curva nº 1 Infantil, uma (01) Lâmina Curva nº 2 Criança, duas (02) Lâminas Retas Autoclaváveis, uma (01) Lâmina Reta nº 00 Neonatal, uma (01) Lâmina Reta nº 0 Infantil, uma (01) Lâmina Reta nº 1 Criança, duas (02) Baterias recarregáveis, um (01) carregador de bateria, um (01) estojo para acondicionamento.</p>	2	1	1
<b>REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)</b>	HRAug	HRG	HRPN
<p><b>Especificação Técnica:</b> Reanimador manual de silicone. Bolsa de parede única em silicone translúcido, auto inflável. Válvula de admissão para oxigênio. Válvula unidirecional, que impeça o refluxo de ar. Válvula inspiratória. Válvula limitante de pressão com opção de acionamento ou não da válvula; Reservatório fechado de O2; reutilizável, em SILICONE (Autoclavável). Capacidade do reservatório 1600 ml podendo variar entre 1500 a 2000 ml. Máscaras anatômicas transparentes: Tamanho P.</p>	2	3	2
<b>CARDIOVERSOR</b>	HRAug	HRG	HRPN
<p><b>Especificação Técnica:</b> Cardioversor/Desfibrilador com forma de onda bifásica, faixa de energia mínima de 2 a 200 joules; Possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado; Desfibrilação manual com escala, selecionável no painel frontal e nas pás de desfibrilação, com botões dedicados para seleção de energia, carga e choque. Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida; Deve permitir a carga de energia máxima em até 9 segundos com bateria totalmente carregada; Monitor de ECG com traçado contínuo através de tela LCD colorida de alta resolução com no mínimo 7 polegadas; Deve possuir detecção automática de marca-passo; Captação do ECG através de cabo de paciente, eletrodo de multifunção ou através das pás externas; Eletrodos de desfibrilação e Pá de desfibrilação devem utilizar o mesmo conector. Deve possuir modos manual e semi-automático de desfibrilação (DEA); Deve possuir Marca passo; Registro de ECG através de papel com largura mínima de 30mm, manual ou automático, após desfibrilação ou qualquer evento acionador de alarme; Deve realizar autoteste para verificar a funcionalidade do equipamento, carga e descarga do choque e carga da bateria; Fonte interna para alimentação em rede alternada 110/220v automático e recarga da bateria; Bateria recarregável com autonomia mínima para 2 (duas) horas de monitorização contínua de ECG sem a necessidade de troca ou recarga durante este período; Bateria com fácil remoção para troca podendo ser feita pelo próprio usuário,</p>	3	2	2

SGI/GPREG



## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

sem a necessidade de desmontar o equipamento, a mesma deve possuir leds de indicação do nível da carga. Deve possuir proteção contra entrada de líquidos (ligado com bateria); Deve pesar até 8kg (+/-10%) com a bateria instalada. <b>Acessórios mínimos que devem acompanhar o equipamento:</b> 01 Par de pás rígidas adulto/pediátricas, intercambiáveis; 01 Cabo de ECG 3 ou 5 vias com pré-cabo; 01 Cabo para eletrodo adesivo multifunção; 60 Pares de eletrodo adesivo multifunção descartáveis; 01 Bateria interna; 01 Papel para impressora; 01 Tubo de gel; 01 Cabo de força; 01 Bolsa para transporte do equipamento e seus acessórios; 01 Manual do operador. O equipamento deve ter registro na ANVISA – Ministério da Saúde;  Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.			
<b><u>LARINGOSCÓPIO ADULTO</u></b>	<b>HRAug</b>	<b>HRG</b>	<b>HRPN</b>
<b>Especificação Técnica:</b> Conjunto de Laringoscópio com cabo em aço inoxidável, com lâminas retas e curvas; com as características mínimas: Possui lâmpada de xênon que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra ótica. Deverá acompanhar Lâminas sendo MAC 1, MAC 2 e MAC 3. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. Permite a utilização de pilha alcalina ou bateria recarregável; As Lâminas e os Cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. <b>Acessórios:</b> Lâminas Curvas Autoclaváveis a 134° com fibra optica embutida selada com encaixe para lâminas no padrão internacional, transmissão por fibra optica, uma (01) Lâmina Curva nº 3 Adulto Médio, uma (01) Lâmina Curva nº 4 Adulto Grande, uma (01) Lâmina Curva nº 5 Adulto Grande, duas (02) Lâminas Retas Autoclaváveis, uma (01) Lâmina Reta nº 2 Adulto Médio, uma (01) Lâmina Reta nº 3 Adulto Grande, uma (01) Lâmina nº 4 Adulto Grande, duas (02) Baterias recarregáveis, um (01) carregador de bateria, um (01) estojo para acondicionamento.	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b><u>ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL</u></b>	<b>HRAug</b>	<b>HRG</b>	<b>HRPN</b>
<b>Especificação técnica:</b> Aparelho cirúrgico portátil utilizado na sucção de secreções; Montado em móvel, dentro de uma carenagem plástica; Possui rodízios de 3 polegadas; Estrutura do conjunto construída em aço maciço, revestida com material resistente, com cantos arredondados. Pintura à base de epóxi, polimerizada, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza; Potência mínima do motor: 1/4HP; Funcionamento através de diafragma; Possuir microfiltro hidrofóbico instalado na linha de sucção capaz de reter 99,9% de partículas entre 0,1-0,5 micron; Permitir ajuste de sucção entre 0 a 22 pol.Hg, no mínimo; Apresentar pressão de sucção mínima de 21 pol.Hg com fluxo de Ar zero; Possuir modo de aspiração intermitente; <b>Alimentação Elétrica:</b> 220Vac, com frequência em 60Hz; cabo de alimentação com diâmetro definido pelo fabricante, mínimo de 3m de comprimento, com plug 2P+T, padrão normas NBR IEC 60601-1, NBR 5410 e NBR 13534. <b>Acessórios:</b> Dois (02) frascos coletores de plástico autoclavável com capacidade de até 3L cada, com tampa de silicone autoclavável; Possuir suporte de fixação do frasco ao móvel; Um (01) pedal de acionamento basculante; Duas (02) cânulas curva reutilizável tipo Yankhauer, com	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

extensão.			
<b><u>BOMBA DE INFUSÃO</u></b>	<b>HRAug</b>	<b>HRG</b>	<b>HRPN</b>
<b>Especificação Técnica:</b> Bomba de infusão para medicamentos e nutrição do tipo volumétrica, contendo um display indicador de gotejamento, taxa de conversão de gotejamento, alarmes e alertas, uso de bateria, volume infundido e à infundir e velocidade de infusão. O fluxo de infusão 1 a (mínimo) 450 ml/h, volume de infusão 0,5 a 9,999 ml, KVO 1ml/h (ajustável de 0 a 20 ml/h). Detector de ar na linha, biblioteca de drogas, para segurança do paciente os alarmes audiovisuais: fluxo livre, final de infusão, oclusão, ar na linha, bateria com carga baixa e bomba em “stand by”. <b>Alimentação Elétrica:</b> 220Vac, com frequência em 60 Hertz e bateria interna recarregável com autonomia de aproximadamente 2 horas.	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b><u>MESA DE EXAMES</u></b>	<b>HRAug</b>	<b>HRG</b>	<b>HRPN</b>
<b>Especificação Técnica:</b> Mesa para exame clínico, com balcão. Mesa fabricada em aço ou ferro pintado, com posição do leito móvel, regulável através de cremalheiras, leito estofado em corino com espuma de 5 cm D28 e suporte para papel. Dimensões mínimas: 1,80 x 0,60 x 0,80 m (C x L x A). Balcão construído em madeira com revestimento laminado, com 03 gavetas, 02 portas com puxadores em metal e 01 prateleira interna. Dimensões mínimas: 1,60 x 0,60 x 0,80 m (C x L x A).	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b><u>VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO</u></b>	<b>HRAug</b>	<b>HRG</b>	<b>HRPN</b>
<b>Especificação Técnica:</b> Ventilador eletrônico portátil microprocessado, com tela gráfica, volumétrico e pressométrico para emergência e transporte; aplicação: transporte intra /extra hospitalar e atendimento de emergência, com sistema de fixação específico para uso em ambulâncias e unidades móveis de resgate, inclusive aéreo. Para uso em pacientes adultos e pediátricos. Modalidades mínimas CMV, SIMV e A/C.  Parâmetros ventilatórios no mínimo, volume corrente, frequência respiratória, sensibilidade assistida, concentração de oxigênio.  Possuir misturador de ar ambiente que permita ajuste de 50 a 100% de oxigênio.  Válvula de PEEP.  Bargraph que indica a pressão inspiratória e PEEP;  <b>Alimentação</b> 220 Vac, bateria interna recarregável, com capacidade mínima de duração de 360 min.  Entrada de bateria externa de 12V DC.  <b>Acessórios:</b> Um (01) Circuito paciente PVC (não esterilizado); Um (01) Suporte de Fixação; Uma (01) Mangueira O2;	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b><u>CARRO MACA SIMPLES</u></b>	<b>HRAug</b>	<b>HRG</b>	<b>HRPN</b>





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

<b>Especificação Técnica:</b> Mesa auxiliar em inox 304 com uma prateleira inferior, tampo superior e prateleira em aço inoxidável de 0,75mm. Rodízios de 3". Medidas aproximadas 0,80m x 0,40m x 0,80m (Comprimento x Largura x Largura).	2	-	-
<b>DEFIBRILADOR</b>	<b>HRAug</b>	<b>HRG</b>	<b>HRPN</b>
<b>Especificação técnica:</b> Forma de onda bifásica; Sistema automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade de choque; Adaptável a qualquer paciente, adulto ou criança; Análise automática da impedância torácica do paciente sendo o choque requerido para adulto, no mínimo, de 100 joules e para crianças, no mínimo, de 50 joules (Protocolo American Heart Association); Mensagens e comandos por texto e voz em língua portuguesa; Possuir tempo de carga para energia máxima de até 10 segundos, e descarga interna automática em até 30 (trinta) segundos se não houver disparo; Deve possuir sinal sonoro que auxilie o socorrista no ritmo das compressões cardíacas; Realizar auto-teste periódico de disponibilidade de bateria, dos circuitos internos, do software e da presença de eletrodos; Durante a RCP (terapia com Classe I de recomendação em atendimento de PCR) o equipamento deve fornecer <i>feedback</i> em tempo real quanto a qualidade das compressões cardíacas (recomendação Classe IIa), para prover terapia de alta qualidade conforme Consenso 2013 da AHA sobre Qualidade da RCP e Diretrizes 2010 da AHA para RCP e ACE; Proteção contra a entrada de líquidos; Monitor: Permitir registro em memória de: ECG contínuo e eventos; Permitir a transferência dos dados do atendimento gravados na memória interna do equipamento; Visor de cristal líquido ou compatível para visualizar mensagens de texto, contador de choques, tempo de atendimento e traçado de ECG; Bateria descartável ou pilhas descartáveis de longa duração. <b>Acessórios:</b> Bolsa para transporte do desfibrilador, resistente e lavável; Dois jogos de eletrodos pré-conectados descartáveis para paciente adulto com desenho do correto posicionamento no paciente; Um jogo de eletrodos para paciente infantil abaixo de 8 anos com superfície de contato menor que do adulto e desenho do correto posicionamento no paciente; Caixa de proteção para montagem em parede, com alarme audiovisual quando acionado a abertura da porta; Bateria ou conjunto de pilhas sobressalente, além das que já devem acompanhar o equipamento; Software com licença livre de instalação em microcomputadores, que permita a transferência, armazenamento, visualização, impressão dos eventos, registrados durante o atendimento.	2	2	2
<b>BIOMBO</b>	<b>HRAug</b>	<b>HRG</b>	<b>HRPN</b>
<b>Especificação Técnica:</b> 03 faces, tubos redondos de 3/4 polegadas de diâmetro, em aço inoxidável. Bandeiras laterais com movimento de até 360 graus por meio de anéis giratórios, com cortinado em tecido 100% algodão, facilmente removível. Pés providos de seis rodízios giratórios de, no mínimo, 02 polegadas. Medidas mínimas quando aberto: 1,82 x 1,75m	4	5	2
<b>MONITOR MULTIPARÂMETROS</b>	<b>HRAug</b>	<b>HRG</b>	<b>HRPN</b>
<b>Especificação Técnica:</b> Monitor Multiparamétrico, com bateria interna de lítio, com duração mínima de 120 minutos, para a monitoração dos seguintes parâmetros de sinais vitais: ECG, RESP (Respiração), SpO2 (Saturação de Oxigênio), PNI (Pressão Não Invasiva), Temperatura, PI (Pressão Invasiva),	3	2	2





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

EtCO2 (Capnografia);

Deve possuir tela de cristal líquido colorida (LCD) de, pelo menos, 10 (dez) polegadas;

Deve permitir a execução de cálculos de parâmetros hemodinâmicos;

Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros;

Deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares;

Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo), com níveis de prioridade estabelecidos (baixo, médio e alto), e alarmes funcionais relacionados ao monitor multiparamétrico e seus acessórios (sensor, eletrodo solto, etc.);

Deve possuir detecção automática de marcapasso.

**Especificações dos parâmetros de monitoração:**

**ECG**

Monitoração em 7 (sete) Derivações (I, II, III, aVF, aVR, aVL, V) através de um Cabo de ECG 5 (cinco) Vias;

Faixa de medida da Frequência Cardíaca (FC): 30 a 280 BPM;

Resolução da medida de FC: 1 BPM;

Deve possuir Análise de Segmento ST em todas as derivações;

Deve possuir pelo menos 20 Análises de Arritmias (Assistolia, Fibrilação Ventricular / Taquicardia Ventricular, Fib Atrial, etc.), detecção automática de pulso Marca Passo;

Acessórios: 2 (dois) cabos de ECG 5 vias.

**RESPIRAÇÃO**

Aquisição da Frequência Respiratória através da tecnologia de Impedância Transtorácica, feita pelo Cabo de ECG;

Faixa de medida da Frequência Respiratória (FR): 6 a 100 RPM;

Resolução da medida da FR: 1 RPM;

Deve permitir ajuste de alarme de apneia.

**OXIMETRIA (SpO2)**

Deve apresentar a curva plestimográfica, índice de perfusão com indicação gráfica e numérica;

Faixa de Saturação de O2 (SpO2): Precisão entre 70% e 100% de saturação, não superior a  $\pm 2\%$ ;

Resolução da medida de SpO2: 1 %;

Faixa da Frequência de Pulso (FP): 35 a 240BPM;

Resolução da medida de FP: 1 BPM;

Acessórios: 1 (uma) extensão para sensor de SpO2, 1 (um) sensor de SpO2 reutilizável adulto, 1 (um) sensor de SpO2 reutilizável pediátrico / neonatal;

**PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI)**

Deve apresentar os valores de Pressão Arterial Sistólica (PAS), Pressão Arterial Diastólica (PAD) e Pressão Arterial Média (PAM);

Modos de medida: Manual, Automático;

Faixa da medida da Pressão: 30 a 240 mmHg;

Acessórios:

2 (duas) extensões de ar;

1 (uma) braçadeira infantil;

1 (uma) braçadeira pediátrico / adulto pequeno;

2 (duas) braçadeiras adulto;

1 (uma) braçadeira adulto grande.

**TEMPERATURA**

Deve possuir, pelo menos, 1 (um) canal de monitoração da Temperatura;

Deve permitir a medida da Temperatura por sensor aderido na pele do paciente, ou através de cavidades, como o esôfago ou reto;





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

<p>Faixa de medida da Temperatura: 20°C a 45°C; Acessórios: 1 (um) sensor de temperatura reutilizável tipo pele. <u>PRESSÃO INVASIVA (PI)</u> Deve monitorar pelo menos 2 (dois) canais de pressão invasiva, Faixa de Medida: -10 a 270 mmHg; Resolução: 1 mmHg; <u>CAPNOGRAFIA (EtCO2)</u> Deve possuir tecnologia Sidestream, baixo fluxo, que atenda pacientes Adultos, Pediátricos e Neonatais; Faixa de Medida: 0 a 90mmHg; Resolução de medida de CO2 expirado: 1 mmHg; Faixa de medida de Frequência Respiratória: 0 a 100RPM;</p>			
<b>CADEIRA</b>	HRAug	HRG	HRPN
<p><b>Especificação Técnica:</b> Cadeira fixa 04 pés, cadeira modelo secretária com estrutura 7/8, com zefir, costura em couro, confeccionada em aço chapa 20, pintura eletro estática, ponteiras articuladas, encosto e assento confeccionado com espuma injetada densidade 60, madeira 12 mm, acompanha porcas, garra para fixação de estrutura, altura do assento: 41 cm, altura total: 80 cm, largura total: 42 cm, profundidade total: 45 cm, cor azul.</p>	12	12	14
<b>FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL</b>	HRAug	HRG	HRPN
<p><b>Especificação Técnica:</b> Foco cirúrgico móvel com um bulbo. Equipamento médico destinado a auxiliar a iluminação de campo em procedimentos cirúrgicos. Lâmpadas Halógenas e/ou dicroicas e/ou led; Controle de foco ajustável em manopla esterilizável; Montado em coluna sobre base metálica e rodízios, com freio, cúpula revestida em material refletor e controle de intensidade na cúpula; Braço e cúpula com movimentos variados; Acabamento em pintura eletrostática, com comprovação do processo de pintura Filtros de proteção contra infravermelho e ultravioleta. Indicação de carga da bateria, Intensidade luminosa mínima de 80.000 lux com consumo máximo de 300W. Luz fria com temperatura de cor de até 4.300°K. <b>Alimentação Elétrica:</b> 220Vac; Chave liga/desliga e fusível de proteção; Bateria interna com carregador automático para pelo menos duas horas. Pannel que indique que a condição de funcionamento está em rede elétrica ou bateria; 01 (um) cabo de alimentação de 03 pinos (fase, neutro e terra). <b>Acessórios:</b> 02 (duas) manoplas reservas 02 (duas) lâmpadas reservas, manual de operação em português.</p>	1	-	-
<b>OXÍMETRO DE PULSO</b>	HRAug	HRG	HRPN
<p><b>Especificação Técnica:</b> Oxímetro de pulso com peso máximo de 3.5kg (incluída a bateria) <b>Alimentação Elétrica:</b> 220Vac com frequência em 60 Hz; para pacientes adultos, pediátricos e neonatos; Possuir indicadores de alarme ligado/desligado e bateria; Base de dados com lista de tendências; Bateria recarregável para no mínimo 4 horas de funcionamento contínuo; SPO2: Display LCD para frequência e pulso e forma de onda pletismográfica com controle ajustável de brilho/contraste; faixa de medidas entre 0 e 100%, resolução de 1%; Precisão para medidas em pacientes adultos/Pediátrico dentro de 2% (70-100%) , e em pacientes neonatos dentro de 3% (70-100%).</p>	2	4	-
<b>SUPORTE DE HAMPER</b>	HRAug	HRG	HRPN





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

<b>Especificação Técnica:</b> Suporte Hamper, estrutura em tubo redondo em aço inox de 1 x 1,25mm; antiferrugem; pés com 3 rodízios de 4"; Acompanha saco em tecido de algodão cru. Apresentar dimensões aproximadas: 0,50 x 0,80 mm.	2	2	2
<b>CARRO DE EMERGÊNCIA</b>	HRAug	HRG	HRPN
<b>Especificação Técnica:</b> Bandeja superior para suporte do Cardioversor; Compartimento para Ambu; Pannel de monitoramento do imersor com chave de luz incorporada; Braço articulado para circuito respiratório; Suporte fixo para haste de soro; Compartimento para acessórios do Cardioversor; Mesa de trabalho em aço inox, com bordas altas; Tábua de massagem cardíaca; Gaveta superior com porta ampola tipo Favo, em planos inclinados; Três gavetas com divisórias para uso diverso; Trava-guia de dois rodízios para deslocamento; Haste de soro; Filtro de linha com quatro tomadas; Cinta de velcro para fixação do Cardioversor; Suporte das pás do Cardioversor; Mesa auxiliar com abertura bilateral; Trava das quatro gavetas com lacre; Suporte para cilindro com cintas de velcro para fixação; Para-choque envolvente; Rodízios de 5 polegadas com rolamento, sendo 02 com freios.	3	3	3
<b>REANIMADOR PULMONAR MANUEL ADULTO (AMBÚ)</b>	HRAug	HRG	HRPN
<b>Especificação Técnica:</b> Reanimador manual de silicone. Bolsa de parede única em silicone translúcido, auto inflável. Válvula de admissão para oxigênio. Válvula unidirecional, que impeça o refluxo de ar. Válvula inspiratória. Válvula limitante de pressão com opção de acionamento ou não da válvula; Reservatório fechado de O2; reutilizável, em SILICONE (Autoclavável). Capacidade do reservatório 1600 ml podendo variar entre 1500 a 2000 ml. Máscaras anatômicas transparentes: Tamanho M e G.	2	2	2
<b>MESA DE MAYO</b>	HRAug	HRG	HRPN
<b>Especificação Técnica:</b> Mesa de Mayo, utilizado no auxílio de procedimentos cirúrgicos, Estrutura em aço inoxidável, pés com rodízios, Medidas aproximadas: 50 cm comprimento x 35 cm largura x 1,35cm de altura, altura regulável através de roldana, Bandeja com bordas arredondadas e abauladas. Estofado revestido.	3	2	3
<b>SUPORTE DE SORO</b>	HRAug	HRG	HRPN
<b>Especificação Técnica:</b> Suporte para soro em construído em tubos de aço inox com diâmetro de no mínimo 7/8" e espessura de no mínimo 1,2 mm, com base inox ou quadripé de alumínio fundido com 4 rodízios de 2", haste com sistema de regulagem borboleta, com 4 ganchos em "X" na parte superior, Suporte com no mínimo 200cm de altura.	5	2	4

**3.2. DAS MEDIDAS DOS PRODUTOS:**

3.2.1. Serão aceitas variações máximas de até 5,00% (cinco por cento) para mais ou para menos nas medidas, e pesos dos produtos.

**3.3. DA QUALIDADE DOS PRODUTOS:****3.3.1. Os produtos devem ser:**

- 3.3.1.1. De alta qualidade, com excelente acabamento, sem falhas ou quaisquer outras avarias;
- 3.3.1.2. De excelente resistência de modo a proporcionar segurança ao usuário;
- 3.3.1.3. Entregues obedecendo rigorosamente as cláusulas do Edital e seus anexos;



**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583**

3.3.1.4. Entregues acondicionados, sempre que possível, em embalagens lacradas individualmente, identificados, e em perfeitas condições de armazenagem.

3.3.2. Produtos contendo baixa qualidade, em desacordo com o edital e seus anexos ou com a legislação vigente aplicada, serão rejeitados pela Secretaria da Saúde.

**3.4. DA IDENTIFICAÇÃO / EMBALAGEM DOS PRODUTOS:**

3.4.1. Os produtos fornecidos deverão possuir embalagem, contendo:

3.4.1.1. Nome e *website* do fabricante;

3.4.1.2. Data do término da garantia;

3.4.1.3. Dados para acionamento da garantia.

**3.5. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS PRODUTOS:**

3.5.1. O prazo de garantia técnica dos equipamentos será, de no mínimo, 12 meses, contados da data do recebimento definitivo.

3.5.2. A empresa fornecedora dos produtos será responsável pela substituição, troca ou reposição dos mesmos se, porventura, forem entregues com qualquer defeito, avaria ou incompatibilidade com as especificações deste Termo de Referência.

3.5.3. A licitante vencedora deverá declarar que tem capacidade de atendimento da garantia ofertada pelo fabricante do equipamento;

3.5.4. O prazo de garantia dos serviços de instalação será de, no mínimo 12 meses, contados da data do recebimento definitivo;

3.5.5. O prazo máximo para atendimento e reparo/ solução a problemas de equipamentos e seus componentes, contando a partir da data da abertura do chamado é de 06 (seis) horas.

3.5.6. Nos casos em que a solução do problema for ultrapassar os prazos previstos acima, o equipamento deverá ser substituído por outro de igual ou maior desempenho e configuração igual ou superior, até que o defeituoso seja recolocado em operação.

3.5.7. Em caso de substituição do equipamento, este deverá ser realizado no prazo máximo de 12 (doze) horas, após a notificação pela Assessoria de Manutenção Zeladoria.

3.5.8. A contratada ou prestadora de serviços de assistência técnica indicada deverá prestar, durante o período de garantia, assistência técnica, com peças novas e originais do fabricante do equipamento.

**3.6. DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS**

3.6.1. A contratada deverá realizar a instalação, montagem e treinamento (capacitação técnica) no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, após a entrega do equipamento a critério da SESAU/TO;

3.6.2. A contratada deverá assumir todos os custos de montagem referente aos equipamentos, sem ônus para a SESAU/TO;

3.6.3. A realização dos serviços no(s) equipamentos(s) deverá ser feita no Hospital de Referência de Augustinópolis, Localizado na Rua Amazonas, Setor Central, CEP 77960-000, em Augustinópolis – TO;

3.6.4. A realização dos serviços no(s) equipamentos(s) deverá ser feita no Hospital Regional de Gurupi, Localizado na Av. Pernambuco, Setor. Central, CEP 77410-040, em Gurupi – TO;

3.6.5. A realização dos serviços no(s) equipamento(s) deverá ser feita no Hospital Regional de Porto Nacional, Localizado na Avenida Murilo Braga, 345 - Centro, Porto Nacional – TO. CEP: 77500 - 000.

**4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS LICITANTES**

4.1. As licitantes devem apresentar documentos técnicos conforme Anexo I:

**5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA**

5.1. Será vencedora a licitante que atender as exigências deste Termo de Referência e apresentar o menor preço unitário por item.

5.2. Não se admitirá proposta de preços cujo valor ofertado para o item seja superior ao preço máximo que a SESAU/TO se dispõe a pagar.

**6. DA FORMA COMO OS PRODUTOS SERÃO SOLICITADOS**

6.1. Os produtos/serviços serão solicitados por meio do envio da **Nota de Empenho**.

6.2. A nota de empenho será enviada por e-mail ao fornecedor pela SESAU-TO.





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

**7. DO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS**

**7.1.**A entrega deverá ser feita de forma **integral** prazo máximo de **30 (trinta) dias corridos**, contados do recebimento da Nota de Empenho, salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação, e este pedido ser aceito pela SESAU/TO;

**7.2.**Se a CONTRATADA não cumprir o prazo de entrega ou recusar-se a retirar a Nota de Empenho, sem justificativa formal aceita pela CONTRATANTE, decairá seu do direito de fornecer os produtos adjudicados, sujeitando-se as penalidades previstas no Edital, sendo convocados os licitantes remanescentes em ordem de classificação para contratar com a SESAU/TO.

**8. DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS**

**8.1.**O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) no **ALMOXARIFADO CENTRAL sito à Quadra 1.112 Sul Avenida NS-10 Lote 04, esquina com Avenida LO-25, Setor industrial, Palmas-TO**, em dia e horário comercial, a qual deve ser realizada na conformidade da Nota de Empenho, na presença de servidores devidamente autorizados, como determina o § 8º, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e horário comercial.

**9. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

**9.1. Relativo às condições de fornecimento, a CONTRATADA deverá:**

9.1.1. A empresa vencedora deverá garantir a substituição ou reparos imediatos de produtos em prazo de garantia, no todo ou em parte, eventualmente necessários à manutenção, evitando a interrupção no uso dos mesmos;

9.1.2. Entregar os produtos obedecendo rigorosamente às condições do Edital, de seus Anexos e do Contrato;

9.1.3. Entregar os produtos obedecendo rigorosamente à legislação vigente inerente ao objeto.

**10. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO**

**10.1.** O **Termo de Contrato** será substituído pela **Nota de Empenho de despesa**, haja vista que a entrega dos produtos será de forma imediata e integral, conforme art. 57 da Lei nº 8.666/93.

**10.2.** Nos casos de formalização de contrato a validade do mesmo ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários conforme art. 57 da Lei nº 8.666/93.

**11. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS**

**11.1.**Todos os produtos deverão estar em conformidade com a Nota de Empenho, que poderá estar acompanhada da Relação de itens ou de outro documento emitido pela SES/TO;

**11.2.**O recebimento será confiado a uma Comissão composta de, no mínimo, 03 (três) membros (servidores) devidamente autorizados, conforme estabelece o § 8º, do artigo 15, da Lei 8.666/93;

**11.3.****Todos os produtos deverão estar em conformidade com a Nota de Empenho, que poderá estar acompanhada da Relação de Itens ou de outro documento emitido pela SES/TO;**

**11.4.** O recebimento se dará em observância com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, e ainda:

11.4.1. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação, bem como se a Nota Fiscal (NF) / Fatura encontra lavrada sem incorreções;

11.4.1.1. A SESAU/TO terá o prazo máximo de até **05 (cinco) dias úteis**, podendo ser prorrogado por uma vez e por igual período, contados da data de recebimento, para verificar se os produtos fornecidos e a NF/Fatura estão em consonância com o Edital e com seus anexos;

11.4.2. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação;

**11.5.**Após o recebimento provisório a SESAU/TO atestará a Nota Fiscal se constatado que os produtos atendem ao edital;

**11.6.**Caso os produtos se encontrem desconforme ao exigido no Edital, a SESAU/TO notificará a Contratada para substituí-los no prazo de até **05 (cinco) dias úteis** contados da notificação;

11.6.1. Neste caso, o recebimento do(s) produto(s) escoimado(s) dos vícios que deram causa a sua troca será considerado recebimento provisório, ensejando nova contagem de prazo para o recebimento definitivo, estando a Contratada passível de penalidade(s) pelo descumprimento das condições editalícias;



**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583**

**11.7.**O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos produtos, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

**11.8.** A carga e a descarga serão por conta da Contratada, sem ônus de frete para a SESAU/TO;

**11.9.** A SESAU recusará os produtos nas seguintes hipóteses:

11.9.1. Qualquer situação em desacordo entre os produtos e o Edital de licitação e de seus Anexos ou a Nota de Empenho;

11.9.2. Nota Fiscal/Fatura com especificação do objeto, quantidades em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada;

11.9.3. Apresentarem vícios de qualidade, funcionamento ou serem impróprios para o uso, ou ainda defeitos de fabricação;

**11.10.** Ainda que ocorra a situação prevista na linha “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a SESAU/TO, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato (quando for o caso) e iniciar outro processo Licitatório.

**12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**12.1.** Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

**12.2.** Disponibilizar o local de entrega e a Comissão responsável pelo recebimento;

**12.3.** Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste Edital;

**12.4.** Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Edital;

**12.5.** Comunicar à CONTRATADA até o 5º dia útil, após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento, dos produtos adquiridos;

**12.6.** Fiscalizar a execução do objeto, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;

**12.7.** Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato.

**13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**13.1.** Fornecer o objeto deste Contrato, nas condições estipuladas neste Edital, na Proposta aprovada, na Nota de Empenho e quando for o caso, na ordem de fornecimento, isentos de defeitos de fabricação;

**13.2.** Entregar os produtos na presença do(s) servidor(es) devidamente designado(s) na conformidade do § 8º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, no local informado neste Termo, acompanhados da Nota Fiscal preenchida contendo a especificação e quantidade correta dos produtos;

**13.3.** Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete;

**13.4.** Fornecer o nome e o endereço do fabricante com o telefone do serviço de atendimento ao consumidor;

**13.5.** Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pela CONTRATANTE, e outros), providenciando sua substituição, quando for o caso, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

**13.6.** Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

**13.7.** Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;

**13.8.** Comunicar a SESAU/TO, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento;

**13.9.** Manter a garantia e qualidade dos produtos dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e seus anexos e o contrato;



**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583**

- 13.10.** Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no edital do pregão;
- 13.11.** Cumprir com a legislação vigente inerente ao objeto, inclusive com todos os encargos tributários, fiscais, trabalhista, devendo arcar ainda, com todas as despesas e custo necessários ao cumprimento do objeto.

**14. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO**

**14.1.** No que tange à gestão e fiscalização de futuros contratos, conforme Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento serão nomeados 3 (três) servidores, ou seja, um gestor da execução do contrato (Diretor da Unidade Hospitalar), um fiscal técnico e um fiscal administrativo, sendo os dois últimos coordenados pelo primeiro.

**14.2.** Será de responsabilidade do Fiscal:

**a)** Acompanhar o fiel cumprimento da manutenção preventiva mensal em cada equipamento descrito neste Termo de Referência, devendo ao final da mesma emitir relatório de fiscalização com o visto do Diretor da EAS, sem o qual não será possível realizar o pagamento mensal;

**b)** Acompanhar o fiel cumprimento de possíveis manutenções corretivas realizadas, emitindo relatório de fiscalização com o visto do Diretor da EAS, sem o qual não será possível realizar o pagamento, podendo ainda, dentre outros;

**c)** Relatar no termo de fiscalização em tempo hábil as ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldade no desenvolvimento dos serviços;

**d)** Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela contratada verbalmente ou por escrito;

**e)** Expedir por escrito às determinações e comunicações dirigidas à contratada exigindo as providências necessárias à realização dos serviços.

**14.3.** Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei nº 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço prestado, subsistirá a responsabilidade da Contratada pela solidez, qualidade e segurança deste serviço.

**14.4.** A fiscalização exercida pelo Contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da Contratada pela completa e perfeita execução do objeto contratual e terá livre acesso aos postos de serviços a qualquer hora do dia ou da noite, em finais de semana e/ou feriado, sem a necessidade de qualquer autorização prévia.

**15. DO PAGAMENTO**

**15.1.** Efetuada a entrega, a CONTRATADA protocolará a Nota Fiscal/Fatura, perante a CONTRATANTE devidamente preenchida;

**15.2.** Caso Nota Fiscal/Fatura esteja em desacordo, será devolvida para correção;

**15.3.** A CONTRATANTE terá um prazo de até **05 (cinco) dias úteis** para conferência e aprovação, contados da sua protocolização, e será paga, diretamente na conta corrente da CONTRATADA;

**15.4.** O prazo previsto para pagamento que será de acordo com a alínea a, inciso XIV do Art. 40, da Lei de Licitações – Lei 8666/9, prazo este que será contado a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada;

**15.5.** Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no parágrafo anterior, passará a ser contado a partir da data da sua representação;

**15.6.** Os pagamentos não serão efetuados através de boletos bancários, sendo a garantia do referido pagamento a própria Nota de Empenho;

**16. SANÇÕES POR INADIMPLENTO**

**16.1.** Serão aplicadas as Sanções Administrativas previstas nos artigos 86 a 87 da Lei Federal nº 8.666/93, e as demais legislações sobre o tema, jurisprudência e princípios em caso de descumprimento das obrigações e condições de fornecimento.

**16.2.** A inexecução total ou parcial deste contrato por parte da Contratada assegurará a Contratante, o direito de rescisão nos termos do artigo 77, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como nos casos citados no artigo 78 da mesma lei, garantida a prévia defesa sempre mediante notificação por escrito.



**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583**

**16.3.**A rescisão também se submeterá ao regime previsto no artigo 79, seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

**16.4.**Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a CONTRATANTE aplicará à CONTRATADA, as seguintes sanções:

a) Advertência por escrito;

b) Multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance final ofertado devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto n.º 5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da LICITANTE vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou celebrar o contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas;

c) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal, por dia de atraso, no caso de descumprimento dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência e no Contrato, referentes ao pagamento de salários, encargos ou benefícios e demais obrigações trabalhistas;

d) Em caso de reincidência, multa de 5% (cinco por cento), aplicada cumulativamente, sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal, referente ao mês em que for constatado o novo descumprimento contratual;

e) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal, referente ao mês em que for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Termo de Referência ou no Termo Contratual;

**16.5.**Em caso de reincidência, a multa a ser aplicada será o dobro do percentual aplicado anteriormente, calculado sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura Mensal, referente ao mês em que for constatado o novo descumprimento contratual:

a) Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), na hipótese de recusa injustificada da Contratada em apresentar a garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data da assinatura do contrato, e/ou recompor o valor da garantia no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente notificada;

b) Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, por dia de atraso, observado o máximo de 5% (cinco por cento), na hipótese de recusa injustificada da Contratada em apresentar a comprovação da abertura da conta vinculada junto à instituição financeira indicada, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos contados do recebimento do comunicado da Contratante;

c) Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, por dia de atraso, observado o máximo de 5% (cinco por cento), na hipóteses de ausência injustificada da Contratada em apresentar, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, o comprovante das transferências bancárias referente à quitação das obrigações trabalhistas, efetiva por intermédio da liberação dos recursos da conta-depósito vinculada;

d) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão contratual por culpa da Contratada.

**16.6.**A sanção prevista na alínea “a” poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades, assegurados à Contratada o contraditório e a ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

**16.7.**As sanções previstas neste Termo de Referência são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

**16.8.**A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante.

**16.9.**Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a Contratante continuará efetivando os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído à penalidade, ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança judicialmente.

**16.10.**Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço advier de caso fortuito ou motivo de força maior.

**16.11.**As sanções aplicadas à Contratada serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

**16.12.**Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do





**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583**

contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.

**17. DA FORMA DE COMUNICAÇÃO COM A SES/TO**

**17.1.**Qualquer aviso, comunicação ou notificação de uma Parte à outra a respeito do objeto a ser contratado, incluindo qualquer fatura de pagamento ou notificações para reembolso de despesas deverá ser feita por escrito e poderá ser entregue pessoalmente ou enviada por correio, ou meio eletrônico, em qualquer caso com prova do seu recebimento, devendo ser endereçadas da seguinte forma:

a) se para a Contratada, no endereço constante do preâmbulo do contrato a ser firmado:

A/C: Tel: (-) ---- e-mail: ----

b) se para a Contratante, no endereço constante do preâmbulo do contrato a ser firmado:

A/C: Tel: (-) ---- e-mail: ----

**17.2.**Se qualquer das Partes modificar seu endereço deverá comunicar imediatamente à outra, sob pena de a comunicação enviada na forma, número e no endereço, físico ou eletrônico, previsto nesta Cláusula ser tida e aceita como válida, inclusive para todos os fins de pagamento, citação inicial, notificação, intimação e/ou ciência originados de atos administrativos ou judiciais.

**18. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

**18.1.**Qualquer insumo utilizado deverá seguir todos os critérios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

**ANEXO III****MINUTA DO CONTRATO**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM NA FORMA E NAS CONDIÇÕES SEGUINTE, DE UM LADO COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO TOCANTINS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E DE OUTRO COMO CONTRATADA, A EMPRESA .....**

O **ESTADO DO TOCANTINS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro nesta Capital, através da Secretaria Estadual de Saúde, inscrita no CNPJ sob nº 25.053.117/0001-64, pelo Excelentíssimo Senhor Secretário da Saúde, **LUIZ EDGAR LEÃO TOLINI**, brasileiro, residente e domiciliado nesta capital, nomeado Secretário da Saúde, pelo Ato Governamental de nº. 1.478 – NM. Publicado no Diário Oficial do Estado nº. 5.361, de 21 de maio de 2019, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ..... pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro, na ....., inscrita no CNPJ sob nº ....., Inscrição Estadual sob nº ....., doravante denominada CONTRATADA, representada por seu titular, o(a) Sr.(a) ....., brasileiro(a), portador(a) da Cédula de Identidade nº ..... - SSP-....., CPF nº ....., resolvem celebrar o presente CONTRATO, elaborado de acordo com a minuta aprovada pela **SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS** e pela **PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e subsidiariamente a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 5.450/05, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto aquisição de **EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E MOBILIÁRIO** destinados para atender as necessidades do Hospital Regional de Augustinópolis, Hospital Regional de Gurupi e Hospital Regional de Porto Nacional, no prazo e nas condições a seguir ajustadas, decorrentes do Pregão Eletrônico nº XXX/2019, com motivação e finalidade descritas no Termo de Referência do órgão requisitante.

**PARÁGRAFO ÚNICO – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

A aquisição deste Contrato as quantidades e observações constantes do Objeto da Licitação do Pregão Eletrônico nº XXX/2019, conforme Processo nº 2017/30550/009583 parte integrante deste Contrato, com motivação e finalidade descritas no Termo de Referência do órgão requisitante.

Item	Qty	Und	Especificações	Preço Unitário	Preço Global
<b>VALOR TOTAL</b>					

(AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DO OBJETO CONTRATADO SERÃO INSERIDAS NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO, COM BASE NA PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA)

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO**

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela aquisição do(s) produto(s) o valor total de R\$ ..... (.....).

**CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRODUTOS****3.1. DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS:**

3.1.1. Os produtos a serem adquiridos possuem especificações técnicas conforme edital.

**3.2. DAS MEDIDAS DOS PRODUTOS:**

3.2.1. Serão aceitas variações máximas de até 5,00% (cinco por cento) para mais ou para menos nas medidas, e pesos dos produtos.



**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583****3.3. DA QUALIDADE DOS PRODUTOS:****3.3.1. Os produtos devem ser:**

- 3.3.1.1. De alta qualidade, com excelente acabamento, sem falhas ou quaisquer outras avarias;
- 3.3.1.2. De excelente resistência de modo a proporcionar segurança ao usuário;
- 3.3.1.3. Entregues obedecendo rigorosamente as cláusulas do Edital e seus anexos;
- 3.3.1.4. Entregues acondicionados, sempre que possível, em embalagens lacradas individualmente, identificados, e em perfeitas condições de armazenagem.
- 3.3.2. Produtos contendo baixa qualidade, em desacordo com o edital e seus anexos ou com a legislação vigente aplicada, serão rejeitados pela Secretaria da Saúde.

**3.4. DA IDENTIFICAÇÃO / EMBALAGEM DOS PRODUTOS:**

- 3.4.1. Os produtos fornecidos deverão possuir embalagem, contendo:
  - 3.4.1.1. Nome e *website* do fabricante;
  - 3.4.1.2. Data do término da garantia;
  - 3.4.1.3. Dados para acionamento da garantia.

**3.5. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS PRODUTOS:**

- 3.5.1. O prazo de garantia técnica dos equipamentos será, de no mínimo, 12 meses, contados da data do recebimento definitivo.
- 3.5.2. A empresa fornecedora dos produtos será responsável pela substituição, troca ou reposição dos mesmos se, porventura, forem entregues com qualquer defeito, avaria ou incompatibilidade com as especificações deste Termo de Referência.
- 3.5.3. A licitante vencedora deverá declarar que tem capacidade de atendimento da garantia ofertada pelo fabricante do equipamento;
- 3.5.4. O prazo de garantia dos serviços de instalação será de, no mínimo 12 meses, contados da data do recebimento definitivo;
- 3.5.5. O prazo máximo para atendimento e reparo/ solução a problemas de equipamentos e seus componentes, contando a partir da data da abertura do chamado é de 06 (seis) horas.
- 3.5.6. Nos casos em que a solução do problema for ultrapassar os prazos previstos acima, o equipamento deverá ser substituído por outro de igual ou maior desempenho e configuração igual ou superior, até que o defeituoso seja recolocado em operação.
- 3.5.7. Em caso de substituição do equipamento, este deverá ser realizado no prazo máximo de 12 (doze) horas, após a notificação pela Assessoria de Manutenção Zeladoria.
- 3.5.8. A contratada ou prestadora de serviços de assistência técnica indicada deverá prestar, durante o período de garantia, assistência técnica, com peças novas e originais do fabricante do equipamento.

**3.6. DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS**

- 3.6.1. A contratada deverá realizar a instalação, montagem e treinamento (capacitação técnica) no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, após a entrega do equipamento a critério da SESAU/TO;
- 3.6.2. A contratada deverá assumir todos os custos de montagem referente aos equipamentos, sem ônus para a SESAU/TO;
- 3.6.3. A realização dos serviços no(s) equipamentos(s) deverá ser feita no Hospital de Referência de Augustinópolis, Localizado na Rua Amazonas, Setor Central, CEP 77960-000, em Augustinópolis – TO;
- 3.6.4. A realização dos serviços no(s) equipamentos(s) deverá ser feita no Hospital Regional de Gurupi, Localizado na Av. Pernambuco, Setor. Central, CEP 77410-040, em Gurupi – TO;
- 3.6.5. A realização dos serviços no(s) equipamento(s) deverá ser feita no Hospital Regional de Porto Nacional, Localizado na Avenida Murilo Braga, 345 - Centro, Porto Nacional – TO. CEP: 77500 - 000.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS**

**4.1.** A entrega deverá ser feita de forma **integral** prazo máximo de **30 (trinta) dias corridos**, contados do recebimento da Nota de Empenho, salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação, e este pedido ser aceito pela SESAU/TO;

**4.2.** Se a CONTRATADA não cumprir o prazo de entrega ou recusar-se a retirar a Nota de Empenho, sem justificativa formal aceita pela CONTRATANTE, decairá seu do direito de fornecer os produtos adjudicados, sujeitando-se as penalidades previstas no Edital, sendo convocados os licitantes remanescentes em ordem de classificação para contratar com a SESAU/TO.





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

**CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS**

5.1.O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) no **ALMOXARIFADO CENTRAL** sito à **Quadra 1.112 Sul Avenida NS-10 Lote 04, esquina com Avenida LO-25, Setor industrial, Palmas-TO**, em dia e horário comercial, a qual deve ser realizada na conformidade da Nota de Empenho, na presença de servidores devidamente autorizados, como determina o § 8º, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e horário comercial.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO****6.1. Relativo às condições de fornecimento, a CONTRATADA deverá:**

6.1.1. A empresa vencedora deverá garantir a substituição ou reparos imediatos de produtos em prazo de garantia, no todo ou em parte, eventualmente necessários à manutenção, evitando a interrupção no uso dos mesmos;

6.1.2. Entregar os produtos obedecendo rigorosamente às condições do Edital, de seus Anexos e do Contrato;

6.1.3. Entregar os produtos obedecendo rigorosamente à legislação vigente inerente ao objeto.

**CLÁUSULA SÉTIMA - AS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS**

7.1.Todos os produtos deverão estar em conformidade com a Nota de Empenho, que poderá estar acompanhada da Relação de itens ou de outro documento emitido pela SES/TO;

7.2.O recebimento será confiado a uma Comissão composta de, no mínimo, 03 (três) membros (servidores) devidamente autorizados, conforme estabelece o § 8º, do artigo 15, da Lei 8.666/93;

7.3.Todos os produtos deverão estar em conformidade com a Nota de Empenho, que poderá estar acompanhada da Relação de Itens ou de outro documento emitido pela SESAU/TO;

7.4. O recebimento se dará em observância com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, e ainda:

7.4.1. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação, bem como se a Nota Fiscal (NF) / Fatura encontra lavrada sem incorreções;

7.4.1.1. A SESAU/TO terá o prazo máximo de até **05 (cinco) dias úteis**, podendo ser prorrogado por uma vez e por igual período, contados da data de recebimento, para verificar se os produtos fornecidos e a NF/Fatura estão em consonância com o Edital e com seus anexos;

7.4.2. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação;

7.5.Após o recebimento provisório a SESAU/TO atestará a Nota Fiscal se constatado que os produtos atendem ao edital;

7.6.Caso os produtos se encontrem desconforme ao exigido no Edital, a SESAU/TO notificará a Contratada para substituí-los no prazo de até **05 (cinco) dias úteis** contados da notificação;

7.6.1. Neste caso, o recebimento do(s) produto(s) escoimado(s) dos vícios que deram causa a sua troca será considerado recebimento provisório, ensejando nova contagem de prazo para o recebimento definitivo, estando a Contratada passível de penalidade(s) pelo descumprimento das condições editalícias;

7.7.O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos produtos, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

7.8. A carga e a descarga serão por conta da Contratada, sem ônus de frete para a SESAU/TO;

**7.9. A SESAU recusará os produtos nas seguintes hipóteses:**

7.9.1. Qualquer situação em desacordo entre os produtos e o Edital de licitação e de seus Anexos ou a Nota de Empenho;

7.9.2. Nota Fiscal/Fatura com especificação do objeto, quantidades em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada;

7.9.3. Apresentarem vícios de qualidade, funcionamento ou serem impróprios para o uso, ou ainda defeitos de fabricação;

7.10.Ainda que ocorra a situação prevista na linha "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a SESAU/TO, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato (quando for o caso) e iniciar outro processo Licitatório.

**CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

8.1.Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

8.2.Disponibilizar o local de entrega e a Comissão responsável pelo recebimento;



**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583**

- 8.3.** Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste Edital;
- 8.4.** Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Edital;
- 8.5.** Comunicar à CONTRATADA até o 5º dia útil, após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento, dos produtos adquiridos;
- 8.6.** Fiscalizar a execução do objeto, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
- 8.7.** Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato.

**CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 9.1.** Fornecer o objeto deste Contrato, nas condições estipuladas neste Edital, na Proposta aprovada, na Nota de Empenho e quando for o caso, na ordem de fornecimento, isentos de defeitos de fabricação;
- 9.2.** Entregar os produtos na presença do(s) servidor(es) devidamente designado(s) na conformidade do § 8º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, no local informado neste Termo, acompanhados da Nota Fiscal preenchida contendo a especificação e quantidade correta dos produtos;
- 9.3.** Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete;
- 9.4.** Fornecer o nome e o endereço do fabricante com o telefone do serviço de atendimento ao consumidor;
- 9.5.** Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pela CONTRATANTE, e outros), providenciando sua substituição, quando for o caso, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;
- 9.6.** Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- 9.7.** Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;
- 9.8.** Comunicar a SESAU/TO, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento;
- 9.9.** Manter a garantia e qualidade dos produtos dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e seus anexos e o contrato;
- 9.10.** Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no edital do pregão;
- 9.11.** Cumprir com a legislação vigente inerente ao objeto, inclusive com todos os encargos tributários, fiscais, trabalhista, devendo arcar ainda, com todas as despesas e custo necessários ao cumprimento do objeto.

**CLÁUSULA DÉCIMA –DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO**

- 10.1.** No que tange à gestão e fiscalização de futuros contratos, conforme Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento serão nomeados 3 (três) servidores, ou seja, um gestor da execução do contrato (Diretor da Unidade Hospitalar), um fiscal técnico e um fiscal administrativo, sendo os dois últimos coordenados pelo primeiro.
- 10.2.** Será de responsabilidade do Fiscal:
- a)** Acompanhar o fiel cumprimento da manutenção preventiva mensal em cada equipamento descrito neste Termo de Referência, devendo ao final da mesma emitir relatório de fiscalização com o visto do Diretor da EAS, sem o qual não será possível realizar o pagamento mensal;
- b)** Acompanhar o fiel cumprimento de possíveis manutenções corretivas realizadas, emitindo relatório de fiscalização com o visto diretor do EAS, sem o qual não será possível realizar o pagamento, podendo ainda, dentre outros;
- c)** Relatar no termo de fiscalização em tempo hábil as ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldade no desenvolvimento dos serviços;



**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583**

d) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela contratada verbalmente ou por escrito;

e) Expedir por escrito às determinações e comunicações dirigidas à contratada exigindo as providências necessárias à realização dos serviços.

**10.3.** Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei nº 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço prestado, subsistirá a responsabilidade da Contratada pela solidez, qualidade e segurança deste serviço.

**10.4.** A fiscalização exercida pelo Contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da Contratada pela completa e perfeita execução do objeto contratual e terá livre acesso aos postos de serviços a qualquer hora do dia ou da noite, em finais de semana e/ou feriado, sem a necessidade de qualquer autorização prévia.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO**

**11.1.** Efetuada a entrega, a CONTRATADA protocolará a Nota Fiscal/Fatura, perante a CONTRATANTE devidamente preenchida;

**11.2.** Caso Nota Fiscal/Fatura esteja em desacordo, será devolvida para correção;

**11.3.** A CONTRATANTE terá um prazo de até **05 (cinco) dias úteis** para conferência e aprovação, contados da sua protocolização, e será paga, diretamente na conta corrente da CONTRATADA;

**11.4.** O prazo previsto para pagamento que será de acordo com a alínea a, inciso XIV do Art. 40, da Lei de Licitações – Lei 8666/9, prazo este que será contado a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada;

**11.5.** Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no parágrafo anterior, passará a ser contado a partir da data da sua representação;

**11.6.** Os pagamentos não serão efetuados através de boletos bancários, sendo a garantia do referido pagamento a própria Nota de Empenho;

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SANÇÕES POR INADIMPLEMTO**

**12.1.** Serão aplicadas as Sanções Administrativas previstas nos artigos 86 a 87 da Lei Federal nº 8.666/93, e as demais legislações sobre o tema, jurisprudência e princípios em caso de descumprimento das obrigações e condições de fornecimento.

**12.2.** A inexecução total ou parcial deste contrato por parte da Contratada assegurará a Contratante, o direito de rescisão nos termos do artigo 77, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como nos casos citados no artigo 78 da mesma lei, garantida a prévia defesa sempre mediante notificação por escrito.

**12.3.** A rescisão também se submeterá ao regime previsto no artigo 79, seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

**12.4.** Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a CONTRATANTE aplicará à CONTRATADA, as seguintes sanções:

a) Advertência por escrito;

b) Multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance final ofertado devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da LICITANTE vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou celebrar o contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações acordadas;

c) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal, por dia de atraso, no caso de descumprimento dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência e no Contrato, referentes ao pagamento de salários, encargos ou benefícios e demais obrigações trabalhistas;

d) Em caso de reincidência, multa de 5% (cinco por cento), aplicada cumulativamente, sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal, referente ao mês em que for constatado o novo descumprimento contratual;

e) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da nota fiscal/fatura mensal, referente ao mês em que for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Termo de Referência ou no Termo Contratual;



**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583**

**12.5.** Em caso de reincidência, a multa a ser aplicada será o dobro do percentual aplicado anteriormente, calculado sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura Mensal, referente ao mês em que for constatado o novo descumprimento contratual:

a) Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), na hipótese de recusa injustificada da Contratada em apresentar a garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data da assinatura do contrato, e/ou recompor o valor da garantia no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente notificada;

b) Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, por dia de atraso, observado o máximo de 5% (cinco por cento), na hipótese de recusa injustificada da Contratada em apresentar a comprovação da abertura da conta vinculada junto à instituição financeira indicada, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos contados do recebimento do comunicado da Contratante;

c) Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total da contratação devidamente atualizado, por dia de atraso, observado o máximo de 5% (cinco por cento), na hipóteses de ausência injustificada da Contratada em apresentar, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, o comprovante das transferências bancárias referente à quitação das obrigações trabalhistas, efetiva por intermédio da liberação dos recursos da conta-depósito vinculada;

d) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão contratual por culpa da Contratada.

**12.6.** A sanção prevista na alínea “a” poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades, assegurados à Contratada o contraditório e a ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

**12.7.** As sanções previstas neste Termo de Referência são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

**12.8.** A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante.

**12.9.** Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a Contratante continuará efetivando os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído à penalidade, ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança judicialmente.

**12.10.** Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço advier de caso fortuito ou motivo de força maior.

**12.11.** As sanções aplicadas à Contratada serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

**12.12.** Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO**

**13.1.** O **Termo de Contrato** será substituído pela **Nota de Empenho de despesa**, haja vista que a entrega dos produtos será de forma imediata e integral, conforme art. 57 da Lei nº 8.666/93.

**13.2.** Nos casos de formalização de contrato a validade do mesmo ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários conforme art. 57 da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FORMA DE COMUNICAÇÃO COM A SES/TO**

**14.1.** Qualquer aviso, comunicação ou notificação de uma Parte à outra a respeito do objeto a ser contratado, incluindo qualquer fatura de pagamento ou notificações para reembolso de despesas deverá ser feita por escrito e poderá ser entregue pessoalmente ou enviada por correio, ou meio eletrônico, em qualquer caso com prova do seu recebimento, devendo ser endereçadas da seguinte forma:

a) se para a Contratada, no endereço constante do preâmbulo do contrato a ser firmado:

A/C: Tel: (--) ---- e-mail: ----

b) se para a Contratante, no endereço constante do preâmbulo do contrato a ser firmado:

A/C: Tel: (--) ---- e-mail: ----



**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583**

14.2. Se qualquer das Partes modificar seu endereço deverá comunicar imediatamente à outra, sob pena de a comunicação enviada na forma, número e no endereço, físico ou eletrônico, previsto nesta Cláusula ser tida e aceita como válida, inclusive para todos os fins de pagamento, citação inicial, notificação, intimação e/ou ciência originados de atos administrativos ou judiciais.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DE POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

15.1. Qualquer insumo utilizado deverá seguir todos os critérios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Fonte de Recursos: 249
Classificação Orçamentária: 10.302.1165.3006
Natureza da Despesa: 44.90.52

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO**

O CONTRATANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias após assinatura deste Contrato, providenciará a sua publicação, por extrato, no Diário Oficial do Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO CONTROLE**

O presente contrato será submetido à fiscalização da entidade de controle externo competente, de conformidade com a fonte de recursos que subvencionam a presente aquisição.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ALTERAÇÃO**

O presente contrato poderá ser alterado nas formas e condições previstas no artigo 65 da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CASOS OMISSOS**

O presente Instrumento, inclusive os casos omissos regulam-se pela Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e Decreto Estadual nº 2434/2005.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FISCAL DO CONTRATO**

O fiscal do contrato bem como o seu respectivo suplente, referente ao presente contrato, serão indicados pelo gestor da pasta através de portaria assinada e publicada no Diário Oficial do Estado.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO**

Fica eleito o foro da Capital do Estado do Tocantins - Vara da Fazenda Pública, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem para dirimir quaisquer questões fundadas neste Contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes **CONTRATANTES**, na presença das testemunhas abaixo.

Palmas, aos \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

.....  
**PELO CONTRATANTE**

.....  
**PELA CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**





## EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583

## MODELOS

<b>MODELO 1</b>					
<b>Carta de Correção de Proposta de Preços</b>					
<b>CARTA DE CORREÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS</b>					
Pregão Eletrônico nº.:					
Processo:					
Empresa:					
Nota: carta elaborada com base no item 14.3, do Edital.					
Item	Unidade	Descrição resumida	Marca	Vlr Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Total					
_____					
Pregoeiro					
<b>MODELO 2</b>					
<b>Declaração de Comprovação do Atendimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal</b>					
Ref.: Pregão Eletrônico N° _____/2019.					
....., inscrito no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade no..... e do CPF no ....., <b>DECLARA</b> , para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.					
***Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).					
.....					
(data)					
.....					
(nome e assinatura do representante legal da empresa)					
(***)Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)					





**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583**

**MODELO 3**

**Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da Habilitação**

Ref.: Pregão Eletrônico N° \_\_\_\_\_/2019.

Palmas-TO, .....de ..... de 2019.

Proponente: (razão social da empresa proponente)

Objeto Licitado:

(*discrição do objeto*)

Declaramos, sob as penalidades legais, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprovem a idoneidade da proponente, nos termos do § 2º do art. 32 e do art. 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subsequentes, relativamente ao Edital em epígrafe.

\_\_\_\_\_  
Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa

**MODELO 4**

**Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte**

Ref.: Pregão Eletrônico N° \_\_\_\_\_/2019.

A empresa ....., CNPJ n° ....., com sede à ....., neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), DECLARA, sob as penas da Lei, com base no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, que está enquadrada na definição de ( ) Microempresa ( ) Empresa de Pequeno Porte, sem nenhuma restrição de ordem legal.

\_\_\_\_\_  
Local, data e assinatura





**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2019 - PROCESSO: 2017/30550/009583**

**MODELO 5**

**Declaração de atendimento ao art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93**

Ref.: Pregão Eletrônico Nº \_\_\_\_\_/2019.

Palmas-TO, .....de ..... de 2019.

Proponente: (razão social da empresa proponente)

Objeto Licitado:

(*discrição do objeto*)

A empresa \_\_\_\_\_ pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. \_\_\_\_\_, localizada no endereço \_\_\_\_\_, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_, portador do RG nº \_\_\_\_\_, e CPF/MF nº \_\_\_\_\_, vem declarar que não existe em meu quadro de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de Gerência, Administração ou Tomada de Decisão, na forma do art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93.

\_\_\_\_\_  
Nome e Assinatura do Responsável Legal da Empresa

