



PROCESSO Nº: 2019/30550/010010

DE: GERENCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA

PARA: SUPERINTENDÊNCIA DA CENTRAL DE LICITAÇÃO

PARECER TÉCNICO Nº 9/2020/SES/SADM/DAEES

SGD 2020/30559/006282

Tratam os autos de Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, para atender as unidades de saúde mantidas e administradas pela Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins.

Em resposta ao Despacho **098/2010/SES/SCL** às fls. 490, que solicita manifestação acerca dos produtos apresentados bem como a documentação técnica das licitantes, passamos a informar que:

Manifestação acerca dos produtos apresentados:

EMPRESA	ITEM	FOLHAS	MANIFESTAÇÃO
PATRICIA MANGINELLI - HOSPCARE	4	306 A 345	NÃO ATENDE
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1	346 A 406	NÃO ATENDE
R & D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3	407 A 534	NÃO ATENDE
VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2	535 A 658	NÃO ATENDE

1. **PATRICIA MANGINELLI**

ITEM 04 – MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

FABRICANTE: R & D MEDIQ

MODELO: RD 15 – 6 PARAMETROS

ANVISA: 80209920019

1.1. **JUSTIFICATIVA PARA O NÃO ATENDIMENTO:**

Em conformidade com o Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº **237/2019** do Processo **2019/3055/010010** à fls. **141v a 143**, e ao sítio da Empresa e da ANVISA versus proposta comercial, segue as considerações de inconformidades que **NÃO ATENDE** ao edital:

1.1.1. **SOLICITADO** - O monitor deverá apresentar vídeo interno de cristal líquido sensível ao toque de 17 (dezesete) +/- 0,1 polegadas, resolução 1024 x 768 pixels, não devendo possuir monitor de vídeo interno de cristal líquido sensível ao toque de 4 (quatro) a 5 (cinco) +/- 0,1 polegadas, esse monitor menor deve monitorar em conjunto ou separado monitor de 17"

- **O equipamento ofertado tem uma tela de 15" o solicitado é de 17;**
- **Não evidenciamos a possibilidade de funcionamento em conjunto com outro**

Monitor;





- Não encontrado as 150 horas de tendência;
- Na PNI o edital solicita guardar mínimo de 1500 eventos, não foi localizado este item no manual;
- Na PI não foi identificado que o objeto possui o VPP(variação de Pressão de Pulso);

1.1.2. SOLICITADO - A bateria deve ter a duração de 120 (cento e vinte) minutos com possibilidade para 240 (duzentos e quarenta) minutos

- Não identificamos a possibilidade para 240 minutos

1.1.3. SOLICITADO - Acompanham o equipamento os seguintes acessórios:

- Um (01) cabo de ECG 5 vias;
- Um (01) sensor de SPO2 reutilizável adulto;
- Um (01) mangueira para medição de pressão não-invasiva (PNI);
- Um (01) braçadeira (manguito) medida 25 – 25 cm;
- Um (01) sensor de temperatura de pele;
- Um (01) Kit de Pressão Invasiva (PI) (Transdutor e cabo de Interface);
- Um (01) Kit de Eletrodos descartáveis adulto (mínimo de 6 Eletrodos);
- Um (01) cabo de alimentação para rede elétrica padrão brasileiro;
- Um (01) cabo terra;
- Um (01) manual do usuário em língua Portuguesa

- Na proposta não identificamos a oferta dos seguintes acessórios:

Um (01) Kit de Pressão Invasiva (PI) (Transdutor e cabo de Interface);

Um (01) Kit de Eletrodos descartáveis adulto (mínimo de 6 Eletrodos)

2. PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

ITEM 01 – ULTRASSOM PORTATIL

FABRICANTE: PHILIPS MEDICAL

MODELO: INNOSIGHT

ANVISA: 1026710361

2.1. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO ATENDIMENTO

Em conformidade com o Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 237/2019 do Processo 2019/3055/010010 à fls. 138v a 139, e ao sítio da Empresa e da ANVISA versus proposta comercial, segue as considerações de inconformidades que **NÃO ATENDE** ao edital:

2.1.1. SOLICITADO - Monitor de LCD de mínimo 12 polegadas giratório para a esquerda ou para direita, possui tela em toque;

- O equipamento ofertado não possui o sistema giratório do monitor e sim a base do equipamento.

"15 Base giratória. Puxar a base giratória para fora para sustentar o sistema em uma superfície plana. Pode ser usada como alça para carregar o sistema."

[http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL\[48076-1-14095\].PDF](http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[48076-1-14095].PDF)



- O equipamento ofertado possui tela de 11,6 polegadas. "Item da proposta (estrutura e características físicas)";
- O equipamento ofertado não possui tela de toque;
- Não possui Modo 4D imagem trapezoidal para transdutor linear;
- Não possui Disco rígido para armazenamento de imagens de 500 GB e sim de 128GB

2.1.2. SOLICITADO - Deverá acompanhar:

- 01 Transdutor linear da faixa de frequência de 5 a 12 MHz;
- 01 Transdutor transvaginal da faixa de frequência de 4 a 8 MHz;
- 01 Transdutor convexo da faixa de frequência de 2 a 5 MHz;
- 01 Transdutor setorial adulto da faixa de frequência de 1 a 5 MHz;
- 01 Transdutor Convexo Volumétrico da faixa de frequência de 2 a 5 MHz;
- 01 trolley.
 - O equipamento ofertado tem faixa de frequência de 2 a 4 MHz no Transdutor setorial adulto, diferente do solicitado que é com faixa de 1 a 5 MHz;
 - Na proposta não foi ofertado o transdutor Convexo Volumétrico da faixa de frequência de 2 a 5 MHz;

3. R & D MEDIQ

ITEM 03 – MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MODULAR

FABRICANTE: R & D MEDIQ

MODELO: RD 15 – 6 PARAMETROS

ANVISA: 80209920019

3.1. **JUSTIFICATIVA PARA O NÃO ATENDIMENTO:**

Em conformidade com o Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 237/2019 do Processo 2019/3055/010010 à fls. 140 a 141V, e ao sítio da Empresa e da ANVISA versus proposta comercial,, segue as considerações de inconformidades que **NÃO ATENDE** ao edital:

3.1.1. SOLICITADO - O monitor deverá apresentar vídeo interno de cristal líquido sensível ao toque de 17 (dezessete) +/- 0,1 polegadas, resolução 1024 x 768 pixels, não devendo possuir monitor de vídeo separado, o equipamento pode funcionar em conjunto com um outro monitor que é acoplado ao maior deverá apresentar vídeo interno de cristal líquido sensível ao toque de 4 (quatro) a 5 (cinco) +/- 0,1 polegadas, esse monitor menor deve monitorar em conjunto ou separado monitor de 17".

- O equipamento ofertado tem uma tela de 15" o solicitado é de 17.
- Não evidenciamos a possibilidade de funcionamento em conjunto com outro Monitor
- Não encontrado as 150 horas de tendência;
- Na PNI o edital solicita guardar mínimo de 1500 eventos, não foi localizado este item no manual;





- Na PI não foi identificado que o objeto possui o VPP(variação de Pressão de Pulso);

3.1.2. SOLICITADO - A bateria deve ter a duração de 120 (cento vinte) minutos com possibilidade para 240 (duzentos e quarenta) minutos

- Não identificamos a possibilidade para 240 minutos

4. VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

ITEM 02 – ULTRASSOM PORTATIL

FABRICANTE: SAEVO

MODELO: EVUS-8

ANVISA: 10069210070

4.1. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO ATENDIMENTO:

Em conformidade com o Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº **237/2019** do Processo **2019/3055/010010** à fls. **139 a 140**, e ao sítio da Empresa e da ANVISA versus proposta comercial, segue as considerações de inconformidades que **NÃO ATENDE** ao edital:

4.1.1. SOLICITADO - Monitor de LCD de mínimo 12 polegadas giratório para a esquerda ou para direita, possui tela em toque;

- O equipamento ofertado não possui o sistema giratório do monitor e sim a base do equipamento.
- O equipamento ofertado não possui tela de toque

4.1.2. SOLICITADO - Capacidade armazenamento e exportação de imagens estáticas e dinâmicas em USB; Conectividade DICOM 3.0; Conexão de 4 portas USB.

- O equipamento ofertado somente possui 2 portas USB e pede-se mínimo de 4 portas

4.1.3. SOLICITADO - Deverá acompanhar:

- 01 Transdutor linear da faixa de frequência de 5 a 12 MHz;
- 01 Transdutor transvaginal da faixa de frequência de 4 a 8 MHz;
- 01 Transdutor convexo da faixa de frequência de 2 a 5 MHz;
- 01 Transdutor setorial adulto da faixa de frequência de 1 a 5 MHz;
- 01 Transdutor Convexo Volumétrico da faixa de frequência de 2 a 5 MHz;
- 01 trolley.

- O equipamento ofertado não qualifica os transdutores em suas faixas operacional entretanto no manual da ANVISA, consta transdutores que permitem todas as faixas de frequência;

Documentação técnica das licitantes:





EMPRESA	Atestado de capacidade técnica	Declaração do fornecedor se responsabilizando pela instalação e treinamento operacional dos equipamentos em local e data indicados pelo contratante e que assume todos os custos relativos a estes procedimentos.
PATRICIA MANGINELLI	Atestados enviados e anexados às folhas 326 e 327, não informa o tipo de equipamento ofertado.	SIM FOLHA 328
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	Foram apresentados 10 atestados de diversos modelos de ultrassom.	SIM FOLHA 350
R & D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	SIM FOLHA 431	SIM FOLHA 433
VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Atestado enviado e anexado à folha 553, não informa o tipo de equipamento ofertado.	SIM FOLHA 555

Diante das informações ora apresentada por esta área técnica enviamos os autos a Superintendência de Central de Licitação para prosseguimento do feito.

Atenciosamente,

Palmas, 20 de janeiro de 2020.

assinado digitalmente

EBER RODRIGUES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CLÍNICO

assinado digitalmente

LUIZ EDUARDO FREIRE BORGES
GERENTE DE ENGENHARIA CLÍNICA

