



PROCESSO Nº: 2019/30550/010010  
DE: GERENCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA  
PARA: SUPERINTENDÊNCIA DA CENTRAL DE LICITAÇÃO

PARECER TÉCNICO Nº 30/2020/SES/SADM/DAEES  
SGD 2020/30559/018144

Tratam os autos de Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, para atender as unidades de saúde mantidas e administradas pela Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins.

Em resposta ao Despacho **0351/2010/SES/SCL** às fls. 1826, que solicita manifestação acerca dos produtos apresentados bem como a documentação técnica das licitantes, passamos a informar que:

Manifestação acerca dos produtos apresentados:

EMPRESA	ITEM	FOLHAS	MANIFESTAÇÃO
ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	1	1353 a 1446	NÃO ATENDE
NAZIR FELIX NETO	4	1447 a 1590	ATENDE
SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	3	1591 a 1825	ATENDE

**ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS LTDA**

**ITEM 01 – ULTRASSOM PORTÁTIL**  
FABRICANTE: ALFA MED  
MODELO: INVICTUS C7  
ANVISA: 80629370015

**1.1. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO ATENDIMENTO:**

Em conformidade com o Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº **237/2019** do Processo **2019/3055/010010** à fls. **141v a 143**, e ao sítio da Empresa e da ANVISA versus proposta comercial, segue as considerações de inconformidades que **NÃO ATENDE** ao edital:

**1.1.1. SOLICITADO** - Monitor de LCD de mínimo 12 polegadas giratório para a esquerda ou para direita, possui tela em toque;

**MOTIVO DO NÃO ATENDIMENTO:** NÃO POSSUI TELA GIRATÓRIA NEM TECLADO TOUCH.

**1.1.2. SOLICITADO** - Capacidade armazenamento e exportação de imagens estáticas e dinâmicas em USB; Conectividade DICOM 3.0; Conexão de 4 portas USB.

**MOTIVO DO NÃO ATENDIMENTO:** POSSUI SOMENTE 2 PORTAS USB.





OBS: Para corroborar com nosso parecer, a própria fabricante informa em seu pedido de tutela de urgência nº 0000037-63.2020.827.2729 em trâmite perante a 2ª vara da fazenda e registros públicos de Palmas – TO, e anexado às folhas 1323 a 1340 deste processo, e especificamente na folha 1330 e 1331 que o equipamento ofertado **não atende ao edital**.

**Documentação técnica das licitantes:**

<b>EMPRESA</b>	<b>Atestado de capacidade técnica</b>	<b>Declaração do fornecedor se responsabilizando pela instalação e treinamento operacional dos equipamentos em local e data indicados pelo contratante e que assume todos os custos relativos a estes procedimentos.</b>
ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	SIM	SIM
NAZIR FELIX NETO	SIM	SIM
SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	SIM	SIM

Diante das informações ora apresentada por esta área técnica enviamos os autos a Superintendência de Central de Licitação para prosseguimento do feito.

Atenciosamente,

Palmas, 13 de fevereiro de 2020.

*assinado digitalmente*

**LUIZ EDUARDO FREIRE BORGES**  
GERENTE DE ENGENHARIA CLÍNICA



**ENGENHARIA  
CLÍNICA**

SES-TO – Praça dos Girassóis s/nº, Plano Diretor Sul, Palmas TO – CEP 77015-007  
Telefone (63) 3218-2483 – [engenhariaclinica@saude.to.gov.com](mailto:engenhariaclinica@saude.to.gov.com)

