

**PROCESSO Nº:** 2019/30550/009988**DE:** GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA**PARA:** SUPERINTENDÊNCIA DA CENTRAL DE LICITAÇÃO**PARECER TÉCNICO Nº 1/2020/SES/SADM/DAEES****SGD 2020/30559/001554**

Tratam os autos para contratação de empresa especializada para aquisição de equipamento médico hospitalar mesa cirúrgica para atender as unidades de saúde mantidas e administradas pela Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins.

Em atendimento ao Despacho nº 033/2020/SES/SCL às fls. 328, que solicita manifestação técnica acerca das documentações técnicas da licitante, informamos abaixo nosso parecer:

- Quanto ao produto apresentado na proposta:

EMPRESA	ITEM	FOLHAS	CONCLUSÃO
KSS COM. IND. DE EQUIP. MÉDICO LTDA	1,3 e 5	255 a 327	NÃO ATENDE

Motivo do não atendimento:

1. Não informa qual o tipo de revestimento P.U. do colchão.
2. Não informa se possui modulo cirúrgico móvel de permita o posicionamento do paciente na posição normal e reversa, em que a placa da cabeça e as placas das pernas sejam intercambiáveis.
3. Inclinação do dorso solicitado no mínimo 65° para cima e 35° para baixo e ofertado o mínimo de 72° para cima e -20° para baixo. Não há informações da angulação da cabeceira mínima para baixo.
4. Solicitado ajuste de altura regresso de 610mm e elevação no mínimo de 935 mm, ofertado regresso de 685mm e elevação a 990mm.
5. Solicitado inclinação lateral mínimo de 20° para direita e 20° para esquerda, ofertado 16° para direita e 16° para esquerda.
6. Solicitado Trendelemburg/Trendelemburg Reverso no mínimo de 20° ofertado no mínimo de 18°.





• Quanto as Documentações de Habilitação:

EMPRESA	ATESTADO (S) DE CAPACIDADE TÉCNICA	DECLARAÇÃO SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS
KSS	SIM Folha 294	SIM Folha 296

Diante das informações ora apresentada por esta área técnica enviamos os autos a Diretoria de Compras para prosseguimento do feito.

Palmas, 07 de janeiro de 2020.

Assinatura Digital
LUIZ EDUARDO FREIRE BORGES
Gerente de Engenharia Clínica

