



PROCESSO : 2018/30550/005030
INTERESSADO : Hospital Geral de Palmas
ASSUNTO : Parecer de itens do Pregão Eletrônico n°. 108/2020
SGD: 2020/30559/092899

PARECER TÉCNICO N°. 038/2020/SES/HGPP/DG

Em resposta à SOLICITAÇÃO n° 33/2020 e 32/2020, levando em conta a necessidade do **Hospital Geral Público de Palmas**, segue avaliação dos produtos ofertados nas propostas classificadas no Processo n°. 5030/2089:

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 046/2020

Item	DESCRIÇÃO	Fabricante/ Marca	Resultado
10	FIO CIRURGICO DE POLIESTER NAO ABSORVIVEL BRANCO TRANÇADO N° 5-0 COM 45 (+- 5) CM [...] conforme descrição editalícia.	SHALON	REPROVADO
15	FIO CIRURGICO DE SEDA NAO ABSORVIVEL TRANÇADO N° 8-0 COM 45 (+- 5) CM [...] conforme descrição editalícia.	POINT SUTURE/SILK POINT	

Observação: O produto foi avaliado pelos responsáveis técnicos especialistas da unidade hospitalar, contudo foram considerados como critério: resistência tênsil, maleabilidade, qualidade da agulha e fixação do nó. Desta forma, tornando-se inadequados para os procedimentos importantes.

Palmas, 30 de julho de 2019.

Assinatura Eletrônica

JOÃO CARLOS DIAS MEDEIROS
Diretor Administrativo e Financeiro

Assinatura Eletrônica


DR. LUCIANO BATISTA LOPES
Diretor Técnico

Assinatura Eletrônica

LEONARDO DE O. TOLEDO SILVA
Diretor Geral

Assinatura Eletrônica





Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007
Tel.: +55 63 3218-1700
saude.to.gov.br

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA
DA SAUDE

SGD: 2020/305559/094365

PROCESSO: 2018/305550/5030

DE: Diretoria de Distribuição

PARA: Superintendência Central de Licitação

PARECER TÉCNICO N° 248/2020SES/SAEL/DSH

Em atenção ao solicitado no despacho 1425/2020, às fls. 1555 e considerando a documentação das empresas licitantes anexadas às fls. 1257-1510, segue pronunciamento desta Diretoria.

Considerando que os documentos analisados pela área técnica são: validade de proposta de 120 dias, atestado de capacidade técnica, licença de funcionamento emitida pela vigilância sanitária Distrital, Estadual ou Municipal, informamos que os documentos apresentados pela empresa licitante estão condizentes com o edital.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	FORNECEDOR	MARCA	PARECER DA DOCUMENTAÇÃO	PARECER DO PRODUTO
2	FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO TRANÇADO No 8-0 COM 20 A 30 CM COM AGULHA 3/8 CIRCULO CORTANTE DE 0.65 CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (OFTAMOLOGIA).	GBD	BRASUTURE	APROVADO	REPROVADO. JUSTIFICATIVA: FOI SOLICITADO A AMOSTRA DIA 06/07/2020, VIA EMAIL " ronaldo.coelho@hospcom.net", OFICIO N° 59, CONFIRMADO O RECEBIMENTO VIA TELEFONE ATRAVES DO NUMERO 981451626NO DIA 6/07/2020 ÀS

SESAU-TO
1566
A



TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA
DA SAÚDE

Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007
Tel.: +55 63 3218-1700
saude.to.gov.br

					15:29, ONDE SOLICITAMOS CONFIRMAÇÃO VIA EMAIL, AGUARDAMOS A ENTREGA DA AMOSTRA ATÉ DIA 03/08/2020 E A MESMA NÃO FOI RECEBIDA NESTA DIRETORIA DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES. SEGUI O OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ENCAMINHADO PARA O EMAIL CITADO E A COPIA DOS EMAIL'S EM ANEXO ÀS FLS. 1556-1557.
3	FIO CIRURGICO DE POLIDIOXANONA ABSORVIVEL SINTETICO MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA No 5-0 COM 70 (+- 5) CM AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 1,7 (+- 0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (TRANSPLANTE RENAL).	DMI	COVIDIEN	APROVADO	APROVADO
4	FIO CIRURGICO DE POLIDIOXANONA ABSORVIVEL SINTETICO MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA No 6-0 COM 75 (+- 5) CM AGULHA 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 1,3 (+- 0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (TRANSPLANTE RENAL).	DMI	COVIDIEN	APROVADO	APROVADO
6	FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO No 1 COM 75 (+- 5) CM COM AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 3,0 (+- 0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG MS (GASTROINTESTINAL).	DMI	COVIDIEN	APROVADO	REPROVADO. JUSTIFICATIVA: EMPRESA OFERTOU FIO CATGUT CROMADO COM A AGULHA DE 3/8 COMO DEMONSTRADO NA PROPOSTA AS FLS. 1309 e O SOLICITADO FOI O FIO COM A AGULHA 1/2
7	FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO No 2-0 COM 90 (+- 5) CM COM AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 4,9 (+- 0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG MS (FECHAMENTO GERAL).	MAXIMA	ACE TECHNOFIO	APROVADO	REPROVADO. JUSTIFICATIVA: FOI SOLICITADO AMOSTRA DO ITEM 7 COM A AGULHA CIRCULO CILINDRICA CONFORME SOLICITADA E OFERTADA, PORÉM EMPRESA ENTREGOU A AMOSTRA COM A AGULHA CIRCULAR PONTA ROMBA, CONFORME DEMONSTRADO AS

SESAU - TO
Proc.:
1567
A



TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA
DA SAÚDE

Praca dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007
Tel.: +55 63 3218-1700
saude.to.gov.br

		DMI	COVIDIEN	APROVADO	FLS. 1560
8	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES No 2-0 COM 90 (+- 5) CM COM AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA 4,8 A 5,0 CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (FECHAMENTO GERAL).			APROVADO	
10	FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL No 5-0 COM 75 (+- 5) CM COM 02 AGULHAS 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 1,6 (+- 0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (CARDIOVASCULAR).	ATIVIDADE	SHALON	APROVADO	REPROVADO. JUSTIFICATIVA: FOI ENCAMINHADO A AMOSTRA PARA UNIDADE HOSPITALAR, ONDE FOI AVALIADA PELOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS ESPECIALISTAS DA UNIDADE E MEDIANTE ANÁLISE FOI REPROVADO POIS É INADEQUADO PARA PROCEDIMENTOS IMPORTANTES. CONFORME DEMONSTRADO NO PARECER TÉCNICO Nº 38/20 SGD:092899/20, ÀS FLS. 1565
11	FIO CIRURGICO DE POLIESTER NAO ABSORVIVEL BRANCO TRANCADO No 5-0 COM 45 (+- 5) CM COM AGULHA 1/4 CIRCULO CORTANTE DE 0,8 CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (OFTAMOLOGIA).	DMI	COVIDIEN	APROVADO	APROVADO
12	FIO CIRURGICO DE POLIESTER TRANCADO No 4-0 COM 75 (+- 5) CM SEM ALMOFADA DE TEFLON COM 2 AGULHAS 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 1,5 (+- 0,1) CM E REG. MS (CARDIOVASCULAR)	DMI	COVIDIEN	APROVADO	APROVADO
14	FIO CIRURGICO DE SEDA NAO ABSORVIVEL TRANCADO No 7-0 COM 45CM COM AGULHA 3/8 CIRCULO CORTANTE DE 0,65 CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (OFTAMOLOGIA)	DMI	COVIDIEN	APROVADO	APROVADO
15	FIO CIRURGICO DE SEDA NAO ABSORVIVEL TRANCADO No 8-0 COM 45CM COM AGULHA 3/8 CIRCULO CORTANTE DE 0,65 CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (OFTAMOLOGIA)	POINT SUTURE	SILKPOINT/POINT SUTURE	APROVADO	REPROVADO. JUSTIFICATIVA: FOI ENCAMINHADO A AMOSTRA PARA UNIDADE HOSPITALAR, ONDE FOI AVALIADA PELOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS ESPECIALISTAS DA UNIDADE E

SESAU - TO
1568
A

SECRETARIA
DA SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007
Tel.: +55 63 3218-1700
saude.to.gov.br

						MEDIANTE ANALISE FOI REPROVADO POIS É INADEQUADO PARA PROCEDIMENTOS IMPORTANTES. CONFORME DEMONSTRADO NO PARECER TECNICO Nº 38/20 SGD:092899/20, ÀS FLS. 1565
--	--	--	--	--	--	--

Informamos ainda que para as próximas empresas que ofertarem produtos com as marcas já reprovadas, que sejam desclassificadas/ reprovadas visto que não atendem as unidades hospitalares.

Palmas, 04 de agosto de 2020.


Alzira F. Gomes dos Santos
Mat. 11582936


Afrania Nogueira
COREN-TO 568.798 - ENF
Afrania Nogueira Souza
Mat. 11706554

