

## INSPEÇÃO MENSAL CENTRO DE MATERIAL E ESTERELIZAÇÃO

### CME

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	DATA:	
Quantidade de Profissionais no setor:		
<b>CME</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>
O CME realizam todas as fases de processamento, incluindo limpeza, inspeção, preparo e acondicionamento, esterilização, armazenamento e devolução ao serviço de saúde?		
O centro de material e esterilização (CME) está instalado em local exclusivo e de acesso restrito?		
Área de recepção e limpeza (setor sujo)?		
Área de preparo e esterilização (setor limpo)?		
Área de desinfecção química, quando aplicável (setor limpo)?		
Área de monitoramento do processo de esterilização (setor limpo)?		
Área de armazenamento e distribuição de materiais esterilizados (Setor limpo)?		
O dimensionamento das diversas áreas do CME está adequado em função da demanda e dos métodos de processamento utilizados?		
O processamento segue um fluxo direcionado da área suja para a área limpa?		
O CME dispõe de profissional responsável de nível superior e legalmente habilitado, para coordenar todas as atividades da unidade?		
Os profissionais possuem disponíveis todos os EPIS necessários?		
Os profissionais do CME utiliza vestimentas privativas, touca e calçados fechados em todas as áreas técnicas e restritas da unidade?		
É utilizado protetor facial ou máscara e óculos na Sala de Recepção e Limpeza?		
O Uso dos EPIS e fiscalizado diariamente?		
Os profissionais não deixam o seu local de trabalho com o EPI e as vestimentas utilizadas em suas atividades?		
A manutenção de cada equipamento e as informações resultantes das intervenções técnicas é arquivada?		
Os profissionais do CME apresentam as vacinas atualizadas, Conforme recomendações vigentes?		
A climatização atende a legislação vigente?		
O CME utiliza Autoclave com manutenção periódica em dia?		
A secagem e realizada com ar comprimido dentro dos limites de dB?		
O local para armazenamento dos produtos esterilizados é limpo, Seco e protegido da luz solar?		
Os servidores são treinados e capacitados periodicamente para questões de segurança no desenvolvimento das suas atividades?		
O serviço não utiliza caixas metálicas sem furos como embalagens para esterilização? (art. 81)		

**Observação 1:** Todos os problemas relacionados à segurança precisam ser comunicados a direção do hospital para sua eliminação ou minimização, o NASST precisa notificar todos os problemas escritos e assinados para uma futura fiscalização.

