



PROCESSO: 2019/30550/4099

DE: Diretoria de Suprimentos Hospitalares

PARA: Superintendência da Central de Licitação

SGD: 2020/30559/108877

PARECER TÉCNICO - 300/2020/SES/SAEL/DSH

Em atenção ao solicitado no despacho nº 1894/2020 às fls. 1037 e considerando a documentação das empresas licitantes anexadas às fls. 637 a 918, segue pronunciamento desta Diretoria:

Considerando que os documentos analisados pela área técnica são: Validade da proposta de 120 dias, atestado de capacidade técnica e Licença de Funcionamento emitida pela vigilância sanitária Distrital, Estadual ou Municipal, informaram que os documentos apresentados pela empresa licitante estão condizentes com o Edital conforme quadro abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	FORNECEDOR	MARCA/FAB.	PARECER DOCUMENTOS	PARECER PRODUTOS	RESULTADO FINAL
8	BOLSA PARA OSTOMIA P/ APLICACAO EM COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA, RECORTAVEL, DE APROXIMADAMENTE 10-70MM, COM FILTRO, DESCARTAVEL, HIPOALERGENICA, COM SISTEMA DE DRENAGEM, COMPOSTA DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA GELATINA, PECTINA, AGENTE SUAVIZANTE, ANTIOXIDANTE. FACE POSTERIOR EM POLIESTER, FEITA EM MATERIAL SILENCIOSO E APROVA DE ODOR, CONFECCIONADA EM POLIETILENO/POLIPROPILENO ESPECIAL DE BAIXA DENSIDADE, TRANSMITANCIA TRANSPARENTE, CLAMP INDIVIDUAL. ADULTO	MEDPALMAS	HOLLISTER	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO POR FALTA DE AMOSTRA
10	BOLSA TERMICA COM GEL ATOXICO PARA COMPRESSA QUENTE E FRIA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS, REUTILIZAVEL, NÃO CONGELAVEL, DE FACIL HIGIENIZACAO.	FRACASSADO				FRACASSADO
14	COLETOR DE URINA INFANTIL, FEMININO, EM PLASTICO FLEXIVEL, ATOXICO, BORDAS DEMARCADAS, ADESIVO HIPOALERGENICO, GRADUACAO A CADA 10 ML QUE PERMITA IDENTIFICACAO (NOME DO PACIENTE, LEITO, DATA, NOME DO MEDICO), ESTERIL, DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	HOSPMED	MEDGRAN	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO conforme Parecer técnico Hospitalar as fls 1042/1043.





15	COLETOR DE URINA INFANTIL, MASCULINO, EM PLASTICO FLEXIVEL, ATOXICO, BORDAS DEMARCADAS, ADESIVO HIPOALERGENICO, GRADUACAO A CADA 10 ML QUE PERMITA IDENTIFICACAO (NOME DO PACIENTE, LEITO, DATA, NOME DO MEDICO), ESTERIL, DESCARTAVEL.	HOSPMED	MEDGRAN	FAVORAVEL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO Conforme Parecer Técnico Hospitalar as fls. 1042/1043.
16	COLETOR DE URINA TIPO SACO: SISTEMA ABERTO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 2000ML, GRADUACAO DE 100 EM 100ML, COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM CORDAO FIXO, NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, QUE PERMITA IDENTIFICACAO (NOME DO PACIENTE, LEITO, DATA, NOME DO MEDICO)	ATIVIDADE	MAXICOR	FAVORAVEL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO Conforme Parecer Técnico Hospitalar as fls. 1042/1043.
17	COLETOR DE URINA TIPO SACO: SISTEMA ABERTO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 2000ML, GRADUACAO DE 100 EM 100ML, COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM CORDAO FIXO, NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, QUE PERMITA IDENTIFICACAO (NOME DO PACIENTE, LEITO, DATA, NOME DO MEDICO)	ATIVIDADE	MAXICOR	FAVORAVEL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO Conforme Parecer Técnico Hospitalar as fls. 1042/1043.
18	COLETOR DE URINA, SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE 2.000 ML, EM PVC, RESISTENTE E FLEXIVEL, ATOXICO, COM FACE ANTERIOR TRANSPARENTE E FACE POSTERIOR OPACA. BOLSA COM SELAGEM RESISTENTE E ESCALA DUPLA GRADUADA EM 100 ML E EM 25 ml. VALVULA ANTIRREFLUXO VERTICAL, FILTRO DE COMPENSACAO (RESPIRO) HIDROFOBICO. TUBO DISTAL DE ESVAZIAMENTO COM TRAVATAMPAPROTETORA E LOCAL PARA FIXACAO. ALCAS PARA FIXACAO NO LEITO. TUBO EXTENSOR EM PVC FLEXIVEL, TRANSPARENTE, 9MM (DI) E 110CM, CONECTOR CONICO UNIVERSAL, SISTEMA DE TRAVA CORTAFLUXO E DISPOSITIVO PARA COLETA DE EXAMES AUTOVEDANTE. ESTERIL, DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA.	BIOBASE	BIOBASE	FAVORAVEL	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO Conforme Parecer Técnico Hospitalar as fls. 1042/1043.

Proc.: **NULO**
Fis nº **1045**
Wisto

Proc.: **NULO**
Fis nº **1047**
Wisto





19	COLETOR DE URINA, SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE 2.000 ML, EM PVC, RESISTENTE E FLEXÍVEL, ATOXICO, COM FACE ANTERIOR TRANSPARENTE E FACE POSTERIOR OPACA. BOLSA COM SELAGEM RESISTENTE E ESCALA DUPLA GRADUADA EM 100 ML E EM 25ML. VALVULA ANTIRREFLUXO VERTICAL, FILTRO DE COMPENSACAO (RESPIRO) HIDROFOBICO. TUBO DISTAL DE ESVAZIAMENTO COM TRAVATAMPA PROTETORA E LOCAL PARA FIXACAO. ALCAS PARA FIXACAO NO LEITO. TUBO EXTENSOR EM PVC FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, 9MM (DI) E 110CM. CONECTOR CONICO UNIVERSAL, SISTEMA DE TRAVA CORTAFLUXO E DISPOSITIVO PARA COLETA DE EXAMES AUTOVEDANTE. ESTERIL, DESCARTAVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA.	MEDPALMAS	LAMBOR IMPORT	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO Conforme Parecer Técnico Hospitalar as fls. 1042/1043.
20	COLETOR UNIVERSAL DESCARTAVEL, ESTERIL, CAPACIDADE DE 90 (+/-10) ML, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, COM TAMPA ROSQUEADA, GRADUADO, ACOMPANHA PA PLASTICA, APRESENTACAO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.	MEDPALMAS	J PROLAB	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO POR FALTA DE AMOSTRA.
21	FRASCO PARA DRENAGEM TORAXICA ATOXICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM PVC CRISTAL RIGIDO, COM CAPACIDADE DE 1000 ML, GRADUADO A CADA 50 OU 100ML, CONTENDO TAMPA DE ROSCA 3 VIAS, EXTENSAO EM PVC CRISTAL COM 1,20M, PINÇA CORTA-FLUXO, MOLA PLASTICA, SELO D'AGUA, CONECTOR UNIVERSAL EM PVC RIGIDO ATOXICO ESCALONADO E ALCA PARA SUSTENTACAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA.	MEDPALMAS	BIOMEG	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO POR FALTA DE AMOSTRA.
22	FRASCO PARA DRENAGEM TORAXICA ATOXICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM PVC CRISTAL RIGIDO, COM CAPACIDADE DE 2000 ML, GRADUADO A CADA 50 OU 100ML, CONTENDO TAMPA DE ROSCA 3 VIAS, EXTENSAO EM PVC CRISTAL COM 1,20M, PINÇA CORTA-FLUXO, MOLA PLASTICA, SELO D'AGUA, CONECTOR UNIVERSAL EM PVC RIGIDO ATOXICO ESCALONADO E ALCA PARA SUSTENTACAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA.	MEDPALMAS	BIOMEG	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO POR FALTA DE AMOSTRA.

Proc.:
Fis nº 10498Fis nº 10498
Proc.:
Fis nº 10498



TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA
DA SAÚDE

24	FRASCO PARA DRENAGEM TORACICA ATOXICO, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECIONADO EM PVC CRISTAL RIGIDO, COM CAPACIDADE DE 500 ML, GRADUADO A CADA 50 OU 100ML, CONTENDO TAMPA DE ROSCA 3 VIAS, EXTENSAO EM PVC CRISTAL COM 1,20M, PINÇA CORTA-FLUXO, MOLA PLASTICA, SELO D'AGUA, CONECTOR UNIVERSAL EM PVC RIGIDO ATOXICO ESCALONADO E ALCA PARA SUSTENTACAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA.	FRACASSADO					FRACASSADO
25	FRASCO PARA DRENAGEM BRONCOSCOPICA E ENDOSCOPIA, ESTERIL, ATOXICO, DESCARTAVEL CONFECIONADO EM PVC CRISTAL RIGIDO. TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE DE 70ML, GRADUADO CONTENDO TAMPA DE ROSCA 2 VIAS, EXTENSAO EM PVC CRISTAL COM 15 CM, SELO D'AGUA, BATOQUE, BASE E ALCA PARA SUSTENTACAO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA.	MEDPALMAS	BIOMEG	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL		REPROVADO POR FALTA DE AMOSTRA.

Segue às fls. 25 e 26 o parecer técnico hospitalar.

Palmas, 02/09/2020.

Assinatura Digital

Afrânia Nogueira de Souza

Mat: 11706554/1

Assinatura Digital

Alzira F. G. dos Santos

Mat: 11582936

Assinatura Digital

Gileno Dias de Oliveira
Diretor de Suprimentos Hospitalares

SESAU - TO

Proc.: **NULO**
Fis nº **10497**
AN
Visto

SESAU - TO

Proc.:
Fis nº **1049**
AN
Visto



SECRETARIA
DA SAÚDETOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

PROCESSO : 2019/30550/004099
INTERESSADO : Hospital Geral de Palmas
ASSUNTO : Parecer de itens do Pregão Eletrônico nº. 101/2020

SGD: 2020/30559/096524

PARECER TÉCNICO Nº. 040/2020/SES/HGPP/DG

Em resposta à SOLICITAÇÃO nº 34/2020, levando em conta a necessidade do **Hospital Geral Público de Palmas**, segue avaliação dos produtos ofertados nas propostas classificadas no Processo nº. 4099/2020:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 101/2020

Item	DESCRIÇÃO	Fabricante/ Marca	Resultado
14	COLETOR DE URINA INFANTIL, FEMININO, EM PLASTICO FLEXIVEL, ATOXICO [...] conforme descrição editalícia.	MEDGRAN	Aprovado
15	COLETOR DE URINA INFANTIL, MASCULINO, EM PLASTICO FLEXIVEL, ATOXICO [...] conforme descrição editalícia.	MEDGRAN	Aprovado
16	COLETOR DE URINA TIPO SACO: SISTEMA ABERTO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO [...] conforme descrição editalícia.	MAXICOR	Aprovado
18	COLETOR DE URINA, SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE 2.000 ML, EM PVC [...] conforme descrição editalícia.	BIOBASE	Reprovado Conforme anexo
19	COLETOR DE URINA, SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE 2.000 ML, EM PVC [...] conforme descrição editalícia.	LAMBOR IMPORT	Aprovado



Documento foi assinado digitalmente por LEONARDO DE OLIVEIRA TOLEDO SILVA em 11/08/2020 17:39:00.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 1C674AF20099A7D2

SECRETARIA
DA SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



Proc.: _____

Fls nº 1043

AN
Visto

Palmas, 13 de maio de 2020.

Assinatura Eletrônica

JOÃO CARLOS DIAS MEDEIROS
Diretor Administrativo e Financeiro

Assinatura Eletrônica

DR. LUCIANO BATISTA LOPES
Diretor Técnico

Assinatura Eletrônica

LEONARDO DE O. TOLEDO SILVA
Diretor Geral



Documento foi assinado digitalmente por LEONARDO DE OLIVEIRA TOLEDO SILVA em 11/08/2020 17:39:00.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 1C674AF20099A7D2

PARECER TÉCNICO

Palmas, 07 AGOSTO de 2020.

De: UTI Geral**Para:** Departamento de Almoxarifado**C/C:** Diretoria de Suprimento Hospitalar**Assunto:** Parecer técnico de coletor de urina sistema fechado

Item 16 Coletor de urina tipo Saco Sistema Aberto


Este produto apresenta especificações adequadas ao nosso uso, material transparente e resistente não havendo rasgos e rompimento do cordão após seu fechamento, possui escalas de graduação para medir o volume. **Aprovado para uso.**

Item 18 marca BIOBASE– Coletor de Urina, sistema fechado capacidade 2.000ml.

Este produto não possui especificações técnicas de acordo com a nossa necessidade, apresenta na bolsa escala de graduação, possui trava protetora para esvaziamento da bolsa, e dispositivo com trava corta refluxo adequado, *porém no dispositivo para coleta de exames, apresenta perfuração após várias coletas realizadas o que pode ocorrer vazamento de urina ocasionando eventos adversos que mantenha o sistema aberto com risco de contaminação e infecção. Diante do que foi citado este produto fica sendo **reprovado** e impróprio para uso.*

Item 19 marca LAMBOR IMPORT– Coletor de Urina, sistema fechado capacidade 2.000ml.

Este produto possui especificações técnicas de acordo com a nossa necessidade, apresenta na bolsa escala de graduação, possui trava protetora para esvaziamento da bolsa, e dispositivo com trava corta refluxo adequado, o seu dispositivo para coleta de exames está de acordo com nossa necessidade, pois não apresentar perfuração após várias coletas realizadas, não havendo risco de vazamento de urina. Diante do que foi citado este produto fica sendo **aprovado** para uso.



Karla Ramos Carvalho COREN TO 133208

Coordenação Enf. UTI Adulto





PROCESSO Nº : 2019.30550.004099
INTERESSADO : Hospital Geral Público de Palmas
ASSUNTO : Errata

SGD: 2020/30559/112159

ERRATA AO PARECER TÉCNICO Nº. 040/2020/SES/HGPP/DG

O PARECER TÉCNICO Nº. 040/2020/SES/HGPP/DG passa a vigorar com a seguinte alteração:

Onde se lê:	Palmas, 13 de maio de 2020.
Leia-se:	Palmas, 13 de agosto de 2020.

Palmas, 11 de setembro de 2020.

Assinatura Eletrônica

JOÃO CARLOS DIAS MEDEIROS
Diretor Administrativo e Financeiro

Assinatura Eletrônica

DR. LUCIANO BATISTA LOPES
Diretor Técnico

Assinatura Eletrônica

LEONARDO DE O. TOLEDO SILVA
Diretor Geral

