SECRETARIA DA SAÚDE
TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007
Tel.: +55 63 3218-1700
saude.to.gov.br

PROCESSO: 2019/30550/007509
DE: Diretoria de Suprimentos Hospitalares
PARA: Superintendência da Central de Licitação

SGD: 2020/30559/123262

PARECER TÉCNICO - 335/2020/SES/SAEL/DSH

Em atenção ao solicitado no despacho nº 1680/2020 às fls. 433 e considerando a documentação das empresas licitantes anexadas às fls. 327 a 413, segue pronunciamento desta Diretoria:

Considerando que os documentos analisados pela área técnica são: Validade da proposta de 120 dias, atestado de capacidade técnica e Licença de Funcionamento emitida pela vigilância sanitária Distrital, Estadual ou Municipal, informaram que os documentos apresentados pela empresa licitante estão condizentes com o Edital conforme quadro abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	FORNECEDOR	MARCA/FAB.	PARECER DOCUMENTOS	PARECER PRODUTOS	RESULTADO FINAL
01	AVENTAL USO HOSPITALAR NÃO ESTERIL, TAMANHO XG, DESCARTAVEL COM MANGA LONGA CONFECCIONADO SMS, REPELENTE A FLUIDOS, GRAMATURA MINIMA DE 40G, ABERTO ATRAS COM TIRAS PARA AMARRAR. ATOXICO, HIPOALERGENICO, ALTA RESISTENCIA. EMBALADO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA.	GREGORIO E MACHADO	DJAMARO	FAVORAVEL	FAVORAVEL	**APROVADO Conforme Parecer Técnico Hospitalar as fls 444.**
02	AVENTAL USO HOSPITALAR NÃO ESTERIL, TAMANHO XG, DESCARTAVEL COM MANGA LONGA CONFECCIONADO SMS, REPELENTE A FLUIDOS, GRAMATURA MINIMA DE 40G, ABERTO ATRAS COM TIRAS PARA AMARRAR. ATOXICO, HIPOALERGENICO, ALTA RESISTENCIA. EMBALADO COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA.	GREGORIO E MACHADO	DJAMARO	FAVORAVEL	FAVORAVEL	**APROVADO Conforme Parecer Técnico Hospitalar as fls 444.**
03	AVENTAL CIRURGICO TAMANHO XG, ESTERIL, CONFECCIONADO EM SMS, IMPERMEAEL, MANGA LONGA, PUNHOS AJUSTAVEIS, COM TIRAS PARA FECHAMENTO NAS COSTAS E AJUSTE NO PESCOÇO. ATOXICO, HIPOALERENICO, ALTA RESISTENCIA, CONFORTO E MALEABILIDADE, DESCARTAVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE SENDO DUPLA EMBALAGEM PERMITINDO ABERTURA ASSERTIVA EM PETALA E	GREGORIO E MACHADO	DJAMARO	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	**REPROVADO material não atende ao especificado**

Proc.: SESAU - TO
Fls nº 445
Visto

Documento assinado digitalmente por GLENDA DIAS DE LIZ em 16/10/2020 10:23:05.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 47B8DDFD00A2D539

Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007
Tel.: +55 63 3218-1700
saude.to.gov.br

	VIR COM TOALHA ABSORVENTE.					
04	AVENTAL CIRURGICO TAMANHO XG, ESTERIL, CONFECCIONADO EM SMS, IMPERMEAEL, MANGA LONGA, PUNHOS AJUSTAVEIS, COM TIRAS PARA FECHAMENTO NAS COSTAS E AJUSTE NO PESCOÇO. ATOXICO, HIPOALERENICO, ALTA RESISTENCIA, CONFORTO E MALEABILIDADE, DESCARTAVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE SENDO DUPLA EMBALAGEM PERMITINDO ABERTURA ASSEPTICA EM PETALA. DEVERA VIR COM TOALHA ABSORVENTE.	GREGORIO E MACHADO	DJAMARO	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	**REPROVADO material não atende ao especificado.**
05	KIT CIRURGICO UMIVERSAL ESTERIL, DESCARTAVEL, COMPOSTO POR NO MINIMO: 01- CAMPO INFERIOR CONFECCIONADO EM SMS 180 A 200 X 180 A 200 CM ADESIVADO, E COM REFORÇO ABSORVENTE; 01- CAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM SMS EM 115 X 130X 260 A 290 CM ADESIVADO, COM REFORÇO ABSORVENTE E PASSADOR PARA CABOS E TUBOS; 01- CAMPO PARA MESA CIRURGICA EM POLIETILENO/ POLIPROPILENO, COM REFORÇO IMPERMEAVEL E SUPER ABSORVENTE CENTRAL, MEDINDO 110 A 130 X 220 A 250 CM; 02- CAMPOS LATERAIS EM SMS 100 A 120 X 180 A 200 CM ADESIVADOS E COM REFORÇO ABSORVENTE; 01- CAMPO PARA MESA DE MAYO 45 A 65 X 125 A145 CM. DEVEM SER EMBALADOS INDIVIDUALMENTE COM ABETURA ASSEPTICA EM PETALA. DEVERA ATENDER INTEGRALMENTE A ABNT NBR 16064	MEDPALMAS	POLAR FIX	FAVORAVEL	FAVORAVEL	**APROVADO Conforme Parecer Técnico Hospitalar as fls 444.**
06	KIT CIRURGICO UMIVERSAL ESTERIL, DESCARTAVEL, COMPOSTO POR NO MINIMO: 01- CAMPO INFERIOR CONFECCIONADO EM SMS 180 A 200 X 180 A 200 CM ADESIVADO, E COM REFORÇO ABSORVENTE; 01- CAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM SMS EM 115 X 130X 260 A 290 CM ADESIVADO, COM REFORÇO ABSORVENTE E PASSADOR PARA CABOS E TUBOS; 01- CAMPO PARA MESA CIRURGICA EM POLIETILENO/ POLIPROPILENO, COM REFORÇO IMPERMEAVEL E SUPER ABSORVENTE CENTRAL, MEDINDO 110 A 130 X 220 A 250 CM; 02- CAMPOS LATERAIS EM SMS 100 A 120 X 180 A 200 CM ADESIVADOS E COM REFORÇO ABSORVENTE; 01- CAMPO PARA MESA DE MAYO 45 A 65 X 125 A145 CM. DEVEM SER EMBALADOS INDIVIDUALMENTE COM ABETURA	MEDPALMAS	POLAR FIX	FAVORAVEL	FAVORAVEL	**APROVADO Conforme Parecer Técnico Hospitalar as fls 444.**

Proc.: Fls nº 446 Visto

Documento foi assinado digitalmente por GILENO DIAS DE OLIVEIRA em 06/10/2020 10:23:05.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 47B8DDFD00A2D539

Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007
Tel.: +55 63 3218-1700
saude.to.gov.br

	ASSEPTICA EM PETALA. DEVERA ATENDER INTEGRALMENTE A ABNT NBR 16064					
07	KIT CIRURGICO ESTERIL , DESCARTAVEL PARA HEMODINAMICA COMPOSTO POR NO MINIMO : 01-CAMPO CIRURGICO PARA MESA AUXILIAR ESTERIL, CONFECCIONADO EM SMS LAMINADO, IMPERMEAVEL, TAMANHO 140 X 160 CM EMBALADO INDIVIDUALMENTE; 01- CAMPO CIRURGICO SIMPLES ESTERIL, CONFECCIONADO EM SMS TAMANHO 75 X 75 CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE; 01- CAMPO CIRURGICO SIMPLES ESTERIL, CONFECCIONADO EM SMS TAMANHO 90 X 90. EMBALADO INDIVIDUALMENTE; 01- CAMPO CIRURGICO FENESTRADO ESTERIL, CONFECCIONADO EM SMS TAMANHO 75 X 75 CM. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, 01- CAMPO CIRURGICO PARA ANGIOPLASTIA ESTERIL CONFECCIONADO EM SMS, TAMANHO 240 X 350 CM. EMBALADO INDIVIDUALEMENTE. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSEPTICA EM PETALA. DEVERA ATENDER INTEGRALMENTE A ABNT NBR 16064.	PATRICIA MANGINELLI	HEATH QUALITY	FAVORAVEL	FAVORAVEL	**APROVADO Conforme Parecer Técnico Hospitalar as fls 444.**

Palmas, 06/10/2020.

Assinatura Digital
Afrânia Nogueira de Souza
Mat: 11706554/1

Assinatura Digital
Alzira F. G. dos Santos
Mat: 11582936

Assinatura Digital
Gileno Dias de Oliveira
Diretor de Suprimentos Hospitalares

SESAU - TO
Proc.:
Fls nº 447
Visto

Documento foi assinado digitalmente por GILENO DIAS DE OLIVEIRA em 06/10/2020 10:23:05.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 47B8DDFD00A2D539