



GOVERNO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE/CIB - TO

RESOLUÇÃO – CIB/TO N°. 176, de 22 de outubro de 2020.

Dispõe sobre a Proposta de Projeto N°. 13849.028000/1200-08 para Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes para o Hospital Geral de Palmas Dr. Francisco Ayres, do Estado do Tocantins, referente à Recurso de Programa/Ação do Ministério da Saúde.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DO TOCANTINS/CIB-TO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas através das disposições contidas na Portaria N°. 931/1997, que constituiu a CIB-TO, de 26 de junho de 1997, publicada no Diário Oficial do Estado do Tocantins em 04 de julho de 1997, expedida pela Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins, e no Regimento Interno da Comissão Intergestores Bipartite – CIB/TO, e,

Considerando o cadastro da referida proposta, feito pelo Fundo Estadual de Saúde do Tocantins - TO;

Considerando a análise, discussão da Plenária da Comissão Intergestores Bipartite em Reunião Ordinária realizada aos 22 dias do mês de outubro do ano de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar a Proposta de Projeto N°. 13849.028000/1200-08 para Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes para o Hospital Geral de Palmas Dr. Francisco Ayres, do Estado do Tocantins, referente à Recurso de Programa/Ação do Ministério da Saúde, no valor de R\$257.000,00 (duzentos e cinquenta e sete mil reais).

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

(ASSINATURA DIGITAL)

LUIZ EDGAR LEÃO TOLINI

Presidente da Comissão Intergestores Bipartite



MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 13849.028000/1200-08
--------------------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE			
CNPJ 13.849.028/0001-40	NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS		
Endereço Completo AV NS 01, PRACA DOS GIRASSOIS PLANO DIRETOR SUL	EA ESTADUAL	Tipo FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	
CEP 77.015-007	UF TO	Município PALMAS	

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Programa/Ação

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)			
Nome:	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES		
Tipo Unidade:	HOSPITAL GERAL		
CNPJ:	CNES:	2786117	
Endereço:	201 SUL NS 01 CONJUNTO 02 LOTE - CENTRO, CEP:77015202		

OBJETO DA PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA:	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES	CNES:	2786117
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.			
PÓLO REGIONAL			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.			
AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.			
<p>O HOSPITAL GERAL DE PALMAS, PORTE III É REFERÊNCIA PARA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA OS 139 MUNICÍPIOS NO ESTADO DO TOCANTINS. ATUALMENTE ESTA UNIDADE É PORTA DE ENTRADA HABILITADA NA OFERTA DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E AMBULATORIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, DENTRE ELES, O SERVIÇO DE CARDIOLOGIA, NEUROLOGIA, TRAUMATOLOGIA E REFERÊNCIA PARA A LINHA DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO ISQUÊMICO E HEMORRÁGICO. É CADASTRADO COMO NOTIFICANTE E AUTORIZADO PARA REALIZAR RETIRADAS E OU TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E TECIDOS. CONFORME A RESOLUÇÃO CFM Nº 2.173, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017, ART. 2º, É OBRIGATÓRIA A REALIZAÇÃO MÍNIMA DE PROCEDIMENTOS PARA DETERMINAÇÃO DA MORTE ENCEFÁLICA, DENTRE ELES A REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES COMO O DOPPLER TRANSCRANIANO-DTC. ALÉM DISSO, O HOSPITAL GERAL DE PALMAS SÉRIA A REFERÊNCIA PARA O SERVIÇO DE HEMATOLOGIA DA HEMORREDE ESTADUAL, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ANUAIS, DE PELO MENOS 230 PACIENTES HEMATOLÓGICOS, ATENDENDO COM ISSO A PORTARIA CONJUNTA Nº 05, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018, QUE APROVA O PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DA DOENÇA FALCIFORME E INDICA O DTC COMO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL NA PREVENÇÃO DO ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO-AVE. ESSE EXAME VISA DETECTAR AS CRIANÇAS COM MAIOR RISCO DE DESENVOLVEREM AVE ANTES DO PRIMEIRO DERRAME, O QUE PERMITE UM TRATAMENTO PREVENTIVO COM O OBJETIVO DE EVITAR ESTA GRAVE E DEBILITANTE COMPLICAÇÃO. A TRIAGEM PRECOCE E O RASTREAMENTO SISTEMÁTICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RISCO DE DOENÇA CEREBROVASCULAR PELO DTC, BEM COMO, A ADOÇÃO DE PROGRAMA TRANSFUSIONAL REGULAR NAS CRIANÇAS COM ALTO RISCO DE APRESENTAREM AVE, MODIFICAM RADICALMENTE O PROGNÓSTICO, A QUALIDADE DE VIDA E A SOBREVIVÊNCIA DAS PESSOAS COM DF. (PORTARIA CONJUNTA Nº 05, APÊNDICE 1). AS VISTÓRIAS REALIZADAS PELA COORDENAÇÃO GERAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS-CGSH ATRAVÉS DO PNQH, APONTARAM A FRAGILIDADE DO SERVIÇO DE HEMATOLOGIA ESTADUAL QUANTO À DISPONIBILIZAÇÃO DO DTC PARA OS PACIENTES COM DF, RESULTANDO UMA DEMANDA REPRIMIDA DE APROXIMADAMENTE 300 EXAMES/ANO, TOMANDO POR BASE O NÚMERO DE PACIENTES ACOMPANHADOS (230 PACIENTES ENTRE 2 E 16 ANOS). RESSALTA-SE TAMBÉM QUE A AQUISIÇÃO DO DTC POSSIBILITARÁ O APOIO AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES E NEUROLÓGICAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA EXISTENTE SENDO: 18 PACIENTES AGUARDANDO ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO, 34 CIRURGIAS CARDÍACAS, 103 PACIENTES AGUARDANDO NEUROCIRURGIA, BEM COMO CONTRIBUIR PARA O FECHAMENTO DO DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA. SENDO ASSIM, É IMPRESCINDÍVEL A AQUISIÇÃO DESTA EQUIPAMENTO HOSPITALAR DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, UMA VEZ QUE É ESSENCIAL PARA DETERMINAR O GRAU E A EXTENSÃO DOS PROBLEMAS CLÍNICOS E PARA COMPLEMENTAR AS QUEIXAS E SINTOMAS RELATADOS PELOS PACIENTES A FIM DE APERFEIÇOAR AS DECISÕES TERAPÊUTICAS. ALÉM DISSO, FAZ-SE NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NA PREVENÇÃO DO ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO EM PACIENTES COM DOENÇA FALCIFORME...</p>			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.			
299127			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.			
1572866			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?			

EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.
SIM

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES			
Ambiente: Sala de Fluxo Vascular Contínuo (Doppler)			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ultrassom Diagnóstico Transcraniano	1	257.000,00	257.000,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	SIM		
Especificação Técnica			
Equipamento destinado á monitorização durante terapia trombolítica em AVC, bem como no seu diagnóstico. Destinado também ao diagnóstico de morte encefálica, acompanhamento de pacientes portadores de anemia falciforme e outros diagnósticos feitos com base na análise do fluxo sanguíneo medidos em um canal de cada vez ou em dois canais. Possui dois transdutores de 2MHz com velocidade máxima detectável em 482 cm/seg. Doppler digital com modo M 64 gates por transdutor/canal, acessórios como capacete de fixação, maleta para transporte, cabo de alimentação elétrica, teclado externo, controle remoto e mouse. Possibilidade de trabalhar com transdutores que atuem nas frequências de 2MHz, 4MHz, 8MHz e 16MHz e Software para estação de revisão e para fluxo evocado. FFT com no mínimo 256 pontos. Possui Software de monitorização em dois canais, para VMR (Reatividade Vaso Motora) e para detecção de êmbolos. Tela colorida, de no mínimo 15 polegadas, com capacidade de apresentar pelo menos 8 janelas espectrais. Composto de um único módulo ou com comutador externo, com funcionamento pleno, com Doppler Espectral Contínuo (CW) e Pulsado (PW), para utilização em pacientes adultos e pediátricos.			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	1	257.000,00	

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
1	257.000,00