



SGD: 2020/30559/147078

PROCESSO: 2020/30550/003146

DE: Diretoria de Suprimentos Hospitalares

PARA: Superintendência da Central de Licitação

PARECER TÉCNICO - 439/2020/SES/SAEL/DSH

Em atenção ao solicitado no despacho nº 2420/2020 às fls. 525 e considerando a documentação das empresas licitantes anexadas às fls. 404 a 481, segue pronunciamento desta Diretoria:

Considerando que os documentos analisados pela área técnica são: Validade da proposta de 120 dias, atestado de capacidade técnica e Licença de Funcionamento emitida pela vigilância sanitária Distrital, Estadual ou Municipal, informaram que os documentos apresentados pela empresa licitante estão condizentes com o Edital conforme quadro abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	FORNECEDOR	MARCA/FAB.	PARECER DOCUMENTOS	PARECER PRODUTOS	RESULTADO FINAL
01	"DRENO DE KEHR Nº 08 ESTERIL FORMATO T CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL ATOXICO COMS DUAS HASTES TUBULARES EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA."	ATIVIDADE	TAYLOR	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
02	"DRENO DE KEHR Nº 10 ESTERIL FORMATO T CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL ATOXICO COMS DUAS HASTES TUBULARES EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA."	ATIVIDADE	TAYLOR	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
03	"DRENO DE KEHR Nº 12 ESTERIL FORMATO T CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL ATOXICO COMS DUAS HASTES TUBULARES EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA."	ATIVIDADE	TAYLOR	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
04	"DRENO DE KEHR Nº 14 ESTERIL FORMATO T CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL ATOXICO COMS DUAS HASTES TUBULARES EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA."	ATIVIDADE	TAYLOR	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO

Proc.: _____
Fls nº 528
AN
Visto





05	"DRENO DE KEHR Nº 16 ESTERIL FORMATO T CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL ATOXICO COMS DUAS HASTES TUBULARES EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA."	ATIVIDADE	TAYLOR	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
06	"DRENO DE KEHR Nº 18 ESTERIL FORMATO T CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL ATOXICO COMS DUAS HASTES TUBULARES EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA."	ATIVIDADE	TAYLOR	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
07	"DRENO DE SUCCAO N 3.2 SISTEMA FECHADO, ESTERIL, CONTENDO TUBO EXTENSOR EM PVC CRISTAL ATOXICO, RESERVATORIO SANFONADO COM CAPACIDADE PARA 500-600ML E ESCALA GRADUADA PARA AFERICAO DO VOLUME DRENADO CONECTOR DE DUAS VIAS, AGULHA EM ACO CIRURGICO 3,2MM, CATETER EM PVC CRISTAL ATOXICO COM INDICADOR RADIOPACO MULTIPERFURADO, CLAMP. USO UNICO EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSEPTICA EM PETALA."	ATIVIDADE	BIOTEC	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
08	"DRENO DE SUCCAO N 4.8 SISTEMA FECHADO, ESTERIL, CONTENDO TUBO EXTENSOR EM PVC CRISTAL ATOXICO, RESERVATORIO SANFONADO COM CAPACIDADE PARA 500-600ML E ESCALA GRADUADA PARA AFERICAO DO VOLUME DRENADO CONECTOR DE DUAS VIAS, AGULHA EM ACO CIRURGICO 4,8MM, CATETER EM PVC CRISTAL ATOXICO COM INDICADOR RADIOPACO MULTIPERFURADO, CLAMP. USO UNICO EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSEPTICA EM PETALA"	MAXIMA	MEDSHARP	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
09	"DRENO DE SUCCAO N 4.8 SISTEMA FECHADO, ESTERIL, CONTENDO TUBO EXTENSOR EM PVC CRISTAL ATOXICO, RESERVATORIO SANFONADO COM CAPACIDADE PARA 500-600ML E ESCALA GRADUADA PARA AFERICAO DO VOLUME DRENADO CONECTOR DE DUAS VIAS, AGULHA EM ACO CIRURGICO 4,8MM, CATETER EM PVC CRISTAL ATOXICO COM INDICADOR RADIOPACO MULTIPERFURADO, CLAMP. USO UNICO EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSEPTICA EM PETALA"	ATIVIDADE	BIOTEC	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO

SESAU - TO
Proc.:
Fis nº 529
AN
Visto



10	"DRENO DE SUCCAO N 6.4 SISTEMA FECHADO, ESTERIL, CONTENDO TUBO EXTENSOR EM PVC CRISTAL ATOXICO, RESERVATORIO SANFONADO COM CAPACIDADE PARA 500-600ML E ESCALA GRADUADA PARA AFERICAO DO VOLUME DRENADO CONECTOR DE DUAS VIAS, AGULHA EM ACO CIRURGICO 6,4MM, CATETER EM PVC CRISTAL ATOXICO COM INDICADOR RADIOPACO MULTIPERFURADO, CLAMP. USO UNICO EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSEPTICA EM PETALA"	ATIVIDADE	MEDSHARP	FAVORAVEL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
11	"DRENO DE PENROSE N° 01 ESTERIL, CONFECCIONADO EM LATEX ATOXICO, FORMATO TUBULAR EM TODA A SUA EXTENSAO. APRESENTANDO ELASTICIDADE ADEQUADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EMPETALA."	ATIVIDADE	WALTEX	FAVORAVEL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
12	"DRENO DE PENROSE N° 02 ESTERIL, CONFECCIONADO EM LATEX ATOXICO, FORMATO TUBULAR EM TODA A SUA EXTENSAO. APRESENTANDO ELASTICIDADE ADEQUADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EMPETALA."	ATIVIDADE	WALTEX	FAVORAVEL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
13	"DRENO DE PENROSE N° 03 ESTERIL, CONFECCIONADO EM LATEX ATOXICO, FORMATO TUBULAR EM TODA A SUA EXTENSAO. APRESENTANDO ELASTICIDADE ADEQUADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EMPETALA."	ATIVIDADE	WALTEX	FAVORAVEL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
14	"DRENO DE PENROSE N° 04 ESTERIL, CONFECCIONADO EM LATEX ATOXICO, FORMATO TUBULAR EM TODA A SUA EXTENSAO. APRESENTANDO ELASTICIDADE ADEQUADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EMPETALA."	FRACASSADO					FRACASSADO
15	DRENO DE PEZZER N° 12 ESTERIL, CONFECCIONADO EM LATEX ATOXICO EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA	ATIVIDADE	TAYLOR	FAVORAVEL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
16	"DRENO DE PEZZER N° 14 ESTERIL, CONFECCIONADO EM LATEX ATOXICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA."	ATIVIDADE	TAYLOR	FAVORAVEL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO





17	"DRENO DE PEZZER Nº 16 ESTERIL, CONFECCIONADO EM LATEX ATOXICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA."	ATIVIDADE	TAYLOR	FAVORAVEL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
18	"DRENO DE PEZZER Nº 18 ESTERIL, CONFECCIONADO EM LATEX ATOXICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA."	ATIVIDADE	TAYLOR	FAVORAVEL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
19	"DRENO DE PEZZER Nº 20 ESTERIL, CONFECCIONADO EM LATEX ATOXICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA."	ATIVIDADE	TAYLOR	FAVORAVEL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
20	DRENO DE PEZZER Nº 22 ESTERIL, CONFECCIONADO EM LATEX ATOXICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA.	ATIVIDADE	TAYLOR	FAVORAVEL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
21	"DRENO DE PEZZER Nº 24 ESTERIL, CONFECCIONADO EM LATEX ATOXICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA."	ATIVIDADE	TAYLOR	FAVORAVEL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
22	"DRENO DE PEZZER Nº 26 ESTERIL, CONFECCIONADO EM LATEX ATOXICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA."	ATIVIDADE	TAYLOR	FAVORAVEL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
23	"DRENO DE TORAX CALIBRE Nº 10 CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO, APIROGENICO, TRANSPARENTE, MULTIPERFURADO, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, SILICONIZADO, COM FIO RAPIOPACO DESCARTAVEL, ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA."	ATIVIDADE	MEDSHARP	FAVORAVEL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
24	"DRENO DE TORAX Nº 14 CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO, APIROGENICO, TRANSPARENTE, MULTIPERFURADO, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, SILICONIZADO, COM FIO RAPIOPACO DESCARTAVEL, ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA."	ATIVIDADE	MEDSHARP	FAVORAVEL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO





25	"DRENO DE TORAX Nº 18 CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, APIROGENICO, TRANSPARENTE, MULTIPERFURADO, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, SILICONIZADO, COM FIO RAPIOPACO DESCARTAVEL, ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA."	ATIVIDADE	MEDSHARP	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
26	"DRENO DE TORAX Nº 20 CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, APIROGENICO, TRANSPARENTE, MULTIPERFURADO, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, SILICONIZADO, COM FIO RAPIOPACO DESCARTAVEL, ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA."	ATIVIDADE	MEDSHARP	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
27	"DRENO DE TORAX Nº 24 CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, APIROGENICO, TRANSPARENTE, MULTIPERFURADO, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, SILICONIZADO, COM FIO RAPIOPACO DESCARTAVEL, ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA."	ATIVIDADE	MEDSHARP	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
28	"DRENO DE TORAX Nº 28 CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, APIROGENICO, TRANSPARENTE, MULTIPERFURADO, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, SILICONIZADO, COM FIO RAPIOPACO DESCARTAVEL, ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA."	ATIVIDADE	MEDSHARP	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
29	"DRENO DE TORAX Nº 32 CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, APIROGENICO, TRANSPARENTE, MULTIPERFURADO, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, SILICONIZADO, COM FIO RAPIOPACO DESCARTAVEL, ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA."	ATIVIDADE	MEDSHARP	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
30	"DRENO DE TORAX Nº 34 CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO, APIROGENICO, TRANSPARENTE, MULTIPERFURADO, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, SILICONIZADO, COM FIO RAPIOPACO DESCARTAVEL, ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA."	ATIVIDADE	MEDSHARP	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO

Proc.:

Fls. nº

532

APROVADO





	ATIVIDADE	MEDSHARP	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
31	"DRENO DE TORAX Nº 36 CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO, APIROGENICO, TRANSPARENTE, MULTIPERFURADO, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, SILICONIZADO, COM FIO RAPIOPACO DESCARTAVEL, ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA."				
32	"DRENO DE TORAX Nº 38 CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO, APIROGENICO, TRANSPARENTE, MULTIPERFURADO, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, SILICONIZADO, COM FIO RAPIOPACO DESCARTAVEL, ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA."				
33	"DRENO DE TORAX Nº 40 CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO, APIROGENICO, TRANSPARENTE, MULTIPERFURADO, PONTA ARREDONDADA, SEM REBARBAS, SILICONIZADO, COM FIO RAPIOPACO DESCARTAVEL, ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PETALA E ASSEPTICA."				

29

Explicitamos que as fls 526/527 seguem Ofício de solicitação de amostra para os fornecedores vencedores.

Palmas, 24/11/2020.

Proc.:
Fls nº 533
AN
VCS

Assinatura Digital

Afrânia Nogueira de Souza
Coren-TO 568.798

Assinatura Digital

Alzira F. G. dos Santos
Coren-TO 422519

Assinatura Digital

Gileno Dias de Oliveira
Diretor de Suprimentos Hospitalares