

**PROCESSO:** 2018/30550/005588**SGD:** 2020/30559/158052**DE:** Diretoria de Suprimentos Hospitalares**PARA:** Superintendência da Central de Licitação**PARECER TÉCNICO - 481/2020/SES/SAEL/DSH**

Em atenção ao despacho nº 2613/2020 às fls. 656 e considerando a documentação da empresa qualificada em anexo às fls. 577/644. Segue pronunciamento desta Diretoria:

Considerando que os documentos analisados pela área técnica são: Validade da proposta, atestado de capacidade técnica e Licença de Funcionamento emitida pela vigilância sanitária Distrital, Estadual ou Municipal. Após análise, informaram que os documentos apresentados pela empresa DISTRIBUIDORA FLORIANO EIRELI estão condizentes com o solicitado nos autos e quanto ao material segue.

ITEM	DESCRIPTIVO	FORNECEDOR	FAB/MARCA	PARECER DO PRODUTO
01	SAPATILHA CIRURGICA (PROPE) MEDINDO DE 32 A 36CM DE COMPRIMENTO ESTICADO, ALTURA DE 10CM CONFECCIONADA EM TNT 100% POLIPROPILENO COM ELASTICO EM TODA VOLTA GARATURA MINIMA 40G/M2 DESCARTAVEL HIPOALERGENICA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	DISTRIBUIDORA FLORIANO	MULTILASER	REPROVADO Justificativa: Conforme conta na ficha técnica do produto às fls. 580 encaminhada pelo fornecedor, a gramatura da sapatilha ofertada e: gramatura 25g/m² . sendo que o solicitado é 40g/m² .

Assim, segue para providências cabíveis.

Palmas, 15/12/2020.

*Assinatura Digital***Flaviana F. Silva. Araújo**

Mat: 11509368/3

*Assinatura Digital***Gileno Dias de Oliveira**

Diretor de Suprimentos Hospitalares

