Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007
Tel.: +55 63 3218-1700
saude.to.gov.br

SESAU TO
Proc.
Fls nº 776
Visto

PROCESSO: 2020/30550/008199 **SGD: 2021/30559/011620**
DE: Diretoria de Suprimentos Hospitalares
PARA: Superintendência da Central de Licitação

PARECER TÉCNICO - 53/2021/SES/SAEL/DSH

Em atenção ao solicitado no despacho nº 155/2020 às fls. 770 e considerando a documentação da empresa licitantes anexada às fls. 726 a 768, referente ao Pregão Eletrônico nº 213/2020, segue pronunciamento desta Diretoria:

Considerando que os documentos analisados pela área técnica são: Validade da proposta, atestado de capacidade técnica e Licença de Funcionamento emitida pela vigilância sanitária Distrital, Estadual ou Municipal. Após analise, informaram que os documentos apresentados pela empresa licitante **J COELHO EIRELI** estão condizentes com o solicitado em Edital e quanto aos materiais segue.

ITEM	DESCRITIVO	FORNECEDOR	FAB/MARCA	PARECER DO PRODUTO
4 e 5	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO**PP** CONFECCIONADA EM NITRILO, ANATOMICA, AMBIDESTRA, NÃO CIRURGICA, DESCARTAVEL, NÃO ESTERIL, SEM PÓ, **AÇÃO BACTERICIDA**, CAIXA COM 100 UNIDADES.	J COELHO	UNIGLOVES	REPROVADO **Justificativa:** Informamos que os produtos ofertados pela empresa supracitada, NÃO atendem ao solicitado, tendo em vista que os mesmos não apresentam em sua composição "**AÇÃO BACTERICIDA**". Conforme demonstrado/comprovado pela ficha do produto em anexo às fls. 771/775 juntamente com e-mail encaminhado pela empresa **J COELHO.**
6 e 7	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO**P** CONFECCIONADA EM NITRILO, ANATOMICA, AMBIDESTRA, NÃO CIRURGICA, DESCARTAVEL, NÃO ESTERIL, SEM PÓ, **AÇÃO BACTERICIDA**, CAIXA COM 100 UNIDADES.	J COELHO	UNIGLOVES	
8	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO**M** CONFECCIONADA EM NITRILO, ANATOMICA, AMBIDESTRA, NÃO CIRURGICA, DESCARTAVEL, NÃO ESTERIL, SEM PÓ, **AÇÃO BACTERICIDA**, CAIXA COM 100 UNIDADES.	J COELHO	UNIGLOVES	
10 e 11	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO**G** CONFECCIONADA EM NITRILO, ANATOMICA, AMBIDESTRA, NÃO CIRURGICA, DESCARTAVEL, NÃO ESTERIL, SEM PÓ, **AÇÃO BACTERICIDA**, CAIXA COM 100 UNIDADES.	J COELHO	UNIGLOVES	

Segue para providência cabíveis.

Palmas, 27/01/2021.

Assinatura Digital
Flaviana F. Silva. Araújo
COREN/TO 403041

Assinatura Digital
Gileno Dias de Oliveira
Diretor de Suprimentos Hospitalares

Documento foi assinado digitalmente por GILENO DIAS DE OLIVEIRA em 27/01/2021 15:44:49.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: D362220900B50C58.