



PROCESSO : 2020/30550/003264
INTERESSADO : Hospital Geral de Palmas
ASSUNTO : Parecer de itens do Pregão Eletrônico n°. 261/2020
SGD 2021/30559/008751

PARECER TÉCNICO 6/2021/SES/HGPP/DG

Levando em conta a necessidade do **Hospital Geral Público de Palmas**, segue avaliação do produto ofertado na proposta classificada no Pregão Eletrônico n°. 261/2020, Processo n°. 003264/2020:

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 261/2020

Item	DESCRIÇÃO	Fabricante/ Marca	Resultado
01	PRÓTESE PERSONALIZADA DE ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR BILATERAL, COMPOSTA DE: Confeccionada em Liga de Titânio Ti6Al4V, seguindo a norma ASTM F136, e a cavidade articular confeccionada em Polietileno de Ultra Alta Peso Molecular, e Liga de Cromo cobalto, seguindo a norma ASTM F1537.	PROMM REG. ANVISA 10447390006	Reprovado

Motivo: o Serviço de Reconstrução Crânio-buco-máximo-facial do HGP, possui experiência de insucessos com a marca de prótese (PROMM). Foram removidas próteses desta marca de três pacientes devido à extrusão das peças de forma intra e extraoral, causando enormemente transtorno na recuperação e reconstrução facial destes.

Ademais, tem-se que no catálogo informativo da marca PROMM (fl. 169), o material de confecção das próteses é descrito como TITÂNIO COMERCIALMENTE PURO GRAU 2 (Ti-cp), conforme descrito pela NBR ISSO 5832-2 (Anexo 1), a qual foi substituída e revogada pela NBR ISSO 5832-2-2020 (titânio não ligado) (Anexo 2); indo em desacordo com a especificação do objeto (fl. 116) "...confeccionada em Liga de Titânio Ti6Al4V, seguindo a norma ASTM F136 (Anexo 3), e a cavidade articular confeccionada em Polietileno de Ultra Alta Peso Molecular, e Liga de Cromo cobalto, seguindo a norma ASTM F1537...."





Desta forma, em razão dos problemas apresentados anteriormente pela marca ofertada na licitação, e pelo NÃO atendimento da ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO (fl. 116), Anexo I do Edital, bem como o item 3, Anexo II - Termo de Referência. O Serviço de Reconstrução Crânio-buco-máximo-facial reprova o material para a utilização na cirurgia pleiteada.

Palmas, 20 de janeiro de 2021.

Assinatura Eletrônica

JOÃO CARLOS DIAS MEDEIROS
Diretor Administrativo e Financeiro

Assinatura Eletrônica

DR. LUCIANO BATISTA LOPES
Diretor Técnico

Assinatura Eletrônica

LEONARDO DE O. TOLEDO SILVA
Diretor Geral

RECEBUEMOS
20/01/2021 10:04

20/01/2021 10:04

20/01/2021 10:04

