



PROCESSO: 2019/30550/008199

DE: Diretoria de Suprimentos Hospitalares

PARA: Superintendência da Central de Licitação

SGD: 2021/30559/015632

PARECER TÉCNICO - 71/2021/SES/SAEL/DSH

Em atenção ao solicitado no despacho nº 228/2021 às fls. 1026 e considerando a documentação das empresas licitantes anexadas às fls. 786 a 1012, segue pronunciamento desta Diretoria:

Considerando que os documentos analisados pela área técnica são: Validade da proposta de 120 dias, atestado de capacidade técnica e Licença de Funcionamento emitida pela vigilância sanitária Distrital, Estadual ou Municipal, informaram que os documentos apresentados pela empresa licitante estão condizentes com o Edital conforme quadro abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	FORNECEDOR	MARCA/FAB.	PARECER DOCUMENTOS	PARECER PRODUTOS	RESULTADO FINAL
07	ATADURADE CREPE TAMANHO LARGURA 12 CM X COMPRIMENTO 4,5 M.CONFECCIONADA EM PURO ALGODÃO CRU, COM TRAMA REGULAR FECHADA, COM PROPRIDADE ELASTICA E COMPRESSIVA NA SUPERFÍCIE LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, COM, NO MINIMO 13 FIOS POR CM QUADRADO, BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE MINIMA DE 75%, ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. TODO MATERIAL DEVE SER MACIO, RESISTENTE, PROPICIAR UTILIZACAO SEGURA, CONFORTAVEL, FACIL MANUSEIO, ISENTA DE RESIDUOS E IMPUREZAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA	AMPLA	ORTOFEN	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	REPROVADO por falta de amostra.





08	ATADURA DE CREPE TAMANHO LARGURA 12CM X COMPRIMENTO 4,5 M. CONFECCIONADA EM PURO ALGODAO CRU, COM TRAMA REGULAR FECHADA, COM PROPRIIDADE ELASTICA E COMPRESSIVA NA SUPERFICIE LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, COM, NO MINIMO 13 FIOS POR CM QUADRADO, BORDAS DELIMITADAS E DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE MINIMA DE 75%, ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. TODO MATERIAL DEVE SER MACIO, RESISTENTE, PROPICIAR UTILIZACAO SEGURA, CONFORTAVEL, FACIL, MANUSEIO, ISENTA DE RESIDUOS E IMPUREZAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	ATIVIDADE	BIOTEXTIL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	APROVADO
----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Explicitamos que as fls 1274/1275 seguem o Ofício de solicitação de amostra para os fornecedores vencedores. Em atenção aos autos explicitamos que é de extrema necessidade da Homologação, de caráter de urgência dos itens que foram aprovados do PE: 198/2020. Conforme Parecer técnico supracitado acima e em anexo as fls.1241-1245. Tendo em vista, que as Unidades Hospitalares encontram-se desabastecidas, informamos ainda, que a falta destes compromete diretamente no tratamento dos pacientes internados nas Unidades, tendo em vista que este material “ESPARADRAPO E ATADURA” são imprescindíveis no atendimento hospitalar.

Palmas, 04/02/2021.

Assinatura Digital
Afrânia Nogueira de Souza
Coren-TO 568.798

Assinatura Digital
Alzira F. G. dos Santos
Coren-TO 422519

Assinatura Digital
Gileno Dias de Oliveira
Diretor de Suprimentos Hospitalares

