



PROCESSO Nº: 2019/30550/009990
DE: GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA
PARA: SUPERINTENDÊNCIA DA CENTRAL DE LICITAÇÃO

PARECER TÉCNICO Nº 13/2021/SES/SADM/DAEES
SGD 2021/30559/017007

Tratam os autos para contratação de empresa especializada para aquisição de equipamento eletro médico hospitalares (Aparelho de anestesia, Eletrocardiógrafo e Bisturi Eletrônico) para atender as unidades de saúde mantidas e administradas pela Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins.

Em atendimento ao Despacho nº 239/2021/SES/SCL às fls. 1046, que solicita manifestação técnica acerca do preço e dos produtos ofertados nas propostas bem como das documentações técnicas das licitantes, informamos abaixo nosso parecer:

• **Quanto ao produto apresentado na proposta:**

EMPRESA	ITEM	FOLHAS	CONCLUSÃO
ELO MEDICAL	04	955 a 996	ATENDE
HEALTH	01 e 02	997 a 1045	NÃO ATENDE

MOTIVO DO NÃO ATENDIMENTO HEALTH - ITENS 01 e 02

No edital foi solicitado que o equipamento: “Deve possuir sistema de iluminação no próprio móvel. Não serão aceitos equipamentos que necessitem de foco de luz extra acoplados externamente.”

Em consulta ao manual que consta na Anvisa, no “ITEM 2.2 Aparência do Equipamento pagina 33, subitem 2.2.1 Vista Frontal”, **não encontramos nenhuma referência a este tipo de capacidade do equipamento**. Saliemos que a iluminação pedida tem a finalidade de auxiliar o anestesista na confecção de ficha anestésica durante o procedimentos que a sala cirúrgica por algum motivo tenha que ficar com luz ambiente ou com luzes desligadas.

Em consulta ao site do Licitante, causou-nos surpresa ao encontrar no item soluções / equipamentos / anestesia, um portfólio onde existe um modelo que atende a todos os itens do edital, porém o mesmo não foi ofertado.

• **Ao menos um atestado de capacidade técnica ou certidão, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a Licitante fornecido produtos, de**

Documento foi assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO FREIRE BORGES em 08/02/2021 12:22:38.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 815D56D800B66E99





maneira satisfatória, compatíveis em características com o objeto desta licitação ou carta de distribuição do fabricante do produto, comprovando assim, sua idoneidade para atendimento do certame;

EMPRESA	ITEM	FOLHAS	CONCLUSÃO
ELO MEDICAL	04	955 a 996	ATENDE
HEALTH	01 e 02	997 a 1045	NÃO ATENDE

MOTIVO DO NÃO ATENDIMENTO:

Os atestados de capacidade técnica apresentados, não comprovam o fornecimento do equipamento compatível com o objeto desta licitação, o que está juntado à folha 1040 somente atesta o fornecimento de equipamentos médicos hospitalares, o juntado à folha 1042 atesta o fornecimento de um aparelho onde não é fornecido o modelo do equipamento ofertado, mencionando somente um número de série, que coloca em dúvida se o mesmo é compatível em características com o objeto da licitação.

- **Declaração do fornecedor se responsabilizando pela instalação e treinamento operacional dos equipamentos em local e data indicados pelo contratante e que assume todos os custos relativos a estes procedimentos**

EMPRESA	ITEM	FOLHAS	CONCLUSÃO
ELO MEDICAL	04	955 a 996	ATENDE
HEALTH	01 e 02	997 a 1045	ATENDE

Diante das informações ora apresentada por esta área técnica enviamos os autos a Superintendência da Central de Licitação, para prosseguimento do feito.

Palmas, 05 de fevereiro de 2021.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO FREIRE BORGES
Gerente de Engenharia Clínica

