Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-906
Tel.: +55 63 3218-1700
saude.to.gov.br

SES-TO
Proc.2019/30550/009990
Folha Nº 1315
Ass.:

PROCESSO Nº: 2019/30550/009990
DE: GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA
PARA: SUPERINTENDÊNCIA DA CENTRAL DE LICITAÇÃO

PARECER TÉCNICO Nº 15/2021/SES/SADM/DAEES
SGD 2021/30559/21143

Tratam os autos para contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos eletro médicos hospitalares (Aparelho de anestesia, Eletrocardiógrafo e Bisturí Eletrônico) para atender as unidades de saúde mantidas e administradas pela Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins.

Em atendimento ao Despacho nº 350/2021/SES/SCL às fls. 1314, que solicita manifestação técnica acerca do preço e dos produtos ofertados nas propostas bem como das documentações técnicas das licitantes, informamos abaixo nosso parecer:

- **Quanto ao produto apresentado na proposta:**

EMPRESA	ITEM	FOLHAS	CONCLUSÃO
PATRICIA	02	1050 a 1073	**NÃO ATENDE**
SISNAC	01	1074 a 1313	**ATENDE**

MOTIVO DO NÃO ATENDIMENTO PATRICIA - ITEM 02

No edital foi solicitado que o equipamento possua:

- "Tela de LCD sensível ao toque (touch screen) de no mínimo 12" ou superior" porém o produto ofertado possui tela de 10,4", não atendendo a solicitação.
- "Deve possuir fluxômetros eletrônicos ou com ajuste digital para os 3 gases (N_2O, O_2 e Ar Medicinal)" porém o equipamento ofertado possui fluxômetros puramente mecânicos, não atendendo a solicitação.
- "Solicitado com rodízios giratórios, com sistema de freio central", porém o equipamento ofertado possui sistema de freios individual por rodízio, não atendendo a solicitação.
- "Solicitado Pinsp (pressão de inspiração): 5 - 70cmH_2O" porém o equipamento ofertado é de 5 a 60cmH_2O, não atendendo a solicitação.

Documento foi assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO FREIRE BORGES em 15/02/2021 08:18:31.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 72702A6A00B74436

Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-906
Tel.: +55 63 3218-1700
saude.to.gov.br

SES-TO
Proc.2019/30550/009990
Folha Nº 1316
Ass.:

- Analisando a proposta enviada foi verificado que o texto da referida proposta é uma cópia fiel do descritivo do edital, o que contraria o que está descrito no item 14.1.1h.

- **Ao menos um atestado de capacidade técnica ou certidão, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a Licitante fornecido produtos, de maneira satisfatória, compatíveis em características com o objeto desta licitação ou carta de distribuição do fabricante do produto, comprovando assim, sua idoneidade para atendimento do certame;**

EMPRESA	ITEM	FOLHAS	CONCLUSÃO
PATRICIA	02	1050 a 1073	**NÃO ATENDE**
SISNAC	01	1074 a 1313	**ATENDE**

MOTIVO DO NÃO ATENDIMENTO:

Os atestados de capacidade técnica apresentados, não comprovam o fornecimento do equipamento compatível com o objeto desta licitação, os que estão juntados às folhas 1070 e 1071 somente atestam o fornecimento de equipamentos médicos hospitalares.

- **Declaração do fornecedor se responsabilizando pela instalação e treinamento operacional dos equipamentos em local e data indicados pelo contratante e que assume todos os custos relativos a estes procedimentos**

EMPRESA	ITEM	FOLHAS	CONCLUSÃO
PATRICIA	02	1050 a 1073	**ATENDE**
SISNAC	01	1074 a 1313	**ATENDE**

Diante das informações ora apresentada por esta área técnica enviamos os autos a Superintendência da Central de Licitação, para prosseguimento do feito.

Palmas, 15 de fevereiro de 2021.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ EDUARDO FREIRE BORGES
Gerente de Engenharia Clínica

ENGENHARIA CLÍNICA

DAEES/GEC/LEB

Documento foi assinado digitalmente por LUIZ EDUARDO FREIRE BORGES em 15/02/2021 08:18:31.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 72702A6A00B74436