



PROCESSO: 2020/30550/004314

DE: Diretoria de Suprimentos Hospitalares

PARA: Superintendência da Central de Licitação

SGD: 2021/30559/051620

## PARECER TÉCNICO - 180/2021/SES/SAEL/DSH

Em atenção ao solicitado no despacho nº 480 /2021 às fls. 1025 e considerando a documentação das empresas licitantes anexadas às fls. 846 a 898, referente ao Pregão nº 223/2020. Segue pronunciamento desta Diretoria:

Considerando que os documentos analisados pela área técnica são: Validade da proposta de 120 dias, atestado de capacidade técnica e Licença de Funcionamento emitida pela vigilância sanitária Distrital, Estadual ou Municipal, informaram que os documentos apresentados pela empresa licitante estão condizentes com o Edital conforme quadro abaixo.

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                                                                                                                                                                 | FORNECEDOR       | MARCA/FAB. | PARECER DOCUMENTOS | PARECER PRODUTOS | RESULTADO FINAL                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 06   | "FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO TRANCADO Nº 0 COM 70 (+- 5) CM COM AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 4,0 (+- 0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (FECHAMENTO GERAL)."   | WJ DISTRIBUIDORA | BIOLINE    | FAVORAVEL          | FAVORAVEL        | APROVADO<br>Conforme Parecer Técnico Hospitalar as fls. 1037-1038. |
| 09   | "FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO TRANCADO Nº 2-0 COM 70 (+- 5) CM COM AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 2,6 (+- 0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (GASTROINTESTINAL)." | WJ DISTRIBUIDORA | BIOLINE    | FAVORAVEL          | FAVORAVEL        | APROVADO<br>Conforme Parecer Técnico Hospitalar as fls. 1037-1038. |





|    |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |          |           |           |                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | "FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA<br>ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO<br>TRANÇADO Nº 3-0 COM 70 (+- 5) CM COM<br>AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 2,6 (+-<br>0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU<br>ALUMINIZADA E REG. MS<br>(GASTROINTESTINAL)." | DMI BRASILIA        | COVIDIEN | FAVORAVEL | FAVORAVEL | APROVADO<br>Conforme<br>Parecer<br>Técnico<br>Hospitalar as<br>fls. 1037-1038. |
| 14 | "FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA<br>ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO<br>TRANÇADO Nº 3-0 COM 70 (+- 5) CM COM<br>AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 2,6 (+-<br>0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU<br>ALUMINIZADA E REG. MS<br>(GASTROINTESTINAL)." | WJ<br>DISTRIBUIDORA | BIOLINE  | FAVORAVEL | FAVORAVEL | APROVADO<br>Conforme<br>Parecer<br>Técnico<br>Hospitalar as<br>fls. 1037-1038. |
| 16 | "FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA<br>ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO<br>TRANÇADO Nº 4-0 COM 45 (+- 5) CM COM<br>AGULHA 1/2 CIRCULO TRIANGULAR DE 1,6<br>(+- 0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU<br>ALUMINIZADA E REG. MS (PLASTICA)."            | WJ<br>DISTRIBUIDORA | BIOLINE  | FAVORAVEL | FAVORAVEL | APROVADO<br>Conforme<br>Parecer<br>Técnico<br>Hospitalar as<br>fls. 1037-1038. |
| 17 | "FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA<br>ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO<br>TRANÇADO Nº 4-0 COM 70 (+- 5) CM COM<br>AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 1,5 (+-<br>0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU<br>ALUMINIZADA E REG. MS<br>(GASTROINTESTINAL)." | WJ<br>DISTRIBUIDORA | BIOLINE  | FAVORAVEL | FAVORAVEL | APROVADO<br>Conforme<br>Parecer<br>Técnico<br>Hospitalar as<br>fls. 1037-1038. |







**TOCANTINS**  
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA  
DA **SAÚDE**

|    |                                                                                                                                                                                                                        |                     |                 |           |              |                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | "FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO TRANCADO No 4-0 COM 70 (+- 5) CM COM AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 2,1 (+- 0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (GASTROINTESTINAL)." | WJ<br>DISTRIBUIDORA | BIOLINE         | FAVORAVEL | FAVORAVEL    | APROVADO<br>Conforme<br>Parecer<br>Técnico<br>Hospitalar as<br>fls. 1037-1038.  |
| 22 | "FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO TRANCADO No 0 COM 70 (+- 5) CM COM AGULHA 3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 3 (+- 0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS                          | WJ<br>DISTRIBUIDORA | BIOLINE         | FAVORAVEL | FAVORAVEL    | APROVADO<br>Conforme<br>Parecer<br>Técnico<br>Hospitalar as<br>fls. 1037-1038.  |
| 52 | "FIO CIRURGICO DE POLIESTER TRANCADO No 2 COM 75 (+- 5) CM AGULHA 1/2 CIRCULO TRIANGULAR DE 4,0 (+- 0,1) CM E REG. MS (ORTOPEDIA)."                                                                                    | POINT SUTURE        | POLYESTER POINT | FAVORAVEL | DESFAVORAVEL | REPROVADO<br>Conforme<br>Parecer<br>Técnico<br>Hospitalar as<br>fls. 1037-1038. |
| 53 | "FIO CIRURGICO DE POLIESTER TRANCADO No 2 COM 75 (+- 5) CM AGULHA 1/2 CIRCULO TRIANGULAR DE 4,0 (+- 0,1) CM E REG. MS (ORTOPEDIA)."                                                                                    | WJ<br>DISTRIBUIDORA | BIOLINE         | FAVORAVEL | FAVORAVEL    | APROVADO<br>Conforme<br>Parecer<br>Técnico<br>Hospitalar as<br>fls. 1037-1038.  |
| 54 | FIO CIRURGICO DE POLIESTER VERDE TRANCADO No 5 (4 X 75 CM POR ENVELOPE) COM AGULHA 1/2 CIRCULO TRIANGULAR ROBUSTA DE 4,7 (+- 0,1) CM EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E REG. MS (FECHAMENTO EXTERNO).                    | POINT SUTURE        | POLYESTER POINT | FAVORAVEL | DESFAVORAVEL | REPROVADO<br>Conforme<br>Parecer<br>Técnico<br>Hospitalar as<br>fls. 1037-1038. |





|    |                                                                                                                                                                                                                    |                     |          |           |           |                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 55 | FIO CIRURGICO DE POLIESTER VERDE<br>TRANÇADO Nº 5 (4 X 75 CM POR<br>ENVELOPE) COM AGULHA 1/2 CIRCULO<br>TRIANGULAR ROBUSTA DE 4,7 (+- 0,1) CM<br>EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E<br>REG. MS (FECHAMENTO EXTERNO). | WJ<br>DISTRIBUIDORA | BIOLINE  | FAVORAVEL | FAVORAVEL | APROVADO<br>Conforme<br>Parecer<br>Técnico<br>Hospitalar as<br>fls. 1037-1038. |
| 63 | "FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL<br>Nº 5-0 COM 75 (+- 5) CM COM 02 AGULHAS<br>1/2 CIRCULO CILINDRICA DE 1,6 (+- 0,1) CM<br>EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E<br>REG. MS (CARDIOVASCULAR)                        | DMI BRASILIA        | COVIDIEN | FAVORAVEL | FAVORAVEL | APROVADO<br>Conforme<br>Parecer<br>Técnico<br>Hospitalar as<br>fls. 1037-1038. |
| 64 | "FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL<br>Nº 6-0 COM 75 (+- 5) CM COM 02 AGULHAS<br>3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 1,2 (+- 0,1) CM<br>EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E<br>REG. MS (CARDIOVASCULAR)."                      | BIOLINE             | BIOLINE  | FAVORAVEL | FAVORAVEL | APROVADO<br>Conforme<br>Parecer<br>Técnico<br>Hospitalar as<br>fls. 1037-1038. |
| 65 | "FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL<br>Nº 6-0 COM 75 (+- 5) CM COM 02 AGULHAS<br>3/8 CIRCULO CILINDRICA DE 1,2 (+- 0,1) CM<br>EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E<br>REG. MS (CARDIOVASCULAR)."                      | DMI BRASILIA        | COVIDIEN | FAVORAVEL | FAVORAVEL | APROVADO<br>Conforme<br>Parecer<br>Técnico<br>Hospitalar as<br>fls. 1037-1038. |
| 67 | FIO CIRURGICO DE SEDA NAO ABSORVIVEL<br>TRANÇADO Nº 6-0 COM 45CM COM 2<br>AGULHAS 3/8 ESPATULADA DE 0,65 CM<br>EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E<br>REG. MS (OPTAMOLOGIA)"                                          | DMI BRASILIA        | COVIDIEN | FAVORAVEL | FAVORAVEL | APROVADO<br>Conforme<br>Parecer<br>Técnico<br>Hospitalar as<br>fls. 1037-1038. |





Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N  
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007  
Tel.: +55 63 3218-1700  
saude.to.gov.br



**TOCANTINS**  
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA  
DA SAÚDE

|    | WJ<br>DISTRIBUIDORA                                                                                                                                                                        | BIOLINE | FAVORAVEL | FAVORAVEL | APROVADO<br>Conforme<br>Parecer<br>Técnico<br>Hospitalar as<br>fls. 1037-1038. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 71 | FIO CIRURGICO DE SEDA NAO ABSORVIVEL<br>TRANCADO No 8-0 COM 45CM COM 2<br>AGULHAS 3/8 ESPATULADA DE 0,65 CM<br>EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E<br>REG. MS (OFTAMOLOGIA)                   |         |           |           |                                                                                |
| 72 | "FIO DE MARCAPASSO 2-0, COM 60 (+- 5) CM<br>COM AGULHA 1/2 CIRCULO CILINDRICA 2,5 ( +-0,1) AGULHA RETA, TRIANGULAR 60 MM<br>EMBALAGEM PGC E/OU ALUMINIZADA E<br>REG. MS ( CARDIOVASCULAR)" | BIOLINE | FAVORAVEL | FAVORAVEL | APROVADO<br>Conforme<br>Parecer<br>Técnico<br>Hospitalar as<br>fls. 1037-1038. |

Palmas, 12/04/2021.

Assinatura Digital  
**Afrânia Nogueira de Souza**  
Mat. 11706554/1

Assinatura Digital  
**Gileno Dias de Oliveira**  
Diretor de Suprimentos Hospitalares



Documento foi assinado digitalmente por GILENO DIAS DE OLIVEIRA em 12/04/2021 10:20:57.  
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 3F87A2B500C385C2

SEDAU - TO

1043  
M



**PROCESSO** : 2020/30550/004314  
**INTERESSADO** : Diretoria de Suprimentos Hospitalares  
**ASSUNTO** : Parecer de itens do Pregão Eletrônico n°. 223/2020  
SGD 2021/30559/049222

**PARECER TÉCNICO 30/2021/SES/HGPP/DG**

Em resposta à solicitação 28/2021/SES/SAEL/DSH, SGD 2021/30559/043658, levando-se em conta a necessidade do **Hospital Geral Público de Palmas**, segue avaliação do(s) produto(s) ofertado(s) na(s) proposta(s) classificada no Pregão Eletrônico n°. 223/2020, Processo n°. 004314/2020:

**Pregão Eletrônico n°. 223/2020**

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                               | FAB./<br>MARCA     | RESULTADO |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 06   | FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO TRANÇADO Nº 0 (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO.   | BIOLINE            | APROVADO  |
| 09   | FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO TRANÇADO NO 2-0 (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO. |                    |           |
| 13   | FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO TRANÇADO NO 3-0 (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO. | COVIDIEN           | APROVADO  |
| 14   | FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO TRANÇADO NO 3-0 (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO. | BIOLINE            | APROVADO  |
| 16   | FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO TRANÇADO NO 4-0 (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO. |                    |           |
| 17   | FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO TRANÇADO NO 4-0 (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO. |                    |           |
| 18   | FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO TRANÇADO NO 4-0 (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO. |                    |           |
| 22   | FIO CIRURGICO DE POLIGLACTINA ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTO TRANÇADO NO 0 (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO.   | BIOLINE            | APROVADO  |
| 52   | FIO CIRURGICO DE POLIESTER TRANÇADO NO 2 COM 75 (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO.                                   | POLIESTER<br>POINT | REPROVADO |



Documento foi assinado digitalmente por LEONARDO DE OLIVEIRA TOLEDO SILVA em 07/04/2021 15:26:49.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 5EA00A8A00C21095





|    |                                                                                                                              |                 |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 53 | FIO CIRURGICO DE POLIESTER TRANÇADO NO 2 COM 75 (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO.                                        | BIOLINE         | APROVADO  |
| 54 | FIO CIRURGICO DE POLIESTER VERDE TRANÇADO NO 5 (4 X 75 CM POR ENVELOPE) COM AGULHA 1/2 (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO. | POLIESTER POINT | REPROVADO |
| 55 | FIO CIRURGICO DE POLIESTER VERDE TRANÇADO NO 5 (4 X 75 CM POR ENVELOPE) COM AGULHA 1/2 (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO. | BIOLINE         | APROVADO  |
| 63 | FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL NO 5-0 COM 75 (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO.                                      | COVIDIEN        | APROVADO  |
| 64 | FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL NO 6-0 COM 75 (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO.                                      | BIOLINE         | APROVADO  |
| 65 | FIO CIRURGICO DE POLIPROPILENO AZUL NO 6-0 COM 75 (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO.                                      | COVIDIEN        | APROVADO  |
| 67 | FIO CIRURGICO DE SEDA NAO ABSORVIVEL TRANÇADO NO 6-0 (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO.                                   |                 |           |
| 71 | FIO CIRURGICO DE SEDA NAO ABSORVIVEL TRANÇADO NO 8-0 (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO.                                   | BIOLINE         | APROVADO  |
| 72 | FIO DE MARCAPASSO 2-0, COM 60 (+- 5) CM COM AGULHA 1/2 (...) CONFORME DESCRITIVO EDITALÍCIO.                                 |                 |           |

**Obs.: Motivação da reprovação dos itens 52 e 54:** Os fios analisados apresentaram baixa resistência tênil com ruptura fácil ao manuseio habitual, não apresentando fixação no nó, podendo romper, desfiar, desencastoar da agulha. Deste modo, reprovamos as amostras apresentadas.

Desde já esta avaliação se estende aos demais licitantes que ofertarem à marca POLIESTER POINT®, **para os produtos (itens)** constantes deste parecer, de forma que ficam desde logo reprovados para os itens já avaliados, portanto, dispensada nova avaliação por parte desta Unidade Hospitalar para os mesmos.

Palmas, 07 de abril de 2021.

Assinatura Eletrônica

**JOÃO CARLOS DIAS MEDEIROS**  
Diretor Administrativo e Financeiro

Assinatura Eletrônica

**DR. LUCIANO BATISTA LOPES**  
Diretor Técnico

Assinatura Eletrônica

**LEONARDO DE O. TOLEDO SILVA**  
Diretor Geral



Documento foi assinado digitalmente por LEONARDO DE OLIVEIRA TOLEDO SILVA em 07/04/2021 15:26:49.  
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 5EA00A8A00C21095