



PROCESSO : 2020/30550/005763
INTERESSADO : Hospital Geral de Palmas
ASSUNTO : Parecer de itens do Pregão Eletrônico nº. 252/2020

SGD 2021/30559/048221

PARECER TÉCNICO 29/2021/SES/HGPP/DG

Levando em conta a necessidade do **Hospital Geral Público de Palmas**, segue avaliação do(s) produto(s) ofertado(s) na(s) proposta(s) classificada(s) no Pregão Eletrônico nº. 252/2020, Processo nº. 2020/30550/005763.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 252/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	FAB./ MARCA	RESULTADO
06	ENXERTO ÓSSEO HIDROAPATITA 10 GR	BIONNOVATION CÓD. ANVISA: 10392710010	APROVADO
08	BROCA TREPANAÇÃO 14/11-3 COMPATÍVEL COM SISTEMA STRYKER	EVO DRILL EVONOS CÓD. ANVISA: 10099430209	REPROVADO
Documentos técnicos itens 15. 4 “a, b e c” (fl./207).			APROVADO

Motivo da reprovação do item 08: O produto apresentado como amostra para o item supracitado não se encaixa no instrumento cirúrgico (trepano) disponível no HGP. Desta forma, inviabilizando o atendimento da necessidade da unidade hospitalar.

Palmas, 05 de abril de 2021.

Assinatura Eletrônica

JOÃO CARLOS DIAS MEDEIROS
Diretor Administrativo e Financeiro

Assinatura Eletrônica

DR. LUCIANO BATISTA LOPES
Diretor Técnico

Assinatura Eletrônica

LEONARDO DE O. TOLEDO SILVA
Diretor Geral

